47. UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA

Folio		**Partida**	5311	**Clave de cuadro estatal 2022**	
Área Requirente	Dirección Médica				
Descripción Técnica:	1.-Unidad de Electrocirugía controlada por medio de microprocesador o microcontrolador con 2 salidas monopolares y 1 salida bipolar. 2.-Salida Monopolar 2.1- Con al menos 10 modos de corte. Con corte puro con potencia mínima de 400 watts. 2.2.- Con mezcla, blend y/o modo con potencia mínima de 250 watts. 2.3.- Con al menos cuatro modos de coagulación monopolar con potencia mínima de 120 watts. 3.-Salida Bipolar 3.1.-Con al menos 3 modos de coagulación con potencia de salida mínima de 70 watts. 3.2.-Con control independiente para selección de potencia en modo bipolar. 4.-Monitorización de la calidad del contacto del electrodo de retorno: 4.1.-Alarma visual y audible que se activa cuando existe un falso contacto del electrodo de retorno con el paciente o que no este conectado al generador. 4.2.-Interrupción de la corriente de salida si se detecta una condición de falla. 5.-Frecuencia de Salida: 5.1.-Frecuencia mayor o igual a 390 KHz. 6.-Activación de la unidad 6.1.-Por medio del instrumento y/o pedal en salida monopolar. 6.2.-Por medio del instrumento y/o pedal en salida bipolar. 7.-Indicadores digitales para modo monopolar y bipolar. 8.- Con 3 pantallas digitales independientes para indicar potencia de corte, coagulación y bipolar.				
Accesorios	**CANT**	**Descripción**			
	1 juego	1.-Carro para transporte del equipo 2.-Pedal monopolar para corte y coagulación 3.-Pedal bipolar 4.- Lápiz monopolar desechable. 5.-Pinza bipolar tipo bayoneta o recta con cable de conexión 6.-Placa de retorno de paciente con cable de conexión			
Instalación :	**N/A**	**Descripción**			
		Corriente eléctrica 110-120 V 50-60 Hz.			

Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:
Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique
Catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas
Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.
Carta compromiso original del distribuidor o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.
Documento membretado del distribuidor o fabricante con la información de contacto para reportes de garantía
Documento en el cual estipule el proceso para hacer efectiva la garantía del equipo
Documentos adicionales para productos de origen nacional:
Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS o ISO 13485:2018 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.
Documentos adicionales para productos de origen internacional:
Copia simple de certificado ISO 13485:2018 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.
Carta bajo protesta de decir verdad que el Certificado de Origen se incluye dentro del empaque del equipo