25. CARRO CAMILLA PARA RECUPERACIÓN Y TRASLADO

Folio		**Partida**		**Clave de cuadro estatal 2022**	
Área Requirente	Dirección Médica				
Descripción Técnica:	1. Trendelenburg y Trendelenburg inverso de 12°. 2. Colchón de poliuretano de 8 cm de espesor como mínimo, de alta densidad, antiestático, recubrimiento de material lavable, repelente a líquidos, retardante al fuego. de la misma marca de la camilla y dimensiones acorde al modelo. 3. Que soporte un peso de 300 Kg como mínimo. 4. Sección de espalda o fowler, que cubra el rango de 0 a 90º como mínimo. 5. Dimensiones (+/- 5%): 5.1 Superficie del paciente: 191 cm de largo por 65 cm de ancho. 5.2 Camilla (con barandales arriba): 213 cm de largo por 83 cm de ancho. 6. Altura y descenso ajustable que cubra el rango de 56 cm a 88 cm (+/- 5 cm), medido de la superficie de la camilla al piso, sin colchón. 7. Superficie de la camilla rígida totalmente radio transparente. 8. Barandales laterales plegables o abatibles. 9. Parachoques perimetral de la camilla y/o en cada esquina. 10. Base o compartimiento integrado en la parte inferior para almacenamiento de tanques de oxígeno y pertenencias del paciente. 11. Ruedas antiestáticas o conductivas de 20 cm como mínimo. 12. Capacidad de colocar poste porta soluciones en las cuatro esquinas. 13. Cuatro ruedas con freno. 14. Con sistema de direccionamiento para facilitar la conducción de la camilla a través de quinta rueda. 15. Cinturones de sujeción para el paciente al menos dos. 16. Ganchos o soportes para bolsas de soluciones en ambos lados de la camilla.				
Accesorios	**CANT**	**Descripción**			
	1	Poste de altura variable o telescópico.			
Instalación :	**N/A**	**Descripción**			

Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:
Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique
Catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas
Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.
Carta compromiso original del distribuidor o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.
Carta compromiso original del distribuidor o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.
Documento membretado del distribuidor o fabricante con la información de contacto para reportes de garantía
Carta compromiso original del distribuidor o fabricante que garantice la instalación en sitio en máximo 5 días hábiles después de la solicitud
Carta compromiso original del distribuidor o fabricante para la realización de 2 mantenimientos preventivos durante el primer año de adquisición. Deberá incluir información de contacto para agendar dichos mantenimientos
Documento en el cual estipule el proceso para hacer efectiva la garantía del equipo
Documentos adicionales para productos de origen nacional:
Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS o ISO 9001:2015 e ISO 13485:2018 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.
Documentos adicionales para productos de origen internacional:
Copia simple de certificado ISO 9001:2015 e ISO 13485:2018 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.
Carta bajo protesta de decir verdad que el Certificado de Origen se incluye dentro del empaque del equipo
Copia del certificado CE, JIS o FDA del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado