60. OXÍMETRO DE PULSO

Folio		**Partida**	5311	**Clave de cuadro estatal 2022**	
Área Requirente	Dirección Médica				
Descripción Técnica:	Dispositivo en diseño miniatura para la monitorización continua de SpO2 y frecuencia de pulso. 2. Para pacientes adulto, pediátrico y neonatal. 3. Pantalla LED de alta resolución de 2.4” 4. Alarmas audibles y visibles ajustables. 5. Dos modos de funcionamiento: 6. Modo spot check con capacidad de guardar hasta 99 iDs y 4000 conjuntos de datos. 7. Modo continuo, con capacidad de guardar hasta 96 horas de tendencias con un mismo paciente. 8. Capacidad de transferencia de datos a computador. 9. Puerto de transmisión infrarroja. 10. Batería recargables que soporta hasta 36 horas de funcionamiento continúo. 11. Rango de oxigenación 70 a 100%. 12. Rango de pulso 25 a 250 ppm.				
Accesorios	**CANT**	**Descripción**			
Instalación :	**N/A**	**Descripción**			

Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:
Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique
Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas
Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.
Carta compromiso original del distribuidor o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.
Documento membretado del distribuidor o fabricante con la información de contacto para reportes de garantía
Documento en el cual estipule el proceso para hacer efectiva la garantía del equipo
Documentos adicionales para productos de origen nacional:
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.
Documentos adicionales para productos de origen internacional:
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.
Carta bajo protesta de decir verdad que el Certificado de Origen se incluye dentro del empaque del equipo
Copia del certificado CE, JIS o FDA del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado