68. CAMA DE HOSPITALIZACIÓN ELÉCTRICA PARA ADULTO

Folio		**Partida**	5311	**Clave de cuadro estatal 2022**	
Área Requirente	Dirección Médica				
Descripción Técnica:	1.1. Cama hospitalaria eléctrica de múltiples posiciones. 1.2. Que soporte un peso de 220 Kg como mínimo. 1.3. Controles eléctricos interconstruidos o integrados en barandales, con seguro de bloqueo para paciente. 1.3.1.- Con mando para paciente y mando para personal de enfermería. 1.4. Que permita dar las siguientes posiciones en forma eléctrica: 1.4.1. Trendelenburg de 12º como mínimo. 1.4.2. Trendelenburg inverso de 12º como mínimo. 1.4.3. Sección de espalda o fowler con autocontorno, que cubra el rango de 0 a 60º como mínimo, mediante un movimiento único y conjunto de espaldar y base de la cama para la fácil salida del paciente. 1.4.4. Sección de rodilla que cubra el rango de 0 a 23º o mayor. 1.4.5. Altura y descenso ajustable que cubra el rango de 47 cm. a 74 cm. (medido de la plataforma de la cama al piso, sin colchón) como mínimo. 1.4.6. Posición de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP). 1.4.7. Posición vascular o elevación de pies. 1.5. Sistema de bloqueo de los movimientos eléctricos. 1.6. Indicador del ángulo de la cabeza. 1.7. Superficie de la cama rígida y radiolucida desde la cabeza hasta la zona torácica. 1.8. Dimensiones de la superficie del paciente 203 cm. de largo x 88 cm. de ancho, como mínimo. 1.9. Dimensiones de la cama +/- 10%: longitud total 230 cm. Ancho total 105 cm. 1.10. Cabecera y piecera desmontables de material de alta resistencia a desinfectantes y golpes. 1.11. Barandales laterales abatibles que permitan la transferencia segura del paciente. 1.11.1. Dos barandales en sección de cabeza. 1.11.2. Dos barandales en sección de pies. 1.12. Con protectores o parachoques en las cuatro esquinas. 1.13. Colchón de poliuretano de 15 cm. (+/- 10%) de espesor, de alta densidad con diseño para reducción de presión, antiestático, recubrimiento de material lavable, repelente a líquidos, retardante al fuego y con funda removible para lavado. 1.14. Capacidad de colocar el poste porta soluciones en las 4 esquinas. 1.15. Ganchos para bolsas de soluciones en ambos lados de la cama. 1.16. Con ruedas antiestáticas de 125 mm como minimo y freno/direccionamiento en al menos 2 ruedas. 1.17. Que cuente con batería de seguridad en caso de falla eléctrica para todos los movimientos. 1.18.- Receptáculos para colocación de equipos de tracción y marcos ortopédicos.				
Accesorios	**CANT**	**Descripción**			
	2	Poste de altura variable para soluciones intravenosas.			
Instalación :	**N/A**	**Descripción**			
		Corriente eléctrica 120V/60 Hz			

Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:
Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique
Catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas
Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año. **Nota:** La garantía corre a partir de la instalación en sitio del equipo
Carta compromiso original del distribuidor o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.
Carta compromiso original del distribuidor o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.
Carta compromiso original del distribuidor o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.
Documento membretado del distribuidor o fabricante con la información de contacto para la instalación de equipo y reportes de garantía
Carta compromiso original del distribuidor o fabricante que garantice la instalación en sitio en máximo 5 días hábiles después de la solicitud
Carta compromiso original del distribuidor o fabricante para la realización de 2 mantenimientos preventivos durante el primer año de adquisición. Deberá incluir información de contacto para agendar dichos mantenimientos
Documento en el cual estipule el proceso para hacer efectiva la garantía del equipo

68. CAMA DE HOSPITALIZACIÓN ELÉCTRICA PARA ADULTO

Documentos adicionales para productos de origen nacional:
Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS o ISO 9001:2015 e ISO 13485:2018 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.
Documentos adicionales para productos de origen internacional:
Copia simple de certificado ISO 9001:2015 e ISO 13485:2018 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.
Carta bajo protesta de decir verdad que el Certificado de Origen se incluye dentro del empaque del equipo
Copia del certificado CE, JIS o FDA del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado