40. MESA RIÑÓN

Folio		**Partida**	5311	**Clave de cuadro estatal 2022**	
Área Requirente	Dirección Médica				
Descripción Técnica:	1.-Mesa riñón de estructura de perfil tubular de lámina de acero cal.18 de 2.54 cm (1″) de diámetro 2.-Acabado cromado o acero inoxidable tipo aisi 304. Bastidor de canal perimetral de acero inoxidable tipo aisi 304 Cal. 1 de 2.54 x 2.54 cm (1 x 1″). 3.-Barandal de varilla de acero inoxidable tipo aisi 304 de 0.95 cm (3/8″) de diámetro, soldado a la cubierta. 4.-Cubiertade acero inoxidable cal. 18 tipo aisi 304. 5.-Rruedas de hule de 10.1 cm (4″) de diámetro, con rodajes cromados. 6.-Acabado pulido.				
Accesorios	**CANT**	**Descripción**			
Instalación :	**N/A**	**Descripción**			
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:					
Catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.					
Copia simple de certificado ISO 9001:2015 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado					