128. SET DE AMPUTACIÓN

Cons.	Clave cuadro Básico	Descripción	Cantidad
1	513.227.0074	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm.	1
2	535.701.1955	Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm.	1
3	535.702.0147	Pinza Backhaus, longitud de 150 a 155 mm.	10
4	535.701.0874	Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.	10
5	537.702.3618	Pinza Rochester-Ochsner o Kocher-Ochsner, curva, con dientes 1 x 2. Longitud de 180 a 185 mm	4
6	535.701.1542	Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrías transversales, longitud de 180 a 185 mm.	4
7	535.716.0372	Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 18 cm.	2
8	535.701.2037	Pinza Allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm.	10
9	535.859.2417	Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm.	1
10	535.859.2672	2 Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm.	1
11	537.857.2217	Tijera Metzenbaum curva, puntas romas, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm.	1
12	535.618.1411	Mango para bisturí del Nº 4 corto.	2
13	535.137.0035	Bisturí quirúrgico mango Nº 3, corto.	1
14	535.701.0577	Pinza estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud 18 cm.	2
15	535.701.1419	Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm.	2
16	537.355.0051	Escofina tipo Putti doble extremo 270 mm de longitud.	1
17	535.156.0031	Cánula Yankauer, con botón desatornillable, 22.8 cm de longitud.	1
18	537.327.2870	Elevador con mango, vástago recto, corte plano, de 180 mm a 185 mm de longitud.	1
19	537.457.0181	Gubia Ruskin o Stille Ruskin, doble articulación, quijada curva, longitud 220 a 240 mm.	1
20	537.209.0760	Cizalla Liston o Stille-Liston, para huesos, curva, doble articulación, longitud 270 a 280 mm.	1
21	537.785.0259	Retractor o separador Percy, para amputación, con mangos desmontables.	1
22	537.836.0044	Sierra Charriere, tipo arco, hoja de corte de 210 a 220 mm x 12 a 18 mm, longitud total de 350 a 360 mm.	1
23	537.836.9051	Sierra Charriere tipo serrucho, longitud de 270 a 300 mm.	1
24	537.836.9101	Sierra Gigli de 6 hilos metálicos de 400 mm de longitud.	1
25	537.836.9093	Sierra Gigli de 6 hilos metálicos de 300 mm de longitud.	1
26	537.836.9069	Sierra Gigli u Olivecrona, longitud de 500 a 510 mm, con 2 mangos de agarre en forma de "T"	1
27	537.836.9085	Sierra Langenbeck, longitud de 230 a 250 mm.	1
28	537.272.0507	Cuchillo Liston, de una sola pieza, longitud de 160 a 170 mm.	1
29	537.272.0515	Cuchillo Liston, de una sola pieza, longitud de 190 a 200 mm.	1
30	537.263.2066	Cucharilla Volkmann, con mango estriado, copa ovalada del Nº 1.	1
31	537.263.2074	Cucharilla Volkmann, con mango estriado, copa ovalada del Nº 2.	1
32	537.191.2485	Cincel Hibbs, recto, ancho de la hoja 25 mm, longitud 240 mm.	1
33	537.191.2501	Cincel Hibbs, recto, ancho de la hoja de 19 a 20 mm, longitud 240 mm.	1
34	537.605.0208	Martillo macizo, peso de 300 o 500 gr.	1
35	537.565.0248	Legra Farabeuf, para periostio, recta, longitud de 140 a 150 mm.	1
36	535.567.0505	Legra Farabeuf, curva, 15 cm de longitud.	1
37	535.814.6495	Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm.	1
38	513.790.0014	Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad.	1
39	513.950.0101	Vaso metálico graduado de 30 ml.	1

Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	1.-Registro Sanitario	
	2.- Certificado de buenas prácticas de manufactura expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de las siguientes: ISO 13485:2016 e ISO 9001:2015	
	3.- Carta garantía en la cual el licitante o fabricante se compromete a sustituir los bienes defectuosos o en caso de vicios ocultos	
	4.- Carta de apoyo del fabricante para el concurso.	
	5.- Carta Garantía 1 año	
	6.- Carta de declaración de cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares y copia simple del certificado que compruebe dichos requerimientos:	
	A) ISO 7153:2016 surgical instruments – metallic materials part 1: stainless steel.	
	7.- Para el caso de fabricación nacional cumplimiento de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM), suplemento para dispositivos médicos. Instrumental de acero inoxidable para cirugía con laboratorio certificado ante el CENAM	
	A) acabado.	
	B) dimensiones.	
	C) material de fabricación.	
	D) resistencia a la corrosión.	
	E) marcado del producto.	
	F) envase primario. (NOM-137-SSA1-2008)	