



Salud

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Servicios de
Salud Jalisco

13. NEGATOSCOPIO CON LUZ LED

| | | | | | |
|---|--|-------------|------|-----------------------------------|--|
| Folio | | Partida | 5311 | Clave de cuadro es- tatal 2022 | |
| Área Requirente | Dirección Médica | | | | |
| Descripción Téc- nica: | 1. Estructura: 1.1.- Una placa 2. Panel frontal de acrílico blanco de 2mm como mínimo. 3. Fuente de alimentación electrónica regulada. 4 Sistema para sujetar películas. 5.-Que cuente con alta luminancia tecnología LED 6. La luminancia de los negatoscopios deberá ser al menos de 6300 luxes con regulador de intensidad luminosa 7. La iluminación deberá ser homogénea 8. Sensor de encendido y apagado automático al insertar la película 9. Medidas de 54x47 cm con un grosor de 2.4 cm. | | | | |
| Accesorios | CANT | Descripción | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Instalación : | N/A | Descripción | | | |
| | | | | | |
| Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica: | | | | | |
| Catálogos, folletos, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas | | | | | |
| Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año. | | | | | |
| Carta compromiso original del distribuidor o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo. | | | | | |
| Documento membretado del distribuidor o fabricante con la información de contacto para reportes de garantía | | | | | |
| Documento en el cual estipule el proceso para hacer efectiva la garantía del equipo | | | | | |
| Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, | | | | | |
| Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. | | | | | |