



Salud

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Servicios de
Salud Jalisco

65. SIMULADOR DE ECG

Folio		Partida	5311	Clave de cuadro estatal 2022	
Área Requiriente	Dirección Médica				
Descripción Técnica:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Interruptor de encendido y apagado del simulador. 2. Indicador de nivel de batería por led o en Display. 3. Display 4. Teclado de navegación compatible con interfaz. 5. 10 Conectores tipo ECG para el equipo en evaluación. 6. Acceso al compartimiento de batería. 7. Análisis de 12 Derivaciones (Estandar AHA) 8. Frecuencia Cardíaca (PPM) de 30-150 9. Capacidad de selección de tipo de paciente. 10. Selector de parámetros y señales en rango normal, patológico y de calibración. 11. Temperatura de funcionamiento de 15 a 35 °C (59 a 95 °F) 12. Temperatura de almacenamiento de 0 a 50 °C (32 a 122 °F) 13. Humedad máxima de funcionamiento: 80 % de humedad relativa hasta 31 °C (88 °F), reduciéndose linealmente hasta el 50 % de humedad relativa a 40 °C (104 °F). 14. Humedad máxima de almacenamiento: 95 % 15. Altitud de hasta 2000 m 16. Alimentación por baterías <ol style="list-style-type: none"> 16.1 Tensión: 9 V CC 16.2 Consumo eléctrico: < 70 mA 16.3 Vida útil de la batería: > 7 horas 16.4 Batería recargable mediante alimentación eléctrica. 17. Fuente de alimentación externa 18. Tensión de salida: 12 a 15 V 				



65. SIMULADOR DE ECG

	19. Corriente de salida: 1,2 A	
Accesorios	CANT	Descripción
	0	
Instalación :	N/A	Descripción
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:		
Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique		
Catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas		
Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.		
Carta compromiso original del distribuidor o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.		
Documento membretado del distribuidor o fabricante con la información de contacto para reportes de garantía		
Documento en el cual estipule el proceso para hacer efectiva la garantía del equipo		
Documentos adicionales para productos de origen nacional:		
Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS o ISO 9001:2015 e ISO 13485:2018 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.		
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,		
Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.		
Documentos adicionales para productos de origen internacional:		
Copia simple de certificado ISO 9001:2015 e ISO 13485:2018 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado		
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,		
Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.		
Carta bajo protesta de decir verdad que el Certificado de Origen se incluye dentro del empaque del equipo		
Copia del certificado CE, JIS o FDA del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado		