175. BAÑO DE ARTESA

Folio		**Partida**	5111	**Clave de cuadro estatal 2022**	
Área Requirente	Dirección Médica				
Descripción Técnica:	Baño de Artesa con las siguientes características: 1.-Cespol registrable de acero o latón de 38mm (11/2'') de diámetro; acabado cromado. 2.-Charola perforada desmontable de lámina de acero inoxidable cal. No. 18; acabado pulido. 3.-Colchoneta con núcleo de poliuretano de 24kg/cm 3 x 60mm de espesor forrado en vinilo grabado en punto fino color negro. 4.-Contra de rejilla de acero o latón de 38mm (11/2'') de diámetro; acabado cromado 5.-Cubierta, respaldo perimetral, tina de baño y división transversal en lámina de acero cal. No. 16 6.-Cuerpo y entrepaños en lámina de acero inoxidable cal. No. 20 acabado en pintura color gris* 7.-Llaves y manguera con regadera tipo de teléfono. 8.-Recubrimiento en la parte inferior de la cubierta 9.-Regaton de aluminio de 25mm (1') de diámetro con altura ajustable 10.-Tubo cuadrado de acero inoxidable cal. No. 18 de 32mmx 32mm, acabado en pintura color gris				
Accesorios	**CANT**	**Descripción**			
Instalación :	**N/A**	**Descripción**			
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:					
Catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.					
Copia simple de certificado ISO 9001:2015 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado					