165. TERMÓMETRO CLÍNICO

Folio		**Partida**	2541	**Clave de cuadro estatal 2022**	
Área Requirente	Dirección Médica				
Descripción Técnica:	Termómetro clínico para la medición oral, rectal y axilar de la temperatura corporal. 1. Sensor de temperatura de alta precisión. 2. Termómetro con indicación de 3 dígitos, memoria y señal acústica 3. Irrompible y hermético 4. Intervalo de medición: 32 a 43,9°C Precisión: +/- 0,1°C 5. Desconexión automática después de unos minutos sin utilizarse. 6. Batería de larga duración incluida.				
Accesorios	**CANT**	**Descripción**			
Instalación :	**N/A**	**Descripción**			

Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:
Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique
Catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas
Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.
Carta compromiso original del distribuidor o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.
Documento membretado del distribuidor o fabricante con la información de contacto para reportes de garantía
Documento en el cual estipule el proceso para hacer efectiva la garantía del equipo
Documentos adicionales para productos de origen nacional:
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.
Documentos adicionales para productos de origen internacional:
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.
Carta bajo protesta de decir verdad que el Certificado de Origen se incluye dentro del empaque del equipo
Copia del certificado CE, JIS o FDA del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado