

145. SET DE HISTERECTOMIA VAGINAL

Cons.	Clave cuadro Básico	Descripción	Cantidad
1		INSTRUMENTO PARA INTRODUCIR NUDOS 5MM DIAMTRO 310MM DE LONGITUD	1
2		TUBO P.SUCCION E IRRI 5MM 300MM	1
3		ELECTRODO EN ESPATULA MONOP.SOLO	1
4		MANGO ELECTROD MONOPOLAR GK383 Y GK386	1
5		PUNTA ELECTRODO MONOP.EN GAN.AFILAD	1
6		MANGO ELECTROD MONOPOLAR GK383 Y GK386	1
7		PINZA LUCIO D:5MM 310MM	1
8		BOCA PINZA LUCIO GRAN D:10/310MM	1
9		TUBO EXTER.10/10MM P.INTRUMENT.310MM	1
10		MANGO MONOPOLAR CON BLOQUEO	1
11		PINZA GRAN P.BIOPSIA 10/310MM AISLADA	1
12		PINZA AGARRE CORTA FENESTRADA D:5/310MM	1
13		PINZA MARYLAND D:5MM 310MM	1
14		PINZA SUJECION FENESTRADA D:5/310MM	1
15		PINZA AGARRE BABCOCK D:5/310MM	1
16		DUROGRIP PORTAAGUJAS RCT.D:5/310MM	1
17		ENDO RETRACTOR EN ABANICO D:10/400MM	1
18		OPTICA GRANANGULAR 10,0MM O GRD 330MM	1
19		TIJERA METZENBAUM DUROTIP ESM.D5MM 310MM	1
20		1/1 CESTA PERF.540X253X36MM	1
21		1/1 TAPA P.CESTA PERF.544X257MM	1
22		MANIPULADOR UTERINO UNICO	1
23		SONDA UTER.C.PIEZA CON.3,0MM/45MM	1
24		SONDA UTER.C.PIEZA CON.6,5MM/60MM	1
25		SONDA UTER.C.PIEZA CON.6,5MM/60MM 180°	1
26		SONDA UTER.C.PIEZA CON.6,5MM/75MM	1
27		SONDA UTER.C.PIEZA CON.6,5MM/90MM	1
28		CAMPANA PLASTICO D:35MM PARA ER800R	1
29		CAMPANA PLASTICO D:45MM PARA ER800R	1

Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	1.-Registro Sanitario	
	2.- Certificado de buenas prácticas de manufactura expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de las siguientes: ISO 13485:2016 e ISO 9001:2015	
	3.- Carta garantía en la cual el licitante o fabricante se compromete a sustituir los bienes defectuosos o en caso de vicios ocultos	
	4.- Carta de apoyo del fabricante para el concurso.	
	5.- Carta Garantía 1 año	
	6.- Carta de declaración de cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares y copia simple del certificado que compruebe dichos requerimientos:	
	A) ISO 7153:2016 surgical instruments – metallic materials part 1: stainless steel.	
	7.- Para el caso de fabricación nacional cumplimiento de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM), suplemento para dispositivos médicos. Instrumental de acero inoxidable para cirugía con laboratorio certificado ante el CENAM	
	A) acabado.	
	B) dimensiones.	
	C) material de fabricación.	
	D) resistencia a la corrosión.	
	E) marcado del producto.	
	F) envase primario. (NOM-137-SSA1-2008)	