Salud

Partida 2022: 5321

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Servicios de Salud Jalisco

151. SET DE TRAQUEOSTOMÍA

Cons.	Clave cuadro Básico	Descripción	Cantidad
1	535.701.0742	PINZA CRILE O CRILE-RANKIN, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 155 A 160 MM.	6
2	535.701.0833	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	6
3	535.701.1294	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	6
4	535.701.2037	PINZA ALLIS, CON 4 X 5 DIENTES, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	4
5	535.701.0379	PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 110 A 125 MM.	1
6	535.814.0480	SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 120 A 125 MM.	1
7	535.859.1070	TIJERA METZENBAUM, CURVA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	1
8	535.859.0494	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	1
9	535.137.0084	BISTURI QUIRURGICO, MANGO NO. 4	1
10	537.105.0245	BISTURI QUIRURGICO, MANGO NO. 3 CON ESCALA	1
11	535.716.0349	PORTA AGUJA MAYO HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 15 CM.	1
12	535.716.1701	PORTA AGUJAS CRILE MURRAY, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, LONGITUD DE 150 A 160 MM.	1
13	535.157.0022	CANULA FERGUSON, CAL. 10 FR. ANGULADA	1
14	535.157.0014	CANULA FERGUSON, CAL. 8 FR. ANGULADA	1
15	535.701.1831	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	1
16	535.701.0544	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES , LONGITUD DE 130 A 140 MM.	1
17	535.701.1385	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	1
18	535.701.4843	PINZA ADSON, SIN DIENTES, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD	1
19	513.227.0074	CHAROLA MAYO DE ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES: 49 X 32 CM.	1
20	535.156.0031	CANULA YANKAWER, CON BOTON DESATORNILLABLE. LONGITUD 27 O 22 CM.	1
21	537.814.8935	SEPARADOR LABORDE, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	1
22	535.814.6552	SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILLER O SENN-MUELLER, DE DOBLE EXTREMO, CON 3 GARFIOS ROMOS. LONGITUD DE 160 A 170 MM.	2
23		CUBETA P/CONTENED.3/4 PERF.ALTURA:120MM	1
24		3/4 CESTA PERF.406X253X76MM	1

Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	1.-Registro Sanitario	
	2.- Certificado de buenas prácticas de manufactura expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de las siguientes: ISO 13485:2016 e ISO 9001:2015	
	3.- Carta garantía en la cual el licitante o fabricante se compromete a sustituir los bienes defectuosos o en caso de vicios ocultos	
	4.- Carta de apoyo del fabricante para el concurso.	
	5.- Carta Garantía 1 año	
	6.- Carta de declaración de cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares y copia simple del certificado que compruebe dichos requerimientos:	
	A) ISO 7153:2016 surgical instruments – metallic materials part 1: stainless steel.	
	7.- Para el caso de fabricación nacional cumplimiento de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM), suplemento para dispositivos médicos. Instrumental de acero inoxidable para cirugía con laboratorio certificado ante el CENAM	
	A) acabado.	
	B) dimensiones.	
	C) material de fabricación.	
	D) resistencia a la corrosión.	
	E) marcado del producto.	
	F) envase primario. (NOM-137-SSA1-2008)	

Jalisco