177. BURÓ CON CAJÓN HOSPITALARIO

Folio		**Partida**	5111	**Clave de cuadro estatal 2022**	
Área Requirente	Dirección Médica				
Descripción Técnica:	1. Buro con cajón de lámina de acero calibre 20, acabado en laminado plástico 2. Entrepaño de lámina de acero calibre 22, acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado 3. Patas de tubo de lámina de acero, acabado en esmalte alquidálico electrostático horneado 4. Regatón de polipropileno 5. Dimensiones ancho 35 cm largo 35 cm altura 75 cm				
Accesorios	**CANT**	**Descripción**			
	X	**No aplica**			
Instalación :	**N/A**	**Descripción**			
	X	**No aplica**			
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:					
Catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.					
Copia simple de certificado ISO 9001:2015 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado					