Salud

Partida 2022: 5321

**O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO**

Servicios de Salud Jalisco

149. SET DE SALPINGOCLASIA, MINILAPAROTOMÍA

| Cons. | Clave cuadro Básico | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 535.156.0031 | CANULA YANKAWER, CON BOTON DESATORNILLABLE. LONGITUD 27 O 22 CM. | 1 |
| 2 | 535.716.0299 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, ESTRIAS CRUZADAS, LONGITUD 20 CM. | 2 |
| 3 | 535.701.1880 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | 1 |
| 4 | 535.701.1955 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA,ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | 1 |
| 5 | 535.701.1385 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM. | 2 |
| 6 | 535.701.0544 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES , LONGITUD DE 130 A 140 MM. | 2 |
| 7 | 535.701.1419 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 170 A 180 MM. | 2 |
| 8 | 535.814.0480 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 120 A 125 MM. | 1 |
| 9 | 535.859.2417 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM. | 1 |
| 10 | 535.859.2672 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM. | 1 |
| 11 | 537.105.0245 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO NO. 3 CON ESCALA | 1 |
| 12 | 535.137.0084 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO NO. 4 | 2 |
| 13 | 537.702.5944 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 250 A 260 MM. | 6 |
| 14 | 535.701.0734 | PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. | 12 |
| 15 | 535.701.0098 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | 6 |
| 16 | 535.701.3944 | PINZA BABCOCK, FENESTRADA, CON RETEN, LONGITUD 18 CM. | 2 |
| 17 | 513.227.0074 | CHAROLA MAYO DE ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES: 49 X 32 CM. | 1 |
| 18 | 535.859.1021 | TIJERA METZEMBAUM, CURVA, FINA, LONGITUD 18 CM. | 1 |
| 19 | 535.701.0379 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 110 A 125 MM. | 1 |
| 20 | 535.701.4843 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD | 1 |
| 21 | 535.814.6560 | SEPARADOR US ARMY, DE 210 A 220 MM. DE LONGITUD, JUEGO DE DOS | 1 |
| 22 | | CUBETA P/CONTENED.3/4 PERF.ALTURA:120MM | 1 |
| 23 | | 3/4 CESTA PERF.406X253X76MM | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica | 1.-Registro Sanitario | |
| | 2.- Certificado de buenas prácticas de manufactura expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de las siguientes: ISO 13485:2016 e ISO 9001:2015 | |
| | 3.- Carta garantía en la cual el licitante o fabricante se compromete a sustituir los bienes defectuosos o en caso de vicios ocultos | |
| | 4.- Carta de apoyo del fabricante para el concurso. | |
| | 5.- Carta Garantía 1 año | |
| | 6.- Carta de declaración de cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares y copia simple del certificado que compruebe dichos requerimientos: | |
| | A) ISO 7153:2016 surgical instruments – metallic materials part 1: stainless steel. | |
| | 7.- Para el caso de fabricación nacional cumplimiento de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM), suplemento para dispositivos médicos. Instrumental de acero inoxidable para cirugía con laboratorio certificado ante el CENAM | |
| | A) acabado. | |
| | B) dimensiones. | |
| | C) material de fabricación. | |
| | D) resistencia a la corrosión. | |
| | E) marcado del producto. | |
| | F) envase primario. (NOM-137-SSA1-2008) | |

Jalisco