36. MESA PARA ATENCIÓN A RECIÉN NACIDOS

Folio		**Partida**	5311	**Clave de cuadro estatal 2022**	
Área Requirente	Dirección Médica				
Descripción Técnica:	1.- Mesa para exploración neonatal o pediátrica. 2.- Estructura tubular cuadrada de acero rolado en frio de 2.54 cm (1") calibre 18 como mínimo, acabado en pintura en polvo electrostática horneada, con 4 niveladores de polipropileno de alto impacto. 3.- Dimensiones: 3.1.- Altura de la superficie de trabajo incluyendo colchón de 90 cm como mínimo. 3.2.- Largo de la superficie de trabajo 120 cm como mínimo. 3.3.- Largo total de la estructura de 165 cm como mínimo, incluyendo portabáscula. 3.4.- Ancho de 55 cm como mínimo. 4.- Cubierta (base del colchón) y barandal de una sola pieza, de lámina de acero rolado en frio calibre 18 como mínimo, acabado en pintura en polvo electrostática horneada. 5.- Barandal de 10 cm de altura como mínimo con doblez planchado interior de 8 cm en la parte superior. 6.- Con colchón desmontable de espuma de poliuretano de alta densidad de 24 kg/m3 firme, de 2.5 cm de espesor, forrado en tela vinílica lavable, impermeable, reusable, liso y antibacterial. 7.- Portabáscula en lámina de acero rolado en frio calibre 18 como mínimo, acabado en pintura en polvo electrostática horneada, soldada a la estructura tubular. 8.- Con 2 cajones de lámina de acero rolado en frio calibre 18 como mínimo, acabado en pintura en polvo electrostática horneada, con jaladeras integradas y sistema de correderas embaladas en nylon,. Dimensiones de 35 cm de largo, 40 cm de profundidad y 15 cm de altura, tolerancia de +/- 1 cm como máximo en todas las dimensiones. 9.- Infantómetro o estadímetro pediátrico integrado, metálico y/o acrílico, con sistema de fijación que no sobresalga de la estructura. Graduado en centímetros y con divisiones de 0.5 cm como mínimo. Topes a 90° fijo para cabeza y móvil para pies. Longitud mínima de 1 metro. 10.- Todas las uniones deberán ser soldadas no punteadas (a excepción del infantómetro), con un cordón de soldadura de 2.5 cm como mínimo.				
Accesorios	**CANT**	**Descripción**			
	0				
Instalación :	**N/A**	**Descripción**			

Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:
Catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas
Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.
Copia simple de certificado ISO 9001:2015 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado