



54. ESTERILIZADOR DE CALOR SECO

Folio		Partida	5311	Clave de cuadro es- tatal 2022	
Área Requiente	Dirección Médica				
Descripción Téc- nica:	1. Equipo esterilizador de aire caliente para instrumental estomatológico que no resiste humedad y presión. 2. Equipo portátil, en gabinete, de operación manual y generador de aire caliente por medios eléctricos. 3. Cámara horizontal de 40 x 20 x 20 cm. 4. Con puerta de apertura manual. 5. Focos piloto indicadores de funcionamiento 6. Ventilas de aire troqueladas en cuerpo exterior para ventilación de los aparatos eléctricos. 7. Forro de la cámara con fibra de vidrio como aislante de calor. 8. Charolas de aluminio anticorrosivo (tres charolas). 9. Control de tiempo de 0 a 60 minutos. 10. Control de precalentamiento que permite iniciar el ciclo de esterilización una vez alcanzada la temperatura de 170 grados centígrados se- leccionada previamente en el termostato. 11. Temperatura de cámara ajustable de 121º a 180º C y cronorruptor para el tiempo de esterilización. 12. Resistencia rizada de alambre nicromel cal.-22, aislada de la cámara para evitar la radiación al instrumental.				
Accesorios	CANT	Descripción			
	1	Funda de protección			
Instalación :	N/A	Descripción			
		Alimentación eléctrica grado médico con tierra física. Eléctrica: 120 V ± 10%, 60 Hz.			
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:					
Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
Catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.					
Carta compromiso original del distribuidor o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
Documento membretado del distribuidor o fabricante con la información de contacto para reportes de garantía					
Documento en el cual estipule el proceso para hacer efectiva la garantía del equipo					
Documentos adicionales para productos de origen nacional:					
Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS o ISO 13485:2018 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.					
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,					
Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.					
Documentos adicionales para productos de origen internacional:					
Copia simple de certificado ISO 13485:2018 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado					
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,					
Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.					
Carta bajo protesta de decir verdad que el Certificado de Origen se incluye dentro del empaque del equipo					
Copia del certificado CE, JIS o FDA del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado					