137. SET DE CIRUGÍA MAYOR

Cons.	Clave cuadro Básico	Descripción	Cantidad
1	535.701.0338	PINZA ADLERKREUTZ, CON 4 X 5, DIENTES, LONGITUD DE 200 MM.	1
2	537.702.5944	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 250 A 260 MM.	4
3	535.814.0480	SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 120 A 125 MM.	1
4	535.859.1021	TIJERA METZEMBAUM, CURVA, FINA, LONGITUD 18 CM.	2
5	535.702.0147	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	8
6	535.701.0742	PINZA CRILE O CRILE-RANKIN, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 155 A 160 MM.	15
7	535.156.0031	CANULA YANKAWER, CON BOTON DESATORNILLABLE. LONGITUD 22 O 27 CM.	2
8	535.716.0299	PORTA AGUJA MAYO HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, ESTRIAS CRUZADAS, LONGITUD 20 CM.	2
9	535.701.0544	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES , LONGITUD DE 130 A 140 MM.	2
10	535.701.1385	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	2
11	535.701.1880	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	1
12	535.701.1609	PINZA BABCOCK, RECTA, LONGITUD DE 170 A 200 MM.	6
13	535.137.0084	BISTURI QUIRURGICO, MANGO NO. 4	2
14	537.702.4798	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 160 A 165 MM.	6
15	535.701.1302	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD 200 A 205 MM.	6
16	535.701.1682	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 200 A 215 MM.	2
17	535.701.1955	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA,ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	1
18	513.227.0074	CHAROLA MAYO DE ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES: 49 X 32 CM.	1
19	537.702.6611	PINZA RUSS-MODEL, PARA DISECCION, CON DIENTES, FENESTRADA, LONGITUD DE 150 MM.	1
20	535.814.6495	SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	1
21	535.814.0241	SEPARADOR RICHARDSON-EASTMANN, DE DOBLE EXTREMO, JUEGO DE DOS	1
22	535.859.2672	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM.	1
23	535.859.2417	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM.	2
24		CUBETA P/CONTENED.3/4 PERF.ALTURA:120MM	1
25		3/4 CESTA PERF.406X253X76MM	1

Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	1.-Registro Sanitario	
	2.- Certificado de buenas prácticas de manufactura expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de las siguientes: ISO 13485:2016 e ISO 9001:2015	
	3.- Carta garantía en la cual el licitante o fabricante se compromete a sustituir los bienes defectuosos o en caso de vicios ocultos	
	4.- Carta de apoyo del fabricante para el concurso.	
	5.- Carta Garantía 1 año	
	6.- Carta de declaración de cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares y copia simple del certificado que compruebe dichos requerimientos:	
	A) ISO 7153:2016 surgical instruments – metallic materials part 1: stainless steel.	
	7.- Para el caso de fabricación nacional cumplimiento de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM), suplemento para dispositivos médicos. Instrumental de acero inoxidable para cirugía con laboratorio certificado ante el CENAM	
	A) acabado.	
	B) dimensiones.	
	C) material de fabricación.	
	D) resistencia a la corrosión.	
	E) marcado del producto.	
	F) envase primario. (NOM-137-SSA1-2008)	