Salud

Partida 2022: 5321

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Servicios de Salud Jalisco

133. SET DE CIRCUNCISIÓN PARA ADULTO

Cons.	Clave cuadro Básico	Descripción	Cantidad
1	537.105.0245	BISTURI QUIRURGICO, MANGO NO. 3 CON ESCALA	1
2	535.859.1021	TIJERA METZEMBAUM, CURVA, FINA, LONGITUD 18 CM.	1
3	535.701.4843	PINZA ADSON, SIN DIENTES, 11 CM. DE LONGITUD	1
4	535.701.0544	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES , LONGITUD DE 130 A 140 MM.	1
5	535.701.0379	PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 110 A 125 MM.	1
6	535.701.1849	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	2
7	535.701.1294	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	5
8	535.701.0734	PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	2
9	535.701.0817	PINZA HALSTED MOSQUITO O MICRO MOSQUITO O HARTMAN, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.	3
10	537.716.0691	PORTA AGUJAS CRILE WOOD, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONG	1
11	537.716.0725	PORTA AGUJAS MASING, QUIJADAS ASERRADAS, CON PUNTA DE DIAMANTE, LONGITUD 130 MM.	1
12	535.701.1385	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	1
13	513.227.0074	CHAROLA MAYO DE ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES: 49 X 32 CM.	1
14		CUBETA P/CONTENED.1/2 PERF.ALTURA:120MM	1
15		1/2 CESTA PERF.243X253X76MM	1

Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	1.-Registro Sanitario	
	2.- Certificado de buenas prácticas de manufactura expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de las siguientes: ISO 13485:2016 e ISO 9001:2015	
	3.- Carta garantía en la cual el licitante o fabricante se compromete a sustituir los bienes defectuosos o en caso de vicios ocultos	
	4.- Carta de apoyo del fabricante para el concurso.	
	5.- Carta Garantía 1 año	
	6.- Carta de declaración de cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares y copia simple del certificado que compruebe dichos requerimientos:	
	A) ISO 7153:2016 surgical instruments – metallic materials part 1: stainless steel.	
	7.- Para el caso de fabricación nacional cumplimiento de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM), suplemento para dispositivos médicos. Instrumental de acero inoxidable para cirugía con laboratorio certificado ante el CENAM	
	A) acabado.	
	B) dimensiones.	
	C) material de fabricación.	
	D) resistencia a la corrosión.	
	E) marcado del producto.	
	F) envase primario. (NOM-137-SSA1-2008)	

Jalisco