12. MESA PARA EXPLORACIÓN UROLÓGICA

Folio		**Partida**	5311	**Clave de cuadro estatal 2022**	
Área Requirente	Dirección Médica				
Descripción Técnica:	Equipo semifijo para realizar la exploración física del paciente en posición de decúbito. 1. Mesa de exploración construida en lámina y con las siguientes dimensiones: altura de 80 cm como mínimo, longitud total de 185 cm como mínimo, ancho de 68 cm como mínimo. 1.1 Con tres secciones: Dorso con movimiento neumático para elevación continua ajustable de 0 a 80 grados mayor. Pélvica. Miembros inferiores, deslizable o abatible. 1.2 Colchón desmontable con cubierta de vinil. 1.3 Pintura anticorrosiva en acabado mate. 1.4 Porta rollo de papel integrado. 1.5 Cajoneras frontales de alto impacto. 1.6 Cajoneras laterales derechas de alto impacto. 1.7 Escalón deslizable integrado. 1.8 Cubierta antiderrapante. 1.9 Charola recolectora de líquidos. 1.10 Taloneras retractiles integradas, pierneras tipo Goeopel acojinadas con fijadores.				
Accesorios	**CANT**	**Descripción**			
Instalación :	**N/A**	**Descripción**			

Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:
Catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas
Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.
Carta compromiso original del distribuidor o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.
Documento membretado del distribuidor o fabricante con la información de contacto para reportes de garantía
Documento en el cual estipule el proceso para hacer efectiva la garantía del equipo
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.