22. CAMA DE HOSPITALIZACIÓN ELÉCTRICA PEDIÁTRICA

Folio		**Partida**	5311	**Clave de cuadro estatal 2022**	
Área Requirente	Dirección Médica				
Descripción Técnica:	Características: 1.- Cama ajustable eléctricamente de dos secciones para su operación. 2.- Dimensiones máximas (+/- 5%): 2.1.- Medidas de la cama: 151cm largo o mayor x 83cm ancho. 2.2.- Altura eléctrica ajustable de la superficie de la cama de 58cm a 83cm. 2.3.- Superficie del colchón de 137cm x 70cm. 2.4.- Barandillas 140cm x 89cm. 2.5.- Respaldo de 40°. 3.- Trendelemburg eléctrico; Trendelemburg y Anti trendelemburg, 15° a -15°. 4.- Capacidad de carga del paciente de 75 kg como mínimo. 5.- 4 Ruedas de 12.5 cm con freno centralizado. 6.- Altura de las barandillas de 80cm a partir de la plataforma del colchón. 7.- Colchón de acuerdo a las medidas de la superficie de paciente, con funda flexible, resistente al agua y permeable al vapor, con altura de 10 cm. 8.- Protección en las 4 esquinas. 9.- Con barandillas telescópicas en ambos lados de la cama. 10.- Con extremos de la cama extraíbles y transparentes que permitan constante supervisión. 11.- Con plataforma para el colchón de acero con cubierta plástica de alto impacto ABS. 12.- Con panel de supervisión con botones de respaldo, botones de ajuste del atura y botones de trendelemburg, con indicador de batería. 13.- Con liberación del respaldo para CPR junto al cabecero. 14.- Con retracción del respaldo, para liberar presión y prevenir llagas por presión. 15.- Con batería como reservorio de energía en caso de fallo de electricidad o durante el transporte, capacidad de 1,2 Ah. 16.- Con grado de protección IP X4. 17.- Diseño con columnas telescópicas de aluminio que pueden ser limpiadas y desinfectadas. 18. Con ecualización de potenciales para proteger al paciente de descargas de electricidad estática.				
Accesorios	**CANT**	**Descripción**			
	1	Poste de acero porta sueros de 3 ganchos.			
	2	Barra para colgar accesorios.			
Instalación :	**N/A**	**Descripción**			
		Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.			

Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:
Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique
Catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas
Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.
Carta compromiso original del distribuidor o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.
Documento membretado del distribuidor o fabricante con la información de contacto para reportes de garantía
Documento en el cual estipule el proceso para hacer efectiva la garantía del equipo
Documentos adicionales para productos de origen nacional:
Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS o ISO 9001:2015 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.
Documentos adicionales para productos de origen internacional:
Copia simple de certificado ISO 9001:2015 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.
Carta bajo protesta de decir verdad que el Certificado de Origen se incluye dentro del empaque del equipo
Copia del certificado CE, JIS o FDA del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado