Salud

Partida 2022: 5321

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Servicios de Salud Jalisco

144. SET DE HEMORROIDECTOMÍA

Cons.	Clave cuadro Básico	Descripción	Cantidad
1	535.137.047	BISTURI QUIRURGICO, MANGO LARGO NO. 7	1
2	535.859.1021	TIJERA METZEMBAUM, CURVA, FINA, LONGITUD 18 CM.	1
3	535.859.2672	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM.	1
4	535.859.2417	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM.	1
5	535.701.1385	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	2
6	535.701.0379	PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 110 A 125 MM.	1
7	535.701.0338	PINZA ADLERKREUTZ, CON 4 X 4 DIENTES, LONGITUD DE 200 MM.	1
8	537.702.6611	PINZA RUSS-MODEL, PARA DISECCION, CON DIENTES, FENESTRADA, LONGITUD DE 150 MM.	1
9	535.701.0833	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	6
10	535.701.0742	PINZA CRILE O CRILE-RANKIN, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 155 A 160 MM.	6
11	535.701.1302	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD 200 A 205 MM.	6
12	535.716.0299	PORTA AGUJA MAYO HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, ESTRIAS CRUZADAS, LONGITUD 20 CM.	2
13	535.701.1880	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	1
14	537.375.0032	ANOSCOPIO BENSAUDE O HIRSCHMANN O NEWMAN, CON OBTURADOR, TAMAÑO GRANDE	1
15	535.399.0053	ESTILETE DOBLE EXTERNO, MALEABLE, DIAMETRO DE 1 MM., LONGITUD DE 140 A 145 MM.	1
16	535.399.0103	ESTILETE DOBLE EXTERNO, MALEABLE, DIAMETRO DE 2 MM., LONGITUD DE 140 A 145 MM.	1
17	537.173.1166	SONDA DOYEN ACANALADA, LONGITUD 14 CM.	1
18	537.057.0151	ANOSCOPIO BENSAUDE O HIRSCHMANN O NEWMAN, CON OBTURADOR, TAMAÑO MEDIANO	1
19	537.383.0040	ESPEJO PRATT CON TORNILLO DE GRADUACION, 15 CM. DE LONGITUD	1
20	537.383.0016	ESPEJO FANSLER CON OBTURADOR METALICO 3.4 CM. DE DIAMETRO, LONGITUD 5.7 CM.	1
21	513.227.0074	CHAROLA MAYO DE ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES: 49 X 32 CM.	1
22	535.701.1955	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA,ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	1
23		CUBETA P/CONTENED.3/4 PERF.ALTURA:120MM	1
24		3/4 CESTA PERF.406X253X76MM	1

Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	1.-Registro Sanitario	
	2.- Certificado de buenas prácticas de manufactura expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de las siguientes: ISO 13485:2016 e ISO 9001:2015	
	3.- Carta garantía en la cual el licitante o fabricante se compromete a sustituir los bienes defectuosos o en caso de vicios ocultos	
	4.- Carta de apoyo del fabricante para el concurso.	
	5.- Carta Garantía 1 año	
	6.- Carta de declaración de cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares y copia simple del certificado que compruebe dichos requerimientos:	
	A) ISO 7153:2016 surgical instruments – metallic materials part 1: stainless steel.	
	7.- Para el caso de fabricación nacional cumplimiento de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM), suplemento para dispositivos médicos. Instrumental de acero inoxidable para cirugía con laboratorio certificado ante el CENAM	
	A) acabado.	
	B) dimensiones.	
	C) material de fabricación.	
	D) resistencia a la corrosión.	
	E) marcado del producto.	
	F) envase primario. (NOM-137-SSA1-2008)	

Jalisco