

140. SET DE COLPOPERINEORRAFIA

| Cons. | Clave cuadro Básico | Descripción | Cantidad |
|-------|---------------------|---|----------|
| 1 | 535.859.2417 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM. | 1 |
| 2 | 535.716.0372 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 18 CM. | 1 |
| 3 | 535.701.1385 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 160 MM. | 1 |
| 4 | 535.701.0544 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | 1 |
| 5 | 535.701.1955 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA,ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | 2 |
| 6 | 535.701.1542 | PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM. | 4 |
| 7 | 535.701.0098 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | 4 |
| 8 | 535.859.2672 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM. | 1 |
| 9 | 513.227.0074 | CHAROLA MAYO DE ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES: 49 X 32 CM. | 1 |
| 10 | 535.701.0734 | PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. | 2 |
| 11 | 537.857.1714 | TIJERA USA, PARA CORDON UMBILICAL, LONGITUD DE 105 MM. | 1 |
| 12 | | CUBETA P/CONTENEDOR 1/2 PERF.ALTURA:90MM | 1 |
| 13 | | 1/2 CESTA PERF.243X253X56MM | 1 |

| | | |
|--|--|--|
| Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica | 1.-Registro Sanitario | |
| | 2.- Certificado de buenas prácticas de manufactura expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de las siguientes: ISO 13485:2016 e ISO 9001:2015 | |
| | 3.- Carta garantía en la cual el licitante o fabricante se compromete a sustituir los bienes defectuosos o en caso de vicios ocultos | |
| | 4.- Carta de apoyo del fabricante para el concurso. | |
| | 5.- Carta Garantía 1 año | |
| | 6.- Carta de declaración de cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares y copia simple del certificado que compruebe dichos requerimientos: | |
| | A) ISO 7153:2016 surgical instruments – metallic materials part 1: stainless steel. | |
| | 7.- Para el caso de fabricación nacional cumplimiento de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM), suplemento para dispositivos médicos. Instrumental de acero inoxidable para cirugía con laboratorio certificado ante el CENAM | |
| | A) acabado. | |
| | B) dimensiones. | |
| | C) material de fabricación. | |
| | D) resistencia a la corrosión. | |
| | E) marcado del producto. | |
| | F) envase primario. (NOM-137-SSA1-2008) | |