139. SET DE COLESISTECTOMÍA (VIAS BILIARES)

Cons.	Clave cuadro Básico	Descripción	Cantidad
1	537.301.3662	DILAT.P.DUCTO BILIAR BAKES 1MM	1
2	537.301.3662	DILAT.P.DUCTO BILIAR BAKES 2MM	1
3	537.301.3662	DILAT.P.DUCTO BILIAR BAKES 3MM	1
4	537.301.3662	DILAT.P.DUCTO BILIAR BAKES 4MM	1
5	537.301.3662	DILAT.P.DUCTO BILIAR BAKES 5MM	1
6	537.301.3662	DILAT.P.DUCTO BILIAR BAKES 6MM	1
7	537.301.3662	DILAT.P.DUCTO BILIAR BAKES 7MM	1
8	537.301.3662	DILAT.P.DUCTO BILIAR BAKES 8MM	1
9	537.301.3662	DILAT.P.DUCTO BILIAR BAKES 9MM	1
10	537.301.3662	DILAT.P.DUCTO BILIAR BAKES 10MM	1
11	537.301.3662	DILAT.P.DUCTO BILIAR BAKES 11MM	1
12	537.301.3662	DILAT.P.DUCTO BILIAR BAKES 12MM	1
13	537.301.3662	DILAT.P.DUCTO BILIAR BAKES 13MM	1
14	537.702.4483	PINZA RANDALL, CURVA DEL NO. 1 O DE 1/4 DE CIRCULO, LONGITUD DE 195 A 235 MM.	1
15	537.702.4491	PINZA RANDALL, CURVA DEL NO. 2 O DE 1/2 DE CIRCULO, LONGITUD DE 195 A 235 MM.	1
16	537.702.4509	PINZA RANDALL, CURVA DEL NO. 3 O DE 3/4 DE CIRCULO, LONGITUD DE 195 A 235 MM.	1
17	535.701.4470	PINZA RANDALL DEL No. 4, LONGITUD DE 195 A 235 MM.	1
18	535.907.0553	TROCAR OCHSNER, CON CAPUCHA PROTECTORA, 14 FR. DE CALIBRE, LONGITUD DE 15 CM.	1
19	537.702.4194	PINZA ESTANDAR, RECTA, ESTRIADA, DE 250 A 260 MM.	2
20	535.701.1955	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA,ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	1
21	535.701.1880	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	1
22	535.859.0130	TIJERA METZEMBAUM NELSON, RECTA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD 25 CM.	1
23	535.859.0114	TIJERA METZEMBAUM NELSON, CURVA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD 25 CM.	1
24	535.137.0472	BISTURI QUIRURGICO, MANGO LARGO NO. 7	1
25	535.701.4363	PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 190 A 195 MM.	2
26	535.701.4629	PINZA MIXTER, QUIJADAS CURVAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 220 A 230 MM.	2
27	535.701.1302	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	4
28	535.701.4371	PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 220 A 230 MM.	2
29	513.227.0074	CHAROLA MAYO DE ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES: 49 X 32 CM.	
30	535.716.0323	PORTA AGUJA MAYO HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, ESTRIAS CRUZADAS, LONGITUD 26 CM.	1
31	535.137.0084	BISTURI QUIRURGICO, MANGO NO. 4	2
32	535.701.0544	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES , LONGITUD DE 130 A 140 MM.	2
33	535.701.1385	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	2
34	535.701.0098	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	8
35	535.701.0742	PINZA CRILE O CRILE-RANKIN, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 155 A 160 MM.	15
36	537.702.4764	PINZA MIXTER O GEMINI, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 270 A 280 MM.	2
37	535.716.0299	PORTA AGUJA MAYO HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, ESTRIAS CRUZADAS, LONGITUD 20 CM.	2
38	535.814.6495	SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	1
39	535.156.0031	CANULA YANKAWER, CON BOTON DESATORNILLABLE. LONGITUD 27 O 22 CM.	2
40	535.859.1021	TIJERA METZEMBAUM, CURVA, FINA, LONGITUD 18 CM.	2
41	535.859.2672	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM.	1
42	535.859.2417	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM.	2
43	537.702.2214	PINZA BABY-MIXTER, CON ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD 180 MM.	2
44		CUBETA P/CONTENED.3/4 PERF.ALTURA:120MM	1
45		3/4 CESTA PERF.406X253X76MM	1
46		PRIMELINE 3/4 TAPA ANTRACITA	1

Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	1.-Registro Sanitario	
	2.- Certificado de buenas prácticas de manufactura expedida por la COFEPRIS o similar reconocido internacionalmente en caso de extranjeros o cualquiera de las siguientes: ISO 13485:2016 e ISO 9001:2015	
	3.- Carta garantía en la cual el licitante o fabricante se compromete a sustituir los bienes defectuosos o en caso de vicios ocultos	
	4.- Carta de apoyo del fabricante para el concurso.	
	5.- Carta Garantía 1 año	
	6.- Carta de declaración de cumplimiento de control de calidad de productos y materia prima acreditando las siguientes normas y estándares y copia simple del certificado que compruebe dichos requerimientos:	
	A) ISO 7153:2016 surgical instruments – metallic materials part 1: stainless steel.	
	7.- Para el caso de fabricación nacional cumplimiento de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM), suplemento para dispositivos médicos. Instrumental de acero inoxidable para cirugía con laboratorio certificado ante el CENAM	
	A) acabado.	
	B) dimensiones.	
	C) material de fabricación.	
	D) resistencia a la corrosión.	
	E) marcado del producto.	
	F) envase primario. (NOM-137-SSA1-2008)	