21. LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ LED

Folio		**Partida**	5311	**Clave de cuadro estatal 2022**	
Área Requirente	Dirección Médica				
Descripción Técnica:	Equipo que proporciona luz intensa y focalizada para iluminar el área de exanimación o tratamiento del paciente. 1.- Lámpara de examinación de un LED, cabezal pequeño. 2.- Fuente de luz con LED 3.- Intensidad de luz de 7,500 luxes como mínimo a una distancia entre 40 y 60 cm. 4.- Temperatura de color de 4000 grados Kelvin como mínimo. 5.- Tiempo de vida útil del LED 50,000 horas como mínimo. 6.- Cabezal de iluminación compacta. 7.- Longitud del brazo flexible de 79 cm como mínimo. 8.- Con diámetro de iluminación 10cm a una distancia de trabajo de 50cm.				
Accesorios	**CANT**	**Descripción**			
	1	Soporte con base rodable de 5 ruedas y freno en dos ruedas			
Instalación :	**N/A**	**Descripción**			
		Alimentación: 120v/60 Hz, grado médico			

Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:
Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique
Catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas
Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.
Carta compromiso original del distribuidor o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.
Documento membretado del distribuidor o fabricante con la información de contacto para reportes de garantía
Documento en el cual estipule el proceso para hacer efectiva la garantía del equipo
Documentos adicionales para productos de origen nacional:
Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS o ISO 9001:2015 e ISO 13485:2018 del fabricante
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.
Documentos adicionales para productos de origen internacional:
Copia simple de certificado ISO 9001:2015 ó ISO 13485:2018 del fabricante
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.
Carta bajo protesta de decir verdad que el Certificado de Origen se incluye dentro del empaque del equipo
Copia del certificado CE, JIS o FDA del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado