



198. MESA DE TRABAJO

Folio		Partida	5111	Clave de cuadro estatal 2022	
Área Requiriente	Dirección Médica				
Descripción Técnica:	<ol style="list-style-type: none"> Las uniones de los elementos componentes deberán ser maquinados para un perfecto ensamble, a base de soldadura con la misma resistencia mecánica del material base como mínimo con soldadura en cordones completos, uniformes, desbastados y pulidos para un buen acabado. Los dobleces deberán ir bien alineados y sin deformaciones según los radios ó ángulos del doblez. Dimensiones mínimas generales: 1500 mm de longitud, 700 mm de ancho y 900 mm de altura total. Base: Estructura de tubo de acero inoxidable calibre 18, patas y refuerzos en acero inoxidable. Entrepañó: Fabricado lámina de acero inoxidable tipo 304 calibre 18. Cubierta: Fabricada en acero inoxidable tipo 304 calibre 16. Regatones: niveladores en zamak de 3/4" color aluminio. Acabado: La cubierta de acero inoxidable lleva acabado pulido mate (120 líneas por pulgada), soldadura por arco con protección gaseosa, ya que genera menor riesgo de alterar la resistencia a la corrosión del acero inoxidable. 				
Accesorios	CANT	Descripción			
	0				
Instalación :	N/A	Descripción			
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:					
Catálogo, folleto u otro documento que permita identificar las características técnicas solicitadas.					
Isométricos del producto.					
Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.					
Copia simple de certificado ISO 9001:2015 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.					