



206. CUBETA DE 12 LITROS DE ACERO INOXIDABLE

Folio		Partida	2111	Clave de cuadro estatal 2022	
Área Requirente	Dirección Médica				
Descripción Técnica:	1.-Cubeta de 12 litros fabricada en lámina de acero inoxidable tipo AISI 304 calibre 20 acabado pulido sanitario, en una sola pieza. 2.-Con soportes (orejas) del mismo material en calibre 18 troqueladas con un acabado sin sobrantes rebabas con el material de la misma resistencia mecánica en cordones completos, uniformes, devastados y pulidos. 3.-Asa de alambrón de acero inoxidable AISI 304 de al menos ¼ de pulgada de diámetro con acabado pulido.				
Accesorios	CANT	Descripción			
Instalación :	N/A	Descripción			
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:					
Catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.					
Copia simple de certificado ISO 9001:2015 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado					