163. CONTENEDOR RÍGIDO PARA PUNZOCORTANTES DE 1 LITRO

Folio		**Partida**	2541	**Clave de cuadro estatal 2022**	
Área Requirente	Dirección Médica				
Descripción Técnica:	1. Los recipientes de los residuos peligrosos punzocortantes deberán ser rígidos, de polipropileno color rojo 2. El contenedor deberá de tener una capacidad de 0.94 a 1.90 lt 3. Con un contenido de metales pesados de no más de una parte por millón y libres de cloro, que permitan verificar el volumen ocupado en el mismo, resistentes a fracturas y pérdidas de contenido al caerse 4. Destructibles por métodos físicos, tener separador de agujas y abertura para depósito, 5. Con tapa(s) de ensamble seguro y cierre permanente, 6. Deberán contar con la leyenda que indique "RESIDUOS PELIGROSOS PUNZOCORTANTES BIOLOGICO-INFECCIOSOS" y marcados con el símbolo universal de riesgo biológico				
Accesorios	**CANT**	**Descripción**			
	X	**No aplica**			
Instalación :	**N/A**	**Descripción**			
	X	**No aplica**			
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:					
Catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.					
Copia simple de certificado ISO 9001:2015 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado					