



183. RELOJ PARA SALA DE OPERACIONES CON SEGUNDERO

Folio		Partida	5111	Clave de cuadro estatal 2022	
Área Requirente	Dirección Médica				
Descripción Técnica:	<div><div>1. Reloj analógico o digital preferentemente fabricado en acero inoxidable y con medidor de temperatura y humedad.</div><div>2. Reloj electrónico de alta calidad formado por un display de 5 1/2 dígitos de alto brillo, el cual presenta la hora en formato de HORAS: MINUTOS : SEGUNDOS.</div><div>3. Unidades luminosas de 5 mm.de diámetro.</div><div>4. Altura de los dígitos de 13.0cms.</div><div>5. Amplio ángulo de visión de más de 140 grados.</div><div>6. Variación máxima de tiempo de +/- 10 segundos al mes.</div><div>7. Fácil y accesible ajuste de hora en la caratula frontal, así como un sistema sencillo de sujeción a pared o colgado a techo.</div><div>8. Acrílico rojo frontal antirreflejante.</div><div>9. Dimensiones de Reloj (largo x alto x ancho) 70.0 x 25.0 x 8.2 cms.</div><div>10. Dimensiones de dígitos (largo x alto) 7.5 x 13.0 cms.</div><div>11. Distancia máxima de visión 65 mts.</div><div>12. Montaje Colgar o Sobreponer</div><div>13. Peso 3.3 Kg.</div><div>14. Voltaje de alimentación 110 a 127 VAC.</div><div>15. Consumo 24 watts.</div></div>				
Accesorios	CANT	Descripción			
	0				
Instalación :	N/A	Descripción			
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:					
Catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.					
Copia simple de certificado ISO 9001:2015 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado					