49. UNIDAD RADIOLÓGICA DENTAL

Folio		**Partida**	5311	**Clave de cuadro estatal 2022**	
Área Requirente	Dirección Médica				
Descripción Técnica:	1. Generador de alta frecuencia: 1.1 Tensión de alimentación de 70kV. 1.2 Corriente de 7 mA hasta 12 mA. 1.3 Distancia focal de 200 mm (8") o mayor. 1.4 Punto o mancha focal de 0.8 mm o menor. 1.5 Filtración total mínima de 2 mm de Al eq. 1.6 Movimiento telescópico o contrapesado. 2. Generador de alta frecuencia. (dentro del panel de control). 3. Interruptor de encendido 4. Control digital de los tiempos de exposición mediante pantalla de tres dígitos 5. Brazo flexible para posicionar el generador de forma suave y sin movimientos posteriores 6. Control remoto de disparo. 7. Con protección para eliminar radiación dispersa. 8. Interruptor de encendido. 9. Alimentación eléctrica de operación: 120 v+/- 10%. @ 60 hz 10. Control digital de los tiempos de exposición: 11. Tiempo de exposición dentro del rango de 0.06 seg hasta 3.00 seg. 12. Soporte de base rodante para soportar generador y brazo				
Accesorios	**CANT**	**Descripción**			
	1	Paquete de 100 películas radiográficas			
	1	Kit de revelador y fijador de 500 ml cada uno			
	1	Gafas de protectoras emplomadas			
	1	Caja de revelado			
Instalación :	**N/A**	**Descripción**			

Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:
Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique
Catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas
Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año. **Nota:** La garantía corre a partir de la instalación en sitio del equipo
Carta compromiso original del distribuidor o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.
Carta compromiso original del distribuidor o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.
Carta compromiso original del distribuidor o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.
Documento membretado del distribuidor o fabricante con la información de contacto para la instalación de equipo y reportes de garantía
Carta compromiso original del distribuidor o fabricante que garantice la instalación en sitio en máximo 5 días hábiles después de la solicitud
Carta compromiso original del distribuidor o fabricante para la realización de 2 mantenimientos preventivos durante el primer año de adquisición. Deberá incluir información de contacto para agendar dichos mantenimientos
Documento en el cual estipule el proceso para hacer efectiva la garantía del equipo
Documentos adicionales para productos de origen nacional:
Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS o ISO 9001:2015 o ISO 13485:2018 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.
Documentos adicionales para productos de origen internacional:
Copia simple de certificado ISO 9001:2015 o ISO 13485:2018 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.
Carta bajo protesta de decir verdad que el Certificado de Origen se incluye dentro del empaque del equipo
Copia del certificado CE, JIS o FDA del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado