



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

001

0012

CAMA CLÍNICA MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE PREESCOLAR

Descripción Técnica:	Cama clínica múltiples posiciones para paciente pediátrico con las siguientes características:			
	1.- Marco estructural del barandal fabricado en tubos de lamina de acero calibre 18 de 1" de diametro pulidos y sin costuras			
	2.- Tubos verticales del barandal fabricados en lamina de acero calibre 18 de 1" de diametro, con guia para el deslizamiento de los barandales con seguro fabricada en barra solid de acero inoxidable aisi 304de 5/8" de diametro.			
	3.- Cabecera fabricada en polimero higroscopico ABS, moldeado e inyectado a alta presion avabdo exterior liso.			
	4.- Piecera fabricada en polimero higroscopico ABS, moldeado e inyectado a alta presion acabado exterior liso, debera tener forma de marco y estar provisto de tubos verticales en el interior.			
	5.- Plataforma en lamina multiperforada de acero calibre 16 dobladea y estructurada. Dbera tener4 dos secciones articuladas para permitir la posicion de fowler y la posicion de trendelenburg. Toda la plataforam deبرا estar unida añ bastidor de posiciones,			
	6.- Respaldo y bastidor de posiciones fabricados con lergueros y travesaños de angulo, el respado debera ser alclado en el lado de la cabecera al bastidor.			
	7.- Soporte del bastidos de posiciones para proporcionar el movimiento de de poscion de trendelenburg consiste en una barra maciza de acero inoxidable tipo aisi 304 de 1/2" de diametro. Diseñada y doblada para colocarse en un soporte de diente de sierra fabricado en lamina de acero inoxidable AISI 304 calibre 10.			
	8.- Ruedas de 1225 mm de diametro, tipo boleado con sistema de freno comun			
	9.- Sistema de freno comun para las cuatro ruedas el cual debera activarse al mismo tiempo en las cuatro ruedas por medio de una transmision. Accionado por pedal.			
	10.- Estructura base en perfil tubular de lamina de acero, con tope protector contra golpes			
	11.- Antena portavenoclisis			
	12.- Pañalera en lamina de acero con entrepaños interiores y puertas.			
13.- Tope protector para golpes en cada esquina.				
Accesorios	Cant	Descripción		
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención	
			Primer	Segundo
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español			
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique			
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas			
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos <input type="text" value="1"/> años.			
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.			
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.			
Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.				

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

001

0012

CAMA CLÍNICA MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE PREESCOLAR

	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,			
		Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,			
		Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
		Certificados de calidad opcionales:			



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

001

0015

CAMILLA GINECOLÓGICA

Descripción Técnica:	<p>Camilla ginecológica con las siguientes características:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Camilla hidráulica y neumática rodable. 2. Construida de acero grado automotriz. 3. Dimensiones: Largo 210 cm., ancho 81 cm. Tolerancia 2%. 4. Que pese 121 Kg. o menos sin colchón ni accesorios. 5. Posiciones: Fowler con apoyo neumático 90°, Trendelenburg 18° o mayor y Trendelenburg inverso 18° o mayor. 6. Pedales para movimientos Trendelenburg/Trendelenburg inverso en ambos lados de la camilla. 7. Sistema de ajuste de altura mediante pedales a ambos lados de la camilla, que cubra el rango de 59 cm. a 88 cm. Tolerancia 2%. 8. Flujo con compensación de presión que permita obtener un descenso uniforme incluso con repartición irregular de la carga. 9. Protección antichoque en las dos esquinas y a todo lo largo de la camilla. 10. Barandales metálicos niquelados plegables con seguros. Longitud de los barandales 119 cm., tolerancia 2%. 11. Manubrios metálicos niquelados para conducción abatibles y guardables por debajo de la superficie de descanso del paciente. 12. Con ruedas de uretano de 20.3 cm. o mayor, con quinta rueda integrada (steering plus) 13. Pedales duales con posiciones de freno, neutro y direccionamiento. Colocados en las secciones de cabecera y piecera de la camilla. 14. Compartimiento para tanque de oxígeno. 15. Colchón de espuma de alta densidad completamente radiotransparente, de 7.6 cm. de espesor o mayor, con barrera contra fuego y de la misma marca que la camilla. Que pese 6.0 Kg. o menos. 16. Compartimiento para objetos personales del paciente. 17. La camilla debe soportar un peso de 317 Kg. 18. Con posicionamiento del paciente fácil y rápida, gineco-obstetra camilla ideal para usar tanto en la maternidad y emergencia. 19. Soporte para pies integrados, charola desmontable para recolección de líquidos y luz de examinación para paciente. <p>Cubierta radiotransparente</p>				
Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención		
			Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	<p>Manual de usuario y guía rápida en español</p> <p>Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique</p> <p>Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas</p> <p>Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos <input style="width: 30px; text-align: center;" type="text" value="1"/> años.</p> <p>Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.</p> <p>Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.</p> <p>Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.</p>				
Productos de origen	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

001

0015

CAMILLA GINECOLÓGICA

	nacional	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.		
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:		
		Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado		
	Productos de origen extranjero	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.		
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:		
		Certificados de calidad opcionales:		

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

001

16

CARRO CAMILLA TIPO TRANSFER

Descripción Técnica:	Carro camilla tipo transfer lateral con las siguientes características: cinturón de Nylon de cierre de contacto de 2" de ancho en dos secciones. Colchón de espuma de poliuretano de 35 Kg/m3 de densidad x 7 cm de espesor como mínimo, forrado en vinil con costuras sin vivos. Cubierta del carro de lamina de acero inoxidable calibre 18 de 1" de diámetro acabado pulido. Plancha transfer de bastidor perimetral de 57 x 179.5 cm de tubo de lamina de acero calibre 18 de 1" de diámetro. Acabado esmaltado con cubierta de lamina de acero inoxidable calibre 20. Protector de hule natural o sintético de 10 mm (3/4"). Ruedas de 8" de diámetro embaleras de hule antiestatico, dos móviles y dos con freno integrado colocadas en diagonal. Sistema de deslizamiento de plancha con ocho baleros por cara de 1 1/2 x 3/4" alma de acero y exterior de nylonmid. Mecanismo para sujetar la plancha transfer.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:					
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.						
Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:						
Certificados de calidad opcionales:						



Partida 2014:	53101	Clave de cuadro estatal 2014:	913	001	0018
---------------	-------	-------------------------------	-----	-----	------

CAMA CLÍNICA ELÉCTRICA MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE PEDIÁTRICO

Descripción Técnica:	Características:					
	1.- Cama completamente ajustable electricamente.					
	2.- Base de la cama de lamina perforada de cuatro secciones para garantizar el correcto posicionamiento del paciente. Dimensiones de la base de 80 x 170 cm +/-5 cm					
	3.- Control para movimientos de mano otro tipo panel.					
	4.- Palanca rápida de emergencia para RCP					
	5.- Cabecera y piecera desmontables fabricadas en plástico ABS de alta resistencia.					
	6.- Al menos dos orificios para colocar portasueros.					
	7.- Protección contra choques en cada una de las esquinas					
	8.- Ruedas auladas de alta resistencia, con sistema de freno en las cuatro ruedas.					
	9.- Capacidad para posición de fowler, trendelenburg y contratrendelenburg.					
	10.- Barandales abatibles en ambos costados para seguridad del paciente.					
11.- Colchón de espuma de poliuretano de alta densidad, forrado en vinil sin costuras, hipoalergenico.						
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.	Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: 				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.						
Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: 						
Certificados de calidad opcionales:						
 						



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

001

0023

CAMILLA HIDRAULICA RADIOTRANSARENTE DE URGENCIAS

Descripción Técnica:	<p>El equipo debe tener las siguientes características:</p> <p>Camilla para la recuperación y traslado de pacientes, con sistema hidráulico de doble pedestal y pedales de ajuste de altura, localizados en ambos lados de la camilla.</p> <p>Altura ajustable de plataforma de 59 cm. como mínimo a 91 cm. como máximo.</p> <p>Ruedas conductivas con un diámetro mínimo de 20 cm. con freno dual en cada rueda y centralizado.</p> <p>Superficie de Paciente totalmente (100%) radiotransparente</p> <p>Posición Fowler del paciente con Respaldo ajustable hasta 90° con operación neumática.</p> <p>Con movimiento de Trendelenburg de ± 17°, accionado por pedal dual a ambos lados de la camilla.</p> <p>Colchón fabricado en 100 % Uretano higiénico tipo Poliéster de 35 kg / m³ ± 10%, con dureza de 25% a 190 N ± 10. que sea impermeable y flexible, con espesor de 6 cm.</p> <p>Barandales laterales abatibles.</p> <p>Con Portasuero Fijo abatible y Telescopiable</p> <p>Con cuatro receptáculos para poste portasuero removible</p> <p>Parachoques a todo lo largo de la camilla, con tiras de protección en cada esquina.</p> <p>Base de acero galvanizado recubierta de ABS termoformado con espacio para tanque de oxígeno.</p> <p>Dimensiones: ancho de 75.5 cm como mínimo y largo de 205 cm como máximo.</p> <p>Con Opción a futuro de instalar Soporte para Traccion de Portasueros</p> <p>Con Opción a futuro de instalar Porta Casette para R-X</p>																																																		
Accesorios	Cant	Descripción																																																	
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención																																																
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.	Primer	Segundo	Tercer																																														
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	<p>Manual de usuario y guía rápida en español</p> <p>Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique</p> <p>Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas</p> <p>Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.</p> <p>Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.</p> <p>Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.</p> <p>Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="3" style="width: 15%; vertical-align: top;">Productos de origen nacional</td> <td colspan="4">Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="vertical-align: top;">Productos de origen extranjero</td> <td colspan="4">Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Certificados de calidad opcionales:</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="height: 20px;"></td> </tr> </table>					Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,				Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.						Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,				Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.						Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			Certificados de calidad opcionales:									
Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.																																																		
	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,																																																		
	Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.																																																		
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:																																																	
Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado																																																		
	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,																																																		
	Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.																																																		
			Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:																																																
Certificados de calidad opcionales:																																																			



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

001

0024

CAMA CAMILLA DE RECUPERACION PARA ADULTO

Descripción Técnica:	<p>El equipo debe tener las siguientes características:</p> <p>Camilla para la recuperación y traslado de pacientes, con sistema hidráulico de doble pedestal y pedales de ajuste de altura, localizados en ambos lados de la camilla.</p> <p>Altura ajustable de plataforma de 59 cm. como mínimo a 91 cm. como máximo.</p> <p>Ruedas conductivas con un diámetro mínimo de 20 cm. con freno dual en cada rueda y centralizado.</p> <p>Posición Fowler del paciente con Respaldo ajustable hasta 90° con operación neumática.</p> <p>Con movimiento de Trendelenburg de ± 17°, accionado por pedal dual a ambos lados de la camilla.</p> <p>Colchón fabricado en 100 % Uretano higiénico tipo Poliéster de 35 kg / m3 ± 10%, con dureza de 25% a 190 N ± 10. que sea impermeable y flexible, con espesor de 6 cm.</p> <p>Barandales laterales abatibles.</p> <p>Con Portasuero Fijo abatible y Telescopiable</p> <p>Con cuatro receptáculos para poste portasuero removible</p> <p>Parachoques a todo lo largo de la camilla, con tiras de protección en cada esquina.</p> <p>Base de acero galvanizado recubierta de ABS termoformado con espacio para tanque de oxígeno.</p> <p>Dimensiones: ancho de 75.5 cm como mínimo y largo de 205 cm como máximo.</p> <p>Con Opción a futuro de instalar Soporte para Traccion de Portasueros</p> <p>Con Opción a futuro de instalar Porta Casette para R-X</p>				
Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención	
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español				
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique				
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas				
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.				
Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,				
	Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,				
	Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Certificados de calidad opcionales:				



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

001

0025

CAMA CLINICA ELECTRICA

Descripción Técnica:	<p>Este equipo deberá contar con las siguientes características:</p> <p>Completamente eléctrica y operada con ajustes de altura, posición trendelenburg y trendelenburg reversa, y respaldo</p> <p>Accionamiento eléctrico trendelenburg de 16 ° y Anti-trendelenburg de 16 °</p> <p>Palanca de CPR para emergencia</p> <p>Posiciones pre-programadas</p> <p>Cuatro barandales abatibles en toda su longitud</p> <p>Controles del paciente inter-construidos o cuello de ganso</p> <p>Respaldo retráctil.</p> <p>Extensión para largo de la cama inter-construida</p> <p>Indicadores de ángulo (incorporados en los barandales abatibles de la sección del tórax)</p> <p>Control de ajuste de altura operado por pedal opcional</p> <p>Superficie de paciente de contorno de 4 secciones ajustables con auto-bloqueo.</p> <p>La cubierta de la superficie de paciente deberá tener 4 secciones y manufacturada en ABS o HPL (laminado a alta presión) o en combinación de ambos materiales con cubierta epoxy</p> <p>Ruedas de 15 cm, no corrosivas con bloqueo central por medio de una barra situada en la parte inferior de la cama de la sección de pies</p> <p>Bordes de seguridad</p> <p>Deberá incluir batería recargable de respaldo, no UPS</p> <p>La cama debe tener una posición baja especial de 43 cm para ayudar a los pacientes entrar y salir de la cama, con un rango de ajuste de altura de hasta 78 cm, que permita a los médicos y enfermeras atender a pacientes con comodidad</p> <p>Dimensiones de la cama</p> <p>Longitud total: 216.5 cm</p> <p>Ancho total - con los barandales arriba: 102 cm</p> <p>Ancho total - con los barandales abajo: 98 cm</p> <p>Longitud de la superficie de paciente de 200 cm</p> <p>Anchura de la superficie de paciente de 87 cm</p> <p>Altura mínima de la cama: 43 cm</p> <p>Altura máxima de la cama: 78 cm</p> <p>Angulación del respaldo: 0 – 70°</p> <p>Angulación de las rodillas: 0 – 33°</p> <p>Trendelenburg y trendelenburg inversa +/- 16°</p> <p>Rodadillos anticorrosivos de uso rudo con diámetro de 15 cm</p> <p>Con al menos un rodadillo con direccionamiento para mejor conducción</p> <p>Peso Cama con accesorios estándar (Excluyendo colchón): 148 Kg</p>
-----------------------------	--

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

001

0025

CAMA CLINICA ELECTRICA

	Peso máximo del paciente: 220 Kg La carga máxima: 285 Kg Fuente de alimentación Batería incorporada recargable 24V para respaldo					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos <input type="text" value="1"/> años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:						
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913	002	0001
-----	-----	------

ANAQUEL GUARDA COMODOS

Descripción Técnica:	Anaquel guarda cómodos con las siguientes especificaciones: alambcón de acero inoxidable de 6 mm (1/4") de diámetro, acabado pulido. Alambcón de acero inoxidable de 9 mm (3/4) de diámetro acabado pulido. Alambcón de acero inoxidable de 13 mm (1/2") de diámetro acabado pulido. Charola de lámina de acero inoxidable calibre 18 acabado pulido. Perfil tubular de acero inoxidable calibre 18 de 25x25 mm (1"x1") acabado pulido, medidas aproximadas: 136x32.5x56 cm					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

002

0002

ARCHIVERO PARA RADIOGRAFÍAS

Descripción Técnica:	Archivero para radiografías con costados y separadores verticales de lámina de acero calibre número 22; acabado en pintura horneada color gris. Cubre poste de lámina de acero calibre número 22. Medidas aproximadas de 99 x 47.5 x 220 cm.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

002

0003

ESTANTE GUARDA ESTÉRIL

Descripción Técnica:	<p>Estante guarda esteril con las siguientes características: BASE De perfil tubular cuadrado de lamina de acero cr cal. 18 de 32x32mm (1.1/4"x1.1/4") acabado en pintura color gris. CUERPOS laterales, respaldo y entrepaños de lamina de acero cr. Cal.20 acabado en pintura color gris. PUERTAS De perfil de lamina de acero cr. Cal.20 acabado en pintura color gris con vidiro de 5mm de espesor y empaque de vinil fijo con baqueta desmonatble de 25mm (1") de diametro con altura ajustable. Medidas aproximadas 2.06 cm x 180 cm x 90 x 45 fondo</p>					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

003

0019

ORINAL PARA ADULTO

Descripción Técnica:	Orinal de diseño conforme imagen. Asa en lámina de acero inoxidable tipo AISI 304 calibre No. 22 acabado pulido. Cuerpo de lámina de acero inoxidable tipo AISI 304 calibre No. 22 acabado pulido con estampado (en bajo relieve donde lo hace semihorizontal así como en la base que lo hace vertical) troquelado a base de dobleces como se indica en la figura. Boca del orinal rebordada evitando filos cortantes. Tolerancias de ± 0.5 cm. Las uniones de los elementos componentes deberán ser maquinados para un perfecto ensamble y a base de soldadura con la misma resistencia mecánica del material base como mínimo en cordones completos, uniformes, desbastados y pulidos para una buena presentación. Los dobleces deberán ir sin deformaciones y bien alineados. En la unión del asa con el cuerpo se deberá evitar los filos cortantes y los puntos de unión y con buen acabado para casi no ser visibles					
	Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

003

0022

PORTA DELANTALES Y GUANTES

Descripción Técnica:	Soporte construido en metal con terminado en pintura electro estática • Con capacidad mínima para 1 mandil y 1 par de guantes • Dimensiones: 70.5cms ancho x 43.2cms alto • Peso maximo: 4kgs					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

003

0023

RIEL PORTA SUEROS Y VENOCLISIS

Descripción Técnica:	Dispositivo para montaje en techo. Riel porta sueros y venoclisis de aluminio extruido reforzado, carretilla, gancho cromado doble. De alta resistencia y fácil instalación.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

003

0024

TRIPLE PORTAVENOCLISIS RODABLE

Descripción Técnica:	Sistema rodable para la colocación de venoclisis. Base de 50 cm de diámetro, constituida por al menos 5 apoyos en material de alto impacto, no oxidable, resistente a la corrosión e involucable (cuando por lo menos 30° con la vertical). Sistema con 5 ruedas giratorias de doble huella tipo yoyo de 100% nylon reforzado de 2 pulgadas de diámetro en color negro con vástago (eje vertical) para fijación. Tubo preferentemente de lámina de acero inoxidable calibre 18 de 110 cm de largo, con diámetro que permitan el ensamble del tubo telescópico de la antena porta venoclisis. Perilla opresora para ajuste de altura de la antena, con sistema tipo trinquete, tipo micrófono u otro que garantice una perfecta fijación. Antena telescópica de 130 cm de largo, barra redonda de acero inoxidable de ½ pulgada de diámetro, al extremo superior deberá soldarse 1 cruceta de 2 ganchos del mismo material en barra de 3/8 de pulgada de diámetro. Todo el acero inoxidable deberá ser A.I.S.I. 304 acabado pulido. Las uniones de los elementos componentes deberán ser maquinados para un perfecto ensamble y a base de soldadura con la misma resistencia mecánica del material base como mínimo en cordones completos, uniformes, desbastados y pulidos para una buena presentación. Debe presentar un acabado al interior y exterior sin partes filosas, rebabas, sobrantes o faltantes de material en la estructura o en las superficies.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

003

0025

BANCA PARA REGADERA

Descripción Técnica:	Banca para regadera con las siguientes características: Estructura: acero inoxidable calibre 18 de 0.32 cm (11/4"). Cubierta: madera de pino de primera, acabado barniz marino natural (3 Capas). Regatón: aluminio de 2.54 cm (1") de diámetro con altura ajustable. • Acabado estructura: esmalte horneado. Dimensiones aproximadas: 45 cm (altura) x 30 cm x 45 cm.					
	Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

003

0026

BANCO GIRATORIO CON RESPALDO

Descripción Técnica:	Banco giratorio con respaldo con las siguientes características: Asiento de altura ajustable de lámina de acero inoxidable calibre No. 18, acabado pulido. Barra de acero de 12.7mm (1/2") o tubo de acero inoxidable de 22.2mm (7/8") de diámetro, acabado pulido. Descansa pies de tubo de acero inoxidable calibre No. 18 de 16mm (5/8") de diámetro, acabado pulido. Husillo fijo en el asiento para ajuste de altura. Patatas de tubo de acero inoxidable calibre No.18 de 22.2mm (7/8") de diámetro, acabado pulido. Regatones sencillos de polipropileno de alto impacto, color negro. Respaldo de lámina de acero inoxidable calibre No. 18, acabado pulido. Dimensiones generales aproximadas:32 a 35 x 30cm de diámetro x Var. 87.5 a 97.5cm					
	Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
				Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

003

0027

BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO

Descripción Técnica:	Banco giratorio sin respaldo con las siguientes características: Asiento en lámina de acero calibre No. 18, acabado cromado. Estructura en tubo de acero calibre No. 18, de 22.2 mm. (7/8") de diámetro, acabado cromado. Descansapiés en tubo de acero calibre No. 18, de 16.0 mm. (5/8") de diámetro, acabado cromado. Rodajas estándar de hule suave, de 41 mm.(1 5/8") de diámetro, acabado cromado. Sistema de ajuste de altura con husillo.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

003

0028

BANQUETA DE ALTURA

Descripción Técnica:	Escaerilla de 1 peldaño de tubo redondo con cubiertas de hule sintético en color negro adherido con pegamento especial y perímetro sujeta con molduras en la vista perimetral. Estructura de tubo redondo de 1" de diámetro cal-18 acabado cromado. Plataforma (peldaño) de lamina de acero cal-22, con vista inferior acabado en pintura. Regatón de hongo redondo de 1" en color negro colocado a presión. Medidas aproximadas: 40 largo x 28 ancho x 22 altura cm.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

003

0029

CARPETA PORTA EXPEDIENTE

Descripción Técnica:	Carpeta porta expediente con las siguientes características: Alambroón de acero de sección circular de 3.1mm (1/8") de diámetro; acabado galvanizado, eje de bisagra. Barra de acero de sección circular de 6.3 mm (1/4"), acabado galvanizado, eje de sistema de sujeción. Lamina de aluminio calibre 16 acabado anodizado natural, con cantos pulidos y aristas matadas. Protectores de hule de 12.7 mm (1/2") de diámetro y 17 mm de longitud, adheridos a ejes de apoyo con pegamento de contacto. Porta-etiqueta de aluminio acabado anodizado natural. Sistema de sujeción a base de presión.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos	1	años.			
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913	003	0030
-----	-----	------

COMODO PARA ADULTO

Descripción Técnica:	Cuerpo de lámina de acero inoxidable tipo AISI 304 calibre 22 acabado pulido sanitario en el interior y el exterior. Fabricado en una sola pieza. Debe presentar un acabado al interior y exterior sin partes filosas, rebabas, sobrantes o faltantes de material en las superficies. Los dobleces deberán ir sin deformaciones y bien alineados según el radio o ángulo del doblez.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

003

0031

COMODO PARA MENORES

Descripción Técnica:	Comodo para menores con cuerpo de lámina de acero inoxidable tipo AISI 304 calibre 22 acabado pulido sanitario en el interior y el exterior. Fabricado en una sola pieza. Debe presentar un acabado al interior y exterior sin partes filosas, rebabas, sobrantes o faltantes de material en las superficies. Los dobleces deberán ir sin deformaciones y bien alineados según el radio o ángulo del dobléz.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

003

0032

CUBETA DE 12 LITROS

Descripción Técnica:	Cubeta de 12 litros fabricada en lámina de acero inoxidable tipo AISI 304 calibre 20 acabado pulido sanitario, en una sola pieza. Con soportes (orejas) del mismo material en calibre 18 troqueladas con un acabado sin sobrantes rebabas con el material de la misma resistencia mecánica en cordones completos, uniformes, devastados y pulidos. Asa de alambro de acero inoxidable AISI 304 de al menos ¼ de pulgada de diámetro con acabado pulido.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

003

0033

ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS

Descripción Técnica:	Escalera de dos peldaños con las siguientes características: Estructura de tubo de lámina de acero calibre 20 de 0.91 mm (0.036") de espesor y 25.4 x 25.4mm. (1" x 1") de diámetro. Plataformas de lámina de acero calibre 20 de 0.950 mm (0.036") de espesor, vista perimetral, vista interior y refuerzos, en pintura color gris. Cubiertas de hule natural de 4 mm (5/32") de espesor, acabado estriado en negro. Regatón fijo negro. Acabado cromado. Dimensiones aproximadas: 33 x 40 x 50 cm (13"x15 3/4"x19 .75")					
	Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
				Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

003

0034

ORINAL PEDIÁTRICO

Descripción Técnica:	Orinal pediátrico de diseño conforme imagen. Asa en lámina de acero inoxidable tipo AISI 304 calibre No. 22 acabado pulido. Cuer-po de lámina de acero inoxidable tipo AISI 304 calibre No. 22 acabado pulido con estampado (en bajo relieve donde lo hace semihorizontal así como en la base que lo hace vertical) troquelado a base de dobleces. Boca del orinal rebordeada evitando filos cortantes. Las uniones de los elementos componentes deberán ser maquinados para un perfecto ensamble y a base de soldadura con la misma resistencia mecánica del material base como mínimo en cordones completos, uniformes, desbastados y pulidos para una buena presentación. Los dobleces deberán ir sin deformaciones y bien alineados. En la unión del asa con el cuerpo se deberá evitar los filos cortantes y los puntos de unión y con buen acabado para casi no ser visibles.					
	Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

003

0035

PORTA CUBETA DE PATADA

Descripción Técnica:	<p>Porta cubeta de patada con las siguientes características:</p> <p>1 Arillo: fabricado en lámina de acero inoxidable tipo AISI 304 calibre 12 de 1 ½ pulgadas de espesor acabado pulido sani-tario. 2 Banda: para protección perimetral de hule sintético antiestático macizo color negro con colocación que garantice una perfecta fijación cubriendo el arillo. 3 Rodajas: de hule sintético antiestático macizo color negro o gris de 2 pulgadas de diámetro con horquilla de acero acabado cromado. 4 Soporte lateral y de la base: de acero inoxidable tipo AISI 304 calibre 12 de 1 ½ pulgada de espesor acabado pulido. 5 Topes ahulados: colocados a presión en la parte terminal de las barras de soporte lateral para asegurar la colocación de la cubeta en color negro y del mismo material que la banda. Todas las unio-nes de los elementos componentes deberán ser maquinados para un perfecto ensamble, a base de soldadura con la misma resistencia mecánica del material base como mínimo con soldadura de arco eléctrico (con electrodo de varilla o microalam-bre) en cordones completos, uniformes, devastados y pulidos para un buen acabado.</p>					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:					
Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado					
	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.					
	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:					
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

003

0035

PORTA CUBETA DE PATADA

--	--	--	--	--	--



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

004

0008

ANTEOJOS EMPLOMADOS

Descripción Técnica:	Anteojos emplomados. Estructura ligera. Plástico de espesor equivalente a 0.2 mm de plomo. Capa antirreflejante. Protectores laterales, superior e inferior. Adaptación completa a la cara. Bandas elásticas para sujetarse alrededor de la cabeza.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

004

0009

GUANTES DE PLOMO

Descripción Técnica:	Guantes con plomo para protección radiológica. Consta de los siguientes elementos: de material textil repelente al agua y manchas, con protección de plomo 0.5 mm					
	Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
				Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

004

0010

BLINDAJE PARA GÓNADAS

Descripción Técnica:	Blindaje utilizado para proteger las gónadas contra la radiación ionizante. Consta de los siguientes elementos: elaborado con material nylon repelente al agua y a manchas. Con espesor equivalente a 0.5 mm de plomo. Con cinta velcro para sujetarse.					
	Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

004

0011

MANDIL EMPLOMADO

Descripción Técnica:	Protector contra la radiación de rayos X. Consta de los siguientes elementos: de material textil repelente al agua y manchas, tipo arnés con cierre velcro, con protección mínima equivalente 0.5 mm de plomo, tamaño mediano 24 a 26 pulgadas de ancho y de 35 a 36 pulgadas de largo					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

004

0012

COLLARÍN DE PLOMO

Descripción Técnica:	Collarín de plomo para la protección de la tiroides durante la exposición a emanaciones ionizantes. Consta de los siguientes elementos: de material de nylon repelente al agua y manchas. Con espesor equivalente a 0.5 mm de plomo, con cinta de velcro para sujetarse. Tamaños adulto: longitud mínima de 55 cm, ancho estándar. Tamaño Pediátrico: longitud mínima de 48 cm, ancho estándar					
	Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

005

0013

ESTETOSCOPIO BIAURICULAR DE CÁPSULA DOBLE

Descripción Técnica:	Auxiliar para realizar auscultaciones en general. Consta de los siguientes elementos: Arco y auriculares. Ergonómico y diseñado para ajustarse a los oídos del usuario. Olivas lavables. Con tubo flexible. Cápsula doble de acero inoxidable para auscultación. Con sistema de rotación o giro para el cambio de cápsula. Membrana para cápsula con anillo de sujeción.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

005

0014

ESTETOSCOPIO BIAURICULAR CAPSULA DOBLE PEDIÁTRICO

Descripción Técnica:	Dispositivo acústico que amplifica los ruidos corporales. Estetoscopio biauricular o convencional constituido por capsula, tubo flexible, muelle con tubos auriculares (biauricular) y olivas. Capsula: sistema de doble capsula; de acero inoxidable o titanio; con vástago o conector cónico con estrías para conectarse al tubo flexible y con sistema de rotación para el cambio de capsula; capsula con membrana de diafragma de fibra de vidrio o nylon sin grietas, burbujas, ralladuras o agujeros, circular de tamaño ideal para pacientes pediátricos, con anillo de silicón o goma grado médico para sujeción de la membrana y sello al momento de realizar la auscultación. Muelle y auriculares en acero inoxidable o titanio, en una sola pieza, terminación de los auriculares estriados o con rosca para la colocación de las olivas, con capacidad para transmitir el sonido de manera igual a ambos auriculares. Todo el equipo deberá ser libre de látex					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

006

0001

BOTE PARA GASAS

Descripción Técnica:	Bote para gasas. De 18 cm de diámetro y 17 cm de altura. Fabricado a base de lamina de acero inoxidable, calibre numero 20, acabado pulido sanitario, con vena de refuerzo. Tapa con asa de lamina de acero inoxidable, calibre numero 22 acabado pulido sanitario y pulido espejo					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

006

0002

BOTE SANITARIO CON TAPA DE PEDAL

Descripción Técnica:	Bote sanitario con tapa de pedal con las siguientes características: Deposito interior de lámina de acero calibre No. 20, acabado galvanizado con máxima profundidad que permita accionar mecanismo. Estructura exterior de lámina de acero calibre No. 20, acabado en pintura color arena. Mecanismo de lámina de acero, acabado galvanizado para abatimiento de tapa. Pedal en lámina de acero calibre No. 22, acabado galvanizado y con cubierta de hule negro estriado de 6mm (1/4") de espesor. Tapa superior de lámina de acero calibre No. 22, acabado cromado. Zoclo en lámina de acero calibre No. 18, acabado cromado. Dimensiones generales aproximadas: Ancho 26cm x Fondo 26cm x Altura 60cm.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.						
Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:						
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

007

0002

OXÍMETRO DE PULSO

Descripción Técnica:	Equipo para la medición y el registro continuo de la saturación de oxígeno en sangre periférica. Con las siguientes características: Despliegue digital en pantalla de porcentaje de saturación de oxígeno en sangre. Frecuencia cardíaca. Curva de pletismografía. Tendencias de saturación de oxígeno. Memoria para almacenamiento de datos. Sistema de alarmas audibles y visibles ajustables. Teclado. Volumen para tono de pulso, ajustable. Dimensiones y peso.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos <input type="text" value="1"/> años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				
Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado					
	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.					
	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>					
	Certificados de calidad opcionales: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>					

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Partida 2014: 53101

Clave de cuadro estatal 2014: 913 009 0016

MESA ALTA CON RESPALDO DE 150 CM

Descripción Técnica:	Mesa alta con respaldo de 150 x 70 x 90 cm. Que cumpla con las siguientes características: <ol style="list-style-type: none"> 1. Canal perimetral y refuerzos transversales de lamina de acero inoxidable de 40 x 40 mm calibre no.16 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta 2. Cubierta respaldo y faldones de lamina de acero inoxidable, calibre no.16 acabado pulido. 3. Entrepaños de lamina de acero inoxidable, calibre no. 18 acabado pulido. 4. Estructura de perfil tubular de lamina de acero inoxidable, calibre no.16 de 38 x 38 mm (1 ½ x 1 ½ ") acabado pulido. 5. Refuerzos de perfil tubular de lamina de acero inoxidable, calibre no. 16 de 32 x 32 mm (1 ¼" 1 ¼") acabado pulido. 6. Regatones niveladores 					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

009

0017

MESA ALTA CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO DE 150 CM

Descripción Técnica:	<p>Mesa alta con respaldo y fregadero derecho de 150 x 70 x 90 cm. Que cumpla con las siguientes características:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Canal perimetral y refuerzos transversales de lamina de acero inoxidable de 40 x 40 mm calibre no.16 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta 2. Cespól registrable de acero de 38 mm (1 1/2") de diámetro; acabado cromado. 3. Contra canasta de acero inoxidable, de 100 mm (4") de diámetro, acabado pulido 4. Cubierta respaldo, faldones y fregadero derecho de 50 x 50 x 35 cm de lamina de acero inoxidable, calibre no.16 acabado pulido. 5. Entrepaños de lamina de acero inoxidable, calibre no. 18 acabado pulido. 6. Estructura de perfil tubular de lamina de acero inoxidable, calibre no.16 de 38 x 38 mm (1 1/2 x 1 1/2 ") acabado pulido. 7. Mezcladora vertical cuello de ganso largo con llaves de cruceta acabado cromado. 8. Refuerzos de perfil tubular de lamina de acero inoxidable, calibre no. 16 de 32 x 32 mm (1 1/4" 1 1/4") acabado pulido. 9. Regatón de aluminio acabado pulido de 32 mm (1 1/4") de diámetro con altura ajustable. 				
Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención		
			Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique				
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas				
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.				
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado			
	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Certificados de calidad opcionales:				



Partida 2014:	53101	Clave de cuadro estatal 2014:	913	009	0019
---------------	-------	-------------------------------	-----	-----	------

MESA ALTA CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO DE 150 CM

Descripción Técnica:	Mesa alta con respaldo y fregadero izquierdo de 150 x 70 x 90 cm. Que cumpla con las siguientes características:					
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Canal perimetral y refuerzos transversales de lamina de acero inoxidable de 40 x 40 mm calibre no.16 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta 2. Cespól registrable de acero de 38 mm (1 1/2") de diámetro; acabado cromado. 3. Contra canasta de acero inoxidable, de 100 mm (4") de diámetro, acabado pulido 4. Cubierta respaldo, faldones y fregadero izquierdo de 50 x 50 x 35 cm de lamina de acero inoxidable, calibre no.16 acabado pulido. 5. Entrepaños de lamina de acero inoxidable, calibre no. 18 acabado pulido. 6. Estructura de perfil tubular de lamina de acero inoxidable, calibre no.16 de 38 x 38 mm (1 1/2 x 1 1/2 ") acabado pulido. 7. Mezcladora vertical cuello de ganso largo con llaves de cruceta acabado cromado. 8. Refuerzos de perfil tubular de lamina de acero inoxidable, calibre no. 16 de 32 x 32 mm (1 1/4" 1 1/4") acabado pulido. 9. Regatón de aluminio acabado pulido de 32 mm (1 1/4") de diámetro con altura ajustable. 					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

009

0022

MESA MAYO

Descripción Técnica:	Mesa semirodable para colocación de charolas de instrumental con aro porta charola de 1 pulgada de espesor en acero inoxidable tipo AISI 304 calibre 12, soldado a columna deslizable en acero inoxidable tubular redondo calibre 18 de 1 pulgada de diámetro, ensamblados a columna fija de tubo de acero inoxidable calibre 18 de 1 ¼ de pulgada de diámetro con base de perfil tubular cuadrado de lámina de acero inoxidable calibre 14 de 2 pulgadas X 2 pulgadas de espesor con con-trapesos en plomo, soportados a 2 gomas ahuladas y 2 rodajas de 2 pulgadas de diámetro de libre giro soporte acabado Zinc, llanta de plástico poliolefina (para evitar los residuos), que resista al menos 75 libras cada llanta para mayor resistencia, unido a la estructura mediante cuerda de alta resistencia preferentemente de 3/8 X 1 ¼ de pulgada. Sistema opresor para colocar la columna deslizable a diferentes alturas a base de perilla opresora de acero inoxidable fácil de accionar con mecanismo de diseño especial que garantice una fijación estable y excelente presentación conforme evaluación del personal técnico asignado. Todos los acabados deberán ser con cantos pulidos sin rebabas o residuos que pudieran provocar algún daño. Todo el acero inoxidable deberá ser AISI 304 acabado pulido sanitario.					
	Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
				Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

009

0024

MESA PARA INSTRUMENTAL

Descripción Técnica:	Mesa para instrumental con estructura fabricada con tubo de acero inoxidable tipo 304 calibre 20 de 1" de diametro. Cubeirta y entrepaño de acero inoxidable tipo 304 calibre 20 con refuerzo en la parte inferior. Barandal perimetral: barra de acero inoxidable tipo 304. Ruedas de 2" de diametro de hule con balineras. Acabado pulido.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

009

0025

MESA PASTEUR

Descripción Técnica:	Mesa pasterur con estructura de perfil tubular redondo de acero cal. 18, con postes verticales de 2.54 cm (1") de diámetro. Travesaños horizontales de perfil tubular redondo de acero de 1.27 cm (1/2") de diámetro. Barandal (soldado a cubierta) de alambón de acero inoxidable de sección circular de 9.5 mm (3/8") de diámetro, acabado pulido. Cubierta de acero inoxidable cal. 20. Entrepañó (unido a la estructura) de acero inoxidable cal. 20. Ruedas de hule natural negro de 101.1 mm (4") de diámetro y Rodajas giratorias comerciales tipo semipesado. Acabado cromado. Dimensiones aproximadas 100 x 64 x 47 (39 2/5 x 25 1/5" x 18.5")				
	Accesorios	Cant	Descripción		
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención		
			Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique				
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas				
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.				
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
Certificados de calidad opcionales:					

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

009

0026

MESA PUENTE DE ALTURA VARIABLE

Descripción Técnica:	Mesa puente con las siguientes características:					
	1.- Tabla de madera de 70 x 40. Cubierta de formaica 2.- Fabricada de base en cal-18 de 1 1/2" de tubo cuadrado acabado en pintura color arena, secado al aire. 3.- Poste de tubo cuadrado de de 3/4" acabado en pintura color arena 4.- Mecanismo de chupon 5.- Rodaja giratoria de yoyo (2") de hule sintético color negro Dimensiones generales 75 cm, de largo x 40 cm, de ancho x 110 cm. De altura					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

009

0027

MESA RIÑÓN

Descripción Técnica:	Mesa riñón de estructura de perfil tubular de lámina de acero cal.18 de 2.54 cm (1") de diámetro, acabado cromado o acero inoxidable tipo aisi 304. Bastidor de canal perimetral de acero inoxidable tipo aisi 304 Cal. 16 de 2.54 x 2.54 cm (1 x 1"). Barandal de varilla de acero inoxidable tipo aisi 304 de 0.95 cm (3/8") de diámetro, soldado a la cubierta. Cubiertade acero inoxidable cal. 18 tipo aisi 304. Ruedas de hule de 10.1 cm (4") de diámetro, con rodajes cromados. Acabado: pulido.					
	Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
				Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

009

0028

MESA ALTA CON DOBLE FREGADERO CENTRAL Y CAJÓN DE 180 CM

Descripción Técnica:	Mesa alta 180 x 70 x 90 cm acero inoxidable con doble fregadero central, fabricada de cubierta y tarja en lamina de acero inoxidable calibre 18,16 tipo 304; con estructura tubular cuadrada y cajones con estructura tubular cuadrada y cajones en lamina negra acabado esmaltado, y regatones niveladores. Mezcladora vertical cuello de ganso largo con llaves de cruceta acabado cromado.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

009

0029

MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACIÓN

Descripción Técnica:	Equipo semifijo para realizar la exploración física del paciente en posición de decúbito. Mesa de exploración construida con lámina y con las siguientes dimensiones: altura de 80 cm como mínimo, longitud total de 185 cm como mínimo, ancho de 68 cm como mínimo. Con tres secciones. Dorso con movimiento neumático para elevación continua ajustable de 0 a 80 grados o mayor. Pélvica. Miembros inferiores, deslizable o abatible. Colchón desmontable con cubierta de vinil. Pintura anticorrosiva color arena en acabado mate. Portarollo de papel integrado. Cajoneras frontales de alto impacto. Cajoneras laterales derechas de alto impacto. Escalón deslizable integrado. Cubierta antiderrapante. Charola recolectora de líquidos. Taloneras retráctiles integradas, pierneras tipo Goepel acojinadas con fijadores						
Accesorios	Cant	Descripción					
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención				
			Primer	Segundo	Tercer		
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique						
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas						
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.		
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.						
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado					
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.					
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:					
		Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
			Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
			Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:							

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

009

30

MESA DE EXPLORACIÓN PEDIÁTRICA

Descripción Técnica:	Mesa de exploracion pediatria con las siguientes características:					
	<ul style="list-style-type: none"> •Estructura: perfil tubular cuadrado de 2.54 x 2.54 cm (1" x 1") •Cubierta : lámina de acero cal. 20 •Barandal: lámina de acero inoxidable t-304, cal. 16 acabado pulido. •Cajones: lámina de acero cal. 20 de 37 x 37 x 15cm con jaladeras integradas, acabado en pintura color arena. •Repisa: lámina de acero cal. 20 unida a estructura con tornillos autorroscantes •Colchón de espuma de poliuretano de 24kg/m³ de densidad y 5 cm. de espesor mínimo forrado en vinil color negro con costuras sin vivos. •Infantometro metálico graduado en centímetros de 0 a 120cm. •Regatón de aluminio ó acero inoxidable de altura ajustable. •Acabado: esmalte horneado <p>Dimensiones aproximadas: 162 x 51 x 90 cm. (63.77" x 20" x 35.4")</p>					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

009

0031

MESA ALTA CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO DE 330 CM

Descripción Técnica:	Mesa alta con respaldo y fregadero derecho de 330 x 70 x 90 cm. Que cumpla con las siguientes características:					
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Canal perimetral y refuerzos transversales de lamina de acero inoxidable de 40 x 40 mm calibre no.16 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta 2. Cespól registrable de acero de 38 mm (1 1/2") de diámetro; acabado cromado. 3. Contra canasta de acero inoxidable, de 100 mm (4") de diámetro, acabado pulido 4. Cubierta respaldo, faldones y fregadero derecho de 50 x 50 x 35 cm de lamina de acero inoxidable, calibre no.16 acabado pulido. 5. Entrepaños de lamina de acero inoxidable, calibre no. 18 acabado pulido. 6. Estructura de perfil tubular de lamina de acero inoxidable, calibre no.16 de 38 x 38 mm (1 1/2 x 1 1/2 ") acabado pulido. 7. Mezcladora vertical cuello de ganso largo con llaves de cruceta acabado cromado. 8. Refuerzos de perfil tubular de lamina de acero inoxidable, calibre no. 16 de 32 x 32 mm (1 1/4" 1 1/4") acabado pulido. 9. Regatón de aluminio acabado pulido de 32 mm (1 1/4") de diámetro con altura ajustable. 					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

009

0032

MESA BAJA DE 330 CM

Descripción Técnica:	Mesa baja de 330 x 70 x 75 cm. Que cumpla con las siguientes características:					
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Canal perimetral y refuerzos transversales de lamina de acero inoxidable de 40 x 40 mm calibre no.16 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta 2. Cubierta respaldo y faldones de lamina de acero inoxidable, calibre no.16 acabado pulido. 3. Entrepaños de lamina de acero inoxidable, calibre no. 18 acabado pulido. 4. Estructura de perfil tubular de lamina de acero inoxidable, calibre no.16 de 38 x 38 mm (1 ½ x 1 ½ ") acabado pulido. 5. Refuerzos de perfil tubular de lamina de acero inoxidable, calibre no. 16 de 32 x 32 mm (1 ¼" 1 ¼") acabado pulido. 6. Regatones niveladores 					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

009

0033

MESA PARA ENSAMBLE CON REPISA INTERMEDIA DE 180 CM

Descripción Técnica:	Mesa para ensamble de 180 x 70 x 90 cm con repisa intermedia con la siguientes características: Cubierta lisa de lamina de acero inoxidable tipo aisi 304 cal. no. 16; acabado pulido. Estructura de tubo de acero cal. no. 18 de 32 x 32 mm (1 1/4 x 1 1/4!). acabado en pintura color gris regatón de aluminio de 25 mm (1") de diámetro con altura ajustable. tubo de lamina de acero inoxidable tipo aisi -304, cal. no. 18 de 13 x 13 mjm (1/2 x 1/2) y charola de lamina de acero inoxidable tipo aisi-304, cal. no. 18, acabado pulido.				
	Accesorios	Cant	Descripción		
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención		
			Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique				
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas				
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.				
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
Certificados de calidad opcionales:					



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

009

0034

MESA ALTA CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO DE 330 CM

Descripción Técnica:	Mesa alta con respaldo y fregadero izquierdo de 330 x 70 x 90 cm. Que cumpla con las siguientes características:					
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Canal perimetral y refuerzos transversales de lamina de acero inoxidable de 40 x 40 mm calibre no.16 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta 2. Cespól registrable de acero de 38 mm (1 1/2") de diámetro; acabado cromado. 3. Contra canasta de acero inoxidable, de 100 mm (4") de diámetro, acabado pulido 4. Cubierta respaldo, faldones y fregadero izquierdo de 50 x 50 x 35 cm de lamina de acero inoxidable, calibre no.16 acabado pulido. 5. Entrepaños de lamina de acero inoxidable, calibre no. 18 acabado pulido. 6. Estructura de perfil tubular de lamina de acero inoxidable, calibre no.16 de 38 x 38 mm (1 1/2 x 1 1/2 ") acabado pulido. 7. Mezcladora vertical cuello de ganso largo con llaves de cruceta acabado cromado. 8. Refuerzos de perfil tubular de lamina de acero inoxidable, calibre no. 16 de 32 x 32 mm (1 1/4" 1 1/4") acabado pulido. 9. Regatón de aluminio acabado pulido de 32 mm (1 1/4") de diámetro con altura ajustable. 					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

009

0037

MESA QUIRURGICA MECANICA-HIDRAULICA.

Descripción Técnica:	MESA RODABLE DE DOBLE RODAJA, CON SISTEMA DE FRENOS. LONGITUD TOTAL CON EXTENSION DE CABECERA Y PIERNAS DE 1980mm CON BASE DE ACERO INOXIDABLE EN FORMA DE "Y". COLUMNA EN ACERO INOXIDABLE. BASTIDOR O ESTRUCTURA DE SUPERFICIE Y RIELES LATERALES EN ACERO INOXIDABLE. RADIOTRANSARENTE CON PORTACHASIS EN TODAS LAS SECCIONES. MESA CON 5 SECCIONES: CABECERA CON AJUSTE DE FELXION CONTINUA POR DOBLE ARTICULACION DE +/-45 GRADOS MINIMO. DORSO CON ELEVADOR DE RIÑON INTEGRADO AL EQUIPO,2.7.2.1 CON SISTEMA PARA DAR POSICION DE NEFRECTOMIA (LA MESA DEBE TENER LA CAPACIDAD PARA DA LA POSICION). PELVIS Y MIEMBROS PELVICOS EN PLACAS INDEPENDIENTES,2.7.3.1 DESMONTABLES Y ABATIBLES Y CON MOVIMIENTO DE TIJERA. ACCIONAMIENTO HIDRAULICO MANUAL LOS MOVIMIENTOS DE: ELEVACION Y DESCENSO 620 mm-700mm, FOWLER MINIMO 75° GRADOS. INCLINACION TRENDELEMBURG 20 GRADOS Y EN POSICIÓN INVERSA MINIMO DE 20 GRADOS, INCLINACION IZQUIERDO Y DERECHO LARERAL DE 18°2.9 ACCESIBLE AL USO DE INTENSIFICADOR DE IMAGEN EN TODAS LAS SECCIONES DE LA MESA.2.10 COJIN DESMONTABLE ELECTRICAMENTE CONDUCTIVO O2.11 ANTIESTATICO EN TODAS SUS SECCIONES.					
Accesorios	Cant	Descripción				
	1	ARCO DE ANESTESIA CON FIJADORES EN ACERO INOXIDABLE O ACERO AL CROMO NIQUEL				
	1	POSTE PARA INFUSIONES CON FIJADOR EN ACERO INOXIDABLE O ACERO AL CROMO NIQUEL				
Instalación de la unidad solicitada:	1	PIERNERAS TIPO GOEPEL				
	Cant	Descripción		Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
	Productos de origen extranjero	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado						
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.						
Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:						
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

010

0001

LAVABO DOBLE PARA CIRUJANO

Descripción Técnica:	Lavabo para cirujano doble. Cuerpo, respaldo y tina totalmente de lámina de acero inoxidable tipo AISI-304 calibre 18 acabado esmerilado, sin rebabas ni filos. Con preparación para recibir cuello de gancho. Empotrable a pared. Cespul registrable de acero cromado. Mezcladora con accionador de rodilla . Medidas aproximadas 150 x 60 x 76 cm.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

010

0002

LAVABO PASTEUR DERECHO

Descripción Técnica:	Lavabo pasteur derecho que cumpla con la siguientes características: 1. Cespól registrable de acero o acabado cromado. 2. Contra de canasta de acero inoxidable de 100 mm (4") de diametro acabado pulido. 3. Cubierta de lamina de acero inoxidable calibre 16 tipo aisi 304 con respaldo y vertedero de 40 x 26x19mm acabado pulido. 4. Estructura de tubo de acero inoxidable calibre 18 de 32x32 mm (1. 1/4" x 1. ¼") acabado pulido. 5. Lamina de acero inoxidable calibre 20 acabado pulido 6. Recubrimiento (apcoseal o similar) en la parte inferior de la cubierta y respaldo. 7. Regaton de aluminio de 25mm (1") de diametro con altura ajustable.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
				Primer	Segundo	
				Tercer		
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

010

0003

JABONERA DOBLE DE PEDAL

Descripción Técnica:	Jabonera doble de pedal con las siguientes características <ul style="list-style-type: none"> Actuadores de flujo barra redonda de acero inoxidable tipo aisi 304, acabado pulido. Cabezas tapa roscada de acero inoxidable tipo aisi 304, acabado pulido, para acoplamiento con los demas elementos del sistema Columna de tubo de lamina de acero inoxidable calibre 18 de 1 ¾" de diametro acabado pulido. Cubierta (base) de lamina de acero inoxidable tipo aisi 304 calibre 20 acabado pulido Frascos de vidrio transparente con capacidad de 1000 cm3 cada uno, con roscado exterior en la boca para acoplamiento con la cabeza Pedales de aleacion de aluminio, acabado natural Remate de lamina de acero inoxidable calibre 18 acabado pulido Tubo de salida de acero inoxidable tipo aisi 304 calibre 22 acabado pulido de ¼ de diametro 					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
				Primer	Segundo	
				Tercer		
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

011

0001

CHAISE LONGUE

Descripción Técnica:	Divan Chaise Longue con estructura tubular de acero cal. 22 de 2.22 cm (7/8") de diámetro, acabado cromado. Cojín de espuma de poliuretano de 17 kg/m ³ de densidad y 2 cm (4/5") de espesor, forrado con tela plastificada. Bastidor de madera de pino. Dimensiones aproximadas: 180 x 61 x 62 cm (70 1/5" x 23 4/5" x 24 1/5")					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

012

0008

ELECTROBISTURI DIGITAL

Descripción Técnica:	<p>Características, el equipo deberá contar con:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistema de seguridad del paciente con vigilancia del retorno energía al equipo Sistema de Protección real del paciente Tecnología digital Función de memoria de la última programación. Protege al paciente contra posibles quemaduras debido al contacto inadecuado de la placa de retorno Desactiva el generador antes que ocurran daños Detecta niveles peligrosos de impedancia en el paciente Monitorea constantemente el circuito por contacto entre el tejido y la almohadilla Hace sonar la alarma y corta automáticamente la salida en caso de pérdida de contacto Coagulación bipolar: <ul style="list-style-type: none"> Estándar: máximo de 99vatios para coagulación de tejidos grandes Suave: máximo de 50 vatios para coagulación de tejidos pequeños Modos de corte unipolar: puro, mezcla 1, mezcla 3, mezcla 3 Modos de coagulación unipolar: <ul style="list-style-type: none"> De contacto: máximo de 100 vatios para R.U.T y laparoscopia Spray: Máximo 80 vatios - endoscopia Tres tonos de señales audibles: 1 corte, 1 coagulación, 1 coagulación bipolar Especificaciones de salida: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Modo</th> <th style="text-align: left;">Potencia de Salida</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Corte Puro</td> <td>400w a 400 ohm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Corte Mezcla 1</td> <td>230w a 300 ohm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Corte Mezcla 2</td> <td>180w a 300 ohm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Corte Mezcla 3</td> <td>120w a 300 ohm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Coagulación de Contacto</td> <td>100w a 300 ohm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Coagulación de Spray</td> <td>80w a 500 ohm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Coagulación Bipolar:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estándar</td> <td>99w a 100 ohm</td> <td>1.5</td> <td>Onda Continua</td> </tr> <tr> <td>Suave</td> <td>50w a 100 ohm</td> <td>1.5 - 5.5</td> <td>100 - 5</td> </tr> <tr> <td>Frecuencia principal:</td> <td colspan="3">400khz, 500khz, 800kHz ±10%</td> </tr> <tr> <td>Rango de repetición:</td> <td colspan="3">20, 33khz ±10%</td> </tr> <tr> <td>Fuga de corriente a alta frecuencia:</td> <td colspan="3">menos de 150 mA</td> </tr> <tr> <td>Fuga de corriente a baja frecuencia:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td> 1) indicador de tierra de paciente:</td> <td colspan="3">menos de 0.01 mA</td> </tr> <tr> <td> 2) tierra de el chasis:</td> <td colspan="3">menos de 0.01 mA</td> </tr> <tr> <td>Fuente de energía:</td> <td colspan="3">110 / 220 volt, 50/60hz</td> </tr> <tr> <td>Dimensiones:</td> <td colspan="3">165 x 380 x 510 mm</td> </tr> <tr> <td>Peso aproximado:</td> <td colspan="3">21 kg</td> </tr> </tbody> </table> Accesorios incluidos: <ul style="list-style-type: none"> Forcep bipolar 	Modo	Potencia de Salida			Corte Puro	400w a 400 ohm			Corte Mezcla 1	230w a 300 ohm			Corte Mezcla 2	180w a 300 ohm			Corte Mezcla 3	120w a 300 ohm			Coagulación de Contacto	100w a 300 ohm			Coagulación de Spray	80w a 500 ohm			Coagulación Bipolar:				Estándar	99w a 100 ohm	1.5	Onda Continua	Suave	50w a 100 ohm	1.5 - 5.5	100 - 5	Frecuencia principal:	400khz, 500khz, 800kHz ±10%			Rango de repetición:	20, 33khz ±10%			Fuga de corriente a alta frecuencia:	menos de 150 mA			Fuga de corriente a baja frecuencia:				1) indicador de tierra de paciente:	menos de 0.01 mA			2) tierra de el chasis:	menos de 0.01 mA			Fuente de energía:	110 / 220 volt, 50/60hz			Dimensiones:	165 x 380 x 510 mm			Peso aproximado:	21 kg		
Modo	Potencia de Salida																																																																												
Corte Puro	400w a 400 ohm																																																																												
Corte Mezcla 1	230w a 300 ohm																																																																												
Corte Mezcla 2	180w a 300 ohm																																																																												
Corte Mezcla 3	120w a 300 ohm																																																																												
Coagulación de Contacto	100w a 300 ohm																																																																												
Coagulación de Spray	80w a 500 ohm																																																																												
Coagulación Bipolar:																																																																													
Estándar	99w a 100 ohm	1.5	Onda Continua																																																																										
Suave	50w a 100 ohm	1.5 - 5.5	100 - 5																																																																										
Frecuencia principal:	400khz, 500khz, 800kHz ±10%																																																																												
Rango de repetición:	20, 33khz ±10%																																																																												
Fuga de corriente a alta frecuencia:	menos de 150 mA																																																																												
Fuga de corriente a baja frecuencia:																																																																													
1) indicador de tierra de paciente:	menos de 0.01 mA																																																																												
2) tierra de el chasis:	menos de 0.01 mA																																																																												
Fuente de energía:	110 / 220 volt, 50/60hz																																																																												
Dimensiones:	165 x 380 x 510 mm																																																																												
Peso aproximado:	21 kg																																																																												

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

012

0008

ELECTROBISTURI DIGITAL

	Cable de forcep bipolar reusable					
	Manija unipolar reusable con cable					
	Manija de botón doble reusable con cable					
	6 Electrodo Intercambiables Reusables					
	Conmutador de pie doble					
	Conmutador de pie					
	Placa dual de retorno desechable					
	Cable de Placa de retorno Reusable					
	Placa de metal de Paciente con Cable (1)					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

0014

0004

UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO

<p>Descripción Técnica:</p>	<p>Equipo fijo, electrohidroneumático, de tecnología avanzada con fines de tratamiento y diagnóstico en la atención estomatológica integral del paciente. Lámpara estomatológica: integrada al sillón, cabezal de aluminio, orientable a la boca del paciente con ventilación natural, con un haz de luz fría enfocable de 50 a 100 cm de distancia libre de sombras, intensidad luminosa graduable, iluminación dentro del rango de 10,000 a 50,000 luxes con temperatura de calor entre 3,500°K o mayor, con enfriamiento por filtros ópticos, reflector dicroico, reductores de calor (no exceder 6° la temperatura ambiente en la distancia focal). Módulo estomatológico: integrado al sillón con altura ajustable en conjunto con el sillón, posicionable en cualquier punto alrededor de 270° como mínimo. Negatoscopio integrado al módulo. Con dispositivos individuales para alimentar y controlar el aire y el agua en las piezas de mano a través de bloque automático. Botella de agua purificada con sistema de válvula para regular el agua de enfriamiento, manómetros con escala de 0 a 4 kg/cm², reguladores de presión de aire y agua para las piezas de mano y jeringa triple. Dos piezas de mano de alta velocidad con: turbina y mandril de acero inoxidable, mango de acero inoxidable o titanio de 2 vías, desmontable y esterilizable en autoclave, turbina con mandril, eje y baleros de acero inoxidable, con velocidad de giro de 350,000 RPM o mayor, herramienta para cambio de fresa. Pieza de mano de baja velocidad con mango de acero inoxidable o titanio, de 2 vías, desmontable y esterilizable en autoclave, giro de 0 a 30,000 +/- 10,000 RPM motor con cambiador de giro de acero inoxidable y esterilizable en autoclave, contra ángulo y adaptador, cono recto con mandril de acero inoxidable para inserto de fresa y herramienta para cambio en caso de ser necesario. Jeringa triple estomatológica para lavar y secar campos clínicos bucales, de acero inoxidable o aluminio, con dos puntas desmontables y esterilizable en autoclave, con dos ductos, uno para agua y otro para aire, operado por válvulas mecánicas independientes para la selección de trabajo seco, húmedo o rocío, con alimentación de agua y aire, con válvula de no-retracción. Unidad ultrasónica de profilaxis para efectuar detartraje integrado al equipo, pieza de mano con puntas intercambiables, control de potencia eléctrica de 0 a 30 Watts máximo, control de salida de agua regulada. Sillón electrohidráulico o electromecánico estomatológico anatómico: capacidad mínima de levante de 180 Kg, con movimientos verticales de ascenso y descenso variable desde su base, sistema de mando eléctrico accionado con control manual y/o pedal, movimientos electromecánicos del respaldo para las siguientes posiciones: desde posición cero hasta Trendelemburg, posición cero automática. Asiento y descansa piernas corrido, forrado con material plástico lavable. Funda de protección en el área de la piecera, con coderas, o descansa brazos abatibles, cabezal con articulación para movimientos de reclinación anterior y posterior. Escupidera fija integrada al soporte del sillón o a la unidad, desplazable horizontalmente y ajuste vertical, con recipiente de porcelana o vidrio porcelanizado o polímero resistente a rayaduras o acero esmaltado, desmontable para fácil limpieza, soporte para llenado de vaso, con control de llenado y enjuague de escupidera temporizado, base conectada al sistema de drenaje. Aspirador quirúrgico de vaciado rápido; con sistema silencioso; accionado con aire, con trampa para sólidos y con descarga directa al drenaje. Eyector de saliva con filtro para retención de sólidos y adaptador para cánulas desechables, con descarga directa al drenaje. Dos sillas, una para estomatólogo y una para asistente con descansa pies, ambos con sistema neumático para ajuste de altura, con rodajas, tapizados de plástico o tela resistente y lavable. Con sistema para el suministro de energía eléctrica, aire y agua, de la caja de conexiones al módulo de trabajo, debidamente protegido, que le permitan su desplazamiento a un radio de acción de dos metros como mínimo, en torno al sillón. Con sistema de protección que impida el reflujo de líquidos al término de los tratamientos. Con mangueras de silicón o poliuretano lisas, de 2 vías, de</p>
------------------------------------	---

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

0014

0004

UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO

	un largo de 180 a 200 cm					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:						
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

0015

0002

AMALGAMADOR Y DOSIFICADOR ESTOMATOLÓGICO

Descripción Técnica:	Equipo portátil, automático, para la conformación de amalgamas. Integrado por un depósito para mercurio y otro para limadura. Dosificador. Reloj para la programación de ciclos. Controlado por botones o membrana.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
	Productos de origen extranjero	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado						
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.						
Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:						
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

015

0003

LÁMPARA DE FOTOCURADO DE RESINAS Y CEMENTOS FOTOPOLIMERIZABLES

Descripción Técnica:	Equipo de fotocurado de resinas y cementos polimerizables para obturación dental. Lámpara de fotocurado de resinas y cementos fotopolimerizables para obturación dental. De luz LED, con fibra óptica. Reflector de salida de un espectro de 400 a 525 mm. de longitud de onda. Revestimiento de dióxido de silicio fundido que garantiza una luz lineal con duración superior a los 10,000 ciclos de polimerización					
	Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos <input type="text" value="1"/> años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				
Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado					
	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.					
	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>					
	Certificados de calidad opcionales: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>					

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

015

0004

UNIDAD ULTRASÓNICA ESTOMATOLÓGICA

Descripción Técnica:	Unidad de profilaxis dental, no invasivo para la remoción de sarro, manchas. Generador de frecuencia de trabajo de 25 a 45 Hz. Selector de potencia: consumo de 17 a 30 watts, alimentación de agua con control para regular la presión, Rocío o spray. Pieza de mano esterilizable en sustancias químicas y/o vapor. Insertos o puntas fabricadas de titanio o aleación de metal/diamante/carbono, intercambiables, esterilizables en vapor (tres).					
	Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado					
	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.					
	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:					
	Certificados de calidad opcionales:					

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

016

0014

LAMAPRA DE EXAMINACION RODABLE

Descripción Técnica:	Aparato portátil, rodable de iluminación mediante LED para la examinación durante la exploración física del paciente. Fuente de luz LED, intensidad de luz de 15,000 luxes o mayor. Temperatura de color de 5000 grados Kelvin. Cabezal de iluminación compacta, que incluya pedestal con base rodable estable y con freno. Extension tipo cuello de cisne. Boton de encendido/apagado. Vida util del LED de al menos 40,000 Horas. Peso total no mayor de 7 Kg.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: 				
Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado					
	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.					
	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: 					
	Certificados de calidad opcionales:					



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

016

0015

LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA

Descripción Técnica:	Equipo portátil utilizado para iluminar el campo quirúrgico en forma rutinaria y continua en caso de suspensión del suministro de la energía eléctrica de corriente alterna. Columna fija a pedestal rodable. Brazo portalámpara con giro de 360 grados y abatible. Intensidad luminosa homogénea de 75,000 luxes a 1 m. de distancia de la fuente o mayor. Libre de sombras a la interposición de cuerpos. Filtro reductor de calor. Temperatura de color dentro del rango de 3,500 a 5,000 °Kelvin. Batería recargable. Interruptor de energía.					
	Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos <input type="text" value="1"/> años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				
Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado					
	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.					
	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>					
	Certificados de calidad opcionales: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>					



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

016

0016

LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA

Descripción Técnica:	Aparato portátil, rodable de iluminación eléctrica para la examinación durante la exploración física del paciente. Fuente de luz halógena, intensidad de luz de 8070 Luxes o mayor. Temperatura de color de 3200 grados Kelvin. Cabezal de iluminación compacta, Tubo de luz de fibra óptica flexible en la parte distal. Con rango variable de apertura de diámetro de iluminación que incluya pedestal con base rodable y freno					
	Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos <input type="text" value="1"/> años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				
Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado					
	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.					
	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>					
	Certificados de calidad opcionales: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>					



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

016

0022

LAMPARA DE CIRUGIA DOBLE DE TECHO TECNOLOGIA LED

Descripción Técnica:	El equipo deberá contar con las siguientes características:					
	<ul style="list-style-type: none"> - Integrada por 2 luminarias - Panel con el interruptor de fuente de energía, ajusta el brillo y asiste la prueba de la lámpara - Selección de 10 niveles de brillo con una barra de progreso de LED - Memoria de brillo - Diámetro: 700 mm - Iluminación de cada lámpara de 160,000 Lux - Diámetro del campo de iluminación: 120-350 mm - Profundidad de la Iluminación: 700 mm a 1,500 mm - Color de Temperatura 3500°K - 5000°K - Incremento de la Temperatura: ≤10°C - Radio de Movimiento del Soporte de la Lámpara: 1800 mm - Vida de leds hasta 40,000 horas - Espejo múltiple: 3800 piezas - Índice de reproducción de color: 96% - Ajuste de angulación de los brazos de 45 – 50° - Ajuste vertical de los brazos: 90 cm - Efecto sin sombra - Filtro infrarrojo para que 99% del calor radiante pueda ser filtrado - Sistema de reflexión multi-direccional - La cubierta de cada lámpara es completamente cerrada y aerodinámica - Jaladeras que se pueden tirar hacia arriba y abajo, y se utiliza para posicionar los satélites y ajustar la longitud focal - Cada satélite cuenta con un maneral que se retira fácilmente para su esterilización - Consumo de energía de 150W - Opción a futuro de instalar sistema multimedia digital y cámara de alta definición con zoom óptico y apertura automática, vista previa de imagen sencilla y múltiple en tiempo real, guardado automático de imágenes 					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos <input type="text" value="1"/> años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			UL 60601-1	
Productos de origen	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.					

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

016

0022

LAMPARA DE CIRUGIA DOBLE DE TECHO TECNOLOGIA LED

	extranjero	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.		
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:		
		Certificados de calidad opcionales:		
		CE	FDA	JIS



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

016

0023

LAMPARA DE CIRUGIA SENCILLA DE TECHO TECNOLOGIA LED

Descripción Técnica:	El equipo deberá contar con las siguientes características:				
	<ul style="list-style-type: none"> - Integrada una luminaria - Panel con el interruptor de fuente de energía, ajusta el brillo y asiste la prueba de la lámpara - Selección de 10 niveles de brillo con una barra de progreso de LED - Memoria de brillo - Diámetro: 700 mm - Iluminación de la lámpara de 160,000 Lux - Diámetro del campo de iluminación: 120-350 mm - Profundidad de la Iluminación: 700 mm a 1,500 mm - Color de Temperatura 3500°K - 5000°K - Incremento de la Temperatura: ≤10°C - Radio de Movimiento del Soporte de la Lámpara: 1800 mm - Vida de leds hasta 40,000 horas - Espejo múltiple: 3800 piezas - Índice de reproducción de color: 96% - Ajuste de angulación del brazo de 45 – 50° - Ajuste vertical del brazo: 90 cm - Efecto sin sombra - Filtro infrarrojo para que 99% del calor radiante pueda ser filtrado - Sistema de reflexión multi-direccional - La cubierta de la lámpara es completamente cerrada y aerodinámica - Jaladeras que se pueden tirar hacia arriba y abajo, y se utiliza para posicionar el satélite y ajustar la longitud focal - Cada satélite cuenta con un maneral que se retira fácilmente para su esterilización - Consumo de energía de 150W - Opción a futuro de instalar sistema multimedia digital y cámara de alta definición con zoom óptico y apertura automática, vista previa de imagen sencilla y múltiple en tiempo real, guardado automático de imágenes 				
Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.	Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español				
	Copia simple del registro sanitario vigente				
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas				
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.				
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.			
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,					
Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.					
Productos de origen	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:		UL 60601-1		
	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

016

0023

LAMPARA DE CIRUGIA SENCILLA DE TECHO TECNOLOGIA LED

	extranjero	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.		
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:		
		Certificados de calidad opcionales:		
		CE	FDA	JIS

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

018

0014

ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO

Descripción Técnica:	Dispositivo portátil utilizado para visualización de la laringe del paciente pediátrico, que permite realizar la intubación endotraqueal en pacientes que así lo requieren. Sistema que incorpore al menos un mango con acabado antiderrapante (acanalado), compatible con todos los modelos de hojas, tecnología de fibra óptica con fuente de luz incorporada al mango a través de foco del tipo halógena o mejorada de al menos 2.5 V de alimentación por baterías recargables o alcalinas tipo AA, mango delgado. Hojas de laringoscopio en acero inoxidable sin aristas ni ángulos, acabado antirreflejante tipo Miller (recta) y tipo Macintosh (curva); hojas rectas Mil 0 y Mil 1; hojas curvas Mac 1 y Mac 2. Hojas deberán ser de tecnología de fibra óptica, libre de mantenimiento, compatible conforme a lo estipulado en ISO 7376, sin aberturas o grietas donde se almacene suciedad o que dificulte su limpieza, completamente esterilizables en vapor.			
Accesorios	Cant	Descripción		
	1	Juego de cargador para mango		
	1	Batería Recargable.		
	1	Estuche para guarda de hojas y mango.		
Instalación de la unidad solicitada:	1	Foco de repuesto para el mango.		
	Cant	Descripción	Nivel de atención	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique			
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas			
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos <input style="width: 20px;" type="text" value="1"/> años.			
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.			
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.			
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.			
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.		
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.		
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: <input style="width: 100px;" type="text"/>		
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado		
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.		
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: <input style="width: 100px;" type="text"/>		
Certificados de calidad opcionales:				

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

018

0015

LARINGOSCOPIO

Descripción Técnica:	Mango de laringoscopio grueso para uso con pacientes adultos. Fabricado en acero inoxidable o material anticorrosivo, mango con acabado antiderrapante (acanalado), compatible con todos los modelos de hojas, tecnología de fibra óptica con fuente de luz incorporada al mango a través de foco halógeno o tecnología superior de al menos 2.5 VDC. De alimentación por baterías recargables o alcalinas tipo C. Cubra los requerimientos de la ISO 7376 para laringoscopios.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos <input style="width: 20px;" type="text" value="1"/> años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: <input style="width: 50px;" type="text"/> <input style="width: 50px;" type="text"/> <input style="width: 50px;" type="text"/>				
Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado					
	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.					
	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: <input style="width: 50px;" type="text"/> <input style="width: 50px;" type="text"/> <input style="width: 50px;" type="text"/>					
	Certificados de calidad opcionales:					

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

024

0007

VITRINA CONTRAMURO DE 120 CM

Descripción Técnica:	Vitrina contra muro con las siguientes características: Correderas de aluminio para puertas de vidrio. Cremallera de lámina de acero calibre No. 18; acabado en esmalte horneado, con ménsula para graduar altura. Entrepaño de vidrio de 6mm de espesor, con cantos pulidos. Lamina de acero calibre No. 20, acabado en esmalte horneado. Puertas corredizas de vidrio 6mm (1/4") es espesor, con cantos pulidos y jaladeras integradas. Dimensiones generales: Ancho 120cm x Fondo 40cm x Altura 60cm.					
	Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
				Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

024

0008

VITRINA CONTRAMURO DE 90 CM

Descripción Técnica:	Vitrina contra muro con las siguientes características: Correderas de aluminio para puertas de vidrio. Cremallera de lámina de acero calibre No. 18; acabado en esmalte horneado, con ménsula para graduar altura. Entrepaño de vidrio de 6mm de espesor, con cantos pulidos. Lamina de acero calibre No. 20, acabado en esmalte horneado. Puertas corredizas de vidrio 6mm (1/4") es espesor, con cantos pulidos y jaladeras integradas. Dimensiones generales: Ancho 90cm x Fondo 40cm x Altura 60cm.					
	Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
				Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

024

0009

VITRINA CONTRAMURO DE 75 CM

Descripción Técnica:	Vitrina contra muro con las siguientes características: Correderas de aluminio para puertas de vidrio. Cremallera de lámina de acero calibre No. 18; acabado en esmalte horneado, con ménsula para graduar altura. Entrepaño de vidrio de 6mm de espesor, con cantos pulidos. Lamina de acero calibre No. 20, acabado en esmalte horneado. Puertas corredizas de vidrio 6mm (1/4") es espesor, con cantos pulidos y jaladeras integradas. Dimensiones generales: Ancho 75cm x Fondo 40cm x Altura 60cm.					
	Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
				Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

024

0010

VITRINA PARA INSTRUMENTAL

Descripción Técnica:	Vitrina para guardar instrumental con las siguientes características:					
	Fabricada en acero inoxidable 18/8. Parte superior: 2 Puertas abatibles con cristal y cerradura. En su interior dos estantes de cristal regulables en altura. Parte inferior: 2 Puertas metálicas con cerradura y en su interior una balda fija. Zócalo en acero inoxidable Dimensiones aproximadas: 160 cm de alto, 97 cm de ancho y 40 cm de fondo					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

026

0004

ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED

Descripción Técnica:	Equipo libre de mercurio fijo al muro auxiliar para la medición de la presión arterial por método no invasivo. Consta de los siguientes elementos: Carátula con escala graduada de 0 a 300 mmHg. Brazaletes reusables para pediátrico y adulto así como adulto obeso. Perilla de insuflación con válvula de desinflado libre de latex. Sistema de seguridad que impida la fuga de aire. Tubos o mangueras libres de latex. Con canastilla para la guarda de brazaletes.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos <input style="width: 20px;" type="text" value="1"/> años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: <input style="width: 100px;" type="text"/>				
Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado					
	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.					
	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: <input style="width: 100px;" type="text"/>					
	Certificados de calidad opcionales:					

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

026

0005

ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL

Descripción Técnica:	Equipo portátil auxiliar para la medición de la presión arterial por método no invasivo. Consta de los siguientes elementos: Carátula con escala graduada de 0 a 300 mmHg. Brazaletes reusables para pediátrico y adulto. Perilla de insuflación con válvula de desinflado libre de latex. Sistema de seguridad que impida la fuga de aire. Tubos o mangueras libres de latex.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos <input style="width: 20px;" type="text" value="1"/> años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: <input style="width: 100px;" type="text"/>				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: <input style="width: 100px;" type="text"/>						
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

026

0006

ESFIGMOMANÓMETRO DE PEDESTAL

Descripción Técnica:	Equipo para la medición de la presión arterial por método no invasivo. Consta de los siguientes elementos: equipo libre de mercurio de caratula de pedestal, sistema de ruedas antiestáticas para su desplazamiento y frenos en 2 ruedas para su inmovilización, caratula resistente y de facil lectura, escala de 0 a 300 mm Hg, con graduación numérica intervalos de 10 mm Hg, resolución de 2 mm Hg, sistema de insuflación que incluya brazaletes lavable con sistema velcro para su fijación (adulto y pediátrico), bolsa de insuflación libre de látex (adulto y pediátrico), perilla libre de látex, con válvula de liberación de aire, con conector cónico, tubo o manguera de extensión libre de latex de 100 cm, como mínimo, canastilla para la guarda de brazaletes integrada para pedestal					
	Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
				Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:						
Certificados de calidad opcionales:						



Partida 2013:

53101

Clave de cuadro estatal 2013:

913

030

0004

CARRO DISTRIBUIDOR DE MUESTRAS

Descripción Técnica:	Carabon de refuerzo de solera de acero inoxidable tipo AISI 304 de 3.2 mm (1/8") de espesor acabado pulido. Deposito inferior de lamina de acero inoxidable tipo AISI 304 calibre 18, acabado pulido esquinas en radio de 1.5 cm soldado a estructura con cartabóm. Deposito superior de lamina de acero inoxidable tipo AISI 304 calibre 18, acabado pulido esquinas en radio de 1.5 cm soldado a estructura y marco perimetral. Estructura de perfil tubular redondo de acero inoxidable tipo AISI 304 calibre 18 de 25.38 mm (1") de diametro acabado pulido. Marco perimetral de angulo de acero inoxidable tipo AISI 204. Ruedas giratorias tipo semipesado de hule color negro de 12.5 mm (5") de diametro acabado cromado. Tolerancia en las medidad generales +/- 1cm 70x50x105 cmp					
	Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitante:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente incluido el proyecto de marbete					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico garantizado de al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9000 del fabricante				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			Certificado del Acero	
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9000 del fabricante				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			Certificado del Acero	
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

030

0008

CARRO DE CURACIONES CON ACCESORIOS

Descripción Técnica:	Carro de curaciones con cubeta y palangana medidas aprox. 90*82*50 cm. Estructura de tubo redondo de 1" de diámetro acabado cromado. Cubierta y entrepaño de lamina de acero cal-22 tipo 430 acabado pulido. Aros abatibles porta bandeja y cubeta de acero de 1/8"x 1" acabado cromado. Cubierta y entrepaño de lamina de acero inoxidable cal-22 tipo 430 acabado pulido. Barandal de varilla redonda de 5/16" acabado cromado. Ruedas de hule negro con espiga lisa de bola con regaton redondo de 1" color negro. cubeta de 12 lts de acero inoxidable y palangana de acero inoxidable medidas aproximadas. 90*82*50 cm					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

030

0009

CARRO PORTA EXPEDIENTES

Descripción Técnica:	Carro porta expedientes para 24 carpetas con las siguientes características:					
	Cubierta: Lamina de acero calibre 18, acabado en laminado plástico. Cuerpo: Lamina de acero calibre 22, filos con dobleces de 2 mm, acabado en pintura. Entrepaño: Lamina de acero calibre 20, acabado en pintura. Maneral: Tubo de acero cromado de 1" de diámetro soldado a soporte en escuadra de solera de acero de 1/8" x " fijo con tornillos cabeza de gota. Porta etiquetas con espacio para expediente Protección perimetral de hule de 1"X 1" Ruedas libres de hule de 5" de diámetro Acabado: esmalte horneado Dimensiones aproximadas: 104 x 56 x 106 cm					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
				Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

031

0001

NEGATOSCOPIO DE DOS CAMPOS

Descripción Técnica:	Equipo que genera un campo uniforme de luz para visualizar la película radiográfica. Con las siguientes características: estructura: dimensiones y material, móvil o fijo, o empotrado, de dos campos; panel frontal; balastra de encendido rápido; sujetador de películas; iluminación continua, sin parpadeos. Brillo de negatoscopio de al menos 1,500 cd/m ² o 5,000 luxes, para radiografía convencional. Iluminación con variación de menos de 15% entre una zona y otra. La variación de iluminación entre un negatoscopio y otro de un mismo banco o panel deberá ser menor que el 15%.				
	Accesorios	Cant	Descripción		
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención		
			Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique				
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas				
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.				
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
Certificados de calidad opcionales:					

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

032

0010

LAVADOR DESINFECTOR DE CÓMODOS DE VAPOR DIRECTO

Descripción Técnica:	Equipo electrohidráulico para el lavado y desinfección de cómodos y orinales, a través de vapor directo. Consta de los siguientes elementos: carcasa y trampa metálicas; descarga al drenaje; entrada de agua para lavar en forma automática; entrada de vapor para desinfectar en forma automática; panel de selección de ciclos de operación predeterminados.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: 				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: 						
Certificados de calidad opcionales:						



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

032

0012

ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA

Descripción Técnica:	Equipo semiportátil para esterilizar objetos que resisten altas temperaturas, presión y humedad de vapor. Con las siguientes características: Tipo gabinete. Controlado por microprocesador. Cámara horizontal: material de acero inoxidable. Puerta de apertura manual. Con sistema de seguridad que impida la apertura durante el periodo de esterilización. Mando de cierre en material anticalorífico o baja conducción de calor. Temperaturas de control. Prevención o remoción de aire por medios mecánicos. Sistema de recuperación de condensados. Selector de parámetros del proceso y programas de esterilización. Despliegue de los parámetros del proceso de esterilización: tiempo, temperatura, presión. Despliegue digital de los programas de: líquidos, textiles y material de hule. Manómetros indicadores de presión de las cámaras interna y externa. Depósito de agua. Indicador de nivel de agua en el depósito. Con guías para bandeja o canastilla. Bandejas. Fusible de protección. Parrilla. Graficador o impresora					
	Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:						
Certificados de calidad opcionales:						



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

032

0014

ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO 20 x 20 x 38 PULGADAS

Descripción Técnica:	<p>Esterilizador controlado por microprocesador. De funcionamiento automático con sistema de control con microprocesador. Con remoción de aire por medios mecánicos (prevacío) con bomba de anillo líquido. Cámara horizontal: Con capacidad de 51x51x96 cm. (20"X20"X38"), con una tolerancia de 1%, de acero inoxidable tipo 316L, espesor de acuerdo con Código ASME sección VIII División 1</p> <p>Camisa de vapor, material de acero inoxidable 304, espesor de 6 mm. Válvula de seguridad calibrada que evite las sobre-presiones Panel frontal de acero inoxidable tipo 304. Aislamiento de fibra de vidrio de 25 mm Con cubierta de lámina de aluminio. Con una puerta de apertura manual. Apertura de izquierda a derecha (bisagra derecha). Material de acero inoxidable 304, espesor de 12 mm. Dispositivo de seguridad que impida abrirla desde el inicio del ciclo de esterilización. Generador de vapor de acero inoxidable 304, integrado con sistema automático de llenado de agua, control automático de presión y dispositivo de seguridad que evite las sobre-presiones Válvulas de control de proceso neumáticas auto- limpiantes. Mano-vacometro indicador de presión y vacío en cámara. Manómetro indicador de presión chaqueta. Transductores de presión absoluta en cámara y chaqueta. Sensor de Temperatura tipo PT100. Con sistema de control con microprocesador , pantalla en idioma Español Selección de parámetros del proceso y 10 programas de esterilización que incluyan prueba de hermeticidad y Bowie and Dick. Todos los parámetros de proceso con posibilidad de configuración. Temperatura ajustable de 105°C a 137°C. Despliegue digital de los parámetros del proceso de esterilización: tiempo, temperatura y presión. Despliegue de las etapas del proceso de esterilización. Despliegue de los programas de: prevacío y post-vacío, rápido o flash y líquidos. Alarmas auditiva y visual para caso de mal funcionamiento y error de manejo. Impresor integrado, para todos los parámetros del ciclo de esterilización Filtro de aire Hidrofobico de 0.01 micrones. Tubería sanitaria de cobre. Suministro de Vapor Saturado. Toma de agua fría baja en sales minerales y residuos sólidos. Desagüe a drenaje.</p>				
	Accesorios	Cant	Descripción		
	1	Carro transportador de acero pintado con sistema de frenado. y Carro cargador de acero inoxidable con parrilla de acero inoxidable.			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención	
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

032

0014

ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO 20 x 20 x 38 PULGADAS

Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español			
	Copia simple del registro sanitario vigente			
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas			
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos <input type="text" value="1"/> años.			
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.			
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.			
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.			
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.		
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.		
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:		UL 60601-1
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.		
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.		
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:		
		Certificados de calidad opcionales:		
CE		FDA	JIS	

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

035

0004

ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN

Descripción Técnica:	Equipo portátil de diagnóstico no invasivo de los eventos eléctricos del corazón, multicanal. Con capacidad para obtener en forma simultánea doce derivaciones. Capacidad de transmisión vía RS 232 a una computadora personal. Selector automático de derivaciones. Calibración automática. Captura de derivaciones. Con capacidad para obtener el trazo de una derivación en un canal continuo. Pantalla para visualización simultánea de al menos tres canales. Capacidad de conectar monitor para mejor visualización del trazo. Teclado alfanumérico. Impresión de 12 derivaciones simultáneamente en 3 o más canales. Programas de aplicaciones diagnósticas. Capacidad para el almacenamiento de registros en medio magnético. Software interno para manejo de base de datos y archivo electrocardiográfico de los pacientes. Batería recargable integrada					
	Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:		UL 60601-1		
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:						
Certificados de calidad opcionales:						
	CE	FDA	JIS			



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

036

0006

CARRO ROJO CON EQUIPO DE DESFIBRILACION

<p>Descripción Técnica:</p>	<p>EQUIPO DE MONITOREO CONTINUO CON PANTALLA DE DESPLIEGUE DE AL MENOS ECG SATURACION DE OXIGENO Y FRECUENCIA CARDIACA. ENERGIA PARA DESCARGA EXTERNA SELECCIONABLE. ALARMAS VISIBLES Y AUDIBLES. INDICADORES. CAPACIDAD DE MEMORIA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES. REGISTRO EN PAPEL TERMICO DE TENDENCIAS. PALETAS PEDIATRICAS Y ADULTO PARA DESFIBRILACION Y CARDIOVERSION. CON SELECTOR DE MODO. CON OPCION DE DESCARGA. CON SISTEMA DE SUSPENSION DE LA CARGA. CON SISTEMA PARA PROBAR DESCARGA. CON IMPRESIÓN DESDE LAS PALAS BATERIA RECARGABLE QUE GARANTICE 100 DESFIBRILACIONES A CARGA MAXIMA. CON TIEMPO DE CARGA COMPLETA DE LA BATERIA. CON ENERGIA BIFASICA. MARCAPASO EXTERNO TRANSCUTANEO INTERCONSTRUIDO. SELECCIONABLE EN INTERVALOS. FRECUENCIA DE MARCAPASO AJUSTABLE. ACTIVACION POR MODOS: FIJO O ASINCRONICO Y A DEMANDA O SINCRONICO. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES MARCA Y MODELO. CABLE PARA PACIENTE DE TRES PUNTAS PARA ECG. CABLE PARA LOS ELECTRODOS DE MARCAPASO PARA ADULTO Y NIÑOS. SENSORES PARA SATURACION DE OXIGENO: DE DEDO PARA APLICACION ADULTO/PEDIATRICO Y MULTISITIO NEONATAL, REUSABLE. MONITOR MULTIPARAMETRICO CON PANTALLA A COLOR LCD TFT DE 8.4" CONSUMIBLES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: ELECTRODOS PARA MONITOREO DE ECG ELECTRODOS AUTOADHERIBLES PARA MARCAPASO TRANSCUTANEO PASTA CONDUCTORA PARA DESFIBRILACION Y CARDIOVERSION PAPEL TERMOSENSIBLE DE 80 MM TIPO Z PARA IMPRESIÓN INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 120 V/60 HZ.; OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION; MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. CON MODO DEA CARRO DE EMERGENCIA. DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. CON MANUBRIO PARA SU CONDUCCIÓN.</p>
------------------------------------	---

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

036

0006

CARRO ROJO CON EQUIPO DE DESFIBRILACION

<p>CUATRO RUEDAS ANTIESTÁTICAS DE 5" DE DIÁMETRO MÍNIMO, GIRATORIAS, CON SISTEMA DE FRENADO DE CUATRO RUEDAS. SUPERFICIE PARA COLOCAR EL DESFIBRILADOR – MONITOR, CON CAPACIDAD DE GIRO, CON MECANISMO PARA FIJAR LA POSICIÓN Y CON DISPOSITIVO PARA SUJECIÓN DEL DESFIBRILADOR. SUPERFICIE PARA LA PREPARACIÓN DE SOLUCIONES CON CINCO CAJONES CON DIVISORES EN TODOS LOS CAJONES. CON DIVISORES DE MATERIAL RESISTENTE Y DESMONTABLES PARA LA CLASIFICACIÓN Y SEPARACIÓN. AL MENOS CUATRO DIVISORES POR CAJÓN. MECANISMO DE SEGURO. CERRADURA GENERAL PARA TODOS LOS COMPARTIMENTOS, CON SISTEMA DE SELLOS DE GARANTÍA (CANDADOS DE PLÁSTICO FOLIADOS) BOLSA CON 100 CANDADOS FOLIADOS. CON POSTE PORTAVENOCCLISIS DE ALTURA AJUSTABLE. TABLA PARA MASAJE CARDÍACO, DE MATERIAL LIGERO, RESISTENTE AL IMPACTO, INASTILLABLE Y LAVABLE, MONTADA AL CARRO CON SUJETADORES. ESQUINAS DE LOS CARROS REDONDEADOS Y CON PROTECTORES CONTRA GOLPES. CON SISTEMA DE SUJECIÓN AL CARRO PARA TANQUE DE OXÍGENO TIPO E. TANQUE DE OXÍGENO TIPO "E" CON MANÓMETRO Y VÁLVULA REGULADORA. RESUCITADORES CON MASCARILLAS ADULTO, PEDIATRICO, NEONATAL. MANGO Y HOJAS DE LARINGOSCOPIO MILLER 1, 2, 3 Y 4 MACINTOSH 00, 0, 1, 2, 3 Y 4 CARGADOR CON BATERIA RECARGABLE PARA LARINGOSCOPIO</p>						
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.	Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos <input type="text" value="1"/> años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			UL 60601-1	
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:						
Certificados de calidad opcionales:						
	CE	FDA	JIS			



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

038

0003

DOPPLER FETAL DE BOLSILLO

Descripción Técnica:	DOPPLER FETAL DE BOLSILLO DETECTA EL LATIDO FETAL A PARTIR DE LA 12 SEMANA PANTALLA LCD FARBICADO CON BATERIA RECARGABLE Y PUEDE TRABAJAR 8HR CONTINUAS PESO 250G FUNCION DE ALARMA CUANDO LA FFC ESTA FUERA DE RANDO NORMAL O LA CARGA DE LA BATERIA ES BAJA ALTAVOS INCORPORADO Y CON ENTRADA DE AUDIFONOS TRANSDUCTOR DE 2.5 MHZ FRECUENCIA UNLTRASONICA 2.5MHZ +- 10% INTENSIDAD ULTRASONICA 10MW/CM2 SENSIBILIDAD COMPRENSIBLE 90DB RANGO DE FRECUENCIA FETAL : 60-210BPM (+-2BMP) RANGO DE ALARMA: 100BPM O 160BMP BATERIA 9.6 V NI-MH BATERIA RECARGABLE ADAPTADOR DE VOLTAJE ENTRADA AC 110V +-10% 60HZ/220V +-10% 50HZ BATERIA RECARGABLE ENTRADA DE VOLTAJE (NO CARGADA): DC 12V +- 1V				
Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.	Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años. Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes. Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años. Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.				
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado. Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
		Certificados de calidad opcionales:			

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

040

0021

ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO

Descripción Técnica:	Equipo utilizado para la exploración física del paciente con fines diagnósticos. Consta de los siguientes elementos: Otoscopio de plástico con iluminación LED. Espéculos reusables en diferentes tamaños. Oftalmoscopio de plástico con iluminación LED o Xenon. Con selector de aperturas y lentes. Mango recargable directo a la corriente y para uso con baterías alcalinas. Control de intensidad de luz. Acoplamiento de otoscopio y oftalmoscopio al mango. Con caja o estuche.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos <input style="width: 20px;" type="text" value="1"/> años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: <input style="width: 100px;" type="text"/>				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: <input style="width: 100px;" type="text"/>						
Certificados de calidad opcionales:						



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

040

0022

EQUIPO PARA LAPAROSCOPIA

Descripción Técnica:	Equipo portátil para la visualización de cavidades, con fines diagnósticos o terapéuticos. Con las siguientes características: Cámara de color sensible. Teclado. Monitores de video. Fuente de luz. Guía de luz de fibra óptica. Insuflador de CO2. Cilindro de gas para CO2 de alta presión, con regulador y manómetro. Equipo de irrigación/aspiración, Sistema de videograbación. Regulador de voltaje con entradas para todos los elementos del equipo. Carro, rodable, con frenos en al menos 2 ruedas. Todos los elementos del equipo deben ser compatibles entre sí					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos <input type="text" value="1"/> años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
	Productos de origen extranjero	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				
Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado						
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.						
Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>						
Certificados de calidad opcionales: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>						



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

044

0008

MONITOR DE SIGNOS VITALES

Descripción Técnica:	<p>1.- Monitor configurado o modular con pantalla de 12.1 pulgadas como mínimo.</p> <p>2.- Con capacidad para conectarse a red de monitoreo.</p> <p>3.- Salida analógica de ECG o sincronía para desfibrilación.</p> <p>4.- Pantalla a color tecnología LCD TFT sensible al tacto o tecnología superior.</p> <p>5.- Protección contra descarga de desfibrilador.</p> <p>6.- Detección de marcapasos.</p> <p>7.- Despliegue de curvas fisiológicas en pantalla:</p> <p>7.1.- Al menos 8 curvas simultáneas.</p> <p>7.2.- ECG, que permita el despliegue simultáneo de al menos 3 curvas a elegir de entre 7 canales o más.</p> <p>7.3.- Plestimografía.</p> <p>7.4.- Respiración</p> <p>7.5.- Presión Invasiva</p> <p>7.8.- EtCO₂ final expirada</p> <p>8.- Despliegue numérico de:</p> <p>8.1.- Frecuencia cardiaca.</p> <p>8.2.- Frecuencia respiratoria.</p> <p>8.3.- Saturación de oxígeno.</p> <p>8.4.- Presión no invasiva (sistólica, diastólica y media).</p> <p>8.5.- Dos canales Temperatura y su diferencia DT.</p> <p>8.6.- Presión parcial de CO₂ final expirada (EtCO₂) mediante modulo con tecnología sidestream</p> <p>8.7.- Con intervalos de medición de CO₂. De 0 – 99mmHg, con un tiempo de inicialización de al menos 30seg.</p> <p>8.8.- Presión Invasiva diastólica y sistólica, con etiquetado en el sitio de posición.</p> <p>9.- Modos para la toma de presión no invasiva: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo.</p> <p>10.- Tendencias gráficas y numéricas de 48 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario.</p> <p>11.- Que cubra uso desde neonato hasta adulto.</p> <p>12.- Con batería interna recargable con duración de al menos una hora, con cargador interconstruido e indicador de bajo nivel en pantalla.</p> <p>13.- Alarmas audibles y visibles, priorizadas en al menos tres niveles con función que permita revisar y modificar los límites superior e inferior de los siguientes parámetros:</p> <p>13.1.- Saturación de oxígeno.</p> <p>13.2.- Frecuencia cardiaca.</p> <p>13.3.- Presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica).</p> <p>13.4.- Temperatura.</p> <p>13.5.- Frecuencia respiratoria.</p> <p>13.6.- Presión invasiva.</p> <p>14.- Alarma de apnea</p> <p>15.- Alarmas del sistema que indiquen el estado de funcionamiento del monitor.</p> <p>16.- Con silenciador de alarmas.</p> <p>17.- Interface, menús y mensajes en español.</p> <p>18.- Con diseño que permita al equipo ser usado como monitor de transporte y monitor de cabecera.</p> <p>19.- Detección de arritmias básicas que cumpla con al menos 12 de las siguientes: asístole, fibrilación, taquicardia ventricular, ventricular RUN, ventricular triple, ventricular couplet, latido ventricular prematuro, bigemino, trigemino, taquicardia, bradicardia, latido perdido.</p> <p>20.- Con un peso de 5.0 Kgs.</p> <p>21.- Con registrador térmico o impresora térmica interconstruida de al menos 2 canales.</p>				
Accesorios	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cant</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Cant	Descripción		
Cant	Descripción				

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

044

0008

MONITOR DE SIGNOS VITALES

	1	Un cable troncal y un sensor tipo dedal reusables para oximetría de pulso.			
	1	Un sensor reusable de temperatura (de piel o superficie).			
	1	Brazaletes reusable para medición de la presión no invasiva, uno adulto y uno pediátrico, una manguera con conector para los brazaletes.			
	1	Un cable troncal y un cable de paciente para ECG de al menos tres puntas			
	1	Para la medición de PI: 1 transductor desechable, 1 Cable troncal reusable			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.	Primer	Segundo Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español				
	Copia simple del registro sanitario vigente				
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas				
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.				
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:		UL 60601-1	
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
Certificados de calidad opcionales:					
	CE	FDA	JIS		



Partida 2013: Clave de cuadro estatal 2013:

MICROSCOPIO BINOCULAR.

Descripción Técnica:	<p>Microscopio Binocular con sistema óptico corregido al infinito con corrección cromática. Tubo binocular longitud parafoval 45 mm/180 mm. El tubo binocular inclinable con posiciones superior e inferior la posición superior ofrece una altura de 40 mm.</p> <p>Con distancia interpupilar ajustable de 48 mm a 75 mm. El tubo es girable 360° ángulo de observación 30°(ángulo ergonómico) tubo standard y el Fototubo con división fija 50%/50% (vis-doc) varios foto-adaptadores para documentación .</p> <p>Oculares WF,10X/18 BR. FOC., 10X/20 BR FOC, Óculares provistos de tratamiento antihongos. Revolver porta-objetivos cuadruple inclinado hacia atras. Objetivos Plan-achromaticos 4x/1 dt-6.50 mm Planachromatico 10x/0.25 dt-4.39 mm Planachromatico 40x/0.65 dt-0.48 mm planachromatico 100x/1.25 oil dt-0.13 mm Planachromatico 40x/0.65 PH2 dt-0.48 mm.</p> <p>Condensador de ABBE 0.9/1.25 con alojamiento para contraste de fases y campo obscuro.</p> <p>Dos variantes de campo visual de 18 mm y 20 mm Full-köhler y fixed-köhler .</p> <p>Iluminación de Halogeno (30W/6V LED-3W/6V. = 20w.</p> <p>Platina superficie de 140-135 mm con mandos a la derecha ó izquierda con movimientos en cruz de 75 mm x 30 mm Mandos fino de 0.3mm/mando grueso 4.mm carrera total 15 mm(laboratorio). Set de filtros Azul, Verde y Amarillo.</p>				
Instalación de la unidad solicitante:	Cant	Descripción	Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.	Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	<p>Manual de usuario y guía rápida en español</p> <p>Copia simple del registro sanitario vigente incluido el proyecto de marbete</p> <p>Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas</p> <p>Equipo para muestra pre-armada y funcional para su valoración.</p> <p>Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos <input type="text" value="1"/> años.</p> <p>Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.</p> <p>Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico garantizado de al menos 5 años.</p> <p>Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.</p>				
Productos de origen nacional	<p>Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9000 del fabricante</p> <p>Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,</p> <p>Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.</p>				
	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:		ISO 13485	UL 60601	
Productos de origen extranjero	<p>Copia simple de certificado ISO 9000 del fabricante</p> <p>Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,</p> <p>Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.</p>				
	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:		ISO 13485	UL 60601	
	Certificados de calidad opcionales:				
	CE	FDA	JIS	Equivalente para equipo médico y de laboratorio	



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

048

0003

SELLADORA TÉRMICA PARA BOLSAS DE ESTERILIZACIÓN

Descripción Técnica:	Equipo portátil eléctrico para el sellado de bolsas de plástico utilizado en la preparación de material y equipo para esterilización en el servicio de central de equipos y esterilización. Base de acero esmaltado. Area de calentamiento de 50 a 60 cm de largo. Funcionamiento electrónico o con microprocesador. Control de temperatura de 50 grados centígrados o menor a 180 o mayor. Con impresión automática de: fecha de preparación, de caducidad y código de operador. Con capacidad de programar la fecha de caducidad por el usuario					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.	Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: 				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: 						
Certificados de calidad opcionales:						



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

049

0008

VENTILADOR MECÁNICO PULMONAR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA

Descripción Técnica:	<p>1. Características del modo de ventilación de alta frecuencia oscilatoria con opción a futuro de co2 y spo2.</p> <p>1.1 Generador de oscilación por pistón o membrana</p> <p>1.2 Controles</p> <p>1.2.1.- Presión media de la vía aérea (cm h2o).</p> <p>1.2.1.1.- Límite inferior 5 o menor.</p> <p>1.2.1.2.- Límite superior 50 o mayor.</p> <p>1.2.2.- Frecuencia respiratoria (hz).</p> <p>1.2.2.1.- Límite inferior 5 o mayor.</p> <p>1.2.2.2.- Límite superior 20 o mayor.</p> <p>1.2.3.- Fracción inspirada de oxígeno (fio2)%.</p> <p>1.2.3.1.- Límite inferior 21</p> <p>1.2.3.2.- Límite superior 100</p> <p>1.3.- Parámetros monitorizados:</p> <p>1.3.1.- Presión media de la vía aérea. Amplitud de presión (pico-a-pico)</p> <p>1.3.2.- Frecuencia respiratoria (hz).</p> <p>1.3.3.- FIO2</p> <p>1.3.4.- Relación I:E</p> <p>1.4.- Modos</p> <p>1.4.1.- HFV.</p> <p>1.4.2.- Modo convencional</p> <p>1.4.3.- El equipo deberá de permitir el cambio de HFV a convencional y viceversa, sin cambio de sensor y circuito</p> <p>1.5.- Alarmas:</p> <p>1.5.1.- Audibles y Visuales</p> <p>1.5.2.- Presión alta y baja</p> <p>1.5.3.- Baja presión del suministro de gases o pérdida del suministro de gases.</p> <p>1.5.4.- Falla de alimentación eléctrica.</p> <p>1.5.5.- Ventilador inoperante o falla del ventilador.</p> <p>1.6.- Controlado electrónicamente por microprocesador.</p> <p>2.- Características del módulo de ventilación Neonatal/ Pediátrico convencional</p> <p>2.1.- Controles:</p> <p>2.1.1.- Flujo inspiratorio (l/min). Manual o automático.</p> <p>2.1.1.1.- Límite inferior 1.</p> <p>2.1.1.2.- Límite superior 32 o mayor.</p> <p>2.1.2.- Presión inspiratoria (cm h2o).</p> <p>2.1.2.1.- Límite inferior 4 o menor.</p> <p>2.1.2.2.- Límite superior 80 o mayor.</p> <p>2.1.3.- Frecuencia respiratoria (respiraciones por minuto).</p> <p>2.1.3.1.- Límite inferior 2</p> <p>2.1.3.2.- Límite superior 200 o mayor.</p> <p>2.1.4.- Tiempo inspiratorio (seg)</p> <p>2.1.4.1.- Límite inferior 0.1.</p> <p>2.1.4.2.- Límite superior 2 o mayor.</p> <p>2.1.5.- FIO2%.</p> <p>2.1.5.1.- Límite inferior 21.</p> <p>2.1.5.2.- Límite superior 100.</p> <p>2.1.6.- Volumen corriente (ml).</p>
-----------------------------	---

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

049

0008

VENTILADOR MECÁNICO PULMONAR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA

- 2.1.6.1.- Límite inferior 1.
- 2.1.6.2.- Límite superior 500 o mayor.
- 2.1.7.- Respiración manual: si
- 2.1.8.- PEEP/CPAP, CM H2O/MBA
 - 2.1.8.1.- Límite inferior 0
 - 2.1.8.2.- Límite superior 30 o mayor.
- 2.1.9.- Presión soporte (PSV), CM H2O/MBA
 - 2.1.9.1.- Límite inferior 4 o menor.
 - 2.1.9.2.- Límite superior 80 o mayor.
- 2.1.10.- Flujo base o continuo (L/Min)
- 2.1.11.- Mecanismo de disparo o Trigger por flujo y volumen
- 2.2.- Modos de ventilación:
 - 2.2.1.- Ventilación asisto controlada (SIPPY)
 - 2.2.2.- Ventilación controlada (IPPV)
 - 2.2.3.- Ventilación mandatoria intermitente sincronizada (SIMV)
 - 2.2.4.- Presión soporte (PSV).
 - 2.2.5.- Presión soporte en combinación con SIMV
 - 2.2.6.- CPAP o espontáneo.
 - 2.2.7.- Ventilación no invasiva NCPAPncpap/duopap (infant flow) a futuro
- 2.3.- Parámetros
 - 2.3.1.- Presión inspiratoria pico o máxima.
 - 2.3.2.- Presión media en vías aéreas.
 - 2.3.3.- PEEP.
 - 2.3.4.- Volumen minuto.
 - 2.3.5.- Volumen corriente.
 - 2.3.6.- Frecuencia respiratoria.
 - 2.3.7.- Tiempo inspiratorio.
 - 2.3.8.- Tiempo espiratorio.
 - 2.3.9.- Relación I:E
 - 2.3.10.- FIO2 .
 - 2.3.11.- Indicador de horas de uso.
 - 2.3.12.- Cálculo de distensibilidad o compliance.
 - 2.3.13.- Cálculo de resistencia.
 - 2.3.14.- Despliegue de al menos dos de las Tres curvas de ventilación:
 - 2.3.14.1.- Volumen-tiempo.
 - 2.3.14.2.- Flujo - Tiempo.
 - 2.3.14.3.- Presión - Tiempo.
 - 2.3.15.- Despliegue de al menos dos lazos o LOOPS.
 - 2.3.16.- Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados o tendencias por 5 días en intervalos de 30 seg.
- 2.4.- Alarmas:
 - 2.4.1.- Audibles y visuales.
 - 2.4.2.- Volumen minuto alto.
 - 2.4.3.- Volumen minuto bajo.
 - 2.4.4.- Presión inspiratoria baja.
 - 2.4.5.- Presión inspiratoria alta o pico.
 - 2.4.6.- PEEP alto.
 - 2.4.7.- PEEP bajo.

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

049

0008

VENTILADOR MECÁNICO PULMONAR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA

	2.4.8.- Apnea. 2.4.9.- Frecuencia respiratoria alta. 2.4.10.- FIO2 . 2.4.11.- Circuito de respiración desconectado. 2.4.12.- Baja presión del suministro de gases o pérdida del suministro de gases. 2.4.13.- Falla de alimentación eléctrica. 2.4.14.- Ventilador inoperante o falla de ventilador o falla de ciclo. 3.- Generales: 3.1.- Mezclador de aire-oxígeno interno. 3.2.- Analizador FIO2 interno o integrado. 3.3.- Sensor de flujo reusable. 3.4. Humidificador servocontrolado con medición dual de temperatura y alambre calentador en la rama de inspiración; con soporte o integrado al ventilador. 3.5.- Pantalla touch screen a color de 12" o mayor 3.6.- Todo el sistema en idioma español. 3.7.- Perilla o perillas selectoras para ajuste de valores. 3.8.- Cámara de humidificación reusable pediátrica/neonatal. 4.- Accesorios incluidos: 4.1.- Brazo soporte para circuito paciente. 4.2.- Base rodable para el equipo. 4.3.- Batería recargable de respaldo interna con 150 minutos mínimo. 4.4.- Indicador de respaldo de sistema en uso. 4.5.- Mangueras de alta presión codificadas para oxígeno y para aire. 4.6.- Dos circuitos de paciente pediátrico/neonatal reusable (listos para su uso).					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			UL 60601-1	
Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.					
	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.					
	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:					
	Certificados de calidad opcionales:					
	CE	FDA	JIS			



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

049

0009

VENTILADOR VOLUMÉTRICO NEONATAL-PEDIÁTRICO-ADULTO

Descripción Técnica:	<p>1.- Ventilador Adulto - Pediátrico - Neonatal</p> <p>2.-Pantalla interconstruida:</p> <p>2.1.- Tipo LCD, LCD-TFT o TFT o LED; sensible al tacto</p> <p>2.2.- A color.</p> <p>2.3.- Tamaño mínimo de 18" o mayor</p> <p>2.4.- Configurable por el usuario.</p> <p>3.- Controles y ajustes de:</p> <p>3.1.- Volumen Corriente (ml)</p> <p>3.1.1.- Límite inferior: 3 o menor.</p> <p>3.1.2.- Límite superior: 2500 o mayor.</p> <p>3.2.- Flujo Inspiratorio o flujo adaptativo (l/min)</p> <p>3.2.1.- Límite inferior: 2 o menor.</p> <p>3.2.2.- Límite superior: 120 o mayor.</p> <p>3.3.- Presión Inspiratoria (cmH₂O)</p> <p>3.3.1.- Límite inferior: 5 o menor.</p> <p>3.3.2.- Límite superior: 90 o mayor.</p> <p>3.4.- Frecuencia Respiratoria (RPM)</p> <p>3.4.1.- Límite inferior: 3 o menor.</p> <p>3.4.2.- Límite superior: 150 o mayor.</p> <p>3.5.- Tiempo Inspiratorio (s)</p> <p>3.5.1.- Límite inferior: 0.2 o menor.</p> <p>3.5.2.- Límite superior: 8 o mayor.</p> <p>3.6.- Con opción meseta inspiratoria, de Plateau o pausa inspiratoria.</p> <p>3.7.- Con opción de pausa espiratoria de 0 a 2 s o mayor.</p> <p>3.8.- FiO₂ (%)</p> <p>3.8.1.- Límite inferior: 21.</p> <p>3.8.2.- Límite superior: 100.</p> <p>3.9.- Respiración manual.</p> <p>3.10.- PEEP/CPAP (cmH₂O)</p> <p>3.10.1.- Límite inferior: 1 o menor.</p> <p>3.10.2.- Límite superior: 45 o mayor.</p> <p>3.11.- Presión Soporte (PSV), Presión Asistida o ASB (cmH₂O)</p> <p>3.11.1.- Límite inferior: 0. (cmH₂O)</p> <p>3.12.- Salida para nebulizador sincrónico, nebulizador ultrasónico o eléctrico.</p> <p>3.13.- Mecanismo de disparo o Trigger por presión y por flujo.</p> <p>3.14.- Sensibilidad espiratoria o terminación de la fase inspiratoria. Del 1% al 80%</p> <p>3.15.- Bias flow, flujo base, continuo.</p> <p>3.16.- Ajuste de rampa de presión, Rise time, retardo inspiratorio, rampa, o incremento de la pendiente de presión del 1% al 100% con resolución del 1%</p> <p>3.17.- 100% de O₂ durante 2 minutos o mayor</p> <p>4.- Modos Ventilatorios</p> <p>4.1.- Ventilación Asisto Controlada y SIMV controlada por volumen.</p> <p>4.2.- Ventilación Asisto Controlada y SIMV controlada por presión.</p> <p>4.3.- Presión Soporte (PSV) o Presión Asistida.</p> <p>4.4.- CPAP o Espontáneo con línea de base elevada.</p> <p>4.5.- Respaldo en caso de Apnea de acuerdo al modo ventilatorio, por volumen o presión.</p>
-----------------------------	---

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

049

0009

VENTILADOR VOLUMÉTRICO NEONATAL-PEDIÁTRICO-ADULTO

- 4.6.- Ventilación regulada por presión y con garantía en volumen manual o automática en asisto/control y SIMV (Volumen Garantizado, Autoflow, PRVC, Ventilación de Volumen Plus, APV o Vsync).
- 4.7.- Ventilación No Invasiva en los tres tipo de pacientes con CPAP nasal neonatal
- 4.8.- Respiración espontanea en dos niveles de presión (BILEVEL, BIFASICO o DuoPAP o Bi-Vent o BIPAP) y ventilación con liberación de presión en vías aéreas (APRV).
- 4.9.- Con garantía o límite de volumen para CPAP, ventilación espontanea o presión soporte o ASV.
- 4.10.- Ventilación controlada por presión en neonatos, ciclado por tiempo y limitado en presión o TCPLV.
- 4.11.- Ventilación limitada por presión ciclada por tiempo para neonatos en los modos de ventilación: asisto-control, SIMV y ventilación con presión de soporte.
- 5.- Parámetros Monitorizados
- 5.1.- Presión inspiratoria pico o máxima.
- 5.2.- Presión media en vías aéreas.
- 5.3.- Presión de meseta o Plateau.
- 5.4.- PEEP.
- 5.5.- Frecuencia respiratoria total y espontánea.
- 5.6.- Volumen minuto total y espontaneo.
- 5.7.- Humidificador servocontrolado para uso con calentador de tubo sencillo o dual; con sensor de temperatura sencillo o dual de soporte al ventilador.
- 5.8.- Relación I:E.
- 5.9.- Volumen corriente inspirado y espirado.
- 5.10.- FiO2.
- 5.11 Indicador de horas de uso en pantalla.
- 5.12 Indicador de batería de respaldo en uso.
- 5.13.- Cálculo de distensibilidad o compliance.
- 5.14.- Cálculo de la resistencia.
- 5.15.- Cálculo de índice F/VT o índice de respiración rápida y superficial (RSB).
- 5.16.- Cálculo de índice de presión tiempo (TI/Total), máxima presión inspiratoria (MIP), fuerza inspiratoria negativa (NIF) o producto presión tiempo (PTP).
- 5.17.- Cálculo del trabajo respiratorio o presión traqueal.
- 5.18.- Despliegue de al menos 2 de las 3 curvas de ventilación de forma simultanea:
- 5.18.1.- Volumen-Tiempo.
- 5.18.2.- Flujo-Tiempo.
- 5.18.3.- Presión-Tiempo.
- 5.19.- Despliegue de al menos dos lazos o loops
- 5.20.- Cálculo o medición de puntos de inflexión en el lazo de volumen v.s. presión.
- 5.21.- Despliegue de curvas de presión intrapulmonar, presión esofágica, presión traqueal o Edi.
- 5.22.- Capacidad de almacenar 50 eventos o mayor relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias de al menos 72 horas.
- 5.23.- Porcentaje o volumen de fugas.
- 5.24.- Cálculo del índice P0.1 o P100.
- 5.25.- Medición de Auto PEEP o PEEP TOTAL.
- 6.- Alarmas:
- 6.1.- Audibles y visuales, ambas priorizadas en tres niveles.
- 6.2.- Presión inspiratoria alta y baja.
- 6.3.- PEEP bajo o desconexión del paciente.
- 6.4.- Apnea.
- 6.5.- Volumen minuto y/o corriente (alto y bajo).
- 6.6.- Frecuencia respiratoria alta.

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

049

0009

VENTILADOR VOLUMÉTRICO NEONATAL-PEDIÁTRICO-ADULTO

	<p>6.7.- FiO2 alta y baja. 6.8.- Baja presión del suministro de gases. 6.9.- Falta de alimentación eléctrica. 6.10.- Batería baja. 6.11.- Ventilador inoperante o falla del ventilador. 6.12.- Silencio de alarma. 7.- Características generales: 7.1.- Mezclador de aire-oxígeno interno. 7.2.- Monitoreo de FiO2 interno o integrado. 7.3.- Sensor de flujo no externo. 7.4.- Compensación de la resistencia por el tubo endotraqueal o de vías aéreas artificiales. O con la tecnología propia de cada fabricante para hacer el ajuste y la compensación del tubo endotraqueal. 7.5.- Con sistema de compensación de fugas. 7.6 Humidificador servocontrolado para uso con calentador de tubo dual; con sensor de temperatura dual de soporte al ventilador. 7.7.- Todo el sistema en idioma español. 8.- Accesorios Incluidos: 7.8.- Perilla selectora para el ajuste de los valores de todos los parámetros de control. 8.1.- Brazo soporte para circuito paciente. 8.2.- Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos dos ruedas. 8.3.- Batería de respaldo interna o interconstruida (de la misma marca), con 30 minutos de respaldo como mínimo. 8.4.- Mangueras para suministro de gas de acuerdo al código americano de colores: O2- verde, aire - amarillo; pudiendo ser aire y oxígeno o sólo oxígeno, según marca y modelo. 8.5.- Reguladores de presión integrados para el suministro de gases. 8.6.- 10 circuitos de paciente adulto desechable libres de latex (incluye adaptadores, conectores y sistema de calentado en ambas ramas). 8.7.- 10 circuitos de paciente neonatal desechable libres de latex (incluye adaptadores, conectores y sistema de calentado en ambas ramas). 8.8.- Tres mascarillas reusables para paciente adulto/pediátrico en tamaños grande, mediano y chico, una de cada tamaño. Con arnés o sujetador. 8.9.- 10 cámaras de humidificación desechable adulto/pediátrica 8.10.- 10 cámaras de humidificación reusables neonatales</p>				
Accesorios	Cant	Descripción			
	1	Circuito de paciente adulto reusable o desechable libre de latex (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua)			
	1	Circuito de paciente neonatal reusable o desechable libre de latex (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua)			
	1	Celda o sensor de oxígeno de acuerdo a la tecnología de cada fabricante			
	1	Sensor de temperatura.			
	1	Filtro de bacterias inspiratorio reusable.			
	1	Filtro de bacterias inspiratorio desechable.			
	1	Pulmón de prueba adulto/pediátrico.			
	1	Pulmón de prueba neonatal.			
	10	Filtro de bacterias exhalatorio adulto desechable			
10	Filtro de bacterias exhalatorio neonatal desechable				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención	
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo
Documentos a entregar y requisitos de	Manual de usuario y guía rápida en español				
	Copia simple del registro sanitario vigente				
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas				

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

049

0009

VENTILADOR VOLUMÉTRICO NEONATAL-PEDIÁTRICO-ADULTO

evaluación técnica	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos <input type="text" value="1"/> años.			
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.			
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.			
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.			
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.		
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.		
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:		UL 60601-1
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.		
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.		
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:		
		Certificados de calidad opcionales:		
		CE	FDA	JIS

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Partida 2013:

5310

Clave de cuadro estatal 2013:

913

051

0002

Centrifuga para 24 Tubos

Descripción Técnica:	Centrifuga de 24 tubos para separación de componentes de la sangre por la técnica de hemoféresis. Equipada con un tazón-cabezal de 225 ml y tazón cabezal de 325 ml. Para pruebas cruzadas de compatibilidad pretransfusional, semiautomática. Capacidad 24 tubos capilares, 13000 rpm, control digital, cierre hermético de la tapadera, rfc max 16060					
	Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitante:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente incluido el proyecto de marbete					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico garantizado de al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9000 del fabricante				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:		ISO 13485	UL 60601	
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9000 del fabricante				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:		ISO 13485	UL 60601	
Certificados de calidad opcionales:						
	CE	FDA	JIS	Equivalente para equipo médico y de laboratorio		

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

056

0011

BASCULA PESA BEBE

Descripción Técnica:	Dispositivo que se utiliza para obtener el peso de un niño o vigilar los cambios de peso durante los procedimientos de cuidados críticos. La báscula infantil mecánica consiste en una bandeja de pesado y un sistema de palanca montado en un eje de acero. Características: Báscula mecánica metálica Despliegue del peso en kilogramos y gramos Rango de medición de 0 a 16 kg, mínimo Ajuste manual a cero División no mayor de 5 gramos Sensibilidad de 5 gramos Charola para colocación del bebe Tara					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: 				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: 						
Certificados de calidad opcionales: 						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

056

0012

BÁSCULA ELECTRÓNICA CON ESTADIÓMETRO

Descripción Técnica:	Equipo fijo para determinar el peso y la talla corporales, con las siguientes características: Báscula con despliegue digital del peso en pantalla, lectura en kilogramos, capacidad de 200 kg. Nivel de resolución 0.1 Kg. Sensibilidad de 100 gr Tara y Hold Estadímetro de 60 a 200 cm, en aluminio anodizado o acero con escala graduada en cm o digital.				
Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención	
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español				
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique				
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas				
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.				
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Certificados de calidad opcionales:				

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

056

0013

BÁSCULA ELECTRÓNICA PARA NEONATOS

Descripción Técnica:	Equipo para determinar el peso corporal en neonatos y lactantes. Con las siguientes características: Báscula: despliegue digital del peso en pantalla, lectura en gramos. Capacidad de hasta 16 kilogramos Tara: capacidad de medición. Nivel de resolución 5 gramos. Indicador de batería baja. Platillo o charola					
	Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos <input type="text" value="1"/> años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				
Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado					
	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.					
	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>					
	Certificados de calidad opcionales: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>					



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

056

0014

BASCULA MECANICA CON ESTADIMETRO

Descripción Técnica:	ESTADIMETRO FORMADO POR 2 SECCIONES DE PERFIL DE ALUMINIO CON GRADUACION ESTAMPADA EN CENTIMETROS CON UN ALCANCE MINIMO DE 75 CM MAXIMO DE 196CM Y CON DIVISIONES DE 1/2CM BARRA SUPERIOR CROMADA GRADUADA CON 2 DIVISIONES DE 100GR HASTA 20 KG BARRA INFERIOR DE CROMADA GRADUADA DE 20 KG EN 20KG HASTA 140KG BASE LAMINA DE ACERO CALIBRE 16 ACABADO CON PINTURA COLOR BEIGE PREFERENTEMENTE COLUMNA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 18 ACABADO EN PINTURA COLOR BEIGE PREFERENTEMENTE CUERPO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA COLOR BEIGE PREFERENTEMENTE EL RANGO DE GRADUACION DE LAS DOS BARRAS EN COMBINACION ES DE 0 A 160 KG (AMBAS SOLO SON UNA PIEZA) PILONES CURSORES ACABADO EN PINTURA COLOR BEIGE PREFERENTEMENTE CON RANURA QUE PERMITE EL DESLIZAMIENTO A LO LARGO DE LAS BARRAS GRADUADAS PLATAFORMA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 12 ACABADO EN PINTURA COLOR BEIGE PREFERENTEMENTE Y CON CUBIERTA DE POLIESTIRENO COLOR NEGRO. PESO DE PRODUCTO 17KG				
Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.	Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años. Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes. Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años. Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.				
Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado. Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Certificados de calidad opcionales:				



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

060

0007

CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE

Descripción Técnica:	<p>El equipo deberá contar con las siguientes características:</p> <p>Unidad rodable con fines terapéuticos para recién nacido, que opere con sistema de Servo Control Con Selector de Temperatura con display para temperatura y modos automático y manual Indicador de modo de control Indicador de intensidad de el calefactor en barra El sistema principal de calentamiento es un radiante que adopta un tubo de material de cuarzo Rejilla Protectora de el paciente contra ruptura del elemento calefactor o lámpara de examen. Radiante giratorio en un ángulo de 0°- 90° para toma de Rayos X y mantenga el rango de radiación durante la vuelta. Fácil acceso para chasis de rayos x en la parte baja del bacinete Bacinete de la cuna con trendelenburg y reverso trendelenburg ± 15° Soporte con 4 ruedas conductivas 2 de ellas con freno. Luz de examinación interconstruida con control de encendido en panel. Duración del foco de la lámpara de fototerapia 1000 hrs. Bacinete con 4 barandales laterales de acrílico abatibles y removibles que cubren todo el perímetro de la cuna Cuenta con Alarmas Audibles y Visibles Reset manual de alarmas con indicador que cancele solamente la alarma acústica durante 15 minutos. Que ante la aparición de una nueva condición de alarma la active nuevamente . Botón para silenciar alarma Alarma de Desviación de la temperatura alta y baja Actúe si es desviada del punto de ajuste. Alarma de Sobre calentamiento de temperatura Corte el calentador cuando la temperatura excede los 37.9°C Alarmas: Del sensor de piel Línea cortada, línea abierta, desconectado o no esta en una posición correcta. Alarma de baja de temperatura de Piel Temperatura de piel actual menor a 34°C Alarma de Falla de energía que se active si el suministro de AC se corta o el cable de conexión se desconecta. Alarma de Batería baja se activa si la Batería interna tiene carga menor que el valor permitido. Requisitos de Consumo de Energía Voltaje: 220V+ 10%, 50Hz, + 10% O 110V + 10%, 60Hz + 2% Rango de Energía: <1200va Radiación del calefactor 0-600 W ± 5 % Temperatura del Ambiente: 18°C - 40°C Humedad Relativa: < 80% ± 5 % Corriente de Aire en el Ambiente <0.3m/s Rango de control de Temperatura de la cama 25°C - 39°C Rango de control de Temperatura de la piel 34°C - 37.9°C Exactitud del control de Temperatura + 0.2°C</p>
-----------------------------	---

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

060

0007

CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE

	Error en la medición de Temperatura $<+ 0.2^{\circ}\text{C}$ Tiempo de Aumento de Temperatura < 38 minutos $\pm 5\%$ Lámpara de Fototerapia instalada en modulo doble con radiación nominal 9 mw/ Rango 400- 500 nm $\pm 5\%$ Tiempo Apagar Tiempo continuó de grabación y alarma audible cada 1,5, 10 minutos. Angulo de Radiación: 0, 30, 60, 90 grados ajustables Angulo de trendelenburg y reverso trendelenburg $\pm 15^{\circ}$ Dimensiones del soporte del Colchón 750 mm x 550 mm $\pm 5\%$ Carga máxima del Colchón 10 kg $\pm 5\%$ Carga máxima del estante de Instrumentos 8 kg $\pm 5\%$ Ajuste de altura de la cuna 85 cm $\pm 5\%$ Altura máxima libre de la cuna 175 cm $\pm 5\%$ Peso Neto 110kg $\pm 5\%$ Accesorios opcionales para crecimiento futuro Halos de oxígeno - Opcional Unidad de succión con manovacuometro - Opcional Mástil p/sueros (adicional) - Opcional Mástil p/accesorios - Opcional Soporte para tubos de O2 - Opcional Sistema de ajuste de altura variable eléctrico - Opcional Sensor de temperatura - Opcional Cubierta protectora para sensor - Opcional Lámpara de fototerapia - Opcional Calefactor de colchón (servocontrolado) - Opcional				
Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.	Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español				
	Copia simple del registro sanitario vigente				
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas				
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos <input type="text" value="1"/> años.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.				
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Mostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:	UL 60601-1		
Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
	Mostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:					

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

060

0007

CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE

CE

FDA

JIS

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

061

0003

NEBULIZADOR SIN ELEMENTO TÉRMICO

Descripción Técnica:	Equipo eléctrico y neumático móvil, que genera partículas de vapor para proporcionar aire en condiciones de humedad y oxígeno controlados, por método no invasivo. Nebulizador de reservorio reusable y desarmable en todas sus partes. Con capacidad para suministrar humedad y aerosolterapia. Cabeza de nebulización. Con sistema de nebulización. Con válvula de seguridad. Con conector neumático. FiO2 regulable. Filtro reusable y esterilizable. Flujo nominal. Jarra reusable y esterilizable, transparente, base desmontable					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
	Productos de origen extranjero	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado						
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.						
Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:						
Certificados de calidad opcionales:						



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

064

0011

11UNIDAD RADIOGRAFICA DIGITAL DE 650 MA CUBIERTA DESPLAZABLE

Descripción Técnica:	1.- Generador de alta frecuencia: 1.1.- Con capacidad de 50KW o mayor 1.2.- Con 650 mA o mayor 1.3.- 40 kV a 150 kV o mayor 1.4.- Tiempo de exposición de 1 milisegundo o menor a 6.3 segundos o mayor 1.5.- Con panel de control digital, que despliegue: kV, mA y seg. o mAs 2.- Tubo de rayos X 2.1.- Foco fino de 0.6 mm o menor 2.2.- Foco grueso de 1.2 mm o menor 2.3.- Ánodo rotatorio 2.4.- Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo de 300,000 HU o mayor 3.- Columna portatubos: 3.1.- Soporte a piso de la columna del tubo 3.2.- Con desplazamiento longitudinal de 128 cm o mayor 3.3.- Con pantalla de visualización de al menos 7" que despliegue una vista previa de la imagen de la exposición, proporcione información del ángulo, permita seleccionar al paciente y el trabajo a realizar, así como los controles del generador. 4.- Con dos detectores: 4.1.- Detector inalámbrico: 4.1.1. Adquisición o profundidad de imagen de 16 bits o mayor. 4.1.2. Matriz de 3072x2560 pixeles o mayor 4.1.3. De ioduro cesio, receptor de silicón amorfo. 4.1.4. Tamaño de pixel de 139 micrones o menor 4.1.5.- DQE de 65 % 4.2.- Detector fijo: 4.2.1. Adquisición o profundidad de imagen de 14 bits o mayor. 4.2.2. Matriz de 3052x3052 pixeles o mayor 4.2.3. De ioduro cesio, receptor de silicón amorfo. 4.2.4. Tamaño de pixel de 139 micrones o menor 4.1.5.- DQE de 70 % 5.- Tablero de la mesa con recorrido longitudinal 47 cm o mayor y recorrido lateral (transversal) +/- 15 cm o mayor. 6.- Con altura fija de 69 cm o mayor. 7.- Portadetector con rejilla relación 10:1 o mayor 8.- Portadetector o bucky para pared o vertical 9.- Control automático de exposición. 10.- Con soporte de peso de paciente de 250 kg o mayor 11.- Programas anatómicos o radiografías programadas o APR: 1000 o mayor. 12.- Estación de adquisición 12.1.- Con monitor de 21.5 " o mayor 12.2.- Capacidad de almacenamiento de 5000 imágenes o mayor. 12.3.- DICOM print, DICOM Store , DICOM Worklist 12.4.- UPS 12.5.- Con unidad de grabación CD-R o DVD. Con visualizador DICOM.				
	Accesorios	Cant	Descripción		
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención	
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español				
	Copia simple del registro sanitario vigente				
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas				
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos <input type="text" value="1"/> años.				
Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y					

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

064

0011

11UNIDAD RADIOGRAFICA DIGITAL DE 650 MA CUBIERTA DESPLAZABLE

	adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.		
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.		
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.		
Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.		
	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.		
	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:		UL 60601-1
Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.		
	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.		
	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:		
	Certificados de calidad opcionales:		
	CE	FDA	JIS



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

064

0012

UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL

Descripción Técnica:	<p>1.- Generador de alta frecuencia:</p> <p>1.1.- Potencia máxima de 30 kW. ó mayor.</p> <p>1.2.- Corriente de 300 mA como mínimo.</p> <p>1.3.- Ajuste de kilovoltaje pico de 40 kV. o menor a 125 kV. ó mayor en pasos de 1 kV.</p> <p>1.4.- Tiempo de exposición de 0.002s. o menor a 6 seg. o mayor.</p> <p>2.- Tubo de Rayos X:</p> <p>2.1 De ánodo rotatorio o estacionario</p> <p>2.2.- Punto focal fino de 0.6 como mínimo y foco grueso de 1.3 mm. ó menor.</p> <p>2.3.- Con capacidad de almacenamiento de calor térmico en el ánodo de 107 KHU como mínimo.</p> <p>2.4 Velocidad del ánodo de 3000 rpm</p> <p>2.5 Ángulo del ánodo de 15° como mínimo</p> <p>3. Consola de control</p> <p>3.1 Controlada por microprocesador</p> <p>3.2 Pantalla Táctil de 5.7 Pulgadas TFT LCD a color al menos</p> <p>3.3 Alarmas Audibles y visuales. Alarma de emisión de rayos X.</p> <p>4. Modo de operación Programas anatómicos: 170 técnicas almacenadas.</p> <p>4.1 A través de un control de mano de dos pasos, con cable extensible hasta 3.8 m.</p> <p>5. Colimador</p> <p>5.1 Manual, Con centrador de haz luminoso para simulación de campo de rayos X y apagado automático de la lámpara después de 30 segundos.</p> <p>5.2 Rotación del colimador de ±90°</p> <p>5.3 Cinta retráctil para medición de distancia foco-campo (FFD)</p> <p>6. Unidad móvil</p> <p>6.1.- Movimiento telescópico o contrapesado.</p> <p>6.2 Frenos de estacionamiento de accionamiento automático al soltar el manubrio</p> <p>6.3 Distancia variable del foco al suelo de 414 a 2000 mm como mínimo.</p> <p>6.4 Rotación del soporte del monoblock de +/- 90°</p> <p>6.5 Rotación del monobloc en su soporte de -57° / +167°</p> <p>6.6 Cajón para almacenamiento de hasta 6 chasises radiográficos de 14 x 17 pulgadas</p> <p>6.7 Peso no mayor 160kg</p> <p>6.8 Rodamiento con sistema de frenado.</p>				
Accesorios	Cant	Descripción			
	1	Chasis de 35 cm. x 43 cm. (14" x 17")			
	1	Mandil plomado o emplomado.			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.	Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español				
	Copia simple del registro sanitario vigente				
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas				
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.				
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:		UL 60601-1	
Productos	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien				

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

064

0012

UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL

	de origen extranjero	ofertado.		
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.		
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:		
		Certificados de calidad opcionales:		
		CE	FDA	JIS



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

064

0013

UNIDAD RADIOLÓGICA DENTAL

Descripción Técnica:	Equipo de Rayos "X" que se emplea para estudios radiográficos de padecimientos estomatológicos. Con las siguientes características: control de tiempo de exposición, transformador de alta tensión. Tubo de Rayos "X" de ánodo fijo con un punto focal. Ajuste de Ma y Kv, Soporte rodable para el equipo imposible de voltear. Localizador					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:		UL 60601-1		
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:						
Certificados de calidad opcionales:						
CE	FDA	JIS				



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

064

0014

EQUIPO DE RADIOGRAFÍA COMPUTARIZADA PARA LA CONVERSIÓN DE IMÁGENES DE RADIOLOGÍA GENERAL ANALÓGICAS A IMÁGENES DIGITALES

Descripción Técnica:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compacto con alto rendimiento 2. Capacidad de lectura en formato 35x43cm de por lo menos 73 pantallas por hora 3. Tiempo de visualización de por lo menos 33 segundos. 4. Resolución de Imagen: <ol style="list-style-type: none"> 4.1. 10 pixeles o 100 micrones para Radiología General 5. Resolución de Escala de Grises <ol style="list-style-type: none"> 5.1. 12 bits 6. Tipo de Pantalla de Imagen: <ol style="list-style-type: none"> 6.1. Fósforo foto-sensible 6.2. Flexible 7. Formatos de Chasis y Pantalla de Fósforo: <ol style="list-style-type: none"> 7.1. 15x30cm 7.2. 18x24cm 7.3. 24x30cm 7.4. 35x35cm 7.5. 35x43cm 8. Alimentación de Energía <ol style="list-style-type: none"> 8.1. 120v máximo 8.2. 5A máximo 9. Consola de Visualización del Digitalizador <ol style="list-style-type: none"> 9.1. Con monitor LCD de por lo menos 19" 9.2. Almacenamiento de por lo menos 2000 imágenes 9.3. Disco duro: <ol style="list-style-type: none"> 9.3.1. S-ATA de 500 GB o más 9.4. Unidad Óptica: <ol style="list-style-type: none"> 9.4.1. CD/ DVD + RW o CD/ DVD-RW 9.5. Red: <ol style="list-style-type: none"> 9.5.1. BASE-T Ethernet 10/100/1000 9.5.2. Identificación del Paciente, 9.5.3. Vista Previa, 9.5.4. Procesamiento e 9.5.5. Impresión 9.6. Capaz de procesar y visualizar imágenes de Radiología General en la misma estación. <ol style="list-style-type: none"> 9.6.1. Procesamiento de Imágenes: <ol style="list-style-type: none"> 9.6.1.1. Shutter 9.6.1.2. Anotación libre 9.6.1.3. Ajuste de LUT 9.6.1.4. Frecuencia Espacial transformación, 9.6.1.5. Procesamiento de conversión tonal, 9.6.1.6. Rango dinámico de control 9.6.1.7. Eliminación de artefactos tomográficos 9.6.1.8. El control del ruido flexible 9.6.1.9. Frecuencia de multi-objetivo de procesamiento 9.6.1.10. Substracción de energía 9.6.1.11. Eliminación del patrón de rejilla 9.6.1.12. Composición de Imágenes (Estudios completos de columna) 10. Licenciamiento Dicom <ol style="list-style-type: none"> 10.1. Print 10.2. Storage 10.3. Worklist 10.4. MPPS 10.5. Query/Retrieve
-----------------------------	--

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

064

0014

EQUIPO DE RADIOGRAFÍA COMPUTARIZADA PARA LA CONVERSIÓN DE IMÁGENES DE RADIOLOGÍA GENERAL ANALÓGICAS A IMÁGENES DIGITALES

	11. Display Indicador de Estatus del Digitalizador.					
	12. Puerto de Comunicación: 12.1. 10 Base T/100 Base TX					
	13. Chasis Requeridos:					
	13.1. 8x10"					
	13.2. 10x12"					
	13.3. 14x14"					
	13.4. 14x17"					
	13.5. 15x30cm					
Accesorios	Cant	Descripción				
	1	UPS: Que permita la continuidad de trabajo del Digitalizador y Consola de por lo menos 15 minutos.				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos <input type="text" value="1"/> años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:		UL 60601-1		
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						
	CE	FDA	JIS			

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

064

0016

EQUIPO DE IMPRESIÓN TÉRMICA DE MAXIMO DESEMPEÑO PARA USO EN RADIOLOGÍA

Descripción Técnica:	1.	Diseño compacto de sobremesa		
	2.	2 bandejas de salida		
	3.	Recarga de película, Luz de día		
	4.	Numero de charolas: 1 o 2 dependiendo de la configuración		
	5.	Tiempo para primera impresión: 105 seg		
	6.	Método de impresión: Láser térmico		
	7.	Interface DICOM		
	8.	Resolución en escala de grises:		
	8.1.	12 bits		
	9.	Tamaño de pixel:		
	9.1.	84.7 micrones		
	10.	Tipo de Película		
	10.1.	Térmica		
	11.	Máxima capacidad de Proceso: 90 p/hr		
	12.	Ajuste de densidad automático		
	13.	Tamaño de película (cm)		
	13.1.	35 x 43		
13.2.	26 x 36			
13.3.	25 x 30			
13.4.	20 x 25			
14.	Dimensiones			
14.1.	Ancho máximo 530 mm			
14.2.	Alto máximo 545mm			
14.3.	Profundidad máxima 590mm			
15.	Peso			
15.1.	43 kg máximo			
16.	Alimentación de Energía: una fase 100-120 V			
17.	Con una mesa de soporte			
Accesorios	Cant	Descripción		
	1	UPS: Que permita la continuidad de trabajo del Digitalizador y Consola de por lo menos 15 minutos.		
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer Segundo Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español			
	Copia simple del registro sanitario vigente			
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas			
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos <input type="text" value="1"/> años.			
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.			
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.			
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.			
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.		
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.		
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:		UL 60601-1
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.		
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:				
	CE	FDA	JIS	

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

064

0016

EQUIPO DE IMPRESIÓN TÉRMICA DE MAXIMO DESEMPEÑO PARA USO EN RADIOLOGÍA

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

065

0008

GRADILLA DE POLIPROPILENO PARA 100 TUBOS DE ENSAYO

Descripción Técnica:	Gradilla de laboratorio construida en polipropileno para tubos de ensayo. Capacidad para 100 tubos de hasta 20 mm diámetro. Resistente a altas temperaturas y presiones (autoclavable). Diseñada para mantenerse estable.					
	Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
				Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

068

0009

REVELADOR MANUAL DE PLACAS DENTALES

Descripción Técnica:	Instrumento portátil para revelar manualmente placas radiográficas dentales. Gabinete de acrílico transparente, sellado para impedir el paso de la luz: dos entradas laterales con mangas de seguridad de tela color negro, que permita los movimientos del usuario, tres recipientes, uno para líquido revelador, otro para agua y otro para fijador. Gancho portaplacas.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

070

0004

SILLON DE EXPULSION DE UN MOTOR

Descripción Técnica:	Equipo diseñado para facilitar las posiciones durante el trabajo departo. Diseño ergonómico, adaptativo a las necesidades de la paciente durante el proceso de alumbramiento. Capacidad de carga de 150 kg. o superior. Para posiciones recostada, sentada o de rodillas, cubiertas protectoras en pvc para apoya talones y asiento. Superficies completamente lisas para una fácil limpieza en acabado anticorrosivo y desinfectable. Colchones con relleno en material de alta resistencia y termo sellado, lavable e impermeable.; capacidad de posicionamiento mediante motor eléctrico por control de pie. ; altura ajustable de 63 cms hasta 89 cms o superior.; sección de pelvis para el desmonte y colocación de vertedero y con inclinación de +20°.; soporte para pies mono pieza con capacidad de carga de al menos 130 kg. con cambio de elevación con relación al a horizontal de la cama de 190 mm o mayor . ; Sistema de soporte en arco articulado a los lados de la cama con material resistente y cubierta en material acolchado. ; rieles lateral en sección de asiento, para colocación de accesorios. `; Posicionamiento manual para emergencias (posición anti-choque).					
	Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:						
Certificados de calidad opcionales:						



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

070

0005

SILLON PARA DONADOR

Descripción Técnica:	CON 2 MOTORES PARA SUBIR Y BAJAR EL RESPALDO RESPECTIVAMENTE				
	OTRO MOTOR CONTROLA EL MOVIMIENTO DEL RESPALDO Y LA SECCION DE PIERNAS COMO UNA UNIDAD				
	LA CABECERA Y EL DESCANSA BRAZO SE AJUSTA MANUALMENTE				
	DIMENSIONES: 1700 MM (LONGITUD DE LA CURVA) X 560MM				
	ALTURA: MAX 830MM MIN 570MM				
	GIRO DE CABECERA -15° - 25°				
	RESPALDO -5 A 70°				
	GIRO DE SECCION DE PIERNAS -65° A 5°				
	APOYO TELESCOPICO PARA PIES 100MM				
	GIRO DE APOYO PARA PIES 0-90°				
ANGULO FIJO DEL ASIENTO 5°					
GIRO DE DESCANSABRAZOS 0-45°					
AJUSTE DE ALTURA DE DESCANSA BRAZOS 100MM					
DESLIZAMIENTO DEL DESCANSA BRAZOS 100MM					
AJUSTE DEL ANGULO DE DESCANSA BRAZOS -15° A 10°					
DIMENSIONES DEL DESCANSA BRAZO 450 * 160 MM					
TREDELEMBURG Y TREND INVERSA 0 - 12°					
CONCAVIDAD DEL DESCANSA BRAZO 108 RADIANTES					
Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención	
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español				
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique				
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas				
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.				
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Certificados de calidad opcionales:				

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

094

0006

ASPIRADOR PARA SUCCIÓN CONTINUA E INTERMITENTE

Descripción Técnica:	Equipo rodable para aspiración continua de líquidos y otros fluidos con las siguientes características:					
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aspiración intermitente y continua. 2. Aspiración a demanda accionado por pedal. 3. Capacidad de succión de 500 mmhg. 4. Manovacuómetro con escala en mmhg. 5. Flujo (desplazamiento) de 30 litros por minuto o mayor. 6. Panel de control para: encendido y apagado (con iluminación), graduación del nivel de succión, ajuste del tiempo de la succión intermitente. 7. Motor de diafragma sin aceite, silencioso (45 db o menor) y de 1/20 de caballo de potencia. 8. Con sistema de aislamiento a prueba de agua. 9. Gabinete rodable con altura de 90 cm. 10. Pedestal de cinco ruedas, todas con freno. Ancho de la base 66 cm. 11. Sistema de seguridad que evita rebosamiento de líquidos. 12. Debe incluir dos frascos de vidrio esterilizables en autoclave, con capacidad de 2800 ml cada uno, y comunicados entre sí por tubos de silicón. Los frascos deben estar montados en el pedestal. 13. Instalación: corriente eléctrica 120 v/ 60 hz. 					
Accesorios	Cant	Descripción				
	2	Frascos de vidrio esterilizables en autoclave, con capacidad de 2800 ml cada uno				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:						
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

094

0007

ASPIRADOR PORTÁTIL PARA SUCCIÓN CONTINUA

Descripción Técnica:	Equipo rodable para aspiración continua de líquidos y otros fluidos: capacidad de succión, manovacuómetro con escala en mm de Hg. Flujo. Panel de control para: encendido y apagado, graduación del nivel de succión. Motor silencioso, con sistema de aislamiento a prueba de agua. Gabinete o base rodable con sistema de freno en al menos dos ruedas. Sistema de seguridad que evite rebosamiento de líquidos.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: 				
Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado					
	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.					
	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: 					
	Certificados de calidad opcionales:					

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Partida 2013:

5310

Clave de cuadro estatal 2013:

913

101

0003

Balanza de Precisión Electrónica

Descripción Técnica:	Balanza de precisión para la medición del peso en general utilizado en el laboratorio. Resolución de 0.1 g, capacidad máxima de 820 g o más. pantalla da LCD retroiluminada. Charola o plato para pesaje de 170 x 190 mm aproximadamente. Posibilidad para trabajar con batería o conectada a la corriente eléctrica. Teclas para acceso rápido a funciones. Calibración interna manual. Interfaz de comunicación RS-232.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitante:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.	Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente incluido el proyecto de marbete					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos <input type="text" value="1"/> años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico garantizado de al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9000 del fabricante				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9000 del fabricante				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:						
Certificados de calidad opcionales:						
CE		FDA	JIS	Equivalente para equipo médico y de laboratorio		



Partida 2013:

53101

Clave de cuadro estatal 2013:

913

101

0004

Balanza granataria electronica

Descripción Técnica:	Instrumento electrónico diseñado para la medición de peso en general utilizado en el laboratorio clínico. Balanza granataria electrónica, con capacidad de hasta 2000 gr mínimo, con precisión de hasta 0.01 gr. Plato de acero inoxidable con chasis de plástico.					
	Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitante:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente incluido el proyecto de marbete					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico garantizado de al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9000 del fabricante				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9000 del fabricante				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
		Certificados de calidad opcionales:				
CE		FDA	JIS	Equivalente para equipo médico y de laboratorio		



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

103

0006

ESTADIÓMETRO PEDIÁTRICO

Descripción Técnica:	Equipo para la medición de la longitud de niños menores de 2 años. Con las siguientes características: colchoneta portátil, hipoalérgica, flexible, con dispositivo para colgar. Con tope fijo para la cabeza y tope móvil para los pies. Rango de medición con divisiones, con escala numérica en centímetros y milímetros.					
	Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

105

0003

COLPOSCOPIO

Descripción Técnica:	Equipo rodable, de magnificación visual, con fines de diagnóstico y tratamiento de patologías en vagina o cervix. Con las siguientes características: montado en brazo articulado y autocompensado, de posicionamiento sólido sin necesidad de contrapesos. Tubo binocular con ajuste de la distancia interpupilar con ángulo de inclinación. Oculares granangulares para portadores de gafas, con compensación de ametropías. Anteojera integrada. Cambiador de aumentos. Enfoque fino. Objetivos cambiables. Opción de cambiar por objetivos. Filtro verde como mínimo. Que permita la adaptación de sistema de video o fotografía. Haz de luz de alta intensidad. Transmisión de luz por fibra óptica. Fuente de luz. Guías de luz					
	Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos <input type="text" value="1"/> años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			UL 60601-1	
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:						
Certificados de calidad opcionales:						
	CE	FDA	JIS			



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

122

0011

SILLA DE RUEDAS

<p>Descripción Técnica:</p>	<p>Sistema móvil para el transporte intrahospitalario de pacientes con descansa pies y elevapiernas. Moldura para descansar brazos de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) de alto impacto color negro. Estructura (marco): de tubo de lámina de acero C.R. calibre 18 7/8 de pulgada de diámetro con buje porta eje y buje porta horquilla reforzados; el elemento porta horquilla deberá ser en tubo de lámina de acero C.R. 1 ¼ de pulgada de diámetro y 1/16 de pulgada de espesor; la fijación de los bujes con la estructura deberá ser a base de soldadura de bronce, uniforme, desbastada y pulida, deberá incluir un sistema de freno ajustable de lámina de acero calibre 10, 5/8 de pulgada de ancho con tope y mecanismo excéntrico con palanca y maneral de hule natural macizo color negro; la parte inferior trasera del marco deberá incluir un tope de hule natural macizo de color negro; el acabado de toda la estructura deberá ser en cromo brillante. Maneral de cloruro de polivinilo (PVC) flexible en color negro colocado a presión. Respaldo y asiento: de vinyl imitación piel en color negro o azul, retardante al fuego y antiflama, con acojinamiento de fibra 100 % polyester mezclado con resina de cloruro de polivinilo (PVC), con refuerzo interior de shelterite poliéster, deberá incluir refuerzos laterales de lámina de acero inoxidable calibre 16 para la sujeción a la estructura por medio de pijas de 3/16 de diámetro y ¾ de longitud con rondanas especiales de acero inoxidable sin filos cortantes, todo el conjunto deberá ser sellado a base de fusión térmica. Rueda giratoria delantera con rin de ABS de alto impacto de 8 pulgadas de diámetro, con llanta de hule natural macizo de color gris de 1 1/16 de pulgada de espesor y ½ pulgada de huella, estructura en forma de horquilla en lámina de acero calibre 12, troquelada de una sola pieza reforzada, con placa interior de lámina de acero calibre 11 y ¾ de pulgada de ancho, con recubrimiento de cromo, ensamblada a la estructura a base de un eje de acero 4140 (tratamiento térmico cementado con dureza 30 a 35 RC) de ½ pulgada de diámetro con cuerda especial y tuerca hexagonal provisto de doble balero de alta resistencia y polvera metálica, la rueda deberá llevar un eje de rodamiento de acero 4140 (tratamiento térmico cementado con dureza 30 a 35 RC) de 5/16 de pulgada de diámetro con cuerda especial y tuerca hexagonal de presión (por ambos lados), con baleros dobles de acero de alta resistencia, con polveras de polipropileno de alto impacto, o de lámina de acero acabado cromado. Rueda fija trasera de 24 pulgadas de diámetro formada por: rin de nylon zytel reforzado con fibra de vidrio, aro motriz de tubo de lámina de acero de 5/8 de pulgada de diámetro con cubrimiento en cromo y sujeto al rin por medio de tornillos de cabeza thross philips con separadores de polipropileno, 2 baleros de acero de alta resistencia y eje de rodamiento de acero 4140 (tratamiento térmico cementado con dureza 30 a 35 RC) de 7/16 de pulgada de diámetro con cuerda especial y tuercas hexagonales de presión, por ambos lados, polvera de polipropileno de alto impacto para protección de los balero y llanta de hule natural macizo, moldeada de una sola pieza de 23/32 de pulgada de espesor colocada a presión. Mecanismo plegable tipo tijera conformado por dos tubos de lámina de acero C.R. calibre 16, de 1 pulgada de diámetro y calibre 18, 7/8 de pulgada de diámetro, con buje central (en ambos tubos), conformado térmicamente del mismo tubo con recubrimiento de cromo, con eje central de tornillo especial, de acero con dureza grado 5, con cabeza y tuerca hexagonal (tuerca de presión), el sistema deberá incluir correderas de plástico del rin 500 natural para el desplazamiento en la estructura (marcos). Protecciones laterales de lámina de acero inoxidable tipo A.I.S.I. 304 calibre 26 de 6 pulgadas de ancho con dobleces en los cantos (para estructurar) con acabado pulido, sujetas a la estructura a base de pijas autoroscantes con rondana plana. El acero deberá ser rolado en frío, los dobleces deberán ir bien alineados y sin deformaciones. El recubrimiento de cromo deberá llevar doble capa de níquel, una semi brillante y la otra brillante, con espesor promedio de 15 micras como mínimo y cromo hexavalente de 0.25 micras de espesor, con resistencia en cámara salina de hasta 250 horas, debe ser brillante, uniforme, sin depósitos estriados, mates, manchas quemaduras o superficies no recubiertas. En las uniones con soldadura y acabado cromado se deberá evitar hacer retoques con pintura de aluminio.</p>	
<p>Accesorios</p>	<p>Cant</p>	<p>Descripción</p>
	<p>1</p>	<p>Juego de elevapiernas y descansapias. Descansapias de tubo de lámina de acero C.R. calibre 18 de 7/8 de pulgada y ¾ de pulgada de diámetro ensamblado en forma telescópica, acabado cromado con estribo de aluminio, no reciclado, aleación 6063 dureza T-5, acabado pulido, con estriado antiderrapante y huella de 19.6 X 15 cm abatible y desmontable a base de un seguro tipo leva (con resorte para accionarlo), la sujeción del estribo con el soporte (ensamble telescópico), debe ser por medio de un sistema especial que permita la extensión y fijación a diferentes alturas y fije al mismo tiempo el giro del estribo. Elevapiernas de tubo de lámina de acero C.R. calibre 18 de 7/8 de pulgada y ¾ de pulgada de diámetro ensamblados en forma telescópica, con mecanismo de elevación a diferentes posiciones, por medio de un varilla redonda de acero con sistema especial integrado (tipo trinquete) que garantice su fijación, con estribo de aluminio, no reciclado, aleación 6063 dureza T-5, acabado pulido, con estriado antiderrapante y huella de 19.6 X 15 cm, la sujeción del estribo con el soporte (ensamble telescópico) debe ser por medio de un sistema especial que permita la extensión y fijación a diferentes longitudes y fije al mismo tiempo el giro del estribo, así mismo estará provisto de un soporte (fijado al tubo elevapiernas) para la pierna y pantorrilla, ajustable a 3 posiciones de inclinación, fabricado de ABS, de alto impacto color gris; todo el conjunto de elevapiernas deberá ser</p>

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

122

0011

SILLA DE RUEDAS

		desmontable y abatible a base de un seguro tipo leva (con resorte para accionarlo) acabado en cromo brillante.				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

126

0008

ULTRASONIDO PARA IMAGEN GENERAL, VASCULAR, PARTES PEQUEÑAS, MUSCULO ESQUELETO, GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Y CARDIOLOGIA BASICA

Descripción Técnica:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Equipo de ultrasonido Doppler ergonómico para aplicaciones vasculares, abdominales, pélvicas, obstétricas, ginecológicas, partes pequeñas, musculo esqueléticas en pacientes adultos. 2. Con monitor plano LCD a color de 19" o mayor de alta resolución montado en brazo articulado, con ajuste de inclinación y giro. 3. Disco duro interno de 300 GB o mayor. 4. Control de ganancia y ajuste de la curva TGC por medio de por lo menos ocho controles independientes. 5. Con teclas o controles para compensación de ganancia lateral. (pag 7 cat 1) 6. Modos de operación: <ol style="list-style-type: none"> 6.1 Con modo 2D o modo B y modo M. 6.2 Con capacidad de crecimiento a modo M anatómico. 6.3 Con mapa de flujo de color o Doppler color. 6.4 Con imagen de Doppler de poder o Color Power Angio con mapa direccional. 6.5 Con Doppler pulsado. 6.6 Con Doppler continuo. 6.7 Con capacidad de crecimiento a Doppler de Tejido (TDI). 6.8 Con capacidad de crecimiento a optimización automática de la curva TGC y ganancia de la imagen para mejorar la brillantez y uniformidad de los tejidos al oprimir un solo botón en modo B o 2D. 6.9 Con capacidad de crecimiento a optimización automática en Doppler de Poder o Color Power Angio y modo M. 6.10 Con imágenes armónicas. 6.11 Con capacidad de crecimiento a armónicas de pulso inverso. 7 Con capacidad de crecimiento a imagen de campo extendido o panorámica o similar en transductores convexos y lineales. 8 Con imágenes compuestas o tecnología similar con múltiples líneas de visión. 9 Sistema con formación digital del haz de ultrasonido con 60,000 canales de procesamiento digital o mayor. 10 Rango dinámico del sistema de 250 dB o mayor. 11 Con procesamiento adaptativo de imágenes para, reducir artefactos y mejorar la visualización de bordes y la textura de los tejidos. 12 Con velocidad de adquisición de al menos 1000 cuadros de imagen por segundo. 13 Con 256 escalas de grises y 256 tonos de color o paleta de 256 colores. 14 Con capacidad de crecimiento a reconstrucción de imagen 3D a manos libres en escala de grises. 15 Con medición automática de espectro Doppler que proporcione al menos las medidas de Índice de Resistencia, Índice de Pulsatilidad, Velocidad Máxima y Tiempo de aceleración. 16 Con imagen trapezoidal o similar en transductores lineales. 17 Con selección de hasta ocho zonas focales. 18 Zoom en tiempo real de hasta 12 niveles o pasos y zoom en imagen en congelada o zoom de escritura. 19 Memoria cine con una capacidad de al menos 1000 imágenes para imagen tiempo real y color. 20 Programa de medidas, cálculos y reportes para estudios obstétricos, ginecológicos, vasculares y generales de abdomen. 21 Con conectividad DICOM en las diferentes modalidades DICOM MPPS, DICOM print, DICOM store, DICOM MWL. 22 Cuerpo del equipo con ruedas giratorias y con frenos. <ol style="list-style-type: none"> 22.1 Con hasta 4 puertos activos para transductores. 22.2 Porta transductores. 22.3 Salidas de video VGA, Super-Video, video compuesto y al menos dos puertos USB. 22.4 Unidad de DVD para almacenar imágenes en formato PC AVI y JPEG o BMP. 	
	Accesorios	Cant
	1	Transductor convexo o curvo de banda ancha rango de frecuencia de 2.0 MHz o menor a 5.0 MHz o mayor con imágenes armónicas, para aplicaciones generales en abdomen, obstétricas y ginecológicas.
	1	Transductor lineal de banda ancha rango de frecuencia de 4.0 MHz o menor a 12.0 MHz o mayor con imágenes armónicas, para aplicaciones vasculares, partes pequeñas y musculo esqueleto.
	1	Transductor vaginal de banda ancha rango de frecuencia de 4.0 MHz o menor a 9.0 MHz o mayor. Con radio de curvatura entre 10 y 12 mm y al menos 135° de apertura para aplicaciones endovaginales. Con aditamento de biopsia.

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

126

0008

ULTRASONIDO PARA IMAGEN GENERAL, VASCULAR, PARTES PEQUEÑAS, MUSCULO ESQUELETO, GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Y CARDIOLOGIA BASICA

Instalación de la unidad solicitada:	1	Sistema UPS de doble conversión.				
	Cant	Descripción	Nivel de atención			
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.	Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			UL 60601-1	
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						
	CE	FDA	JIS			

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

129

0008

CONGELADOR HORIZONTAL PARA ALIMENTOS

Descripción Técnica:	Capacidad de 10 pies cúbicos. Funcionamiento por termostato mecánico, que mantenga temperatura interior entre -22° C a -15° C, en una temperatura ambiente de hasta 42° C. Espesor de escarcha de 10 mm máximo. Con paro-arranque automático por temperatura. Evaporador de superficie de placas. Puerta solida y lisa tipo cofre sin molduras, anaqueles o retenes; con empaque magnético con sellado hermético; aislamiento con espuma presurizada de Ciclopentano libre de CFC de al menos 45 mm de espesor de una densidad de al menos 38 Kg/m3; cerradura externa evitando el contacto con la parte interna (con 2 llaves, no portacandados). Gabinete: paneles internos lisos de aluminio; paneles externos de acero galvanizado con pintura horneada; aislamiento con espuma presurizada de poliuretano libre de CFC de al menos 45 mm de espesor de una densidad de al menos 38 Kg/m3. Compresor y condensador: capacidad conforme a lo requerido por el equipo, ahorrador de energía, sellado herméticamente, silencioso, libre de mantenimiento, paro y arranque automático, gas refrigerante ecológico libre de CFC. Regatones para nivelación en superficies irregulares. Alimentación eléctrica de 120 VAC a 60 Hz ±10%, con clavija polarizada.					
	Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:						
Certificados de calidad opcionales:						

Partida 2011: 5310

Clave de cuadro estatal 2011:

913

132

0005

Refrigerador para reactivos y productos biológicos

Descripción Técnica:	Refrigerador eléctrico diseñado para almacenar reactivos y productos biológicos. Capacidad de 13 pies cúbicos a 16 pies cúbicos incluyendo congelador. Congelador: integrado en la parte interior del cuerpo en la zona superior; con sistema de auto deshielo por resistencia; capaz de mantener una temperatura homogénea y constante en el refrigerador mediante difusor de aire circulante que optimiza la uniformidad de temperaturas en todo el refrigerador; con paro del difusor por apertura de puerta; charola de escurrimiento removible de acero inoxidable tipo AISI-304 en la parte interna; todos los paneles interiores deberán ser inertes y no reactivos de acero inoxidable tipo AISI-304 completamente liso sin molduras; la cámara deberá contar con espesor mínimo de 4.5 cm y aislamiento de alto grado mediante espuma presurizada de poliuretano libre de CFC; interior con capacidad de colocar al menos 4 parrillas, 4 charolas o canastillas e iluminación interior de luz blanca fría que se prenda al abrir la puerta. Puerta: con una puerta individual lisa de acero inoxidable tipo AISI-304; con aislante y/o plástico liso termoformado con aislante; mecanismo de autocierre; debe ser completamente lisa, no debe tener molduras ni retenes; empaque magnético con sellado hermético; cerradura de seguridad con 2 llaves incluidas integrada a la puerta; de un espesor mínimo de 4.5 cm y aislamiento de alto grado mediante espuma presurizada de poliuretano libre de CFC. Control: microprocesado de temperatura con display digital de al menos 2 dígitos y 1 de decima (un total de 3 dígitos); con batería recargable de 36 horas; capaz de mantener temperatura interna de +2 a +8 grados centígrados como intervalo de control en el área de refrigeración; funcionando en regiones cuya temperatura ambiental sea hasta de 42° centígrados; con termómetro integrado. Alarma visual y audible para falla en el suministro eléctrico, falla del sensor, indicador de batería baja, temperatura alta y baja ambas autoajustables conforme a lo programado. Paneles exteriores de acero inoxidable inertes y no reactivos. Compresor sellado herméticamente, silencioso, con capacidad conforme a lo requerido por el equipo para soportar la temperatura programada, libre de mantenimiento, sistema de paro y arranque automático, funcionamiento con gas refrigerante ecológico, libre de CFC. Condensador dinámico libre de mantenimiento con capacidad de acuerdo al equipo. Regatones de acero inoxidable para nivelar en superficies irregulares. El refrigerador debe presentar un acabado al interior y exterior, sin partes filosas, rebabas, sobrantes o faltantes de material en el gabinete, en la puerta y en las parrillas. Data logger: Con capacidad de almacenamiento superior a 3900 muestras; intervalos de lecturas seleccionables desde 1 minuto hasta 4 horas; rango de medición de temperatura de -25° C a +70° C; resolución de 0.1° C; temperatura de funcionamiento de -10° C a + 60° C; exactitud de ±0.5° C; protección a prueba de agua (equipo completamente sellado); interface para transferencia de datos mediante USB; un canal de medición para temperatura; memoria que no se pierda aún cuando no tenga batería; batería de litio de vida útil garantizada de al menos 1 año; display que proporcione la siguiente información, dígitos para desplegar 1 dígito de signo, 2 dígitos de temperatura, 1 dígito de punto decimal, 1 dígito de decimas, 1 dígito de centígrados, estado de la batería y lecturas mínimas y máximas registradas; mediciones en grados centígrados. Alimentación eléctrica de 120 VAC a 60 Hz ±10%.				
	Accesorios:	Cant	Descripción		
	4	Parrillas de acero inoxidable tipo AISI-304 con sus ménsulas y cremalleras para ajuste de altura.			
	8	Charolas (2 por parrilla) al 45% del tamaño de la parrilla, con perforaciones, esquinas con curva sanitaria, parte superior bordeada que permita la libre circulación de aire, las perforaciones deberán ser de ¼ de pulgada y separadas 1 pulgada entre sí.			
	1	Regulador protector de voltaje para refrigeración acorde a la capacidad del equipo que acondicione la línea de voltaje desde 100 a 130 VAC.			
	1	Software para transferencia de datos, generación de gráficas y tablas del Data logger.			
Consumibles:	Cant	Descripción			
		Los necesarios para su puesta en funcionamiento			
Instalación de la unidad solicitante:	Cant	Descripción	Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica a planta de emergencia	Primer	Segundo Tercer	
Documentos a entregar:	C	Guía de instalación	I	Manual de usuario y guía rápida en español	
	I	Catálogo de refacciones y accesorios	C	Catálogo de consumibles	

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Partida 2011: 5310

Clave de cuadro estatal 2011: 913

132

0005

Refrigerador para reactivos y productos biológicos

Requisitos de evaluación técnica	Registro Sanitario vigente incluido el proyecto de marbete				
	Catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para valoración del bien				
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos				
			3	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico garantizado de al menos 5 años.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.				
	Productos de origen nacional	Carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS.			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante (notariada) o, Copia carta de distribución del fabricante vigente (notariada) o, Carta de apoyo notariada del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos originales:	ISO 13485	UL 60601 o ISO 14971	
		Certificados varios	Certificado de calibración del Data logger NOM-022-ENER-SCFI-2008 NOM-003-SCFI-2000		
	Productos de origen extranjero	Certificado ISO 9000			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante (apostillada) o, Copia carta de distribución del fabricante vigente (apostillada) o, Carta de apoyo notariada del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos originales:	ISO 13485	UL 60601 o ISO 14971	
Certificados de calidad opcionales:					
CE		FDA	JIS	Equivalente	
I – Indispensable		C – Conveniente		NA – No Aplica	



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

132

0014

TERMO PARA TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN DE VACUNAS DE 45 LITROS

Descripción Técnica:	Termo con capacidad de 9 litros promedio. Capacidad para mantener la temperatura interna entre 2° C y 8° C por un tiempo mínimo de 24 horas, sin abrir el termo, a una temperatura ambiente de 42° C o superior. Estructura: de polietileno de alta densidad, inerte, resistente a los impactos; aislamiento con espuma presurizada de poliuretano preferentemente libre de CFC, con al menos un espesor de 30 mm (densidad mínima de 38 Kg/m3); superficies lisas y solidas, completamente lavables para una fácil limpieza, preferentemente color claro. Tapa solida tipo cofre con sellado hermético de polietileno de alta densidad, inerte, resistente a los impactos; aislamiento con espuma presurizada de poliuretano libre de CFC, con al menos un espesor de 30 mm (densidad mínima de 38 Kg/m3); superficies lisas y solidad, completamente lavables para una fácil limpieza, preferentemente color claro. Con asa capaz de soportar hasta 25 Kg					
	Accesorios	Cant	Descripción			
	1	Canastilla porta vacunas.				
	1	Tirante doble tipo mochila para termo Bolsa porta termo				
	1	Juego de paquetes refrigerantes de envase de polietileno rígido de alta densidad que evite las roturas, reusables, no tóxicos, capacidad para mantener temperatura entre 2° C y 8° C para largos periodos de tiempo, tapa roscable con cierre hermético.				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

132

0015

TERMO PARA TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN DE VACUNAS DE 45 LITROS

Descripción Técnica:	Termo con capacidad de 45 litros promedio. Capacidad para mantener la temperatura interna entre 2° C y 8° C por un tiempo mínimo de 24 horas, sin abrir el termo, a una temperatura ambiente de 42° C o superior. Estructura: de polietileno de alta densidad, inerte, resistente a los impactos; aislamiento con espuma presurizada de poliuretano preferentemente libre de CFC, con al menos un espesor de 30 mm (densidad mínima de 38 Kg/m3); superficies lisas y solidas, completamente lavables para una fácil limpieza, preferentemente color claro. Tapa solida tipo cofre con sellado hermético de polietileno de alta densidad, inerte, resistente a los impactos; aislamiento con espuma presurizada de poliuretano libre de CFC, con al menos un espesor de 30 mm (densidad mínima de 38 Kg/m3); superficies lisas y solidad, completamente lavables para una fácil limpieza, preferentemente color claro. Con asa capaz de soportar hasta 75 Kg					
Accesorios	Cant	Descripción				
	2	Canastilla porta vacunas.				
	1	Bolsa porta termo				
	2	Juego de paquetes refrigerantes de envase de polietileno rígido de alta densidad que evite las roturas, reusables, no tóxicos, capacidad para mantener temperatura entre 2° C y 8° C para largos periodos de tiempo, tapa roscable con cierre hermético.				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

138

0002

CINTA MÉTRICA DE ALTURA UTERINA

Descripción Técnica:	Cinta para la medición la medición de la altura uterina con las siguientes características:					
	Cinta 100% fibra de vidrio. Flexible e inextensible. Graduada para medición de altura uterina División de 1 mm. Longitud de 150 cm mínimo.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

159

0005

UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA

Descripción Técnica:	<p>1.- Gabinete:</p> <p>1.1.- Montaje para dos vaporizadores con sistema de exclusión.</p> <p>1.2.- Ventilador interconstruido.</p> <p>1.3.- Con al menos tres contactos eléctricos interconstruidos.</p> <p>1.4.- Yugos para cilindros de O2 y N2O.</p> <p>1.5.- Con dos un cajón.</p> <p>1.6.- Mesa de trabajo fija .</p> <p>1.7.- Montaje en máquina para monitor de signos vitales.</p> <p>1.8.- Cuatro ruedas dobles, al menos dos de ellas con freno.</p> <p>1.9.- Manómetros interconstruidos de presión al frente del equipo. Codificados de acuerdo al código americano de colores (O2-verde, N2O-azul, aire- amarillo):</p> <p>1.9.1.- Tres para toma mural (O2, N2O, aire).</p> <p>1.9.2.- Dos para cilindros (O2, N2O).</p> <p>1.10.- Batería de respaldo interna con capacidad mínima de 60 min.</p> <p>1.11.- Con iluminación para el área de trabajo.</p> <p>2.- Vaporizadores de la misma marca que la máquina de anestesia:</p> <p>2.1.- Suministrar uno o dos vaporizadores a elección del usuario (isoflorane y/o sevoflurane).</p> <p>2.2.- Con compensación temperatura.</p> <p>2.3.- Indicador visual del nivel de llenado del agente anestésico.</p> <p>2.4.- Adaptador para el llenado del vaporizador en caso de requerirse.</p> <p>3.- Suministro de gas fresco:</p> <p>3.1.- Flujómetros codificados de acuerdo al código americano de colores:(O2- verde, N2O-azul, aire- amarillo):</p> <p>3.1.1.- Neumáticos dobles para O2 y N2O.</p> <p>3.1.2.- Neumático sencillo o doble para aire.</p> <p>3.2.- Guarda hipóxica mínima de 25%.</p> <p>3.3.- Flush o suministro de oxígeno directo.</p> <p>4.- Circuito de Respiratorio tipo fuelle vertical :</p> <p>4.1.- Un cánister:</p> <p>4.1.1.- Con capacidad mínima de 1400 ml u 900 g.</p> <p>4.1.2.- Reusable y esterilizable.</p> <p>4.1.3.- Con filtro de polvo, en caso de requerirse.</p> <p>4.2.- Con trampa de agua, recipiente cánister externo o sistema de calentamiento interconstruido.</p> <p>4.3.- Salida de gas fresco para circuito auxiliar.</p> <p>4.4.- Con sistema de conmutación, manual o automático, entre circuito circular y circuito auxiliar (tipo Bain).</p> <p>4.5.- Sistema de evacuación de gases activo o pasivo.</p> <p>4.6.- Todos los elementos en contacto con el gas espirado por el paciente deberán ser esterilizables y libres de látex.</p> <p>4.7.- Válvula ajustable de presión (APL).</p> <p>4.8.- Válvula de sobrepresión.</p> <p>4.9.- Válvula de conmutación bolsa-ventilador.</p> <p>4.10.- Brazo ajustable para la bolsa de ventilación manual.</p> <p>4.11.- Manómetro de presión en vías aéreas.</p> <p>5.- Ventilador microprocesado e interconstruido de la misma marca que la máquina de anestesia:</p> <p>5.1.- Teclado sensible al tacto o de membrana, o perilla selectora.</p> <p>5.2.- Despliegue de mensajes y parámetros en español.</p> <p>5.3.- Pantalla:</p> <p>5.3.1.- Tipo LCD, LCD TFT o tecnología superior.</p> <p>5.3.2.- Tamaño mínimo de 8".</p> <p>5.3.3.- Policromática.</p> <p>5.3.4.- Configurable por el usuario.</p> <p>5.3.5.- Despliegue de parámetros en forma numérica.</p> <p>5.3.6.- Despliegue de una curva de presión como mínimo.</p> <p>5.4.- Modos de ventilación:</p>
-----------------------------	---

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

159

0005

UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA

- 5.4.1.- Controlado por volumen.
- 5.4.2.- Controlado por presión.
- 5.5.- Controles y ajuste de;
 - 5.5.1.- Volumen corriente que cubra como mínimo el rango de 20 a 1500 ml.
 - 5.5.2.- Presión límite que cubra como mínimo el rango de 10 a 80 cmH₂O.
 - 5.5.3.- Presión inspiratoria que cubra como mínimo el rango de 4 a 65 cmH₂O.
 - 5.5.4.- Frecuencia respiratoria que cubra como mínimo el rango de 4 a 80 respiraciones por minuto.
 - 5.5.5.- PEEP electrónico que cubra como mínimo el rango de 4 a 20 cmH₂O.
 - 5.5.6.- Relación I:E y relación I:E inversa.
 - 5.5.7.- Pausa inspiratoria.
 - 5.5.8.- Presión soporte.
- 5.6.- Despliegue numérico en pantalla del ventilador o del monitor de signos vitales:
 - 5.6.1.- Fracción inspirada de Oxígeno (FiO₂).
 - 5.6.2.- Volumen corriente.
 - 5.6.3.- Volumen minuto.
 - 5.6.4.- Presión media.
 - 5.6.5.- Presión pico, o en su caso presión soporte.
 - 5.6.6.- PEEP.
 - 5.6.7.- Frecuencia respiratoria.
- 5.7.- Despliegue de curva de presión en vías aéreas.
- 5.8.- Sistema de alarmas audibles y visuales priorizadas en tres niveles (despliegue y ajuste en pantalla del ventilador):
 - 5.8.1.- FiO₂ (alta y baja).
 - 5.8.2.- Volumen minuto y/o corriente (alta y baja).
 - 5.8.3.- Presión de vías aéreas (alta y baja).
 - 5.8.4.- Apnea.
 - 5.8.5.- Presión baja de suministro de gas.
 - 5.8.6.- Falla en el suministro eléctrico.
 - 5.8.7.- Falla, o cambio de celda de O₂ o falla en la medición para tecnología paramagnética.
 - 5.8.8.- Fuga en circuito de paciente.
 - 5.8.9.- Falla en sensor de presión.
 - 5.8.10.- Falla en sensor de flujo.
- 5.9.- Conmutación a ventilación manual.
- 5.10.- Compensación de volumen o desacoplo de gas fresco.
- 5.11.- Indicador de fuente de alimentación, AC o DC.
- 5.12.- Indicador de batería baja.
- 6.- Sistema de comprobación que verifique el funcionamiento neumático y electrónico de la unidad de anestesia.
- 7.- Monitor de signos vitales:
 - 7.1.- Preconfigurado o modular.
 - 7.2.- Teclado sensible al tacto o de membrana, o perilla selectora.
 - 7.3.- Pantalla policromática con tecnología LCD TFT, o superior, de 10" como mínimo.
 - 7.4.- Salida analógica de ECG o sincronía para desfibrilación.
 - 7.5.- Despliegue de curvas fisiológicas, de al menos 6 curvas simultáneas.
 - 7.6.- Despliegue de mensajes y parámetros en español.
 - 7.7.- Batería de respaldo interna con capacidad mínima de 240 min.
 - 7.8.- Tendencias gráficas y numéricas para todos los parámetros de mínimo 72 horas.
 - 7.9.- ECG
 - 7.9.1.- Despliegue numérico de frecuencia cardíaca.
 - 7.9.2.- Al menos 12 derivaciones seleccionables por el usuario. Con cable de 5 puntas.
 - 7.9.3.- Despliegue de 12 derivaciones de ECG en tiempo real .
 - 7.9.4.-Control de activación de filtros en la señal.
 - 7.9.5.- Detección de marcapasos.
 - 7.9.6.- Protección contra descarga de desfibrilador.
 - 7.10.- CO₂
 - 7.10.1.- Por medio de mainstream, sidestream o microstream.
 - 7.10.2.- Despliegue de curva y valores numéricos (inspirado y espirado).

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

159

0005

UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA

	<p>7.11.- SpO2 7.11.1.- Curva de pletismografía. 7.11.2.- Despliegue numérico de saturación de oxígeno. 7.12.- Temperatura, al menos un canal. Con etiquetado de Tsup,Ttimpanica Taxial etc. 7.13.- Presión arterial no invasiva 7.13.1.- Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diastólica y media). 7.13.2.- Ajuste automático de la presión de acuerdo al tipo de paciente seleccionado. 7.13.3.- Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. 7.14.- Respiración 7.14.1.- Curva de respiración. 7.14.2.- Despliegue numérico de frecuencia respiratoria. 7.15.- Alarmas audibles y visibles, priorizadas en al menos tres niveles, con función que permita revisar y modificar los límites superior e inferior de los siguientes parámetros: 7.15.1.- Frecuencia cardíaca. 7.15.2.- CO2. 7.15.3.- Saturación de oxígeno. 7.15.4.- Temperatura. 7.15.5.- Presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica y media). 7.15.6.- Frecuencia respiratoria. 7.16.- Alarma de apnea. 7.17.- Con silenciador de alarmas. 8.- Una manguera de suministro por cada gas de acuerdo al código americano de colores: (O2-verde, N2O-azul, aire-amari- llo) con conector para toma mural de acuerdo a la instalación de cada unidad médica. Con regulador de presión externo para O2 y aire, como mínimo. Y trampa de agua para aire.</p>				
Accesorios	Cant	Descripción			
	1	Circuito de paciente reusable y esterilizable con tubos corrugados de al menos 1.2 m de longitud, pieza en "Y" y codo.			
	1	Circuito de reinhalación parcial, tipo Bain, semicerrado o equivalente.			
	1	Mascarilla transparente, reusable, libre de látex y esterilizable: una tamaño adulto y una tamaño pediátrico.			
	1	Bolsa para ventilación reusable, esterilizable y libre de látex: una de 1 l, una de 2 l y una de 3 l; +/- 10%.			
	1	Cable troncal, un sensor tipo dedal y un sensor multisitio, ambos reusables, para oximetría de pulso.			
	1	Sensor reusable de temperatura (de piel o de superficie) y un sensor de temperatura esofágico o rectal.			
	1	Brazaletes reusable para medición de la presión no invasiva, uno adulto, uno adulto obeso y uno pediátrico, una manguera con conector para los brazaletes.			
	1	Cable troncal y un cable de paciente para ECG de tres puntas.			
	1	Para CO2 por técnica mainstream: sensor reusable y cable, adaptador de vías aéreas reusable o 20 adaptadores de vías aéreas desechables.			
	1	Para CO2 por técnica sidestream: 10 trampas de agua (en caso de requerirse), 20 líneas de muestra y adaptadores endotraqueales.			
	1	Para CO2 por técnica microstream: 20 líneas de muestra y adaptadores endotraqueales.			
	1	Circuito de paciente desechable con bolsa y mascarilla transparente, libres de látex.			
100	Electrodos para ECG adulto y 100 electrodos para ECG pediátrico.				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención	
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español				
	Copia simple del registro sanitario vigente				
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas				
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos <input type="text" value="1"/> años.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.				
Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

159

0005

UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA

Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.		
	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.		
	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:	UL 60601-1	
Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.		
	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.		
	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:		
	Certificados de calidad opcionales:		
	CE	FDA	JIS

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Partida 2013: 5310

Clave de cuadro estatal 2013:

913

219

0001

Baño María Eléctrico

Descripción Técnica:	Baño María de acero inoxidable, electrónico, con control digital de la temperatura. Dimensiones internas de la cámara 22x48x14 cm aproximadamente. Con tapadera, 2 gradillas para 40 tubos de 13x100.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitante:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.	Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente incluido el proyecto de marbete					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico garantizado de al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9000 del fabricante				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:		ISO 13485	UL 60601	
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9000 del fabricante				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:		ISO 13485	UL 60601	
Certificados de calidad opcionales:						
CE		FDA	JIS	Equivalente para equipo médico y de laboratorio		

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

225

0004

TERMOMETRO CLINICO DIGITAL

Descripción Técnica:	Termómetro clínico para la medición oral, rectal y axilar de la temperatura corporal. sensor de temperatura de alta precisión. Termómetro con indicación de 3 dígitos, memoria y señal acústica Irrompible y hermético Intervalo de medición: 32 a 43,9°C Precisión: +/- 0,1°C Desconexión automática después de unos minutos sin utilizarse. Batería de larga duración incluida.					
	Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
				Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado					
	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.					
	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:					
	Certificados de calidad opcionales:					



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

225

0005

TERMOMETRO INFRAROJO

Descripción Técnica:	Termómetro Infrarrojo que permite medir la temperatura del cuerpo humano por acercamiento a la piel en diversas partes. Consta de: Pantalla digital con iluminación Mecanismo de encendido manual o automático Despliegue de temperatura de 34 a 42 gradoscentígrados. Alarma visual o sonora al detectar temperaturas fuera del rango determinado o batería baja. Con memoria mínima de 20 determinaciones. Funcionamiento con batería de litio. Con estuche para guarda o funda protectora.				
Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención		
			Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años. Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes. Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años. Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.				
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado. Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
		Certificados de calidad opcionales:			

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

300

0009

EQUIPO PORTATIL DE OXIGENO PARA URGENCIAS

Descripción Técnica:	CLILINDO DE OXIGENO PORTATIL, 680 LITROS EQUIPO COMPLETO, INCLUYE CARGA DE OXIGENO, CANULA NASAL, VASO HUMIDIFICADOR, REGULADR DE ALUMINIO CON FLUJOMETRO DE .5 A 15 LPM					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

300

0010

ESTUCHE DE PROFILAXIS

Descripción Técnica:	JUEGO DE 12 INSTRUMENTOS LIMPIADORES PARA PROFILAXIS. COMPLETAMENTE EN ACERO INOXIDABLE GRADO QUIRURGICO. CN ESTUCHE PARA SU GURDADO Y ALMACENAMIENTO.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Partida presupuestal: 53201

CLAVE			DESCRIPCION	NOM-068-SSA1	REGISTRO SANITARIO	GARANTIA (AÑOS)	CARTA BPM O ISO 9001:2008
914	031	0001	Cureta ck-6, de doble extremo.totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	031	0005	Cureta mc call, derecha e izquierda. juego.totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	051	0001	Espátula para resina, de plástico, con doble punta de trabajo	X	X	1	X
914	005	0003	Espejo dental, rosca sencilla, plano, sin aumento no. 5. incluye mango. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	006	0008	Espejo vaginal graves o pederson, tamaño chico. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	006	0009	Espejo vaginal graves o pederson, tamaño mediano. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	006	0010	Espejo vaginal graves o pederson, tamaño grande. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	022	0002	Jeringa de carpule totalmente en acero inoxidable grado quirurgico. con adaptador para aguja desechable calibre 27 larga y corta.	X	X	1	X
914	026	0004	Bisturí quirúrgico. mango nº 3, con escala. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	027	0006	Martillo buck, percutor para reflejos, con cilindro de hule, mango sólido, con aguja y pincel, de 180 mm. de longitud.	X	X	1	X
914	001	0116	Pinza college o london-college, tipo bayoneta, longitud de 150 a 155 mm. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	008	0006	Aplicador de hidróxido de calcio. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	015	0024	Elevador bein, con mango metálico, recto, acanalado, de 2 o 3 mm., ancho de hoja.	X	X	1	X
914	015	0030	Elevador seldin, mango metálico, extremo largo y delgado con lanceta. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	018	0004	Excavador tipo white. no. 17. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	019	0004	Explorador de una pieza, con doble extremo. nº5 totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	020	0027	Fórceps para odontectomías del no. 222. para extraer molares superiores. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	020	0021	Fórceps para molares inferiores nº 17. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	020	0005	Fórceps para extraccion de piezas dentarias anteriores e inferiores nº 151. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	020	0009	Fórceps para extraccion de piezas dentarias anteriores superiores nº 99 c. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	020	0012	Fórceps para extraccion de molares superiores nº 101. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	020	0013	Fórceps para extraccion de molares superiores derechas. nº 18 derecho. totalmente en acero inoxidable	X	X	1	X
914	020	0015	Fórceps para extraccion de molares superiores derechas nº 53 derecho. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	020	0028	Fórceps para extracciones de raices inferiores nº 69. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	020	0019	Fórceps para extracciones de raices anteriores superiores nº 65. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X

914	024	0005	Legra curtis, de doble extremo. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	025	0008	Lima miller o colburn, de doble extremo, del no. 10c o del no. 3, con puntas de trabajo rectangular y oval, estrías horizontale. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	029	0001	Obturador para amalgama mortonson no. 2. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	029	0002	Obturador para amalgama bennet, cuádruple no. 7. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	029	0003	Obturador wescott o usa, de doble extremo. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	003	0047	Tijera mayo, curva, longitud de 150 a 155 mm. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	003	0046	Tijera usa, para cordón umbilical, longitud de 105 mm. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	044	0002	Tirapuentes miller, con tres puntas diferentes. totalmente de acero inoxisable grado quirurgico	X	X	1	X
914	042	0001	Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad. totalmente en acero inoxidable	X	X	1	X
914	079	0001	Alveolotomo mead, pinza gubia, longitud 17 cm. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	053	0005	Charola con tapa, de acero inoxidable. dimensiones: 71 x 12 x 5 cm.	X	X	1	X
914	103	0006	Cucharilla lucas, de doble extremo, 17 cm de longitud. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	015	0025	Elevador seldin, con mango metálico de bandera, extremo en ángulo recto, con hoja pequeña derecha. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	015	0026	Elevador tipo cryer white, de bandera, izquierdo, con mango metálico, extremo en ángulo obtuso y hoja pequeña. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	004	0002	Espátula metálica, del no. 3, de doble extremo, uno rectangular y otro de punta de lanza. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	020	0029	Fórceps para odontectomías del no. 210. para extraer molares superiores. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	020	0020	Fórceps para extraccion de molares inferiores nº23. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	020	0006	Fórceps para extraccion de raices superiores nº150. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	020	0014	Fórceps para extraccion de molares superiores izquierdas. nº 18 izquierdo. totalmente en acero inoxidable	X	X	1	X
914	020	0016	Fórceps para extraccion de molares superiores izquierdas nº 53 izquierdo totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	055	0003	Histerómetro sims, maleable, con graduación en cms., longitud de 320 a 330 mm. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	029	0004	Obturador mortonson, punta lisa. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	001	0080	Pinza backhaus, longitud de 130 a 140 mm. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	001	0151	Pinza de disección martin, con dientes. longitud 130 mm. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	015	0027	Elevador tipo cryer white, de bandera, derecho, con mango metalico, extremo en angulo obtuso y hoja pequeña. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	015	0028	Elevador, selding, con mango metalico recto acanalado, extremo ancho totalmente en acero inoxdiabile grado quirurgico	X	X	1	X
914	001	0152	Pinza de diseccion adson sin dientes 20 cm. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X

914	001	0153	Pinza de kocher recta con dientes 140 mm. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	001	0094	Pinza de traslado de instrumental o material esteril con recipiente longitud 240 a 260 mm. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	001	0154	Pinza halsted mosquito, curva, con dientes, longitud de 120 a 130 mm. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	001	0155	Pinza halsted mosquito, recta, con dientes, longitud de 120 a 130 mm. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	001	0156	Pinza crille, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	002	0019	Porta agujas hegar o mayo-hegar, recto, con ranura central, longitud de 140 a 150 mm. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	032	0004	Porta amalgama rower con puntas desmontables, doble extremo. totalmente en acerero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	038	0001	Riñon de 250 ml de capacidad, de una sola pieza sin uniones ni bordes filosos. totalmente de acero inoxidable	X	X	1	X
914	028	0007	Riñon de 500 ml de capacidad, de una sola pieza sin uniones ni bordes filosos. totalmente de acero inoxidable	X	X	1	X
914	033	0002	Porta matriz tipo Toffemire universal 7 mm. Totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	035	0001	Fresa de carburo de cono invertido de alta velocidad no. 34	X	X	1	X
914	035	0002	Fresa de carburo de cono invertido de alta velocidad no. 36	X	X	1	X
914	035	0003	Fresa de carburo redonda de alta no. 8	X	X	1	X
914	035	0004	Fresa para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad de carburo forma redonda no. 3 pieza	X	X	1	X
914	035	0005	Fresa para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad de carburo forma tronco conica no. 701 pieza	X	X	1	X
914	035	0006	Fresa para utilizarse en la pieza de mano de baja velocidad de carburo no. 559 pieza	X	X	1	X
914	073	0002	Juego de bruñidores, consta de: 1 Bruñidor White punta en "t", grande. 1 Bruñidor White punta en "t", mediana. 1 Bruñidor tipo White, chico, punta en forma de pera. 1 Bruñidor tipo White, grande, punta en forma de pera. 1 Bruñidor White, mediano, punta en forma de pera.	X	X	1	X
914	002	0020	Porta agujas hegar o mayo-hegar, recto, con ranura central, longitud de 180 a 185 mm. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	015	0029	Elevador seldin, con mango metálico de bandera, extremo en ángulo recto, con hoja pequeña izquierda. Totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	001	0157	Pinza de disección estándar, estriada, sin dientes, Longitud de 130 a 140 mm. Totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	041	0009	Tijera Quinby, curva, hojas cortas, longitud 12.5 cm. Totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	031	0006	Cureta de lucas del No. 85. Totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	020	0030	Fórceps para odontectomías del no. 222 SK para extraer molares superiores. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	020	0031	Forceps para uso dental No. 50. Totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	020	0032	Forceps para uso dental No. 563. Totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	020	0033	Forceps para uso dental No. 62. Totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	024	0006	Legra molt. Totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	036	0002	Recortador de amalgama Hollenback del No. 3. Totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X

914	041	0010	Tijera media luna de 140 mm. Totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	142	0005	Set de curacion consta de: 1 contenedor metalico de acero inoxidable quirurgico moldeado en una sola pieza (no doblado ni soldado) esterilizable con tapa y asa con capacidad para la totalidad del instrumental. 1 estilete abotonado doble. para fisura de 7" diametro boton 2mm. 1 pinza de diseccion con dientes 20 cm. aproximadamente. 1 pinza de diseccion sin diente de 6" (15 cms). 2 pinzas hemostaticas kelly recta 14 cm. aproximadamente. 1 porta aguja mayo-hegar 13 cm. aproximadamente. 1 sonda acanalada, grande 20 cm. aproximadamente. 1 tijera mayo recta punta roma-aguda 14.5 cm aproximadamente. 1 cubeta metalica para material. 1 pinza porta esponja foerster, pequeña de boca estriada	X	X	1	X
914	142	0006	Set de sutura consta de: 6 piezas de halstead mosquito, pinza, 12.7 cm., curva. 4 piezas de halstead mosquito, pinza, 12.7 cm., recta. 1 pieza de mayo, tijera, hoja biselada, 17.0 cm., recta. 1 pieza de mayo-hegar, porta agujas, sin ranura central, 18.0 cm. 1 pieza de estandar, pinza para diseccion, recta, punta con 1 x 2 dientes, 14.0 cm. 1 pieza de estandar, pinza para diseccion, recta, sin dientes, punta con estrias transversales, 14.0 cm. 1 pieza de charola rectangular, con perforaciones distribuidas estrategicamente, dimensiones, 25.4 x 16.5 x 6.4 cm. 1 pieza de vaso, acero inoxidable, 30 ml. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	142	0007	Set de parto, episiotomia consta de: 1 pieza de mayo, tijera, hoja biselada, 17.0 cm., recta. 1 pieza de mayo-hegar, porta agujas, sin ranura central, 18.0 cm. 1 pieza de estandar, pinza para diseccion, recta, sin dientes, punta con estrias transversales, 14.0 cm. 2 piezas de foerster, pinza porta esponjas, 24.0 cm., curva, estriada. 4 piezas de rochester-pean, pinza, 18.4 cm., curva. 4 piezas de backhaus, pinza para campos, 13.3 cm. 1 pieza de mayo, tijera, hoja biselada, 17.0 cm., curva. 1 pieza de mayo, charola de acero inoxidable, de 49.0 cm. x 32.0 cm. 2 piezas de crile, pinza, 14.0 cm., curva. 1 pieza de cordon umbilical, tijera 10.5 cm. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	142	0008	Set de legrado uterino consta de: 1 pieza de bozeman, pinza uterina, 25.4 cm. en forma de s. 1 pieza de recamier, cucharilla uterina, cortante, flexible de 28 cm., tamaño 6: 12 mm. 1 pieza de sims, histerometro curvo, abotonado, diametro 4.0 mm., 31.0 cm., plateado, graduado en centimetros. 2 piezas de doyen, separador, 24.0 cm., hoja de 4.5 x 6.2 cm. 2 piezas de doyen, separador, 24.0 cm., hoja de 6.0 x 8.9 cm. 1 pieza de foerster, pinza porta esponjas, 24.0 cm., recta, estriada. 2 piezas de schroeder (pozzi), pinza para tenaculum, uterina, 1 x 1 garfios, 24.0 cm. 4 piezas de backhaus, pinza para campos, 13.3 cm. 2 piezas de foerster, pinza porta esponjas, 24.0 cm., curva, estriada. 1 pieza de hegar, dilatadores uterinos, doble extremo, 19.1 cm., juego de 8 piezas, 1 mm. a 16 mm. 1 pieza de recamier, cucharilla uterina, cortante, flexible de 28 cm., tamaño 3: 9 mm. 1 pieza de mayo, charola de acero inoxidable, de 49.0 cm. x 32.0 cm. 1 pieza de recamier, cucharilla uterina, cortante, flexible de 28 cm., tamaño 1: 7 mm. 2 piezas de crile, pinza, 16.0 cm., curva. 1 pieza de vaso, acero inoxidable, 30 ml. 1 pieza de juego de 3 separadores sims, con valvas en ambos lados, tres tamaños totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X

914	142	0009	Set de cesarea consta de: 1 pieza de farabeuf, separador, 15.2 cm., doble extremo, juego de 2, hojas de 1.6 cm. x 2.5 cm. y 1.6 cm. x 3.2 cm. 2 piezas de estandar, pinza para diseccion, recta, sin dientes, punta con estrias transversales, 14.0 cm. 2 piezas de estandar, pinza para diseccion, recta, punta con 1 x 2 dientes, 13.0 cm. 1 pieza de foerster, pinza porta esponjas, 24.0 cm., recta, estriada. 4 piezas de foerster, pinza porta esponjas, 24.0 cm., curva, estriada. 1 pieza de mayo, tijera, hoja biselada, 17.0 cm., curva. 1 pieza de mayo, tijera, hoja biselada, 17.0 cm., recta. 1 pieza de metzenbaum, tijera, curva, puntas romas, 18.0 cm., delicada. 12 piezas de crile, pinza, 16.0 cm., curva. 12 piezas de allis, pinza para tejido, 5 x 6 dientes, 25.4 cm. 2 piezas de mayo-hegar, porta agujas, sin ranura central, 20.0 cm 2 piezas de yankauer, canula de succion, con boton desatornillable, 27.0 cm. 2 piezas de mango para bisturi corto # 4, para sujetar hojas: 20 al 25, longitud 13.3 cm. 6 piezas de rochester-pean, pinza, 18.4 cm., curva. 6 piezas de backhaus, pinza para campos, 13.3 cm. 1 pieza de alderkreutz, pinza para tejidos, 15.2 cm., 6 x 6 dientes. 2 piezas de rochester-pean, pinza, 20.3 cm., curva. 2 de piezas de rochester-ochsner, pinza, 1 x 2 dientes. 20.3 cm., recta. 1 pieza de mayo-hegar, porta agujas, con ranura central, 24.0 cm. 1 pieza de mayo, charola de acero inoxidable, de 49.0 cm. x 32.0 cm	X	X	1	X
914	017	0001	Porta vasos metalico para escupidera, para portar vasos de papel del paciente de estomatologia			1	
914	024	0005	Legra curtis, de doble extremo. Totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	001	0158	Pinza de anillos Foerster, pinza porta esponjas, 24.0 cm., recta, estriada. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	001	0159	Pinza de anillos curva Foerster, pinza porta esponjas, 24.0 cm., curva estriada. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	032	0004	Porta amalgama rower con puntas desmontables, doble extremo. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	017	0002	Vaso de 30 cm3 para medicamentos				
914	015	0031	Elevador subalveolar derecho. totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X
914	015	0032	Elevador subalveolar izquierdo.- totalmente en acero inoxidable grado quirurgico	X	X	1	X



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

001

0012

CAMA CLÍNICA MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE PREESCOLAR

Descripción Técnica:	Cama clínica múltiples posiciones para paciente pediátrico con las siguientes características:				
	1.- Marco estructural del barandal fabricado en tubos de lamina de acero calibre 18 de 1" de diametro pulidos y sin costuras				
	2.- Tubos verticales del barandal fabricados en lamina de acero calibre 18 de 1" de diametro, con guia para el deslizamiento de los barandales con seguro fabricada en barra solid de acero inoxidable aisi 304de 5/8" de diametro.				
	3.- Cabecera fabricada en polimero higroscopico ABS, moldeado e inyectado a alta presion avabdo exterior liso.				
	4.- Piecera fabricada en polimero higroscopico ABS, moldeado e inyectado a alta presion acabado exterior liso, debera tener forma de marco y estar provisto de tubos verticales en el interior.				
	5.- Plataforma en lamina multiperforada de acero calibre 16 dobladea y estructurada. Dbera tener4 dos secciones articuladas para permitir la posicion de fowler y la posicion de trendelenburg. Toda la plataforam debr e estar unida añ bastidor de posiciones,				
	6.- Respaldo y bastidor de posiciones fabricados con lergueros y travesaños de angulo, el respado debera ser alclado en el lado de la cabecera al bastidor.				
	7.- Soporte del bastidos de posiciones para proporcionar el movimiento de de poscion de trendelenburg consiste en una barra maciza de acero inoxidable tipo aisi 304 de 1/2" de diametro. Diseñada y doblada para colocarse en un soporte de diente de sierra fabricado en lamina de acero inoxidable AISI 304 calibre 10.				
	8.- Ruedas de 1225 mm de diametro, tipo boleado con sistema de freno comun				
	9.- Sistema de freno comun para las cuatro ruedas el cual debera activarse al mismo tiempo en las cuatro ruedas por medio de una transmision. Accionado por pedal.				
	10.- Estructura base en perfil tubular de lamina de acero, con tope protector contra golpes				
	11.- Antena portavenocllisis				
	12.- Pañalera en lamina de acero con entrepaños interiores y puertas.				
13.- Tope protector para golpes en cada esquina.					
Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención		
			Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español				
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique				
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas				
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos <input type="text" value="1"/> años.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.				
Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

001

0012

CAMA CLÍNICA MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE PREESCOLAR

	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
		Certificados de calidad opcionales:			



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

001

0015

CAMILLA GINECOLÓGICA

Descripción Técnica:	<p>Camilla ginecológica con las siguientes características:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Camilla hidráulica y neumática rodable. 2. Construida de acero grado automotriz. 3. Dimensiones: Largo 210 cm., ancho 81 cm. Tolerancia 2%. 4. Que pese 121 Kg. o menos sin colchón ni accesorios. 5. Posiciones: Fowler con apoyo neumático 90°, Trendelenburg 18° o mayor y Trendelenburg inverso 18° o mayor. 6. Pedales para movimientos Trendelenburg/Trendelenburg inverso en ambos lados de la camilla. 7. Sistema de ajuste de altura mediante pedales a ambos lados de la camilla, que cubra el rango de 59 cm. a 88 cm. Tolerancia 2%. 8. Flujo con compensación de presión que permita obtener un descenso uniforme incluso con repartición irregular de la carga. 9. Protección antichoque en las dos esquinas y a todo lo largo de la camilla. 10. Barandales metálicos niquelados plegables con seguros. Longitud de los barandales 119 cm., tolerancia 2%. 11. Manubrios metálicos niquelados para conducción abatibles y guardables por debajo de la superficie de descanso del paciente. 12. Con ruedas de uretano de 20.3 cm. o mayor, con quinta rueda integrada (steering plus) 13. Pedales duales con posiciones de freno, neutro y direccionamiento. Colocados en las secciones de cabecera y piecera de la camilla. 14. Compartimiento para tanque de oxígeno. 15. Colchón de espuma de alta densidad completamente radiotransparente, de 7.6 cm. de espesor o mayor, con barrera contra fuego y de la misma marca que la camilla. Que pese 6.0 Kg. o menos. 16. Compartimiento para objetos personales del paciente. 17. La camilla debe soportar un peso de 317 Kg. 18. Con posicionamiento del paciente fácil y rápida, gineco-obstetra camilla ideal para usar tanto en la maternidad y emergencia. 19. Soporte para pies integrados, charola desmontable para recolección de líquidos y luz de examinación para paciente. <p>Cubierta radiotransparente</p>			
Accesorios	Cant	Descripción		
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención	
			Primer	Segundo
				Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español			
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique			
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas			
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.			
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.			
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.			
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.			
Productos de origen	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.			

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

001

0015

CAMILLA GINECOLÓGICA

	nacional	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.		
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:		
		Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado		
	Productos de origen extranjero	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.		
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:		
		Certificados de calidad opcionales:		

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

001

16

CARRO CAMILLA TIPO TRANSFER

Descripción Técnica:	Carro camilla tipo transfer lateral con las siguientes características: cinturón de Nylon de cierre de contacto de 2" de ancho en dos secciones. Colchón de espuma de poliuretano de 35 Kg/m3 de densidad x 7 cm de espesor como mínimo, forrado en vinil con costuras sin vivos. Cubierta del carro de lamina de acero inoxidable calibre 18 de 1" de diámetro acabado pulido. Plancha transfer de bastidor perimetral de 57 x 179.5 cm de tubo de lamina de acero calibre 18 de 1" de diámetro. Acabado esmaltado con cubierta de lamina de acero inoxidable calibre 20. Protector de hule natural o sintético de 10 mm (3/4"). Ruedas de 8" de diámetro embaleras de hule antiestatico, dos móviles y dos con freno integrado colocadas en diagonal. Sistema de deslizamiento de plancha con ocho baleros por cara de 1 1/2 x 3/4" alma de acero y exterior de nylonmid. Mecanismo para sujetar la plancha transfer.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.						
Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:						
Certificados de calidad opcionales:						



Partida 2014:	53101	Clave de cuadro estatal 2014:	913	001	0018
---------------	-------	-------------------------------	-----	-----	------

CAMA CLÍNICA ELÉCTRICA MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE PEDIÁTRICO

Descripción Técnica:	Características:				
	1.- Cama completamente ajustable electricamente.				
	2.- Base de la cama de lamina perforada de cuatro secciones para garantizar el correcto posicionamiento del paciente. Dimensiones de la base de 80 x 170 cm +/-5 cm				
	3.- Control para movimientos de mano otro tipo panel.				
	4.- Palanca rápida de emergencia para RCP				
	5.- Cabecera y piecera desmontables fabricadas en plástico ABS de alta resistencia.				
	6.- Al menos dos orificios para colocar portasueros.				
	7.- Protección contra choques en cada una de las esquinas				
	8.- Ruedas auladas de alta resistencia, con sistema de freno en las cuatro ruedas.				
	9.- Capacidad para posición de fowler, trendelenburg y contratrendelenburg.				
	10.- Barandales abatibles en ambos costados para seguridad del paciente.				
11.- Colchón de espuma de poliuretano de alta densidad, forrado en vinil sin costuras, hipoalergenico.					
Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.	Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español				
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique				
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas				
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.				
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado			
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.					
Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:					
Certificados de calidad opcionales:					



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

001

0023

CAMILLA HIDRAULICA RADIOTRASPARENTE DE URGENCIAS

Descripción Técnica:	<p>El equipo debe tener las siguientes características:</p> <p>Camilla para la recuperación y traslado de pacientes, con sistema hidráulico de doble pedestal y pedales de ajuste de altura, localizados en ambos lados de la camilla.</p> <p>Altura ajustable de plataforma de 59 cm. como mínimo a 91 cm. como máximo.</p> <p>Ruedas conductivas con un diámetro mínimo de 20 cm. con freno dual en cada rueda y centralizado.</p> <p>Superficie de Paciente totalmente (100%) radiotransparente</p> <p>Posición Fowler del paciente con Respaldo ajustable hasta 90° con operación neumática.</p> <p>Con movimiento de Trendelenburg de ± 17°, accionado por pedal dual a ambos lados de la camilla.</p> <p>Colchón fabricado en 100 % Uretano higiénico tipo Poliéster de 35 kg / m3 ± 10%, con dureza de 25% a 190 N ± 10. que sea impermeable y flexible, con espesor de 6 cm.</p> <p>Barandales laterales abatibles.</p> <p>Con Portasuero Fijo abatible y Telescopiable</p> <p>Con cuatro receptáculos para poste portasuero removible</p> <p>Parachoques a todo lo largo de la camilla, con tiras de protección en cada esquina.</p> <p>Base de acero galvanizado recubierta de ABS termoformado con espacio para tanque de oxígeno.</p> <p>Dimensiones: ancho de 75.5 cm como mínimo y largo de 205 cm como máximo.</p> <p>Con Opción a futuro de instalar Soporte para Traccion de Portasueros</p> <p>Con Opción a futuro de instalar Porta Casette para R-X</p>																																																		
Accesorios	Cant	Descripción																																																	
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención																																																
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.	Primer	Segundo	Tercer																																														
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	<p>Manual de usuario y guía rápida en español</p> <p>Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique</p> <p>Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas</p> <p>Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.</p> <p>Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.</p> <p>Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.</p> <p>Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="3" style="width: 15%; vertical-align: top;">Productos de origen nacional</td> <td colspan="4">Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="vertical-align: top;">Productos de origen extranjero</td> <td colspan="4">Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Certificados de calidad opcionales:</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="height: 20px;"></td> </tr> </table>					Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,				Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.						Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,				Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.						Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			Certificados de calidad opcionales:									
Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.																																																		
	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,																																																		
	Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.																																																		
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:																																																	
Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado																																																		
	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,																																																		
	Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.																																																		
			Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:																																																
Certificados de calidad opcionales:																																																			



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

001

0024

CAMA CAMILLA DE RECUPERACION PARA ADULTO

Descripción Técnica:	<p>El equipo debe tener las siguientes características:</p> <p>Camilla para la recuperación y traslado de pacientes, con sistema hidráulico de doble pedestal y pedales de ajuste de altura, localizados en ambos lados de la camilla.</p> <p>Altura ajustable de plataforma de 59 cm. como mínimo a 91 cm. como máximo.</p> <p>Ruedas conductivas con un diámetro mínimo de 20 cm. con freno dual en cada rueda y centralizado.</p> <p>Posición Fowler del paciente con Respaldo ajustable hasta 90° con operación neumática.</p> <p>Con movimiento de Trendelenburg de ± 17°, accionado por pedal dual a ambos lados de la camilla.</p> <p>Colchón fabricado en 100 % Uretano higiénico tipo Poliéster de 35 kg / m3 ± 10%, con dureza de 25% a 190 N ± 10. que sea impermeable y flexible, con espesor de 6 cm.</p> <p>Barandales laterales abatibles.</p> <p>Con Portasuero Fijo abatible y Telescopiable</p> <p>Con cuatro receptáculos para poste portasuero removible</p> <p>Parachoques a todo lo largo de la camilla, con tiras de protección en cada esquina.</p> <p>Base de acero galvanizado recubierta de ABS termoformado con espacio para tanque de oxígeno.</p> <p>Dimensiones: ancho de 75.5 cm como mínimo y largo de 205 cm como máximo.</p> <p>Con Opción a futuro de instalar Soporte para Traccion de Portasueros</p> <p>Con Opción a futuro de instalar Porta Casette para R-X</p>				
Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.	Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español				
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique				
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas				
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.				
Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,				
	Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,				
	Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Certificados de calidad opcionales:				



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

001

0025

CAMA CLINICA ELECTRICA

Descripción Técnica:	<p>Este equipo deberá contar con las siguientes características:</p> <p>Completamente eléctrica y operada con ajustes de altura, posición trendelenburg y trendelenburg reversa, y respaldo</p> <p>Accionamiento eléctrico trendelenburg de 16 ° y Anti-trendelenburg de 16 °</p> <p>Palanca de CPR para emergencia</p> <p>Posiciones pre-programadas</p> <p>Cuatro barandales abatibles en toda su longitud</p> <p>Controles del paciente inter-construidos o cuello de ganso</p> <p>Respaldo retráctil.</p> <p>Extensión para largo de la cama inter-construida</p> <p>Indicadores de ángulo (incorporados en los barandales abatibles de la sección del tórax)</p> <p>Control de ajuste de altura operado por pedal opcional</p> <p>Superficie de paciente de contorno de 4 secciones ajustables con auto-bloqueo.</p> <p>La cubierta de la superficie de paciente deberá tener 4 secciones y manufacturada en ABS o HPL (laminado a alta presión) o en combinación de ambos materiales con cubierta epoxy</p> <p>Ruedas de 15 cm, no corrosivas con bloqueo central por medio de una barra situada en la parte inferior de la cama de la sección de pies</p> <p>Bordes de seguridad</p> <p>Deberá incluir batería recargable de respaldo, no UPS</p> <p>La cama debe tener una posición baja especial de 43 cm para ayudar a los pacientes entrar y salir de la cama, con un rango de ajuste de altura de hasta 78 cm, que permita a los médicos y enfermeras atender a pacientes con comodidad</p> <p>Dimensiones de la cama</p> <p>Longitud total: 216.5 cm</p> <p>Ancho total - con los barandales arriba: 102 cm</p> <p>Ancho total - con los barandales abajo: 98 cm</p> <p>Longitud de la superficie de paciente de 200 cm</p> <p>Anchura de la superficie de paciente de 87 cm</p> <p>Altura mínima de la cama: 43 cm</p> <p>Altura máxima de la cama: 78 cm</p> <p>Angulación del respaldo: 0 – 70°</p> <p>Angulación de las rodillas: 0 – 33°</p> <p>Trendelenburg y trendelenburg inversa +/- 16°</p> <p>Rodadillos anticorrosivos de uso rudo con diámetro de 15 cm</p> <p>Con al menos un rodadillo con direccionamiento para mejor conducción</p> <p>Peso Cama con accesorios estándar (Excluyendo colchón): 148 Kg</p>
-----------------------------	--

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

001

0025

CAMA CLINICA ELECTRICA

	Peso máximo del paciente: 220 Kg La carga máxima: 285 Kg Fuente de alimentación Batería incorporada recargable 24V para respaldo					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.	Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913	002	0001
-----	-----	------

ANAQUEL GUARDA COMODOS

Descripción Técnica:	Anaquel guarda cómodos con las siguientes especificaciones: alambcón de acero inoxidable de 6 mm (1/4") de diámetro, acabado pulido. Alambcón de acero inoxidable de 9 mm (3/4) de diámetro acabado pulido. Alambcón de acero inoxidable de 13 mm (1/2") de diámetro acabado pulido. Charola de lámina de acero inoxidable calibre 18 acabado pulido. Perfil tubular de acero inoxidable calibre 18 de 25x25 mm (1"x1") acabado pulido, medidas aproximadas: 136x32.5x56 cm					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 15px;"></table>				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 15px;"></table>				
Certificados de calidad opcionales: <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 15px;"></table>						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

002

0002

ARCHIVERO PARA RADIOGRAFÍAS

Descripción Técnica:	Archivero para radiografías con costados y separadores verticales de lámina de acero calibre número 22; acabado en pintura horneada color gris. Cubre poste de lámina de acero calibre número 22. Medidas aproximadas de 99 x 47.5 x 220 cm.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

002

0003

ESTANTE GUARDA ESTÉRIL

Descripción Técnica:	<p>Estante guarda esteril con las siguientes características: BASE De perfil tubular cuadrado de lamina de acero cr cal. 18 de 32x32mm (1.1/4"x1.1/4") acabado en pintura color gris. CUERPOS laterales, respaldo y entrepaños de lamina de acero cr. Cal.20 acabado en pintura color gris. PUERTAS De perfil de lamina de acero cr. Cal.20 acabado en pintura color gris con vidiro de 5mm de espesor y empaque de vinil fijo con baqueta desmonatble de 25mm (1") de diametro con altura ajustable. Medidas aproximadas 2.06 cm x 180 cm x 90 x 45 fondo</p>					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

003

0019

ORINAL PARA ADULTO

Descripción Técnica:	Orinal de diseño conforme imagen. Asa en lámina de acero inoxidable tipo AISI 304 calibre No. 22 acabado pulido. Cuerpo de lámina de acero inoxidable tipo AISI 304 calibre No. 22 acabado pulido con estampado (en bajo relieve donde lo hace semihorizontal así como en la base que lo hace vertical) troquelado a base de dobleces como se indica en la figura. Boca del orinal rebordada evitando filos cortantes. Tolerancias de ± 0.5 cm. Las uniones de los elementos componentes deberán ser maquinados para un perfecto ensamble y a base de soldadura con la misma resistencia mecánica del material base como mínimo en cordones completos, uniformes, desbastados y pulidos para una buena presentación. Los dobleces deberán ir sin deformaciones y bien alineados. En la unión del asa con el cuerpo se deberá evitar los filos cortantes y los puntos de unión y con buen acabado para casi no ser visibles					
	Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

003

0022

PORTA DELANTALES Y GUANTES

Descripción Técnica:	Soporte construido en metal con terminado en pintura electro estática • Con capacidad mínima para 1 mandil y 1 par de guantes • Dimensiones: 70.5cms ancho x 43.2cms alto • Peso máximo: 4kgs					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

003

0023

RIEL PORTA SUEROS Y VENOCLISIS

Descripción Técnica:	Dispositivo para montaje en techo. Riel porta sueros y venoclisis de aluminio extruido reforzado, carretilla, gancho cromado doble. De alta resistencia y fácil instalación.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

003

0024

TRIPLE PORTAVENOCLISIS RODABLE

Descripción Técnica:	Sistema rodable para la colocación de venoclisis. Base de 50 cm de diámetro, constituida por al menos 5 apoyos en material de alto impacto, no oxidable, resistente a la corrosión e involucable (cuando por lo menos 30° con la vertical). Sistema con 5 ruedas giratorias de doble huella tipo yoyo de 100% nylon reforzado de 2 pulgadas de diámetro en color negro con vástago (eje vertical) para fijación. Tubo preferentemente de lámina de acero inoxidable calibre 18 de 110 cm de largo, con diámetro que permitan el ensamble del tubo telescópico de la antena porta venoclisis. Perilla opresora para ajuste de altura de la antena, con sistema tipo trinquete, tipo micrófono u otro que garantice una perfecta fijación. Antena telescópica de 130 cm de largo, barra redonda de acero inoxidable de ½ pulgada de diámetro, al extremo superior deberá soldarse 1 cruceta de 2 ganchos del mismo material en barra de 3/8 de pulgada de diámetro. Todo el acero inoxidable deberá ser A.I.S.I. 304 acabado pulido. Las uniones de los elementos componentes deberán ser maquinados para un perfecto ensamble y a base de soldadura con la misma resistencia mecánica del material base como mínimo en cordones completos, uniformes, desbastados y pulidos para una buena presentación. Debe presentar un acabado al interior y exterior sin partes filosas, rebabas, sobrantes o faltantes de material en la estructura o en las superficies.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

003

0025

BANCA PARA REGADERA

Descripción Técnica:	Banca para regadera con las siguientes características: Estructura: acero inoxidable calibre 18 de 0.32 cm (11/4"). Cubierta: madera de pino de primera, acabado barniz marino natural (3 Capas). Regatón: aluminio de 2.54 cm (1") de diámetro con altura ajustable. • Acabado estructura: esmalte horneado. Dimensiones aproximadas: 45 cm (altura) x 30 cm x 45 cm.					
	Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

003

0026

BANCO GIRATORIO CON RESPALDO

Descripción Técnica:	Banco giratorio con respaldo con las siguientes características: Asiento de altura ajustable de lámina de acero inoxidable calibre No. 18, acabado pulido. Barra de acero de 12.7mm (1/2") o tubo de acero inoxidable de 22.2mm (7/8") de diámetro, acabado pulido. Descansa pies de tubo de acero inoxidable calibre No. 18 de 16mm (5/8") de diámetro, acabado pulido. Husillo fijo en el asiento para ajuste de altura. Patatas de tubo de acero inoxidable calibre No.18 de 22.2mm (7/8") de diámetro, acabado pulido. Regatones sencillos de polipropileno de alto impacto, color negro. Respaldo de lámina de acero inoxidable calibre No. 18, acabado pulido. Dimensiones generales aproximadas:32 a 35 x 30cm de diámetro x Var. 87.5 a 97.5cm					
	Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
				Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

003

0027

BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO

Descripción Técnica:	Banco giratorio sin respaldo con las siguientes características: Asiento en lámina de acero calibre No. 18, acabado cromado. Estructura en tubo de acero calibre No. 18, de 22.2 mm. (7/8") de diámetro, acabado cromado. Descansapiés en tubo de acero calibre No. 18, de 16.0 mm. (5/8") de diámetro, acabado cromado. Rodajas estándar de hule suave, de 41 mm.(1 5/8") de diámetro, acabado cromado. Sistema de ajuste de altura con husillo.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

003

0028

BANQUETA DE ALTURA

Descripción Técnica:	Escalerilla de 1 peldaño de tubo redondo con cubiertas de hule sintético en color negro adherido con pegamento especial y perímetro sujeta con molduras en la vista perimetral. Estructura de tubo redondo de 1" de diámetro cal-18 acabado cromado. Plataforma (peldaño) de lamina de acero cal-22, con vista inferior acabado en pintura. Regatón de hongo redondo de 1" en color negro colocado a presión. Medidas aproximadas: 40 largo x 28 ancho x 22 altura cm.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

003

0029

CARPETA PORTA EXPEDIENTE

Descripción Técnica:	Carpeta porta expediente con las siguientes características: Alambrcn de acero de secci3n circular de 3.1mm (1/8") de diámetro; acabado galvanizado, eje de bisagra. Barra de acero de secci3n circular de 6.3 mm (1/4"), acabado galvanizado, eje de sistema de sujeci3n. Lamina de aluminio calibre 16 acabado anodizado natural, con cantos pulidos y aristas matadas. Protectores de hule de 12.7 mm (1/2") de diámetro y 17 mm de longitud, adheridos a ejes de apoyo con pegamento de contacto. Porta-etiqueta de aluminio acabado anodizado natural. Sistema de sujeci3n a base de presi3n.					
Accesorios	Cant	Descripci3n				
Instalaci3n de la unidad solicitada:	Cant	Descripci3n	Nivel de atenci3n			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluaci3n t3cnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificaci3n sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de cat3logos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias t3cnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricaci3n COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitaci3n del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribuci3n del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitaci3n del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribuci3n del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

003

0030

COMODO PARA ADULTO

Descripción Técnica:	Cuerpo de lámina de acero inoxidable tipo AISI 304 calibre 22 acabado pulido sanitario en el interior y el exterior. Fabricado en una sola pieza. Debe presentar un acabado al interior y exterior sin partes filosas, rebabas, sobrantes o faltantes de material en las superficies. Los dobleces deberán ir sin deformaciones y bien alineados según el radio o ángulo del doblez.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:	53101	Clave de cuadro estatal 2014:	913	003	0031
---------------	-------	-------------------------------	-----	-----	------

COMODO PARA MENORES

Descripción Técnica:	Comodo para menores con cuerpo de lámina de acero inoxidable tipo AISI 304 calibre 22 acabado pulido sanitario en el interior y el exterior. Fabricado en una sola pieza. Debe presentar un acabado al interior y exterior sin partes filosas, rebabas, sobrantes o faltantes de material en las superficies. Los dobleces deberán ir sin deformaciones y bien alineados según el radio o ángulo del dobléz.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

003

0032

CUBETA DE 12 LITROS

Descripción Técnica:	Cubeta de 12 litros fabricada en lámina de acero inoxidable tipo AISI 304 calibre 20 acabado pulido sanitario, en una sola pieza. Con soportes (orejas) del mismo material en calibre 18 troqueladas con un acabado sin sobrantes rebabas con el material de la misma resistencia mecánica en cordones completos, uniformes, devastados y pulidos. Asa de alambro de acero inoxidable AISI 304 de al menos ¼ de pulgada de diámetro con acabado pulido.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
				Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

003

0033

ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS

Descripción Técnica:	Escalarilla de dos peldaños con las siguientes características: Estructura de tubo de lámina de acero calibre 20 de 0.91 mm (0.036") de espesor y 25.4 x 25.4mm. (1" x 1") de diámetro. Plataformas de lámina de acero calibre 20 de 0.950 mm (0.036") de espesor ,vista perimetral, vista interior y refuerzos, en pintura color gris. Cubiertas de hule natural de 4 mm (5/32") de espesor, acabado estriado en negro. Regatón fijo negro. Acabado cromado. Dimensiones aproximadas: 33 x 40 x 50 cm (13"x15 3/4"x19 .75")					
	Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
				Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

003

0034

ORINAL PEDIÁTRICO

Descripción Técnica:	Orinal pediátrico de diseño conforme imagen. Asa en lámina de acero inoxidable tipo AISI 304 calibre No. 22 acabado pulido. Cuer-po de lámina de acero inoxidable tipo AISI 304 calibre No. 22 acabado pulido con estampado (en bajo relieve donde lo hace semihorizontal así como en la base que lo hace vertical) troquelado a base de dobleces. Boca del orinal rebordeada evitando filos cortantes. Las uniones de los elementos componentes deberán ser maquinados para un perfecto ensamble y a base de soldadura con la misma resistencia mecánica del material base como mínimo en cordones completos, uniformes, desbastados y pulidos para una buena presentación. Los dobleces deberán ir sin deformaciones y bien alineados. En la unión del asa con el cuerpo se deberá evitar los filos cortantes y los puntos de unión y con buen acabado para casi no ser visibles.					
	Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

003

0035

PORTA CUBETA DE PATADA

Descripción Técnica:	<p>Porta cubeta de patada con las siguientes características:</p> <p>1 Arillo: fabricado en lámina de acero inoxidable tipo AISI 304 calibre 12 de 1 ½ pulgadas de espesor acabado pulido sani-tario. 2 Banda: para protección perimetral de hule sintético antiestático macizo color negro con colocación que garantice una perfecta fijación cubriendo el arillo. 3 Rodajas: de hule sintético antiestático macizo color negro o gris de 2 pulgadas de diámetro con horquilla de acero acabado cromado. 4 Soporte lateral y de la base: de acero inoxidable tipo AISI 304 calibre 12 de 1 ½ pulgada de espesor acabado pulido. 5 Topes ahulados: colocados a presión en la parte terminal de las barras de soporte lateral para asegurar la colocación de la cubeta en color negro y del mismo material que la banda. Todas las unio-nes de los elementos componentes deberán ser maquinados para un perfecto ensamble, a base de soldadura con la misma resistencia mecánica del material base como mínimo con soldadura de arco eléctrico (con electrodo de varilla o microalam-bre) en cordones completos, uniformes, devastados y pulidos para un buen acabado.</p>					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:					
Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado					
	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.					
Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:						
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

003

0035

PORTA CUBETA DE PATADA

--	--	--	--	--	--



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

004

0008

ANTEOJOS EMPLOMADOS

Descripción Técnica:	Anteojos emplomados. Estructura ligera. Plástico de espesor equivalente a 0.2 mm de plomo. Capa antirreflejante. Protectores laterales, superior e inferior. Adaptación completa a la cara. Bandas elásticas para sujetarse alrededor de la cabeza.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

004

0009

GUANTES DE PLOMO

Descripción Técnica:	Guantes con plomo para protección radiológica. Consta de los siguientes elementos: de material textil repelente al agua y manchas, con protección de plomo 0.5 mm					
	Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

004

0010

BLINDAJE PARA GÓNADAS

Descripción Técnica:	Blindaje utilizado para proteger las gónadas contra la radiación ionizante. Consta de los siguientes elementos: elaborado con material nylon repelente al agua y a manchas. Con espesor equivalente a 0.5 mm de plomo. Con cinta velcro para sujetarse.				
	Accesorios	Cant	Descripción		
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención		
			Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique				
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas				
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.				
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
Certificados de calidad opcionales:					



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

004

0011

MANDIL EMPLOMADO

Descripción Técnica:	Protector contra la radiación de rayos X. Consta de los siguientes elementos: de material textil repelente al agua y manchas, tipo arnés con cierre velcro, con protección mínima equivalente 0.5 mm de plomo, tamaño mediano 24 a 26 pulgadas de ancho y de 35 a 36 pulgadas de largo					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

004

0012

COLLARÍN DE PLOMO

Descripción Técnica:	Collarín de plomo para la protección de la tiroides durante la exposición a emanaciones ionizantes. Consta de los siguientes elementos: de material de nylon repelente al agua y manchas. Con espesor equivalente a 0.5 mm de plomo, con cinta de velcro para sujetarse. Tamaños adulto: longitud mínima de 55 cm, ancho estándar. Tamaño Pediátrico: longitud mínima de 48 cm, ancho estándar					
	Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

005

0013

ESTETOSCOPIO BIAURICULAR DE CÁPSULA DOBLE

Descripción Técnica:	Auxiliar para realizar auscultaciones en general. Consta de los siguientes elementos: Arco y auriculares. Ergonómico y diseñado para ajustarse a los oídos del usuario. Olivas lavables. Con tubo flexible. Cápsula doble de acero inoxidable para auscultación. Con sistema de rotación o giro para el cambio de cápsula. Membrana para cápsula con anillo de sujeción.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

005

0014

ESTETOSCOPIO BIAURICULAR CAPSULA DOBLE PEDIÁTRICO

Descripción Técnica:	Dispositivo acústico que amplifica los ruidos corporales. Estetoscopio biauricular o convencional constituido por capsula, tubo flexible, muelle con tubos auriculares (biauricular) y olivas. Capsula: sistema de doble capsula; de acero inoxidable o titanio; con vástago o conector cónico con estrías para conectarse al tubo flexible y con sistema de rotación para el cambio de capsula; capsula con membrana de diafragma de fibra de vidrio o nylon sin grietas, burbujas, ralladuras o agujeros, circular de tamaño ideal para pacientes pediátricos, con anillo de silicón o goma grado médico para sujeción de la membrana y sello al momento de realizar la auscultación. Muelle y auriculares en acero inoxidable o titanio, en una sola pieza, terminación de los auriculares estriados o con rosca para la colocación de las olivas, con capacidad para transmitir el sonido de manera igual a ambos auriculares. Todo el equipo deberá ser libre de látex					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913	006	0001
-----	-----	------

BOTE PARA GASAS

Descripción Técnica:	Bote para gasas. De 18 cm de diámetro y 17 cm de altura. Fabricado a base de lamina de acero inoxidable, calibre numero 20, acabado pulido sanitario, con vena de refuerzo. Tapa con asa de lamina de acero inoxidable, calibre numero 22 acabado pulido sanitario y pulido espejo					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

006

0002

BOTE SANITARIO CON TAPA DE PEDAL

Descripción Técnica:	Bote sanitario con tapa de pedal con las siguientes características: Deposito interior de lámina de acero calibre No. 20, acabado galvanizado con máxima profundidad que permita accionar mecanismo. Estructura exterior de lámina de acero calibre No. 20, acabado en pintura color arena. Mecanismo de lámina de acero, acabado galvanizado para abatimiento de tapa. Pedal en lámina de acero calibre No. 22, acabado galvanizado y con cubierta de hule negro estriado de 6mm (1/4") de espesor. Tapa superior de lámina de acero calibre No. 22, acabado cromado. Zoclo en lámina de acero calibre No. 18, acabado cromado. Dimensiones generales aproximadas: Ancho 26cm x Fondo 26cm x Altura 60cm.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.						
Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:						
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

007

0002

OXÍMETRO DE PULSO

Descripción Técnica:	Equipo para la medición y el registro continuo de la saturación de oxígeno en sangre periférica. Con las siguientes características: Despliegue digital en pantalla de porcentaje de saturación de oxígeno en sangre. Frecuencia cardíaca. Curva de pletismografía. Tendencias de saturación de oxígeno. Memoria para almacenamiento de datos. Sistema de alarmas audibles y visibles ajustables. Teclado. Volumen para tono de pulso, ajustable. Dimensiones y peso.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
	Productos de origen extranjero	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado						
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.						
Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:						
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

009

0016

MESA ALTA CON RESPALDO DE 150 CM

Descripción Técnica:	Mesa alta con respaldo de 150 x 70 x 90 cm. Que cumpla con las siguientes características:					
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Canal perimetral y refuerzos transversales de lamina de acero inoxidable de 40 x 40 mm calibre no.16 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta 2. Cubierta respaldo y faldones de lamina de acero inoxidable, calibre no.16 acabado pulido. 3. Entrepaños de lamina de acero inoxidable, calibre no. 18 acabado pulido. 4. Estructura de perfil tubular de lamina de acero inoxidable, calibre no.16 de 38 x 38 mm (1 ½ x 1 ½ ") acabado pulido. 5. Refuerzos de perfil tubular de lamina de acero inoxidable, calibre no. 16 de 32 x 32 mm (1 ¼" 1 ¼") acabado pulido. 6. Regatones niveladores 					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

009

0017

MESA ALTA CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO DE 150 CM

Descripción Técnica:	<p>Mesa alta con respaldo y fregadero derecho de 150 x 70 x 90 cm. Que cumpla con las siguientes características:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Canal perimetral y refuerzos transversales de lamina de acero inoxidable de 40 x 40 mm calibre no.16 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta 2. Cespól registrable de acero de 38 mm (1 1/2") de diámetro; acabado cromado. 3. Contra canasta de acero inoxidable, de 100 mm (4") de diámetro, acabado pulido 4. Cubierta respaldo, faldones y fregadero derecho de 50 x 50 x 35 cm de lamina de acero inoxidable, calibre no.16 acabado pulido. 5. Entrepaños de lamina de acero inoxidable, calibre no. 18 acabado pulido. 6. Estructura de perfil tubular de lamina de acero inoxidable, calibre no.16 de 38 x 38 mm (1 1/2 x 1 1/2 ") acabado pulido. 7. Mezcladora vertical cuello de ganso largo con llaves de cruceta acabado cromado. 8. Refuerzos de perfil tubular de lamina de acero inoxidable, calibre no. 16 de 32 x 32 mm (1 1/4" 1 1/4") acabado pulido. 9. Regatón de aluminio acabado pulido de 32 mm (1 1/4") de diámetro con altura ajustable. 				
Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención		
			Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique				
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas				
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.				
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado			
	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Certificados de calidad opcionales:				



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

009

0019

MESA ALTA CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO DE 150 CM

Descripción Técnica:	Mesa alta con respaldo y fregadero izquierdo de 150 x 70 x 90 cm. Que cumpla con las siguientes características:					
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Canal perimetral y refuerzos transversales de lamina de acero inoxidable de 40 x 40 mm calibre no.16 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta 2. Cespól registrable de acero de 38 mm (1 1/2") de diámetro; acabado cromado. 3. Contra canasta de acero inoxidable, de 100 mm (4") de diámetro, acabado pulido 4. Cubierta respaldo, faldones y fregadero izquierdo de 50 x 50 x 35 cm de lamina de acero inoxidable, calibre no.16 acabado pulido. 5. Entrepaños de lamina de acero inoxidable, calibre no. 18 acabado pulido. 6. Estructura de perfil tubular de lamina de acero inoxidable, calibre no.16 de 38 x 38 mm (1 1/2 x 1 1/2 ") acabado pulido. 7. Mezcladora vertical cuello de ganso largo con llaves de cruceta acabado cromado. 8. Refuerzos de perfil tubular de lamina de acero inoxidable, calibre no. 16 de 32 x 32 mm (1 1/4" 1 1/4") acabado pulido. 9. Regatón de aluminio acabado pulido de 32 mm (1 1/4") de diámetro con altura ajustable. 					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

009

0022

MESA MAYO

Descripción Técnica:	Mesa semirodable para colocación de charolas de instrumental con aro porta charola de 1 pulgada de espesor en acero inoxidable tipo AISI 304 calibre 12, soldado a columna deslizable en acero inoxidable tubular redondo calibre 18 de 1 pulgada de diámetro, ensamblados a columna fija de tubo de acero inoxidable calibre 18 de 1 ¼ de pulgada de diámetro con base de perfil tubular cuadrado de lámina de acero inoxidable calibre 14 de 2 pulgadas X 2 pulgadas de espesor con con-trapesos en plomo, soportados a 2 gomas ahuladas y 2 rodajas de 2 pulgadas de diámetro de libre giro soporte acabado Zinc, llanta de plástico poliolefina (para evitar los residuos), que resista al menos 75 libras cada llanta para mayor resistencia, unido a la estructura mediante cuerda de alta resistencia preferentemente de 3/8 X 1 ¼ de pulgada. Sistema opresor para colocar la columna deslizable a diferentes alturas a base de perilla opresora de acero inoxidable fácil de accionar con mecanismo de diseño especial que garantice una fijación estable y excelente presentación conforme evaluación del personal técnico asignado. Todos los acabados deberán ser con cantos pulidos sin rebabas o residuos que pudieran provocar algún daño. Todo el acero inoxidable deberá ser AISI 304 acabado pulido sanitario.					
	Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
				Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

009

0024

MESA PARA INSTRUMENTAL

Descripción Técnica:	Mesa para instrumental con estructura fabricada con tubo de acero inoxidable tipo 304 calibre 20 de 1" de diametro. Cubeirta y entrepaño de acero inoxidable tipo 304 calibre 20 con refuerzo en la parte inferior. Barandal perimetral: barra de acero inoxidable tipo 304. Ruedas de 2" de diametro de hule con balineras. Acabado pulido.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

009

0025

MESA PASTEUR

Descripción Técnica:	Mesa pasterur con estructura de perfil tubular redondo de acero cal. 18, con postes verticales de 2.54 cm (1") de diámetro. Travesaños horizontales de perfil tubular redondo de acero de 1.27 cm (1/2") de diámetro. Barandal (soldado a cubierta) de alambón de acero inoxidable de sección circular de 9.5 mm (3/8") de diámetro, acabado pulido. Cubierta de acero inoxidable cal. 20. Entrepañó (unido a la estructura) de acero inoxidable cal. 20. Ruedas de hule natural negro de 101.1 mm (4") de diámetro y Rodajas giratorias comerciales tipo semipesado. Acabado cromado. Dimensiones aproximadas 100 x 64 x 47 (39 2/5 x 25 1/5" x 18.5")					
	Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

009

0026

MESA PUENTE DE ALTURA VARIABLE

Descripción Técnica:	Mesa puente con las siguientes características:					
	1.- Tabla de madera de 70 x 40. Cubierta de formaica 2.- Fabricada de base en cal-18 de 1 1/2" de tubo cuadrado acabado en pintura color arena, secado al aire. 3.- Poste de tubo cuadrado de de 3/4" acabado en pintura color arena 4.- Mecanismo de chupon 5.- Rodaja giratoria de yoyo (2") de hule sintético color negro Dimensiones generales 75 cm, de largo x 40 cm, de ancho x 110 cm. De altura					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

009

0027

MESA RIÑÓN

Descripción Técnica:	Mesa riñón de estructura de perfil tubular de lámina de acero cal.18 de 2.54 cm (1") de diámetro, acabado cromado o acero inoxidable tipo aisi 304. Bastidor de canal perimetral de acero inoxidable tipo aisi 304 Cal. 16 de 2.54 x 2.54 cm (1 x 1"). Barandal de varilla de acero inoxidable tipo aisi 304 de 0.95 cm (3/8") de diámetro, soldado a la cubierta. Cubiertade acero inoxidable cal. 18 tipo aisi 304. Ruedas de hule de 10.1 cm (4") de diámetro, con rodajes cromados. Acabado: pulido.					
	Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
				Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Partida 2014: 53101

Clave de cuadro estatal 2014: 913 009 0028

MESA ALTA CON DOBLE FREGADERO CENTRAL Y CAJÓN DE 180 CM

Descripción Técnica:	Mesa alta 180 x 70 x 90 cm acero inoxidable con doble fregadero central, fabricada de cubierta y tarja en lamina de acero inoxidable calibre 18,16 tipo 304; con estructura tubular cuadrada y cajones con estructura tubular cuadrada y cajones en lamina negra acabado esmaltado, y regatones niveladores. Mezcladora vertical cuello de ganso largo con llaves de cruceta acabado cromado.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

009

0029

MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACIÓN

Descripción Técnica:	Equipo semifijo para realizar la exploración física del paciente en posición de decúbito. Mesa de exploración construida con lámina y con las siguientes dimensiones: altura de 80 cm como mínimo, longitud total de 185 cm como mínimo, ancho de 68 cm como mínimo. Con tres secciones. Dorso con movimiento neumático para elevación continua ajustable de 0 a 80 grados o mayor. Pélvica. Miembros inferiores, deslizable o abatible. Colchón desmontable con cubierta de vinil. Pintura anticorrosiva color arena en acabado mate. Portarollo de papel integrado. Cajoneras frontales de alto impacto. Cajoneras laterales derechas de alto impacto. Escalón deslizable integrado. Cubierta antiderrapante. Charola recolectora de líquidos. Taloneras retráctiles integradas, piernas tipo Goepel acojinadas con fijadores					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos	1	años.			
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

009

30

MESA DE EXPLORACIÓN PEDIÁTRICA

Descripción Técnica:	Mesa de exploracion pediatria con las siguientes características:				
	<ul style="list-style-type: none"> •Estructura: perfil tubular cuadrado de 2.54 x 2.54 cm (1" x 1") •Cubierta : lámina de acero cal. 20 •Barandal: lámina de acero inoxidable t-304, cal. 16 acabado pulido. •Cajones: lámina de acero cal. 20 de 37 x 37 x 15cm con jaladeras integradas, acabado en pintura color arena. •Repisa: lámina de acero cal. 20 unida a estructura con tornillos autorroscantes •Colchón de espuma de poliuretano de 24kg/m³ de densidad y 5 cm. de espesor mínimo forrado en vinil color negro con costuras sin vivos. •Infantometro metálico graduado en centímetros de 0 a 120cm. •Regatón de aluminio ó acero inoxidable de altura ajustable. •Acabado: esmalte horneado <p>Dimensiones aproximadas: 162 x 51 x 90 cm. (63.77" x 20" x 35.4")</p>				
Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención		
			Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique				
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas				
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.				
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
Certificados de calidad opcionales:					

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

009

0031

MESA ALTA CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO DE 330 CM

Descripción Técnica:	Mesa alta con respaldo y fregadero derecho de 330 x 70 x 90 cm. Que cumpla con las siguientes características:					
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Canal perimetral y refuerzos transversales de lamina de acero inoxidable de 40 x 40 mm calibre no.16 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta 2. Cespól registrable de acero de 38 mm (1 1/2") de diámetro; acabado cromado. 3. Contra canasta de acero inoxidable, de 100 mm (4") de diámetro, acabado pulido 4. Cubierta respaldo, faldones y fregadero derecho de 50 x 50 x 35 cm de lamina de acero inoxidable, calibre no.16 acabado pulido. 5. Entrepaños de lamina de acero inoxidable, calibre no. 18 acabado pulido. 6. Estructura de perfil tubular de lamina de acero inoxidable, calibre no.16 de 38 x 38 mm (1 1/2 x 1 1/2 ") acabado pulido. 7. Mezcladora vertical cuello de ganso largo con llaves de cruceta acabado cromado. 8. Refuerzos de perfil tubular de lamina de acero inoxidable, calibre no. 16 de 32 x 32 mm (1 1/4" 1 1/4") acabado pulido. 9. Regatón de aluminio acabado pulido de 32 mm (1 1/4") de diámetro con altura ajustable. 					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

009

0032

MESA BAJA DE 330 CM

Descripción Técnica:	Mesa baja de 330 x 70 x 75 cm. Que cumpla con las siguientes características:					
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Canal perimetral y refuerzos transversales de lamina de acero inoxidable de 40 x 40 mm calibre no.16 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta 2. Cubierta respaldo y faldones de lamina de acero inoxidable, calibre no.16 acabado pulido. 3. Entrepaños de lamina de acero inoxidable, calibre no. 18 acabado pulido. 4. Estructura de perfil tubular de lamina de acero inoxidable, calibre no.16 de 38 x 38 mm (1 ½ x 1 ½ ") acabado pulido. 5. Refuerzos de perfil tubular de lamina de acero inoxidable, calibre no. 16 de 32 x 32 mm (1 ¼" 1 ¼") acabado pulido. 6. Regatones niveladores 					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

009

0033

MESA PARA ENSAMBLE CON REPISA INTERMEDIA DE 180 CM

Descripción Técnica:	Mesa para ensamble de 180 x 70 x 90 cm con repisa intermedia con la siguientes características: Cubierta lisa de lamina de acero inoxidable tipo aisi 304 cal. no. 16; acabado pulido. Estructura de tubo de acero cal. no. 18 de 32 x 32 mm (1 1/4 x 1 1/4!). acabado en pintura color gris regatón de aluminio de 25 mm (1") de diámetro con altura ajustable. tubo de lamina de acero inoxidable tipo aisi -304, cal. no. 18 de 13 x 13 mjm (1/2 x 1/2) y charola de lamina de acero inoxidable tipo aisi-304, cal. no. 18, acabado pulido.					
	Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
				Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

009

0034

MESA ALTA CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO DE 330 CM

Descripción Técnica:	Mesa alta con respaldo y fregadero izquierdo de 330 x 70 x 90 cm. Que cumpla con las siguientes características:					
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Canal perimetral y refuerzos transversales de lamina de acero inoxidable de 40 x 40 mm calibre no.16 en la parte superior de la estructura para montaje de la cubierta 2. Cespól registrable de acero de 38 mm (1 1/2") de diámetro; acabado cromado. 3. Contra canasta de acero inoxidable, de 100 mm (4") de diámetro, acabado pulido 4. Cubierta respaldo, faldones y fregadero izquierdo de 50 x 50 x 35 cm de lamina de acero inoxidable, calibre no.16 acabado pulido. 5. Entrepaños de lamina de acero inoxidable, calibre no. 18 acabado pulido. 6. Estructura de perfil tubular de lamina de acero inoxidable, calibre no.16 de 38 x 38 mm (1 1/2 x 1 1/2 ") acabado pulido. 7. Mezcladora vertical cuello de ganso largo con llaves de cruceta acabado cromado. 8. Refuerzos de perfil tubular de lamina de acero inoxidable, calibre no. 16 de 32 x 32 mm (1 1/4" 1 1/4") acabado pulido. 9. Regatón de aluminio acabado pulido de 32 mm (1 1/4") de diámetro con altura ajustable. 					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

009

0037

MESA QUIRURGICA MECANICA-HIDRAULICA.

<p>Descripción Técnica:</p>	<p>MESA RODABLE DE DOBLE RODAJA, CON SISTEMA DE FRENOS. LONGITUD TOTAL CON EXTENSION DE CABECERA Y PIERNAS DE 1980mm CON BASE DE ACERO INOXIDABLE EN FORMA DE "Y". COLUMNA EN ACERO INOXIDABLE. BASTIDOR O ESTRUCTURA DE SUPERFICIE Y RIELES LATERALES EN ACERO INOXIDABLE. RADIOTRANSARENTE CON PORTACHASIS EN TODAS LAS SECCIONES. MESA CON 5 SECCIONES: CABECERA CON AJUSTE DE FELXION CONTINUA POR DOBLE ARTICULACION DE +/-45 GRADOS MINIMO. DORSO CON ELEVADOR DE RIÑON INTEGRADO AL EQUIPO,2.7.2.1 CON SISTEMA PARA DAR POSICION DE NEFRECTOMIA (LA MESA DEBE TENER LA CAPACIDAD PARA DA LA POSICION). PELVIS Y MIEMBROS PELVICOS EN PLACAS INDEPENDIENTES,2.7.3.1 DESMONTABLES Y ABATIBLES Y CON MOVIMIENTO DE TIJERA. ACCIONAMIENTO HIDRAULICO MANUAL LOS MOVIMIENTOS DE: ELEVACION Y DESCENSO 620 mm-700mm, FOWLER MINIMO 75° GRADOS. INCLINACION TRENDELEMBURG 20 GRADOS Y EN POSICIÓN INVERSA MINIMO DE 20 GRADOS, INCLINACION IZQUIERDO Y DERECHO LARERAL DE 18°2.9 ACCESIBLE AL USO DE INTENSIFICADOR DE IMAGEN EN TODAS LAS SECCIONES DE LA MESA.2.10 COJIN DESMONTABLE ELECTRICAMENTE CONDUCTIVO O2.11 ANTIESTATICO EN TODAS SUS SECCIONES.</p>				
<p>Accesorios</p>	Cant	Descripción			
	1	ARCO DE ANESTESIA CON FIJADORES EN ACERO INOXIDABLE O ACERO AL CROMO NIQUEL			
	1	POSTE PARA INFUSIONES CON FIJADOR EN ACERO INOXIDABLE O ACERO AL CROMO NIQUEL			
<p>Instalación de la unidad solicitada:</p>	1	PIERNERAS TIPO GOEPEL			
	Cant	Descripción		Nivel de atención	
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo
<p>Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica</p>	Manual de usuario y guía rápida en español				
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique				
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas				
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.				
	<p>Productos de origen nacional</p>	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
<p>Productos de origen extranjero</p>	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Certificados de calidad opcionales:				

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014: 53101

Clave de cuadro estatal 2014: 913 010 0001

LAVABO DOBLE PARA CIRUJANO

Descripción Técnica:	Lavabo para cirujano doble. Cuerpo, respaldo y tina totalmente de lámina de acero inoxidable tipo AISI-304 calibre 18 acabado esmerilado, sin rebabas ni filos. Con preparación para recibir cuello de gancho. Empotrable a pared. Cespól registrable de acero cromado. Mezcladora con accionador de rodilla . Medidas aproximadas 150 x 60 x 76 cm.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

010

0002

LAVABO PASTEUR DERECHO

Descripción Técnica:	Lavabo pasteur derecho que cumpla con la siguientes características: 1. Cespól registrable de acero o acabado cromado. 2. Contra de canasta de acero inoxidable de 100 mm (4") de diametro acabado pulido. 3. Cubierta de lamina de acero inoxidable calibre 16 tipo aisi 304 con respaldo y vertedero de 40 x 26x19mm acabado pulido. 4. Estructura de tubo de acero inoxidable calibre 18 de 32x32 mm (1. 1/4" x 1. ¼") acabado pulido. 5. Lamina de acero inoxidable calibre 20 acabado pulido 6. Recubrimiento (apcoseal o similar) en la parte inferior de la cubierta y respaldo. 7. Regaton de aluminio de 25mm (1") de diametro con altura ajustable.					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
				Primer	Segundo	
				Tercer		
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

010

0003

JABONERA DOBLE DE PEDAL

Descripción Técnica:	Jabonera doble de pedal con las siguientes características <ul style="list-style-type: none"> Actuadores de flujo barra redonda de acero inoxidable tipo aisi 304, acabado pulido. Cabezas tapa roscada de acero inoxidable tipo aisi 304, acabado pulido, para acoplamiento con los demas elementos del sistema Columna de tubo de lamina de acero inoxidable calibre 18 de 1 ¾" de diametro acabado pulido. Cubierta (base) de lamina de acero inoxidable tipo aisi 304 calibre 20 acabado pulido Frascos de vidrio transparente con capacidad de 1000 cm3 cada uno, con roscado exterior en la boca para acoplamiento con la cabeza Pedales de aleacion de aluminio, acabado natural Remate de lamina de acero inoxidable calibre 18 acabado pulido Tubo de salida de acero inoxidable tipo aisi 304 calibre 22 acabado pulido de ¼ de diametro 					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

--

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

011

0001

CHAISE LONGUE

Descripción Técnica:	Divan Chaise Longue con estructura tubular de acero cal. 22 de 2.22 cm (7/8") de diámetro, acabado cromado. Cojín de espuma de poliuretano de 17 kg/m ³ de densidad y 2 cm (4/5") de espesor, forrado con tela plastificada. Bastidor de madera de pino. Dimensiones aproximadas: 180 x 61 x 62 cm (70 1/5" x 23 4/5" x 24 1/5")					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención			
			Primer	Segundo	Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos			1	años.	
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
Certificados de calidad opcionales:						



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

012

0008

ELECTROBISTURI DIGITAL

Descripción Técnica:	<p>Características, el equipo deberá contar con:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistema de seguridad del paciente con vigilancia del retorno energía al equipo Sistema de Protección real del paciente Tecnología digital Función de memoria de la última programación. Protege al paciente contra posibles quemaduras debido al contacto inadecuado de la placa de retorno Desactiva el generador antes que ocurran daños Detecta niveles peligrosos de impedancia en el paciente Monitorea constantemente el circuito por contacto entre el tejido y la almohadilla Hace sonar la alarma y corta automáticamente la salida en caso de pérdida de contacto Coagulación bipolar: <ul style="list-style-type: none"> Estándar: máximo de 99vatios para coagulación de tejidos grandes Suave: máximo de 50 vatios para coagulación de tejidos pequeños Modos de corte unipolar: puro, mezcla 1, mezcla 3, mezcla 3 Modos de coagulación unipolar: <ul style="list-style-type: none"> De contacto: máximo de 100 vatios para R.U.T y laparoscopia Spray: Máximo 80 vatios - endoscopia Tres tonos de señales audibles: 1 corte, 1 coagulación, 1 coagulación bipolar Especificaciones de salida: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Modo</th> <th style="text-align: left;">Potencia de Salida</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Corte Puro</td> <td>400w a 400 ohm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Corte Mezcla 1</td> <td>230w a 300 ohm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Corte Mezcla 2</td> <td>180w a 300 ohm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Corte Mezcla 3</td> <td>120w a 300 ohm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Coagulación de Contacto</td> <td>100w a 300 ohm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Coagulación de Spray</td> <td>80w a 500 ohm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Coagulación Bipolar:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estándar</td> <td>99w a 100 ohm</td> <td>1.5</td> <td>Onda Continua</td> </tr> <tr> <td>Suave</td> <td>50w a 100 ohm</td> <td>1.5 - 5.5</td> <td>100 - 5</td> </tr> <tr> <td>Frecuencia principal:</td> <td colspan="3">400khz, 500khz, 800kHz ±10%</td> </tr> <tr> <td>Rango de repetición:</td> <td colspan="3">20, 33khz ±10%</td> </tr> <tr> <td>Fuga de corriente a alta frecuencia:</td> <td colspan="3">menos de 150 mA</td> </tr> <tr> <td>Fuga de corriente a baja frecuencia:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td> 1) indicador de tierra de paciente:</td> <td colspan="3">menos de 0.01 mA</td> </tr> <tr> <td> 2) tierra de el chasis:</td> <td colspan="3">menos de 0.01 mA</td> </tr> <tr> <td>Fuente de energía:</td> <td colspan="3">110 / 220 volt, 50/60hz</td> </tr> <tr> <td>Dimensiones:</td> <td colspan="3">165 x 380 x 510 mm</td> </tr> <tr> <td>Peso aproximado:</td> <td colspan="3">21 kg</td> </tr> </tbody> </table> Accesorios incluidos: <ul style="list-style-type: none"> Forcep bipolar 	Modo	Potencia de Salida			Corte Puro	400w a 400 ohm			Corte Mezcla 1	230w a 300 ohm			Corte Mezcla 2	180w a 300 ohm			Corte Mezcla 3	120w a 300 ohm			Coagulación de Contacto	100w a 300 ohm			Coagulación de Spray	80w a 500 ohm			Coagulación Bipolar:				Estándar	99w a 100 ohm	1.5	Onda Continua	Suave	50w a 100 ohm	1.5 - 5.5	100 - 5	Frecuencia principal:	400khz, 500khz, 800kHz ±10%			Rango de repetición:	20, 33khz ±10%			Fuga de corriente a alta frecuencia:	menos de 150 mA			Fuga de corriente a baja frecuencia:				1) indicador de tierra de paciente:	menos de 0.01 mA			2) tierra de el chasis:	menos de 0.01 mA			Fuente de energía:	110 / 220 volt, 50/60hz			Dimensiones:	165 x 380 x 510 mm			Peso aproximado:	21 kg		
Modo	Potencia de Salida																																																																												
Corte Puro	400w a 400 ohm																																																																												
Corte Mezcla 1	230w a 300 ohm																																																																												
Corte Mezcla 2	180w a 300 ohm																																																																												
Corte Mezcla 3	120w a 300 ohm																																																																												
Coagulación de Contacto	100w a 300 ohm																																																																												
Coagulación de Spray	80w a 500 ohm																																																																												
Coagulación Bipolar:																																																																													
Estándar	99w a 100 ohm	1.5	Onda Continua																																																																										
Suave	50w a 100 ohm	1.5 - 5.5	100 - 5																																																																										
Frecuencia principal:	400khz, 500khz, 800kHz ±10%																																																																												
Rango de repetición:	20, 33khz ±10%																																																																												
Fuga de corriente a alta frecuencia:	menos de 150 mA																																																																												
Fuga de corriente a baja frecuencia:																																																																													
1) indicador de tierra de paciente:	menos de 0.01 mA																																																																												
2) tierra de el chasis:	menos de 0.01 mA																																																																												
Fuente de energía:	110 / 220 volt, 50/60hz																																																																												
Dimensiones:	165 x 380 x 510 mm																																																																												
Peso aproximado:	21 kg																																																																												

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

012

0008

ELECTROBISTURI DIGITAL

	Cable de forcep bipolar reusable					
	Manija unipolar reusable con cable					
	Manija de botón doble reusable con cable					
	6 Electrodo Intercambiables Reusables					
	Conmutador de pie doble					
	Conmutador de pie					
	Placa dual de retorno desechable					
	Cable de Placa de retorno Reusable					
	Placa de metal de Paciente con Cable (1)					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo Tercer	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:						
Certificados de calidad opcionales:						



Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

0014

0004

UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO

<p>Descripción Técnica:</p>	<p>Equipo fijo, electrohidroneumático, de tecnología avanzada con fines de tratamiento y diagnóstico en la atención estomatológica integral del paciente. Lámpara estomatológica: integrada al sillón, cabezal de aluminio, orientable a la boca del paciente con ventilación natural, con un haz de luz fría enfocable de 50 a 100 cm de distancia libre de sombras, intensidad luminosa graduable, iluminación dentro del rango de 10,000 a 50,000 luxes con temperatura de calor entre 3,500°K o mayor, con enfriamiento por filtros ópticos, reflector dicróico, reductores de calor (no exceder 6° la temperatura ambiente en la distancia focal). Módulo estomatológico: integrado al sillón con altura ajustable en conjunto con el sillón, posicionable en cualquier punto alrededor de 270° como mínimo. Negatoscopio integrado al módulo. Con dispositivos individuales para alimentar y controlar el aire y el agua en las piezas de mano a través de bloque automático. Botella de agua purificada con sistema de válvula para regular el agua de enfriamiento, manómetros con escala de 0 a 4 kg/cm², reguladores de presión de aire y agua para las piezas de mano y jeringa triple. Dos piezas de mano de alta velocidad con: turbina y mandril de acero inoxidable, mango de acero inoxidable o titanio de 2 vías, desmontable y esterilizable en autoclave, turbina con mandril, eje y baleros de acero inoxidable, con velocidad de giro de 350,000 RPM o mayor, herramienta para cambio de fresa. Pieza de mano de baja velocidad con mango de acero inoxidable o titanio, de 2 vías, desmontable y esterilizable en autoclave, giro de 0 a 30,000 +/- 10,000 RPM motor con cambiador de giro de acero inoxidable y esterilizable en autoclave, contra ángulo y adaptador, cono recto con mandril de acero inoxidable para inserto de fresa y herramienta para cambio en caso de ser necesario. Jeringa triple estomatológica para lavar y secar campos clínicos bucales, de acero inoxidable o aluminio, con dos puntas desmontables y esterilizable en autoclave, con dos ductos, uno para agua y otro para aire, operado por válvulas mecánicas independientes para la selección de trabajo seco, húmedo o rocío, con alimentación de agua y aire, con válvula de no-retracción. Unidad ultrasónica de profilaxis para efectuar detartraje integrado al equipo, pieza de mano con puntas intercambiables, control de potencia eléctrica de 0 a 30 Watts máximo, control de salida de agua regulada. Sillón electrohidráulico o electromecánico estomatológico anatómico: capacidad mínima de levante de 180 Kg, con movimientos verticales de ascenso y descenso variable desde su base, sistema de mando eléctrico accionado con control manual y/o pedal, movimientos electromecánicos del respaldo para las siguientes posiciones: desde posición cero hasta Trendelemburg, posición cero automática. Asiento y descansa piernas corrido, forrado con material plástico lavable. Funda de protección en el área de la piecera, con coderas, o descansa brazos abatibles, cabezal con articulación para movimientos de reclinación anterior y posterior. Escupidera fija integrada al soporte del sillón o a la unidad, desplazable horizontalmente y ajuste vertical, con recipiente de porcelana o vidrio porcelanizado o polímero resistente a rayaduras o acero esmaltado, desmontable para fácil limpieza, soporte para llenado de vaso, con control de llenado y enjuague de escupidera temporizado, base conectada al sistema de drenaje. Aspirador quirúrgico de vaciado rápido; con sistema silencioso; accionado con aire, con trampa para sólidos y con descarga directa al drenaje. Eyector de saliva con filtro para retención de sólidos y adaptador para cánulas desechables, con descarga directa al drenaje. Dos sillas, una para estomatólogo y una para asistente con descansa pies, ambos con sistema neumático para ajuste de altura, con rodajas, tapizados de plástico o tela resistente y lavable. Con sistema para el suministro de energía eléctrica, aire y agua, de la caja de conexiones al módulo de trabajo, debidamente protegido, que le permitan su desplazamiento a un radio de acción de dos metros como mínimo, en torno al sillón. Con sistema de protección que impida el reflujo de líquidos al término de los tratamientos. Con mangueras de silicón o poliuretano lisas, de 2 vías, de</p>
------------------------------------	---

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2014:

53101

Clave de cuadro estatal 2014:

913

0014

0004

UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO

	un largo de 180 a 200 cm					
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:						
Certificados de calidad opcionales:						