

Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0056

UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA

Descripción Técnica:	<p>1.- Unidad de Electrocirugía controlada por medio de microprocesador con una salida monopolar y una bipolar.</p> <p>2.- Salida Monopolar</p> <p>2.1.- Con corte puro con potencia máxima de 300 watts</p> <p>2.2.- Con tres funciones de mezcla y/o modo blend potencia máxima de 200 watts.</p> <p>2.3.- Con al menos dos modos de coagulación monopolar con potencia máxima de 120 watts.</p> <p>3.- Salida Bipolar</p> <p>3.1.- Con coagulación con potencia de salida máxima de 80 watts .</p> <p>3.2.- Con control independiente para selección de potencia en modo bipolar.</p> <p>4.- Monitorización de la calidad del contacto del electrodo de retorno:</p> <p>4.1.- Alarma visual y audible que se activa cuando existe un falso contacto del electrodo de retorno con el paciente o que no este conectado al generador.</p> <p>4.2.- Interrupción de la corriente de salida si se detecta una condición de falla.</p> <p>5.- Frecuencia de Salida:</p> <p>5.1.- Frecuencia mayor o igual a 300 Khz</p> <p>6.- Activación de la unidad</p> <p>6.1.- Por medio del instrumento y/o pedal en salida monopolar.</p> <p>6.2.- Por medio del instrumento y/o pedal en salida bipolar.</p> <p>7.- Indicadores digitales para modo monopolar y bipolar.</p>				
Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención	
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física. 110 – 120 Volts, 50-60 Hz.		Primer	Segundo Tercer

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0056

UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA

Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español			
	Copia simple del registro sanitario vigente			
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas			
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.			
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.			
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.			
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.			
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.		
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,		
		Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.		
	Productos de origen extranjero	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:		UL 60601-1
		Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.		
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,		
		Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.		
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:		
		Certificados de calidad opcionales:		
		CE	FDA	JIS