

Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

007

0002

OXIMETRO DE PULSO PORTATIL

Descripción Técnica:	Equipo portátil con peso máximo de 1,500 gramos para el uso en traslados con pantalla LCD o mejor para despliegue digital de parámetros y/o mensajes de alarmas. Con autopruueba al encendido del equipo, oximetría por método de espec-trometría para neonato, niño y adulto. Con medición de frecuencia cardiaca en despliegue digital. Con barra de LED's u otro mejorado que indique el nivel de perfusión sanguínea. Con rango de saturación promedio de oxígeno (SpO2) de 40 o menor hasta 99 o mayor. Resolución de 1%. Rango de frecuencia cardiaca de 20 a 300 latidos por minuto. Alarmas audibles y visuales para: baja frecuencia cardiaca (bradicardia); alta frecuencia cardiaca (taquicardia); baja saturación de oxígeno; sensor desconectado o fallando; perdida de la señal o señal deficiente. Silenciador de alarma con tiempo preconfigurado. Puerto de comunicación RS-232, para realizar descargas de tendencias a computadora. Almacenaje de al menos 12 horas de tendencias descargables. Con batería interna recargable con duración de al menos 4 horas de uso continuo. Indicador visual de desconexión eléctrica. Cargador interconstruido, para carga automática de la batería interna. Carcasa de diseño ergonómico para su traslado en material resistente. De conexión a red eléctrica de 120 VAC a 60 Hz ±10%.						
	Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción			Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.			Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español						
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique						
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas						
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.						
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adies-tramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.						
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.						
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.						
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabri-cante incluyendo el alcance del bien ofertado.					
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.					
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:					
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado					
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.					
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:					
		Certificados de calidad opcionales:					