

Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0050

CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE

Descripción Técnica:	1. Camilla de recuperación						
	2. Que soporte un peso de 250 Kg.						
	3. Que permita dar las siguientes posiciones en forma hidráulica y/o neumática:						
	3.1 Trendelenburg de 17º.						
	3.2 Trendelenburg inverso de 17º.						
	3.3 Sección de espalda o fowler con sistema neumático que cubra el rango de .0 a 90º como mínimo.						
	3.4 Altura y descenso ajustable de 59 cm. a 91 cm. (medido de la superficie de la camilla al piso, sin colchón).						
	4. Superficie de la camilla rígida.						
	5. Dimensiones de la superficie del paciente 191 cm.de largo x 73.5 cm. de ancho.						
	6. Dimensiones de la camilla (con barandales arriba): longitud total de 204 cm. Ancho total en el rango de 84cm.						
	7. Camilla y barandales en acabado en pintura en polvo epoxi-poliester color blanco						
	8. Barandales laterales abatibles acabado en pintura en polvo horneado del mismo color de la camilla, estos deben de contar con un sistema de amortiguación mediante pistón neumático						
	9. Parachoques perimetral de la camilla y/o en cada esquina. Parachoques perimetrales de plástico ABS rígido contra impacto con refuerzos en OVC en las 4 esquinas.						
	10. Colchón de poliuretano de 10 cm de espesor de alta densidad, de una sola pieza con tecnología reductora de presión con cubierta impermeable antiestático, recubrimiento de material lavable, repelente a líquidos,retardante al fuego con sistema antideslizamiento . De la misma marca de la camilla y dimensiones acorde al modelo.						
	11. Base o compartimiento integrado de plástico ABS termoformado en la parte inferior que sirva para soporte de tanques de oxígeno tipo E y almacenamiento de pertenencias del paciente.						
	12. Construcción de la base fabricado de forma robusta en acero galvanizado						
	13. Ruedas de 20.3cm fabricadas de hule termoplástico electro conductivo antiestático						
	14. Con sistema de direccionamiento para facilitar la conducción de la camilla a través de quinta rueda.						
	15. Con sistema de frenado centralizado para las cuatro ruedas. Con pedales de ajuste o activación en las cuatro esquinas.						
16. Capacidad de colocar poste porta soluciones en las cuatro esquinas. Incluir un poste.							
17. Cinturones de sujeción para el paciente al menos dos.							
18. Manivela central para elevacion de rodilla sistema de ocultamiento en chassis.							
Accesorios	Cant	Descripción					
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción			Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.			Primer	Segundo	
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español						
	Copia simple del registro sanitario vigente						
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas						
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.						
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.						
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.						
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.						
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.					
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,					
		Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.					
	Productos de origen extranjero	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				UL 60601-1	
		Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.					
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,							
Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.							
	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:						

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0050

CAMA CAMILLA RADIOTRASPARENTE

		Certificados de calidad opcionales:			
		CE	FDA	JIS	