

# O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Partida 2011: 5310 Clave de cuadro estatal 2011: 913 056 0003

## Báscula mecánica con estadímetro

<b>Descripción Técnica:</b>	Báscula de alta precisión con plataforma de baja altura de hierro fundido con acabado de pintura anticorrosiva, superficie con cubierta antiderrapante no desprendible. Capacidad de carga hasta 220 Kg, con balanza de brazo en aluminio anodizado con equilibrador mecánico de máxima resistencia, base sólida, de altura a nivel de los ojos, con nivelador de aluminio, ejes reforzados, mecanismo nivelador de acero con pivotes, marcas de graduación de fácil lectura y precisión de 50 gramos o menor. Calibración de fábrica garantizada por escrito. Sistema de ruedas para su facilidad de manejo dentro del consultorio. Sistema integrado o incorporado para la medición mediante estadímetro telescópico fijo a la columna de la báscula, en material resistente preferentemente aluminio con cubierta alrededor de plástico o acabados pulidos para evitar accidentes durante su manejo, graduación en centímetros, precisión de 1 mm, rango de altura de 60 cm o menor a 200 cm o mayor.									
<b>Accesorios:</b>	Cant	Descripción								
	1	Juego para instalar estadímetro (tallímetro) telescópico en material resistente (opcional según requerimientos del fabricante).								
<b>Consumibles:</b>	Cant	Descripción								
	No aplica									
<b>Instalación de la unidad solicitante:</b>	Cant	Descripción							Nivel de atención	
	No aplica							<b>Primer</b>	<b>Segundo</b>	<b>Tercer</b>
<b>Documentos a entregar:</b>	I	Guía de instalación	C	Manual de usuario y guía rápida en español					I	Manual de servicio
	C	Catálogo de refacciones y accesorios				NA	Catálogo de consumibles			
<b>Requisitos de evaluación técnica</b>	Copia simple del registro sanitario vigente incluido el proyecto de marbete									
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas									
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 5 años.									
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.									
	Carta compromiso original del fabricante para soporte técnico garantizado de al menos 5 años.									
	Carta compromiso original del fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.									
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9000								
Carta original de apoyo solidario del fabricante y/o copia carta de exclusividad o distribución (notariadas).										
Otros certificados indispensables:		NOM-010-SCFI-1994 Certificado de calibración de fábrica								
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9000								
Carta original de apoyo solidario del fabricante y/o copia carta de exclusividad o distribución (apostillada).										
Otros certificados indispensables:		NOM-010-SCFI-1994 Certificado de calibración de fábrica								
Certificados de calidad opcionales:										
		CE	FDA	JIS	Equivalente para equipo médico y de laboratorio					
I – Indispensable			C – Conveniente				NA – No Aplica			