

Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0131

BRONCOSCOPIO FLEXIBLE ULTRAFINO PEDIATRICO

Descripción
Técnica:

1. Videoprocessador con:

2. Control automático de brillo.
3. Balance de blancos.
4. Opción de Salida de Video DVI, RGB, Y/C
5. Congelamiento de la Imagen.
6. Capacidad de almacenamiento de imágenes en dispositivo extraíble USB.
7. Teclado para introducción de datos de paciente.
8. Lámpara de Xenón de mínimo 150 Watts o LED.
9. Cromoendoscopia i-SCAN
10. Lámpara de emergencia 3 Watts de LED
11. Función de transiluminación.
12. Control de luz y brillo de forma automática y manual.
13. Indicador de vida de lámpara.
14. Presión de aire/ agua ajustable con 5 niveles.
15. Con contenedor para alimentación de aire y agua.
16. Con sistema de mejoramiento de imagen cromático

17. Monitor de grado médico:

18. Con pantalla LCD de mínimo 21 "
19. Con alta definición (HD)
20. Con opción de entradas de video: VGA, RGBS e YPbPr
21. Con pie de soporte para situar en superficie

22. Carro porta equipo

23. De material de metal.
24. Con manubrio para su conducción.
25. Cuatro ruedas giratorias.
26. Con sistema de frenado en al menos dos ruedas.
27. Con 3 entrepaños para colocar Procesador de video, Fuente de iluminación, grabador de USB y moni
28. Con regulador de aislamiento incorporado de 6 salidas.
29. Colgador de endoscopios incorporado

30. Videobroncoscopio

31. Profundidad de Campo: 3-50mm
32. Angulo de Visión 120°
33. Angulaciones: 210°arriba, 130° abajo
34. Diámetro distal: 3.8 mm
35. Diámetro del tubo de inserción: 3.7 mm
36. Diámetro del Canal de Trabajo: 1.2 mm
37. Longitud de trabajo: 600mm
38. Conector PVE con rotación 180°
39. Con cuatro botones configurables
40. Dirección de visión frontal

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0131

BRONCOSCOPIO FLEXIBLE ULTRAFINO PEDIATRICO

	41. Software de captura , despliegue, selección de imágenes, impresión de reportes a. Con impresora de inyección de tinta , con calidad fotográfica. b. Con CPU , monitor 15", mouse 42. Probador de fugas				
Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención	
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica		Manual de usuario y guía rápida en español			
		Copia simple del registro sanitario vigente			
		Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas			
		Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.			
		Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.			
		Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.			
		Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.			
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:		UL 60601-1	
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
		Certificados de calidad opcionales:			
		CE	FDA	JIS	