

Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0069

LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA

Descripción Técnica:	1.- Lámpara quirúrgica portátil para emergencia de LED				
	2.- Montaje: 2.1.- Columna fija a pedestal rodable 2.2.- Pedestal con freno en cada rueda. 2.3.- Manija de direccionamiento en barra de pedestal.				
	3.- Brazo porta lámpara: 3.1.- Con giro rotatorio de 360° 3.2.- Ajuste a +/- 35° arriba y 45° abajo como mínimo. 3.3.- Articulado.				
	4.- Lámpara: 4.1.- Libre de sombras a la interposición de cuerpos. 4.2.- Fuente de luz: 4.2.1.- LED blanco, sin emitir ningún tipo de rayos infrarrojos. Con mínimo 16 bulbos de LED. 4.2.2.- Ensamblado en base de aluminio. 4.2.3.- Tiempo de vida útil de 50,000 horas o mayor. 4.2.4.- niveles de ajuste de intensidad luminosa (EC) En lux de 10 000 a 65 000 Lux 4.2.5.- Índice de reproducción cromática Ra de 95 4.2.6.- Índice de reproducción del Rojo R9 de 97 4.2.7.- Índice de reproducción cromática de pie caucásica R13 de 97 4.3.- Temperatura de color en el rango de 4400 grados Kelvin. 4.4.- Giro de base de 360 ° y rotación de lámpara 360° 4.5.- Tamaño del campo de trabajo: 4.5.1.- Diámetro de iluminación de 14 a 20.5 cm. 4.5.2.- Profundidad de iluminación de 120 cm como mínimo a 1 metro de distancia de la fuente sin reenfoque. 4.6.- material del cabezal o satélite en fundición de Aluminio no plástico para mayor durabilidad 4.7.- Intensidad luminosa homogénea de 160,000 luxes a 1 m de distancia de la fuente. 4.8.- Mango: 4.8.1.- Desmontable 4.8.2.- Esterilizable. 4.8.3.- Plástico. 4.8.4.- Ensamble rápido enroscable. 4.9.-Encendido, apagado, aumento y disminución de la intensidad luminosa desde el mango central. 4.10.- Cabezal con superficie externa lisa, diseño doble hueco para no interferir en el flujo laminar, fácil limpieza y desinfección.				
	5.- Batería recargable: 5.1.- Interruptor principal 5.2.- Tiempo de la batería en uso mínimo 6.5 horas. 5.3.- Funcionamiento continuo. 5.4.- Sin variaciones en la calidad de la iluminación				
	6.- Cable alimentación: 6.1.- enrollable para evitar cable suelto en el área de uso.				
Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención	
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0069

LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA

Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español			
	Copia simple del registro sanitario vigente			
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas			
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.			
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.			
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.			
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.			
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.		
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,		
		Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.		
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:		UL 60601-1
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.		
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,		
		Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.		
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:		
		Certificados de calidad opcionales:		
		CE	FDA	JIS