

Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0072

LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL

Descripción Técnica:	<p>1.- Lámpara quirúrgica de led Con tres modulos cada Cabezal</p> <p>2.- Montaje:</p> <p>2.1.- Columna fija al techo.</p> <p>3.-Dos brazos porta lámpara cada uno con:</p> <p>3.1.- Giro rotatorio de 360°</p> <p>3.2.- Ajuste vertical mínimo de 90cm y abatible a +/- 50°.</p> <p>3.3.- Articulado.</p> <p>4.- Integrada por una lámpara, lámpara con tres modulos o Spot con luminarias de Led.(20 cada una)</p> <p>4.1.- Libre de sombras a la interposición de cuerpos.</p> <p>4.2.- Fuente de luz:</p> <p>4.2.1.- LED blanco.</p> <p>4.2.2.- Tiempo de vida útil de 60,000 horas como mínimo.</p> <p>4.3.- Temperatura de color en el rango de 3500 a 5000 grados Kelvin.</p> <p>4.4.- Índice de rendimiento de color de 95% como mínimo.</p> <p>4.5.- Tamaño del campo de trabajo:</p> <p>4.5.1.- Rango de campo de trabajo ajustable de 19cm a 24cm. A una distancia de 1 m</p> <p>4.5.2.- Profundidad de iluminación de 114cm a 1m de distancia de la fuente sin reenfoque</p> <p>4.6.- Consumo de la bombilla de 70 W o menor</p> <p>4.7.- Intensidad luminosa homogénea dentro del rango de 70,000 a 160,000 luxes a 1 m de distancia de la fuente</p> <p>4.8.- Mango:</p> <p>4.8.1.- Desmontable.</p> <p>4.8.2.- Esterilizable.</p> <p>4.8.3.- Plástico.</p> <p>4.8.4.- Ensamble rápido enroscable.</p> <p>4.9.-Panel de control electrónico de encendido, apagado, aumento y disminución de la intensidad luminosa a pared.</p> <p>4.9.1.-Botón de Encendido y Apagado.</p> <p>4.9.2.-Botón de Iluminación completa.</p> <p>4.9.3.- Aumento y disminución de la intensidad luminosa.</p> <p>4.9.4.- Indicador de estado de la lámpara</p> <p>4.10.- Cabezal de tres modulos cada satélite</p> <p>4.10.1.- Cerrada con superficie externa lisa, sin bordes ni tornillos para fácil limpieza y desinfección .</p> <p>4.10.2.- Cubierta de cristal o polímero.</p> <p>4.10.3.- Con 20 Leds en el modulo para un total de 60 para proveer iluminación por satélite</p> <p>4.10.4.- Tamaño del Satellite o cupula de 69.5 cm</p> <p>5.- Sistema de alimentación ininterrumpida</p> <p>5.1.- Grado médico, integrada de la misma marca de la lámpara con un tiempo de respaldo de 1.5 horas como mínimo.</p> <p>5.2Tiempo de recarga de las baterías de 8 horas como máximo o menor</p> <p>5.3.- Iluminacion ambiente estándar para los procedimientos de minima invasión</p> <p>5.4.- índice de reproducción de los rojos (R9) 91 para 3500 K y 97 para 4000 , 4500 y 500 k</p> <p>5.5.- Indice de reproducción de color RA (IRC) 95</p> <p>OPCIONALES</p> <p>1.-Camara de video HD Integrada al maneral central del satélite</p> <p>2.- de inserción rápida sin el uso de herramientas</p> <p>3.- Resolucion HD de 2000 000 pixeles para la nitides y claridad de imagen</p>		
Accesorios	<table> <tr> <th data-bbox="293 1980 375 1988">Cant</th><th data-bbox="375 1980 1485 1988">Descripción</th></tr> </table>	Cant	Descripción
Cant	Descripción		

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0072

LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE OPERACIÓN MANUAL

Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.	Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español				
	Copia simple del registro sanitario vigente				
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas				
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos			1	años.
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.				
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:		UL 60601-1	
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
		Certificados de calidad opcionales:			
		CE	FDA	IIS	