



Partida 2013:

53101

Clave de cuadro estatal 2013:

913

009

0002

MESA DE EXPLORACION GINECOLOGICA

Descripción Técnica:	Mesa para exploración y/o examinación diseñada para que el paciente este acostado o sentado en la misma. Este mueble será de operación manual. Estructura en lámina de acero calibre 18 con acabado en pintura horneada electrostática en polvo o alquidámica electrostática horneada. La estructura deberá contar con al menos 2 cajones al frente y 3 cajones al costado con sistema de correderas embaladas en nylon, con charola de acero inoxidable calibre 24 A.I.SI 304 deslizable integrada al mismo cuerpo de la mesa, gabinete con al menos 1 entrepaño y puertas abatibles y sistema para colocación de rollo de papel integrado a la estructura. Dimensiones aproximadas de al menos 80 cm de altura incluyendo el colchón, al menos 68 cm de ancho y una extensión total de al menos 185 cm de largo (estas medidas son como mínimo). Regatones niveladores de aluminio con acabado moleteado, con tornillo de acero cuerda estándar y dureza grado 5 de al menos ½ pulgada X 2 pulgadas integrado al cuerpo de aluminio. Al menos 1 juego de dos contactos eléctricos polarizados con tierra física (grado médico). Con 3 secciones: dorso, pelvis y miembros inferiores; todas deberán contar con colchón desmontable de al menos 10 cm de espesor en poliuretano de alta densidad (38 Kg/m ³), con cubierta de material impermeable, lavable, liso y antibacterial, con costuras escondidas para evitar que los derrames lleguen al interior del colchón. Sección de dorso con diseño ergonómico, con movimiento mediante pistón neumático (a base de gas nitrógeno) metálico sellado, con sistema integral de movimiento y fijación a diferentes posiciones del respaldo con las siguientes características: 23 mm de diámetro; capacidad de 500 Newton (50 KGF); garantía de 50,000 ciclos de uso continuo mínimo (10 a 15 años de uso), para elevación continua ajustable de 0° a 70° o mayor. Sección de pelvis ergonómica. Sección de miembros inferiores deslizable hacia la mesa o abatible al menos 90° en cuando menos 3 pasos intermedios. Escalón o banco de apoyo integrado, deslizable con regatones antiderrapantes y superficie en material antiderrapante. Deberá contar con charola recolectora de líquidos deslizable o desmontable en acero inoxidable A.I.SI. 304 calibre 20 acabado pulido. Taloneras retráctiles integradas o removibles en aluminio de una sola pieza aleación 6063 dureza T-5 acabado pulido y recubrimiento de esmalte de aluminio fino acabado automotivo. Debe presentar un acabado al interior y exterior sin partes filosas, rebabas, sobrantes o faltantes de material en la estructura, los accesorios o en las superficies. Las uniones de los elementos componentes deberán ser a base de soldadura con la misma resistencia mecánica del material base con mínimo, en cordones completos, uniformes, desbastados y pulidos, para una buena calidad.					
	Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente incluido el proyecto de marbete					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico garantizado de al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9000 del fabricante				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,				
		Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
	Productos de origen extranjero	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
		Copia simple de certificado ISO 9000 del fabricante				
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,						
Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.						
	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:					



Partida 2013:

53101

Clave de cuadro estatal 2013:

913

009

0002

MESA DE EXPLORACION GINECOLOGICA

		Certificados de calidad opcionales:			