

Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

012

0012

UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL

Descripción Técnica:	1.- Unidad de Electrocirugía controlada por medio de microprocesador con dos salidas mono polares y dos bipolares.						
	2.- Salida Mono polar						
	2.1.- Con corte puro con potencia máxima de 300 watts						
	2.2.- Con mezcla, blend y/o modo con potencia máxima de 250 watts						
	2.3.- Con al menos dos modos de coagulación mono polar con potencia máxima de 120 watts						
	3.- Salida Bipolar						
	3.1.- Con coagulación con potencia de salida máximas de 100 watts						
	3.2.- Con control independiente para selección de potencia en modo bipolar.						
	4.- Monitorización de la calidad del contacto del electrodo de retorno						
	4.1.- Alarma visual y audible que se activa cuando existe un falso contacto del electrodo de retorno con el paciente o que no este conectado al generador.						
	4.2.- Interrupción de la corriente de salida si se detecta una condición de falla.						
	5.- Frecuencia de Salida:						
	5.1.- Frecuencia mayor o igual a 300 Khz						
	6.- Activación de la unidad						
6.1.- Por medio del instrumento y/o pedal en salida mono polar.							
6.2.- Por medio del instrumento y/o pedal en salida bipolar.							
7.- Indicadores digitales para modo mono polar y bipolar.							
Accesorios	Cant	Descripción					
	1	Carro para transporte del equipo					
	1	Pedal mono polar para corte y coagulación					
	1	Pedal bipolar					
	1	Lápiz con electrodo de cuchilla					
	1	Pinza bipolar tipo bayoneta de 21.5 cm ó recta con cable de conexión					
	1	Placa de retorno de paciente con cable de conexión					
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción			Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.			Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español						
	Copia simple del registro sanitario vigente						
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas						
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos					1	años.
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.						
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.						
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.						
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.					
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.					
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				UL 60601-1	
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.					
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.					
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:					
		Certificados de calidad opcionales:					
		CE	FDA	IIS			

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

012

0012

UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL