

Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2016:

913

002

0009

MUEBLE A MURO EN ESCUADRA MEDIDAS DE 4.10 MT POR 2.50 MT DE FRENTE POR 65 CM DE FONDO POR 0.90 MT DE ALTURA . TARJA DOBLE CON ESCURRIDOR.

Descripción Técnica:	LABORATORIO MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS Y HORTALIZAS					
	Cantidad	Unidad	Descripción			
	4,10	mt	Cubierta de trabajo con respaldo de 25" (63.5 cm) de fondo en acero inoxidable tipo 304 Cal. 18			
	2,50	mt	Cubierta de trabajo con respaldo de 25" (63.5 cm) de fondo en acero inoxidable tipo 304 Cal. 18			
	1,00	pza	Gabinete alto de 1000 mm de frente con dos cajones, dos puertas y entrepaño			
	1,00	pza	Gabinete alto rinconero de 1000 mm de frente (der.)			
	2,00	pza	Gabinete alto de 500 mm de frente con cajón, puerta y entrepaño (der.)			
	1,00	pza	Gabinete basurero de 500 mm de frente			
	2,00	pza	Tarja de ac. inoxidable tipo 304 cal. 18			
	2,00	pza	Llave sencilla tipo cuello de ganso cromada (ACCESORIO)			
	2,00	pza	Césped en PVC de 38 mm de diámetro (ACCESORIO)			
	2,00	pza	Contra desagüe tipo canasta con contra de 102 mm de diámetro en ac. inoxidable 304 y tubo de latón (ACCESORIO)			
	2,00	pza	Escurreidor en ac. inoxidable tipo 304 cal. 18 de 23.6"x23.6" (60x60 cm) con 41 vástagos de propileno y charola de escurrimiento			
	3,00	pza	Zoclo vinílico negro de 121 cm. de largo (ACCESORIO)			
	3,00	pza	Esquinero metálico en ac. inoxidable tipo 304 cal. 18 (ACCESORIO)			
2,00	pza	Tapa de ajuste alta para la cubierta CB ó CG de 178 mm				
1,00	pza	Tapa de ajuste baja para rinconeros de 51 mm (derecha)				
Accesorios	Cant	Descripción				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta y/o constancia de cursos por capacitador externo avalado por la STPS de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS, regulación de dispositivos médicos, y/o ISO 9001:2015, y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad del producto en documentos expedidos por el fabricante:				
	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado					
	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,					

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2016:

913

002

0009

MUEBLE A MURO EN ESCUADRA MEDIDAS DE 4.10 MT POR 2.50 MT DE FRENTE POR 65 CM DE FONDO POR 0.90 MT DE ALTURA . TARJA DOBLE CON ESCURRIDOR.

	Productos de origen extranjero	Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad del producto en documentos expedidos por el fabricante:			
		Certificados de calidad opcionales:			