

Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0070

LAMPARA QUIRURGICA DOBLE

Descripción
Técnica:

- 1.- Lámpara quirúrgica doble de led Con Tres Modulos cada una
- 2.- Montaje:
 - 2.1.- Columna fija al techo.
- 3.-Dos brazos porta lámpara cada uno con:
 - 3.1.- Giro rotatorio de 360°
 - 3.2.- Ajuste vertical mínimo de 90cm y abatible a +/- 50°.
 - 3.3.- Articulado.
- 4.- Integrada por dos lámparas, cada lámpara con tres modulos o Spot con luminarias de Led.(20 cada una)
 - 4.1.- Libre de sombras a la interposición de cuerpos.
 - 4.2.- Fuente de luz:
 - 4.2.1.- LED blanco.
 - 4.2.2.- Tiempo de vida útil de 60,000 horas como mínimo.
 - 4.3.- Temperatura de color en el rango seleccionable de 3500 a 5000 grados Kelvin.
 - 4.4.- Índice de rendimiento de color de 95% como mínimo.
 - 4.5.- Tamaño del campo de trabajo:
 - 4.5.1.- Rango de campo de trabajo ajustable mínimo de 19cm a 24cm. A una distancia de 1 m
 - 4.5.2.- Profundidad de iluminación de 114cm a 1m de distancia de la fuente sin reenfoque
 - 4.6.- Consumo de la bombilla de 70 W o menor
 - 4.7.- Intensidad luminosa homogénea dentro del rango de 70,000 a 160,000 luxes a 1 m de distancia de la fuente
 - 4.8.- Mango:
 - 4.8.1.- Desmontable.
 - 4.8.2.- Esterilizable.
 - 4.8.3.- Plástico.
 - 4.8.4.- Ensamble rápido enroscable.
 - 4.9.-Panel de control electrónico de encendido, apagado, aumento y disminución de la intensidad luminosa a pared.
 - 4.9.1.-Botón de Encendido y Apagado.
 - 4.9.2.-Botón de Iluminación completa.
 - 4.9.3.- Aumento y disminución de la intensidad luminosa.
 - 4.9.4.- Indicador de estado de la lámpara
 - 4.10.- Cabezal de tres modulos cada satélite
 - 4.10.1.- Cerrada con superficie externa lisa, sin bordes ni tornillos para fácil limpieza y desinfección .
 - 4.10.2.- Cubierta de cristal o polímero.
 - 4.10.3.- Con minimo 20 Leds en cada modulo para un total de minimo 60 para proveer iluminación por satélite
 - 4.10.4.- Tamaño del Satelite o cupula de 69.5 cm
 - 5.- Sistema de alimentación ininterrumpida
 - 5.1.- Grado médico, integrada de la misma marca de la lámpara con un tiempo de respaldo de 1.5 horas como mínimo.
 - 5.2Tiempo de recarga de las baterías de 8 horas como máximo o menor
 - 5.3.- Iluminacion ambiente estándar para los procedimientos de minima invasión
 - 5.4.- Índice de reproducción de los rojos (R9) 91 para 3500 K y 97 para 4000 , 4500 y 500 k
 - 5.5.- Indice de reproducción de color RA (IRC) 95

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0070

LAMPARA QUIRURGICA DOBLE

	OPCIONALES 1.-Camara de video HD Integrada al maneral central del satélite 2.- de inserción rápida sin el uso de herramientas 3.- Resolucion HD de 2000 000 pixeles para la nitides y claridad de imagen				
Accesorios	Cant	Descripción			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción	Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.	Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español				
	Copia simple del registro sanitario vigente				
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas				
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adies-tramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.				
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabri-cante incluyendo el alcance del bien ofertado.			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:		UL 60601-1	
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
		Certificados de calidad opcionales:			
		CE	FDA	JIS	