

Partida 2016:

53101

Clave de cuadro estatal 2016:

913

002

0018

MUEBLE A MURO EN ESCUADRA MEDIDAS DE 2,50 MT POR 2,50 MT DE FRENTE POR 65 CM DE FONDO POR 0,90 MT DE ALTURA . TARJA DOBLE CON ESCURRIDOR.

Descripción Técnica:	AREA DE LAVADO Y ESTERILIZACION				
	1.- Cubierta de trabajo con respaldo de 25" (63.5 cm) de fondo en acero inoxidable tipo 304 Cal. 18: 2,50mt.				
	2.- Cubierta de trabajo con respaldo de 25" (63.5 cm) de fondo en acero inoxidable tipo 304 Cal. 18: 2,50mt.				
	3.- Gabinete basurero de 500 mm de frente: 1pza.				
	4.- Gabinete alto de 500 mm de frente con cajón, puerta y entrepaño (der.): 2pza.				
	5.- Gabinete alto rinconero de 1000 mm de frente (izq.): 1pza.				
	6.- Escurridor en ac. inoxidable tipo 304 cal. 18 de 23.6"x23.6" (60x60 cm) con 41 vástagos de propileno y charola de escurrimiento: 1pza.				
	7.- Gabinete alto de 1000 mm de frente porta fregadero: 1pza.				
	8.- Tarja de ac. inoxidable tipo 304 cal. 18: 2pza.				
	9.- Llave sencilla tipo cuello de ganso cromada (ACCESORIO): 2pza.				
	10.- Césped en PVC de 38 mm de diámetro (ACCESORIO): 2pza.				
	11.- Contra desagüe tipo canasta con contra de 102 mm de diámetro en ac. inoxidable 304 y tubo de latón (ACCESORIO): 2pza.				
	12.- Espacio de trabajo alto: 1mt.				
	13.- Faldón para espacio de trabajo 36" (91.4cm): 1pza.				
	14.- Rodapié 36" (91.4 cm): 1pza.				
	15.- Panel de respaldo alto 36" (91.4 cm): 1pza.				
	16.- Zoclo vinílico negro de 121 cm. de largo (ACCESORIO): 5pza.				
	17.- Esquinero metálico en ac. inoxidable tipo 304 cal. 18 (ACCESORIO): 6pza.				
	18.- Tapa de ajuste alta para la cubierta CB ó CG de 178 mm: 2pza.				
19.- Tapa de ajuste baja para rinconeros de 51 mm (derecha): 1pza.					
Accesorios	Cant	Descripción			
	1	Estuche o guarda del equipo (opcional).			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención	
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español				
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique				
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas				
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.				
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta y/o constancia de cursos por capacitador externo avalado por la STPS de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS, regulación de dispositivos médicos, y/o ISO 9001:2015, y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad del producto en documentos expedidos por el fabricante:			
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad del producto en documentos expedidos por el fabricante:			
		Certificados de calidad opcionales:			