

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Partida 2011: 5310

Clave de cuadro estatal 2011:

913

015

0001

Unidad ultrasonica estomatológica,

Descripción Técnica:	Unidad ultrasónica de profilaxis. Pinza de mano con 3 puntas intercambiables (gruesa, mediana y fina) y esterilizables en vapor. Control de potencia eléctrica de 0 a 30 W máximo. Con control de salida de agua regulada. Frecuencia de 25 KHz de trabajo. Con capacidad para integrarse a la unidad dental. Unidad compacta que ocupa poco espacio ya que puede ser usada en posición horizontal o vertical. Alimentación eléctrica de 120 VAC $\pm 10\%$ a 60 Hz. Conexión a agua a presión.									
Accesorios:	Cant	Descripción								
	1	Juego de puntas intercambiables (gruesa, mediano y fina), esterilizables en vapor.								
	1	Mangueras y cables de conexión necesarios para su funcionamiento.								
Consumibles:	Cant	Descripción								
	1	Los necesarios para su uso en al menos 5 pacientes diferentes.								
Instalación de la unidad solicitante:	Cant	Descripción						Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica de 120 VAC $\pm 10\%$ a 60 Hz. Conexión a agua a presión.						Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar:	C	Guía de instalación		I	Manual de usuario y guía rápida en español				C	Manual de servicio
	I	Catálogo de refacciones y accesorios				C	Catálogo de consumibles			
	Copia simple del registro sanitario vigente incluido el proyecto de marbete Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas Equipo para muestra pre-armada y funcional para su valoración. Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 2 años. Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes. Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico garantizado de al menos 5 años. Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.									
Requisitos de evaluación técnica	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9000 del fabricante								
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante (notariada) o,								
		Copia carta de distribución del fabricante vigente (notariada) o,								
		Carta de apoyo notariada del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.								
	Productos de origen extranjero	Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos originales:						ISO 13485	UL 60601 o ISO 14971	
		Copia simple de certificado ISO 9000 del fabricante								
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante (apostilla) o,								
		Copia carta de distribución del fabricante vigente (apostilla) o,								
		Carta de apoyo notariada del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.								
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos originales:						ISO 13485	UL 60601 o ISO 14971	
Certificados de calidad opcionales:										
CE		FDA		JIS		Equivalente para equipo médico y de laboratorio				
I – Indispensable			C – Conveniente				NA – No Aplica			