

Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2016:

913

002

0008

MUEBLE A MURO EN ESCUADRA MEDIDAS DE 3.50 MT POR 2.50 MT DE FRENTE POR 65 CM DE FONDO POR 0.90 MT DE ALTURA. CON TARJA SENCILLA Y ESCURRIDOR

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|-------------------|----------------|-------------------|
| Descripción Técnica: | LABORATORIO ENFERMEDADES TRANSMISION SEXUAL | | | | | | |
| | Cantidad | Unidad | Descripción | | | | |
| | 3,50 | mt | Cubierta de trabajo con respaldo de 25" (63.5 cm) de fondo en acero inoxidable tipo 304 Cal. 18 | | | | |
| | 2,50 | mt | Cubierta de trabajo con respaldo de 25" (63.5 cm) de fondo en acero inoxidable tipo 304 Cal. 18 | | | | |
| | 1,00 | pza | Gabinete alto rinconero de 1000 mm de frente (der.) | | | | |
| | 3,00 | pza | Gabinete alto de 500 mm de frente con cajón, puerta y entrepaño (der.) | | | | |
| | 1,00 | pza | Gabinete basurero de 500 mm de frente | | | | |
| | 1,00 | pza | Gabinete alto de 1000 mm de frente porta fregader) | | | | |
| | 1,00 | mt | Espacio de trabajo alto | | | | |
| | 1,00 | pza | Faldón para espacio de trabajo 36" (91.4cm) | | | | |
| | 1,00 | pza | Rodapié 36" (91.4 cm) | | | | |
| | 1,00 | pza | Panel de respaldo alto 36" (91.4 cm) | | | | |
| | 1,00 | pza | Tarja de ac. inoxidable tipo 304 cal. 18 | | | | |
| | 1,00 | pza | Llave sencilla tipo cuello de ganso cromada (ACCESORIO) | | | | |
| | 1,00 | pza | Céspol en PVC de 38 mm de diámetro (ACCESORIO) | | | | |
| | 1,00 | pza | Contra desagüe tipo canasta con contra de 102 mm de diámetro en ac. inoxida- ble 304 y tubo de latón (ACCESORIO) | | | | |
| | 1,00 | pza | Escurreidor en ac. inoxidable tipo 304 cal. 18 de 23.6"x23.6" (60x60 cm) con 41 vástagos de propileno y charola de escurrimiento | | | | |
| | 3,00 | pza | Zoclo vinílico negro de 121 cm. de largo (ACCESORIO) | | | | |
| | 3,00 | pza | Esquinero metálico en ac. inoxidable tipo 304 cal. 18 (ACCESORIO) | | | | |
| Accesorios | Cant | Descripción | | | | | |
| | | | | | | | |
| Instalación de la unidad solicitada: | Cant | Descripción | | | Nivel de atención | | |
| | 1 | Alimentación eléctrica grado médico con tierra física. | | | Primer | Segundo | Tercer |
| Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica | Manual de usuario y guía rápida en español | | | | | | |
| | Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique | | | | | | |
| | Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas | | | | | | |
| | Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años. | | | | | | |
| | Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adies- tramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes. | | | | | | |
| | Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años. | | | | | | |
| | Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo. | | | | | | |
| | Productos de origen nacional | Copia simple de carta y/o constancia de cursos por capacitador externo avalado por la STPS de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS, regulación de dispositivos médicos, y/o ISO 9001:2015, y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado. | | | | | |
| | | Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. | | | | | |

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2016:

913

002

0008

MUEBLE A MURO EN ESCUADRA MEDIDAS DE 3.50 MT POR 2.50 MT DE FRENTE POR 65 CM DE FONDO POR 0.90 MT DE ALTURA. CON TARJA SENCILLA Y ESCURRIDOR

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--|--|--|
| | Productos de origen extranjero | Demostrar cumplir con los certificados de calidad del producto en documentos expedidos por el fabricante: | | | |
| | | Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado | | | |
| | | Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, | | | |
| | | Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. | | | |
| | | Demostrar cumplir con los certificados de calidad del producto en documentos expedidos por el fabricante: | | | |
| | | Certificados de calidad opcionales: | | | |
| | | | | | |