

Partida 2016:

53101

Clave de cuadro estatal 2016:

913

052

0136

ASPIRADORES PARA SUCCION CONTINUA EN SALA QUIRURGICA

Descripción Técnica:	1.- Aspirador portátil de succión continua					
	2.- Modo de operación continuo.					
	3.- Funcionamiento por medio de bomba: de pistón, diafragma o vena rotatoria libre de mantenimiento.					
	4.- Con un flujo de 30 l/min o mayor.					
	5.- Panel de control para encendido, apagado y regulación del nivel de succión.					
	6.- Regulación del nivel de succión por válvula o control electrónico.					
	7.- Ajuste de la presión de succión de 0 a 700 mmHg o su equivalente (93.32 kPa, 933.59 mbar o 27.55 inHg) o mayor.					
	8.- Nivel máximo de ruido 60dB.					
	9.- Con recipiente de vidrio o plástico reusable.					
	10.- Capacidad total de recolección de 4 litros como mínimo en dos frascos de 2 litros cada uno.					
	11.- Con protección de sobre flujo y filtro hidrofóbico.					
	12.- Con filtro antibacterial en la salida del aire si la tecnología lo requiere.					
	13.- Con base rodable de transporte.					
	14.- Con mangueras, conectores y adaptadores que permitan el uso inmediato del aspirador.					
	15.- ACCESORIOS:					
15.1.-2 Recipientes de vidrio o plástico igual o mayor a 2 litros.						
15.2.- Mangueras						
15.3.- Conectores						
15.4.- Adaptadores						
Accesorios	Cant	Descripción				
	1	Estuche o guarda del equipo (opcional).				
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención		
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo	Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español					
	Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique					
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas					
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.					
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.					
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado				
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.				
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:				
		Certificados de calidad opcionales:				