

Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0088

MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE
**Descripción
Técnica:**

1. Monitor configurado o modular con pantalla de 12" o mayor
2. Salida analogica de ECG
3. Pantalla a color tecnologia LCD TFT o tecnologia superior.
4. Protección contra descarga de desfibrilador.
5. Deteccion de marcapasos.
6. Despliegue de curvas fisiologicas en pantalla:
 - 6.1 Al menos 3 curvas simultaneas.
 - 6.2 ECG, que permita el despliegue de al menos 1 curva, a elegirde entre 3 derivaciones o mas.
 - 6.3 Pletismografia.
 - 6.4 Respiración.
7. Despliegue numerico de:
 - 7.1 Frecuencia cardiaca.
 - 7.2 Frecuencia Respiratoria.
 - 7.3 Saturacion de oxigeno.
 - 7.4 Presión no invasiva (sistolica, diastolica y media).
 - 7.5 Dos canales de temperatura con crecimiento 3 a futuro
8. Modos para la toma de presion: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo.
9. Tendencias graficas y numericas de 72 horas de todos los parametros, seleccionables por el usuario.
10. Que cubra desde neonato hasta adulto.
11. Con bateria recargable con duracion de al menos 1.5 horas, con cargador interconstruido e indicador de bajo nivel en pantalla.
 - 11.1.- Analisis de arritmias eC1 de alta especialidad para disminuir falsas alarmas
12. Alarmas audibles y visibles priorizadas en al menos
 - 12.1 Saturación de oxigeno.
 tres niveles con función que permita revisar y modificar
 - 12.2 Frecuencia cardiaca
 los limites superior e inferior de los siguientes
 - 12.3 Presion arterial no invasiva (sistolica, diastolica)
 parámetros:
 - 12.4 Temperatura
 - 12.5 Frecuencia Respiratoria.
13. Alarma apnea
 - 12.6 Gasto Cardiaco por tecnologia no invasiva
 - 12.7 NIBP activada mediante PWTT (Tiempo de transito de onda)
14. Con silenciador de alarmas.
15. Alarmas del sistema que indique el estado de funcionamiento del monitor.
16. Interface, menu y mensaje en español.
17. Soporte para fijar equipo barandal a cama/camilla

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

052

0088

MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE

Accesorios	Cant	Descripción			
		Un cable troncal y dos sensores tipo dedal reusable para oximetria de pulso Un sensor reusable de temperatura (de piel o de superficie) Brazalete reusable para medicion de la presion de la presion no invasiva, uno adulto y uno pediatico, una manguera con conector para los brazaletes. Un cable troncal y un cable de paciente para ECG de al menos tres puntas. Un cable troncal y un sensor multisitio reusable para oxmetria de pulso. Un sensor reusable de temperatura (de piel o superficie) 20 brazaletes desechables para medicion para medicion de la presión no invasiva neonatal en cinco medidas diferentes, una manguera con conector para los brazaletes. Un cable troncal y un cable de paciente para ECG de tres puntas.			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención	
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español				
	Copia simple del registro sanitario vigente				
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas				
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.				
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:		UL 60601-1	
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
		Certificados de calidad opcionales:			
		CE	FDA	IIS	