

Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

042

0010

INCUBADORA DE TRASLADODescripción
Técnica:

Equipo electro médico rodable portátil con fines terapéuticos que proporciona condiciones óptimas de temperatura, humedad y oxigenación, en intervalos variables, durante la transportación del paciente.

1.- Incubadora de traslado intrahospitalario.

2.- Con modos de operación: corriente alterna, corriente directa y batería.

3.- Módulo de control electrónico.

4.- Controles:

4.1.- Con control de temperatura del aire de 20°C o menor a 39° C o mayor.

4.2.- Con resolución de 0.1 °C.

4.3.- Con control de temperatura de piel de 34°C a 38°C

4.4.- Con sistema de bloqueo en el panel de control para evitar modificaciones accidentales de los parámetros predeterminados. Activado con tecla, botón o secuencia de teclas.

4.5.- Tiempo de elevación de la temperatura de 45 minutos.

4.6.- Concentración de Oxígeno (% O2) de 21 a 90%.

5.- Monitoreo de parámetros:

5.1.- Despliegue digital e independiente de los siguientes parámetros:

5.1.1.-Temperatura del paciente.

5.1.2.-Temperatura del aire.

5.2.- Con indicador de la potencia o encendido del calefactor o encendido del equipo.

5.3.- Con indicadores de la fuente de alimentación eléctrica (batería, corriente directa y corriente alterna).

5.4.- Con indicador de nivel de carga de la batería según tecnología.

6.- Alarmas:

6.1.- Audibles y visibles.

6.2.- Temperatura alta del aire con corte de la energía del calefactor cuando la temperatura sobrepase los 39°C.

6.3.- Falla en el flujo de aire.

6.4.- Falla en el suministro de energía.

6.5.- Temperatura alta del aire.

6.6.- Falla del sensor de temperatura del paciente.

6.7.- Batería baja.

7.- Gabinete:

7.1.- Capacete con doble pared.

7.2.- Panel de acceso frontal y lateral.

7.3.- Con colchón deslizable o que el capacete permita maniobras de reanimación e intubación.

7.4.- Tres Portezuelas tipo iris con puño elástico.

7.5.- Dos difusores para tubos al interior del capacete.

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2018:

53101

Clave de cuadro estatal 2018:

913

042

0010

INCUBADORA DE TRASLADO

	7.6.- Altura interna del colchón a la Cúpula de 27cm. 7.7.- Altura de Panel de acceso de 18cm. 7.5.- Colchón con cubierta lavable e impermeable medida 320mm x 630mm x 25mm. 7.6.- Con carro rodable con ruedas de minimo 6". 7.7.- Con freno en al menos dos ruedas. 7.8.- Soporte para dos tanques de oxígeno tipo E o D. 7.9.- Poste o soporte para soluciones. 8.- Sistema para circulación de aire: 8.1.- Cortina de aire o sistema de circulación de aire que disminuya la pérdida de calor, del acceso principal. 9.- Lámpara de luz de exploración o examinación. 10.- 2 Baterías recargable con duración de al menos 240 minutos. 11.- Con conector para alimentación eléctrica de 12 Vcd. 12.- Un sensor de temperatura de piel reusable. 13.- Peso del equipo con accesorios de 87 kg. como máximo.				
Accesorios	Cant	Descripción			
		Tanque de oxígeno tipo E o D. 10 reusables de temperatura de piel. 100 Parches reflejantes para sostener el sensor. Filtro de aire.			
Instalación de la unidad solicitada:	Cant	Descripción		Nivel de atención	
	1	Alimentación eléctrica grado médico con tierra física.		Primer	Segundo Tercer
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica	Manual de usuario y guía rápida en español				
	Copia simple del registro sanitario vigente				
	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas				
	Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 años.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años.				
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.				
	Productos de origen nacional	Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:		UL 60601-1	
	Productos de origen extranjero	Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.			
		Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
		Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:			
		Certificados de calidad opcionales:			
		CE	FDA	IIS	