



'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

ACTA DE JUNTA ACLARATORIA DE BASES

Fecha: 13 de agosto de 2015 Hora: 10:00 Hrs.

"LPL 43068001-001-15 "SERVICIO INTEGRAL SUBROGADO HOSPITALARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGINOLOGÍA Y LA ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DE 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'"

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

"LPL 43068001-001-15 "SERVICIO INTEGRAL SUBROGADO HOSPITALARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGINOLOGÍA Y LA ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DE 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'"

Para efectos de comprensión de la presente minuta, se, se debe entender por:

COMISIÓN.- A la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones de 'Servicios de Salud Jalisco.

ORGANISMO.- A 'Servicios de Salud Jalisco' el cual tiene personalidad jurídica y patrimonio propio.

En la ciudad de Guadalajara, siendo las 10:00 (diez) hrs. del día 13 de agosto de 2015, se reunieron en el auditorio del **ORGANISMO**, ubicado en la calle Dr. Baeza Alzaga #107, Col. Centro, C.P. 44100 de Guadalajara Jalisco; ante la presencia de los servidores públicos designados por el **ORGANISMO**, ello de conformidad a lo establecido en los puntos 2 y 6 inciso a y b, de las bases que rigen la presente licitación. Se realizaron los siguientes hechos:

ORDEN DEL DÍA:

- 1). Registro de Participantes.
- 2). Desarrollo de la Junta Aclaratoria de Bases
 - a). Bienvenida
 - b). Mecánica de la sesión
 - c). Aclaraciones de la convocante
 - d). Cierre del acto

Punto 1. Registro de Participantes.

Habiéndose registrados las empresas:

Nombre de la empresa	Representante
IMADINE S.A. de C.V.	LAE. Susana Montalvo Contreras



Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México.
Tels. (33) 3030-5000



Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

"LPL 43068001-001-15 "SERVICIO INTEGRAL SUBROGADO HOSPITALARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGINOLOGÍA Y LA ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DE 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'"



HOVA HEALTH, S.A.P.I. de C.V	Juan José Díaz
Bayer de México, S.A. de C.V.	Virgilio Galeana Buburron

Punto 2. Desarrollo de la Junta Aclaratoria de Bases

- 2. A** El servidor público designado por el organismo da la bienvenida a los participantes registrados.
- 2. B** Se procede a entregar un juego en copia de las respuestas a las preguntas realizadas por los participantes que se recibieron en tiempo y forma como se estableció en el punto 2 y 6 incisos a y b, de las BASES que rigen el presente proceso, mismas que se adjuntan a la presente acta para todos los efectos legales y administrativos que haya lugar, las empresas que presentaron preguntas fueron: IMADINE S.A. de C.V. y HOVA HEALTH, S.A.P.I. de C.V.
- 2. C** Se hace las siguientes aclaraciones por la convocante:

Aclaración 1.

En el punto 2. Eventos del proceso, en la tercer columna, primera tabla de las bases, se estableció que las visitas y recorridos a las unidades descritas en el anexo 12 de las bases se llevarían a cabo del 21 de julio al 03 de agosto del 2015, y en la convocatoria que fue publicada el día 21 de julio se establecieron como fechas para dicho evento del 22 de julio al 04 de agosto del 2015, en tal virtud, para no afectar a ninguno de los participantes, se aclara que las fechas que se tomaran para dicho evento serán del día 21 de julio al 04 de agosto de 2015.



COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

"LPL 43068001-001-15 "SERVICIO INTEGRAL SUBROGADO HOSPITALARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGINOLOGÍA Y LA ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DE 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'"

2. D Se da por terminada la sesión, siendo las 12:30 hrs. del mismo día en que se dio inicio, y firman de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. **CONSTE.**

SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

MARTÍN ARMANDO ÍÑIGUEZ GARCÍA

REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA

Jefe de Servicios Auxiliares y Diagnostico de Hospital General de Occidente. Servicios de Salud Jalisco

DR. ABRAHAM TOPETE DIOSDADO

ÁREA TÉCNICA

INGENIERO BIOMÉDICO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

ING. JUAN MANUEL REYES GAITÁN


Servidor Público Invitado


DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

LIC. ALBERTO PONCE GARCÍA

Fin del Acta.-----

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la Junta Aclaratoria de Bases de la Licitación Pública Local No. LPL 43068001-001-15 "LPL 43068001-001-15 "SERVICIO INTEGRAL SUBROGADO HOSPITALARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGINOLOGÍA Y LA ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DE 'SERVICIOS DE SALUD JALISCO'", celebrada el 13 de agosto de 2015.





Servicios de Salud Jalisco
Departamento de Abastecimientos
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE ACLARACION

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 43068001-001-15

“SERVICIO INTEGRAL SUBROGADO HOSPITALARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGINOLOGÍA Y LA ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERPRETACIÓN REMOTA DE IMÁGENES MÉDICAS EN DIFERENTES UNIDADES DE ‘SERVICIOS DE SALUD JALISCO’


RESPUESTAS A IMADINE S.A. DE C.V.

No.	Renglón/ Partida	Pregunta	Respuestas
1	BASES 1. LA LICITACION 1.1 DESCRIPCION DE LA LICITACION ...	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE ACEPTE PARTICIPACION CONJUNTA YA QUE PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO SE INVOLUCRAN VARIOS FABRICANTES YA QUE PARA ESTE TIPO DE PROYECTOS NO EXISTE UN SOLO FABRICANTE QUE CUBRA TODAS LAS NECESIDADES SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE.	No se acepta la participación conjunta.
2	BASES 1. LA LICITACION 1.2 OBJETO DE LA LICITACION ...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA AMPLIAR EL TIEMPO DEL CONTRATO YA QUE LA INVERSION ES IMPORTANTE Y NO ES VIABLE POR EL TIEMPO QUE LO SOLICITA SE ACEPTA?	No se acepta ampliar el tiempo del contrato.
3	BASES 1. LA LICITACION 1.4 INVENTARIO DE LA ADQUISICION ...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS ACLARE LA CANTIDAD DE ESTUDIOS POR HOSPITAL (DEACUERDO AL ANEXO 12) DEBIDO A QUE ESTA LISTA NO MENCIONA EL NUMERO DE ESTUDIOS REALES QUE SE GENERA EN LAS UNIDADES SIENDO REALMENTE: 325,296 ESTUDIOS ANUALES INCLUIDOS IMAGINOLOGIA SIMPLE Y DE ALTA ESPECIALIDAD DATOS QUE SE ARROJAN DEACUERDO A LOS LEVANTAMIENTOS REALIZADOS.	La cantidad de estudios de imaginología simple (RX, DX, CR, US) es de 270,000 y para los estudios de imaginología de alta especialidad son de 13,000, dado que la cantidad de estudios es global para todos los hospitales, y el Organismo pueda ir asignando el presupuesto de acuerdo al consumo de cada unidad hospitalaria según sus necesidades. (Ver punto 16.2 inciso “b”, pág. 29 de la bases)
4	BASES 1. LA LICITACION 5. OBLIGACION DE LOS PARTICIPANTES INCISO E) ...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS ACLARE LA CLAUSULA ESPECIFICA QUE NECESITA QUE CONTENGA EL PODER PARA PARTICIPAR EN LICITACIONES	La redacción del punto 5 inciso “e” dice lo que se necesita y debe tener el poder notarial.
5	1. LA LICITACION 5. OBLIGACION DE LOS PARTICIPANTES INCISO E) ...	EN ESTE PUNTO ENTENDEMOS QUE LA PERSONA QUE ACUDIRA A PRESENTAR LA PROPUESTA NO NECESARIAMENTE DEBE SER EL REPRESENTANTE LEGAL, PUEDE SER CUALQUIER PERSONA AL QUE EL MISMO DESIGNE POR MEDIO DE PODER NOTARIAL OTORGANDOLE PODER PARA PODER PRESENTAR LICITACIONES ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	El poder notarial, debe ser autorizado (para que sea expedido por un notario público), por quien tenga la facultad dentro de la empresa, para poder otorgar el mismo.




Servicios de Salud Jalisco
Departamento de Abastecimientos
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE ACLARACION

No.	Renglón/ Partida	Pregunta	Respuestas
6	BASES 1. LA LICITACION 7. 1 LINEAMIENTOS PARA PRESENTAR LA PROPUESTA TECNICA ...	ENTENDEMOS POR ESTE PUNTO QUE DEBEREMOS DE ENTREGAR EL "ANEXO 4" Y EN EL NUMERAL 10 SE HARA UNA COPIA DEL ANEXO 1 DE LAS PRESENTES BASES ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	En el instructivo de llenado, en particular al punto 10, trata de la transcripción del ANEXO 1 y no una copia; Aclarándose que las descripciones son un mínimo a ofertar. Debiendo anotar en el punto 11, alguna descripción adicional a lo solicitado.
7	BASES 1. LA LICITACION 7.1 LINEAMIENTOS PARA PRESENTAR LA PROPUESTA TECNICA ...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA QUE COMO DISTRIBUIDORES DE LA TECNOLOGIA MARCA CARESTREAM PODAMOS ENTREGAR CERTIFICADOS A NOMBRE DEL FABRICANTE EJEMPLO ISO 13485 DE CALIDAD DE GRADO MEDICO DEL FABRICANTE SE ACEPTA PARA LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS PARA HCIS (PACS Y RIS) Y CRS ASI COMO CERTIFICADO ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION.	No se acepta. Lo que se busca es la certificación en ISO del servicio integral de imaginología, objeto de la presente licitación.
8	BASES 1. LA LICITACION 7.1 LINEAMIENTOS PARA PRESENTAR LA PROPUESTA TECNICA ...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE A QUE CERTIFICADO DE NIVEL INTERNACIONAL HACE REFERENCIA	El certificado de nivel internacional debe ser emitido por algún organismo que emplee estándares internacionales para certificar, como por ejemplo: ISO 9001, ISO 27001, ICREA nivel 5, TIER -4.
9	BASES 1. LA LICITACION 7.1 LINEAMIENTOS PARA PRESENTAR LA PROPUESTA TECNICA ...	EN ESTE PUNTO ENTENDEMOS QUE CUANDO SE REFIERE AL CENTRO DE DATOS, HACE REFERENCIA AL PACS ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? EN CASO DE SER NEGATIVA SU RESPUESTA FAVOR DE ACLARAR	No es correcta la apreciación, dado que la solución RIS-PACS solicitada debe estar basada en la nube (servidor o servidores de almacenamiento de datos), entendiéndose por nube, centro de datos de alta capacidad y seguridad de clase mundial.
10	BASES 1. LA LICITACION 7.1 LINEAMIENTOS PARA PRESENTAR LA PROPUESTA TECNICA ...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUMPLIMOS CON LAS NORMAS OFICIALES QUE APLIQUEN A LA TECNOLOGIA DE LA CASA COMERCIAL CON LA QUE PARTICIPAMOS, ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION SE ACEPTA?	Deberá de cumplir con las normas señaladas en las bases.
11	BASES 1. LA LICITACION 7.1 LINEAMIENTOS PARA PRESENTAR LA PROPUESTA TECNICA ...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS INDIQUE EXACTAMENTE CUANTAS RENONANCIAS Y CUANTAS TOMOGRAFIAS REQUIERE, EN QUE UNIDAD MEDICA SERAN INSTALADAS ADEMAS DE CORROBORAR QUE CUENTAN CON EL ESPACIO REQUERIDO	Se aclara el punto 7.1 entregable 16, que el licitante debe demostrar con la carta que se solicita, que tiene la capacidad de suministrar e instalar un mínimo 6 equipos ya sean tomógrafos y/o resonadores magnéticos; los cuales se indicará (a su debido tiempo) por parte del organismo, el lugar y las unidades en que deberán ser instaladas. Por lo que la cantidad de resonadores y tomógrafos serán de acuerdo a las necesidades que se vayan generando en la vigencia del contrato, y el acondicionamiento del espacio para el fortalecimiento de la infraestructura, el participante debe considerar en su oferta, toda vez que esa es parte de la intención de las visitas a las unidades.



Servicios de Salud Jalisco
Departamento de Abastecimientos
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE ACLARACION

No.	Renglón/ Partida	Pregunta	Respuestas
12	BASES 1. LA LICITACION 7.1 LINEAMIENTOS PARA PRESENTAR LA PROPUESTA TECNICA ...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA PUBLIQUE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS TOMOGRAFOS Y/O RESONANCIAS QUE REQUERIRA, ESTO CON EL FIN DE PODER DIMENCIONAR LA INVERSION QUE SE DEBERA TOMAR EN CUENTA PARA LA PROPUESTA ECONOMICA.	Los tomógrafos serán de un mínimo de 16 cortes y las resonadores de 1.5 teslas como mínimo,
13	BASES 1. LA LICITACION 20. CONDICIONES DE PAGO 20.1 FORMA DE PAGO DICE: ...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA HAGA REFERENCIA A QUE SANCION APLICARA PARA LA CONVOCANTE SI ESTE PLAZO DE 30 DIAS PARA PAGO QUE MENCIONA SE EXTIENDE.	No hay sanciones para el Organismo
14	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS ...	ENTENDEMOS EN ESTE PUNTO QUE LA RESPONSABILIDAD DE LA INTERPRETACION DE TODOS LOS ESTUDIOS GENERADOS EN CADA UNA DE LAS UNIDADES SERA REPONSABILIDAD DE LICITANTE GANADOR ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	No es correcta la apreciación, la responsabilidad de la interpretación de los estudios es del proveedor hasta en un 20% (ver párrafo 2 anexo 1)
15	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: ...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA RECTIFICAR ESTE PUNTO DEBIDO A QUE EXISTEN DIFERENTES EQUIPOS PROPIEDAD DE LA SECRETARIA QUE YA NO TIENEN UN BUEN FUNCIONAMIENTO Y/O NO FUNCIONAN, ADEMAS DE QUE SON EQUIPOS OBSOLETOS POR MENCIONAR ALGUNOS: <ul style="list-style-type: none"> • EQUIPO DE RAYOZ X MARCA UNIVERSAL EL SALME ESTANCIA PROLONGADA • EQUIPO DE RAYOS X TRENDIX DE INSTITUTO JALICIENSE DE CIRUGIA RECONSTRUCTIVA • EQUIPO RODABLE MARCA TOREX MODELO TR-80A DE TEOCALTICHE • RAYOS X DENTAL EXTRAORAL MARCA CORIX DE TEOCALTICHE • SALA DE RAYOS X CON FLOUROSCOPIA MARCA SIEMENS DE LAGOS DE MORENO • RAYOS X RODABLE MARCA BMI DE LAGOS DE MORENO • SALA DE RAYOS X SIMPLE MARCA TXR DE SAN JUAN DE LOS LAGOS 	Se aclara que el licitante debe incluir en los precios que ofrece, los costos por acondicionamiento y mantenimientos, todo aquello que se solicite en las bases, previa autorización del organismo.
16	ANEXO 1 LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: ...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA CONSIDERAR NO INCLUIR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS EXISTENTES EN LAS UNIDADES MEDICAS DEBIDO A QUE ALGUNOS DE ELLOS SON OBSOLETOS O BIEN MUY VIEJOS, LIMITANDO ASI EL CONSEGUIR LAS REFACCIONES PARA SU REPARACION, ADEMAS LA MAYORIA DE LOS EQUIPOS EXISTENTES NO FUNCIONAN AL 100%?	Se aclara que el licitante debe incluir en los precios que ofrece, los costos por acondicionamiento y mantenimientos, todo aquello que se solicite en las bases, previa autorización del organismo.
17	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS ...	SI SU RESPUESTA ANTERIOR FUERA POSITIVA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECTIFIQUE QUE LAS HERRAMIENTAS DE DIAGNOSTICO NO SERAN REQUERIDAS EN LAS UNIDADES MEDICAS.	La respuesta anterior fue negativa, por lo que no aplica esta pregunta.




Servicios de Salud Jalisco
Departamento de Abastecimientos
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE ACLARACION

No.	Renglón/ Partida	Pregunta	Respuestas
18	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS ...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS ACLARE CUÁL ES EL TIEMPO DE ALMACENAMIENTO DE LAS IMÁGENES SOLICITADAS.	El tiempo de almacenamiento, es durante la vigencia del contrato. Al ser las imágenes parte del expediente clínico, el proveedor, debe entregar al organismo, un respaldo de todas ellas, ello con base en el último párrafo del punto "Almacenamiento e interpretación de las imágenes médicas" del Anexo 1.
19	ANEXO 1 LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE REFIERA EN ALGUN DOCUMENTO EN EL CUAL SE NOS OTORGUEN LOS PERMISOS NECESARIOS PARA LAS ADECUACIONES SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE.	Una vez concluido el proceso, se emitirán por parte del Organismo todos los documentos necesarios para que el proveedor, esté en posibilidad de otorgar los servicios adjudicados.
20	ANEXO 1 LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA ACLARAR QUE LOS EQUIPOS ENTREGADOS POR EL LICITANTE NO SERAN PROPIEDAD DE LA CONVOCANTE AL FINALIZAR EL CONTRATO	Tal y como se señala en el anexo 1 párrafo tres, dice que los equipos serán en comodato, el cual es un contrato por el cual se da o recibe prestado una cosa, de las que puede usarse sin destruirse, con obligación de restituirla.
21	ANEXO 1 PERIODO DE PRESTACION DEL SERVICIO: ...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA AMPLIAR EL TIEMPO DE OPERACIÓN A 65 DIAS NATURALES DEBIDO A QUE POR LA MAGNITUD DEL PROYECTO REQUERIMOS DE MAS TIEMPO	No se acepta, el tiempo es el señalado en las bases licitatorias.
22	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS Del fortalecimiento de la infraestructura de imaginología ...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA ESPECIFIQUE LOS REQUERIMIENTOS REALES DEBIDO A QUE LOS RESULTADOS DE LAS VISITAS REALIZADAS NOS ARROJA DATOS LOS CUALES NO COINCIDEN CON LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES.	Con apego en las bases, la propuesta de fortalecimiento de la infraestructura, la realiza el Licitante, es por ello, que se estipularon visitas a las unidades hospitalarias e institutos.
23	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS Del fortalecimiento de la infraestructura de imaginología ...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA RECTIFICAR QUE LAS RESPONSABILIDAD DEL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS EXISTENTES NO SERA RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE DEBIDO A QUE LOS EQUIPOS DE LA CONVOCANTE NO CUENTAN CON UNA TOTAL FUNCIONALIDAD OPERATIVA	No se rectifica; el mantenimiento de los equipos existentes, es responsabilidad del proveedor, por lo que el licitante deberá tomar en cuenta el costo del mantenimiento y todo lo que se pida en las bases, para reflejarlo en su propuesta económica.
24	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DIGITALIZADORES (CR'S) 4. Que ofrezca dos capacidades de procesamiento	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS ACLARE A QUE SE REFIERE EN EL PUNTO 4 DEL DIGITALIZADOR (CR)	El punto 4 señala que debe tener dos capacidades de procesamiento, siendo la primera de 5 pixeles/mm y la segunda de 10/mm.



Servicios de Salud Jalisco
Departamento de Abastecimientos
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE ACLARACION

No.	Renglón/ Partida	Pregunta	Respuestas
25	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DIGITALIZADORES (CR'S) ...	EN BASE A QUE LA CONVOCANTE NO CUENTA CON MAMOGRAFOS ANALOGOS EN NINGUNA DE LAS UNIDADES (DEACUERDO AL ANEXO 12), LOS DIGITALIZADORES DEBERAN PROCESAR SOLO IMÁGENES DE RAYOS X CONVENCIONAL ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	Sí, es correcta la apreciación, los digitalizadores solamente procesarán imágenes de rayos X convencionales
26	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DIGITALIZADORES (CR'S) IMPRESORAS DE PLACA RADIOGRAFICA ...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA MODIFIQUE LA FICHA TECNICA PRESENTADA EN BASES DEBIDO A QUE DICHAS CARACTERISTICAS CORRESPONDEN A LA MARCA FUJI LIMITANDO ASI LA LIBRE PARTICIPACION Y APERTURA. ANEXO FOLLETO DE LA MARCA FUJI COMO EVIDENCIA DEL DOCUMENTO DE DONDE FUERON OBTENIDAS ESTAS ESPECIFICACIONES ASI MISMO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE APEGUE A LO MENCIONADO EN EL SIGUIENTE ARTICULO AL QUE SE HACE REFERENCIA Artículo 29. LAASSP La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá contener: I. El nombre, denominación o razón social del Instituto Federal de Telecomunicaciones; II. La descripción detallada de los bienes, arrendamientos o servicios, así como los aspectos que el Instituto considere necesarios para determinar el objeto y alcance de la contratación; III. La fecha, hora y lugar de celebración de la primera junta de aclaración a la convocatoria a la licitación, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de aquella en la que se dará a conocer el fallo, de la firma del contrato, en su caso, la reducción del plazo, y si la licitación será presencial, electrónica o mixta y el señalamiento de la forma en la que se deberán presentar las proposiciones; IV. El carácter de la licitación y el idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones. Los anexos técnicos y folletos en el o los idiomas que determine el Instituto; V. Los requisitos que deberán cumplir los interesados en participar en el procedimiento, los cuales no deberán limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica;	Las especificaciones del anexo 1 son mínimas, por lo que se acepta cualquier marcas que cumpla con el mínimo requerido y más. La licitación ES LPL 43068001-001-15 es local, y la ley de aplicación es la estatal.
27	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DIGITALIZADORES (CR'S) ...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS ACLARE SIESTE PUNTO HACE REFERENCIA A LA LATITUD.	No es latitud, se refiere al procesamiento de conversión de tonos.




Servicios de Salud Jalisco
Departamento de Abastecimientos
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE ACLARACION

No.	Renglón/ Partida	Pregunta	Respuestas
28	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DIGITALIZADORES (CR'S) ...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS ACLARE SIESTE PUNTO HACE REFERENCIA AL BRILLO.	No hace referencia al brillo, se refiere al manejo de los matices de grises
29	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DIGITALIZADORES (CR'S) ...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS ACLARE SIESTE PUNTO HACE REFERENCIA AL RUIDO.	Es correcta su apreciación.
30	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DIGITALIZADORES (CR'S) ...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS ACLARE SI ESTE PUNTO SE REFIERE A LICENCIA DICOM PRINT.	Es correcta su apreciación.
31	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DIGITALIZADORES (CR'S) ...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS ACLARE SI ESTE PUNTO SE REFIERE A LICENCIA DICOM STORAGE.	No es DICOM STORAGE, se refiere a la licencia que permite el almacenamiento en cualquier medio de las imágenes (dvd, cd, etc).
32	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DIGITALIZADORES (CR'S) ...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS ACLARE SI ESTE PUNTO SE REFIERE A LICENCIA DICOM WORKLIST.	Es correcta su apreciación.
33	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DIGITALIZADORES (CR'S) ...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA PARA ESTE PUNTO PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL EQUIPO QUE OFERTAMOS CUMPLE CON LOS LICENCIAMIENTOS DICOM QUE LA CONVOCANTE SOLICITA, SE ACEPTA?	No se acepta, se deberá de referenciar en el catálogo.
34	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS IMPRESORAS DE PLACA RADIOGRAFICA ...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA RECTIFIQUE SU SOLICITUD EN CUANTO A IMPRESORAS, DEBIDO A QUE POR LA NATURALEZA DE LA LICITACION QUE ES UN SERVICIO INTEGRAL DE ALMACENAMIENTO EN DONDE NO SE REQUIERE EL USO DE IMPRESORAS NI DE LA PELICULA RADIOGRAFICA.	No se rectifican las bases, se requiere de impresora para el caso que se necesite imprimir placas radiográficas, en el entendido que las impresiones serán mínimas, y además, trata de un servicio integral.
35	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS IMPRESORAS DE PLACA RADIOGRAFICA ...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA PARTICIPAR CON IMPRESORAS DE TECNOLOGIA LASER SIENDO UN SISTEMA QUE TIENE MAS NITIDEZ Y NO NECESITA CONSUMIBLES DE CABEZALES TERMICOS	Las especificaciones del anexo 1 son mínimas, por lo que se acepta cualquier equipo que cumpla con el mínimo requerido y más.
36	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS IMPRESORAS DE PLACA RADIOGRAFICA ...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA PARTICIPAR CON PELICULA LASER SIENDO QUE ESTA ES DE UNA CALIDAD SUPERIOR A LA TERMICA Y EN NADA DEMERITA LA CALIDAD DEL SERVICIO.	Las especificaciones del anexo 1 son mínimas, por lo que se acepta cualquier insumo que cumpla con el mínimo requerido y más.
37	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS IMPRESORAS DE PLACA RADIOGRAFICA 6. CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO ...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CONSIDERE EL FORMATO MAS GRANDE Y POR TANTO EL QUE REQUIERE MAYOR TIEMPO DE PROCESAMIENTO, SOLICITAR QUE NOS PERMITAN OFERTAR PRODUCTIVIDADES DE ACUERDO A CADA CASA COMERCIAL PARA LOS DEMAS FORMATOS PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN.	Las especificaciones del anexo 1 son mínimas, por lo que se acepta cualquier formato que cumpla con el mínimo requerido y más.




Servicios de Salud Jalisco
Departamento de Abastecimientos
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE ACLARACION

No.	Renglón/ Partida	Pregunta	Respuestas
38	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS IMPRESORAS DE PLACA RADIOGRAFICA ...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA ESPECIFIQUE SI EXPANDIBLE A 2 BANDEJAS HACE REFERENCIA A QUE TENGA 2 BANDEJAS PARA IMPRESIÓN, FAVOR DE ACLARAR.	Es correcta su apreciación. Nos referimos a que debe tener dos bandejas para impresión
39	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS IMPRESORAS DE PLACA RADIOGRAFICA ...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA QUE EN CASO DE REQUERIR SISTEMAS DE IMPRESIÓN PUEDAN ENTREGARSE DE UNA SOLA BANDEJA DE PELICULA DEBIDO A QUE NO SE DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL SERVICIO Y PODRA CUBRIR CUALQUIER NECESIDAD DE IMPRESIÓN DE RAYOS X CONVENCIONAL	No se acepta, deberá de cumplir con los requerimientos mínimos solicitados y más.
40	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS IMPRESORAS DE PLACA RADIOGRAFICA 6. CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO ...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA CUBRIR ESTA MEDIDA 26X36 CORRESPONDIENTE A UNA SOLA CASA COMERCIAL CON TAMAÑO 28X35 (11X14) PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION.	Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.
41	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS IMPRESORAS DE PLACA RADIOGRAFICA 12. PESO a) 43 KG	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA PARTICIPAR CON UN SISTEMA DE IMPRESIÓN CON PESO MINIMO DE 79KG DEBIDO A QUE EL PESO NO ES UNA CARACTERISTICA QUE AFECTE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE NUESTRA SOLUCION. SE ACEPTA?	No se acepta, por lo que el peso de la impresora deberá de ser de hasta de 43 Kg.
42	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS CARACTERISTICAS GENERALES DEL RIS/PACS 1 SOFTWARE DE LA ESTACION DE TRABAJO 1.1 APLICACION ...	EN ESTE PUNTO ENTENDEMOS QUE EL PACS CARDIOVASCULAR ES DICOM, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	Si, es correcta su apreciación. El PACS cardiovascular es DICOM
43	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS CARACTERISTICAS GENERALES DEL RIS/PACS 1 SOFTWARE DE LA ESTACION DE TRABAJO 1.1 APLICACIÓN ...	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE LA HERRAMIENTA 3D SEA NATIVA DEL PACS, PUESTO QUE SE CONSIDERA UNA HERRAMIENTA BÁSICA Y EVITAR PROBLEMAS DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONALIDAD. SE ACEPTA?	Las especificaciones del anexo 1 son mínimas, por lo que se acepta cualquier herramienta que cumpla con el mínimo requerido y más
44	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS CARACTERISTICAS GENERALES DEL RIS/PACS 2 <u>Características de visualización y de imágenes</u> ...	ENTENDEMOS POR ESTE PUNTO QUE LA VISUALIZACIÓN SERÁ COMPLETA A PETICIÓN DEL USUARIO CON FINES DE VISUALIZACIÓN NO DE INTERPRETACIÓN ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	Las herramientas que se están solicitando, debe de estar disponibles tanto para visualización como para interpretación.
45	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS CARACTERISTICAS GENERALES DEL RIS/PACS 2 <u>Características de visualización y de imágenes</u> ...	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA ACLARAR Y EJEMPLIFICAR LA FUNCIONALIDAD SOLICITADA	Se aclara, que el PACS, debe permitir almacenar imágenes de referencia de modalidades como tomografía computarizada.




Servicios de Salud Jalisco
Departamento de Abastecimientos
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE ACLARACION

No.	Renglón/ Partida	Pregunta	Respuestas
46	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS CARACTERISTICAS GENERALES DEL RIS/PACS 2 <u>Características de visualización y de imágenes</u> ...	ESTA ES UNA FUNCIONALIDAD DE WINDOWS, Y NO SE USA EN LOS SISTEMAS PACS POR QUE SE ESTÁ VIOLANDO LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN. SI ES POR NECESIDAD DE USAR IMÁGENES COMO REFERENCIA, EL PACS DEBE DE TENER LA CAPACIDAD DE ELABORAR SUS PROPIOS INFORMES, Y SELECCIONAR LAS IMÁGENES COMO CLAVE PARA SER INSERTADAS EN SI PROPIO CREADOR DE INFORMES. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ELIMINAR ESTE PUNTO	No se acepta, toda vez que no se viola la confidencialidad, pues la imagen es de referencia, y está siendo desplegada localmente, se busca una funcionalidad que permita manipular las imágenes de manera ágil e intuitiva.
47	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS CARACTERISTICAS GENERALES DEL RIS/PACS 2 <u>Características de visualización y de imágenes</u> ...	ESTA ES UNA FUNCIONALIDAD DE WINDOWS, Y NO SE USA EN LOS SISTEMAS PACS POR QUE SE ESTÁ VIOLANDO LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN. SI ES POR NECESIDAD DE USAR IMÁGENES COMO REFERENCIA, EL PACS DEBE DE TENER LA CAPACIDAD DE ELABORAR SUS PROPIOS INFORMES, Y SELECCIONAR LAS IMÁGENES COMO CLAVE PARA SER INSERTADAS EN SI PROPIO CREADOR DE INFORMES. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ELIMINAR ESTE PUNTO.	No se acepta, toda vez que no se viola la confidencialidad, pues la imagen es de referencia, y está siendo desplegada localmente, se busca una funcionalidad que permita manipular las imágenes de manera ágil e intuitiva.
48	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS CARACTERISTICAS GENERALES DEL RIS/PACS 2 <u>Características de visualización y de imágenes</u> ...	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE LA HERRAMIENTA 3D SEA NATIVA DEL PACS, PUESTO QUE SE CONSIDERA UNA HERRAMIENTA BÁSICA Y EVITAR PROBLEMAS DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONALIDAD. SE ACEPTA?	Las especificaciones del anexo 1 son mínimas, por lo que se acepta cualquier herramienta que cumpla con el mínimo requerido y más
49	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS CARACTERISTICAS GENERALES DEL RIS/PACS 2 <u>Características de visualización y de imágenes</u> 2.3 HERRAMIENTAS DE MAMOGRAFIA ...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA ACLARAR Y EJEMPLIFICAR LA FUNCIONALIDAD SOLICITADA	Se aclara, que el PACS, tenga la habilidad de mejorar la cantidad de los pixeles, y como ejemplo en el caso de que la imagen original deba o pueda ser mejorada.
50	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS CARACTERISTICAS GENERALES DEL RIS/PACS 3 <u>Características del Flujo de Trabajo</u> <u>3.15 AUTOMATIZACION DE FLUJO DE TRABAJO:</u> ...	SE ENTIENDE QUE LO QUE SE REQUIERE ES TENER LA CAPACIDAD DE FIRMAR VARIOS ESTUDIOS DE MANERA SIMULTÁNEA ESTANDO INTERPRETADOS, ES CORRECTA LA APRECIACIÓN? CASO CONTRARIO FAVOR DE ESPECIFICAR Y EJEMPLIFICAR LA NECESIDAD	No es correcta la apreciación. Se busca agilizar el flujo del trabajo, y que cuando un estudio sea firmado como dictado, inmediatamente se abra el siguiente estudio para ser interpretado, sin necesidad de ir a la vista de trabajo para seleccionar y abrir el siguiente estudio.




Servicios de Salud Jalisco
Departamento de Abastecimientos
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE ACLARACION

No.	Renglón/ Partida	Pregunta	Respuestas
51	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS CARACTERISTICAS GENERALES DEL RIS/PACS 3 <u>Características del Flujo de Trabajo</u>	SE ENTIENDE QUE EL SISTEMA DEBERÁ DE SER CAPAZ DE CONECTARSE CON ALMENOS ALGUNO DE LOS SISTEMAS MENCIONADOS, ES CORRECTA LA APRECIACIÓN?	No es correcta su apreciación, debe ser compatibles como mínimo con todos los productos (sistemas) dictados en el 3.22, la lista es un requerimiento mínimo.
52	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS CARACTERISTICAS GENERALES DEL RIS/PACS 3 <u>Características del Flujo de Trabajo</u> 3.27 la tecnología de suscripción pueda: ...	ENTENDEMOS POR ESTE PUNTO QUE ESTA ALERTA PUEDA VERSE DESDE EL MANEJADOR DE LISTA DE TRABAJO. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Es correcta la apreciación.
53	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS CARACTERISTICAS GENERALES DEL RIS/PACS 3 <u>Características del Flujo de Trabajo</u> 3.27 la tecnología de suscripción pueda: ...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA ACEPTE QUE ESTA FUNCIONALIDAD LA REALIZA LA MODALIDAD PARA EVITAR RECIBIR ESTUDIOS SIN LA CAPACIDAD DE SU INTERPRETACIÓN. SE ACEPTA?	Si se acepta.
54	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS CARACTERISTICAS GENERALES DEL RIS/PACS 3 <u>Características del Flujo de Trabajo</u> ...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE FAVOR ESPECIFICAR Y EJEMPLIFICAR QUE ES RP Y SU FUNCIONALIDAD.	El RP se refiere, al protocolo de lectura (READ PROTOCOL), permite que cada doctor/usuario, pueda configurar a su conveniencia el protocolo de lectura.
55	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS CARACTERISTICAS GENERALES DEL RIS/PACS 3 <u>Características del Flujo de Trabajo</u> ...	ENTENDEMOS POR ESTE PUNTO QUE ES LA CAPACIDAD DE COPIAR EL PERFIL DE UN USUARIO PARA CREAR UNO NUEVO, ES CORRECTA LA APRECIACIÓN? CASO CONTRARIO FAVOR DE ESPECIFICAR Y EJEMPLIFICAR AMPLIAMENTE ESTA CARACTERISTICA.	No es correcta la apreciación, esta funcionalidad permite copiar estudios de un usuario a otro de manera intuitiva y rápida con solo arrastrar y pegar.
56	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS CARACTERISTICAS GENERALES DEL RIS/PACS 3 <u>Características del Flujo de Trabajo</u> 3.35 CARACTERISTICAS DE LA INFORMACION ...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA DE FAVOR DACLARAR Y EJEMPLIFICAR A QUE SE REFIERE CON ESTE PUNTO.	Se aclara, que el reporte/interpretación, este disponible desde el momento que el médico lo finaliza.



Servicios de Salud Jalisco
Departamento de Abastecimientos
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE ACLARACION

No.	Renglón/ Partida	Pregunta	Respuestas
57	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS CARACTERISTICAS GENERALES DEL RIS/PACS 5 <u>Módulos del Servidor e Interfaz</u> 5.2.4 Servidor DICOM ...	ESTA TECNOLOGÍA ES PROPIETARIA DE UNA CASA COMERCIAL EN PARTICULAR, POR LO QUE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA LA ELIMINACIÓN DE ESTE PUNTO PARA LA LIBRE PARTICIPACIÓN.	Se aclara que la funcionabilidad que se busca, es que el PACS, permita generar y almacenar varias versiones de la imagen, con diferente niveles de compresión, calidad y tamaño con el objeto de agilizar la distribución de las misma a los diferentes tipos de dispositivos y usuarios de la plataforma, por lo que la tecnología que se oferte puede ser diferente a la AON, cubriendo la funcionalidad antes menciona.
58	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS CARACTERISTICAS GENERALES DEL RIS/PACS 5 <u>Modulos del Servidor e Interfaz</u> ...	EN ESTE PUNTO ENTENDEMOS QUE HIIS ES LO MISMO QUE HIS (HOSPITAL INFORMATION SYSTEM) Y SOLICITAN LA INTERFAZ PARA LA INTEGRACIÓN CON ESTE EXPEDIENTE. ES CORRECTA LA APRECIACIÓN?	No es correcta la apreciación, este servidor, es el encargado de procesar las órdenes de entrada HL7 tipo ORM, ADT y ORU.
59	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS CARACTERISTICAS GENERALES DEL RIS/PACS 3 <u>Herramientas 3D:</u> ...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA FAVOR DE ACLARAR Y EJEMPLIFICAR LA FUNCIONALIDAD SOLICITADA.	Es una herramienta de manejo de datos dinámicos, que permite el cálculo de los valores de medición y creación de curvas, tiempo-intensidad. Esta herramienta es recomendada en modalidades de tomografía y resonancia magnética. (por ejemplo: tiempo vs medio de contraste)
60	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS CARACTERISTICAS GENERALES DEL RIS/PACS ...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA ACLARAR Y EJEMPLIFICAR LA FUNCIONALIDAD SOLICITADA.	Se aclara, que el 3D calcule el porcentaje de grasa visceral y grasa subcutánea.
61	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS CARACTERISTICAS GENERALES DEL RIS/PACS ...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA ACLARAR Y EJEMPLIFICAR LA FUNCIONALIDAD SOLICITADA.	Se aclara, que se emplea una imagen abdominal 3D (Tomografía) para calcular el volumen y el porcentaje de grasa visceral y grasa subcutánea.
62	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS CARACTERISTICAS GENERALES DEL RIS/PACS ...	FAVOR DE ESPECIFICAR A QUE TIPO DE REPORTES FINANCIEROS SOLICITAN.	A modo de ejemplo se menciona unos reportes básicos solicitados: Reporte de facturación, reporte de afiliados a Seguro Popular, reporte de productividad de estudios realizados.



Servicios de Salud Jalisco
Departamento de Abastecimientos
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE ACLARACION


No.	Renglón/ Partida	Pregunta	Respuestas
63	ANEXO 12 LISTA DE UNIDADES HOSPITALARIAS	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA CONFIRME QUE LAS UNIDADES QUE ACTUALMENTE NO CUENTAN CON SERVICIO DE IMAGENOLOGIA NO ESTARAN INCLUIDAS PARA ESTE PROYECTO, A CONTINUACION SE ENUNCIAN DICHAS UNIDADES:</p> <p>5 HOSPITAL DE LA MUJER DE TALA</p> <p>UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION OBSTETRICA Y CUIDADOS</p> <p>15 NEONATALES ZAPOTLANEJO</p> <p>HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO DE</p> <p>23 ATOTONILCO ATOTONILCO</p> <p>16 H MATERNO INFANTIL OCOTLAN ZAPOTLANEJO</p>	<p>Las unidades que no cuente con el servicio de imaginología, también deberán de ser consideradas e incluso aquellas unidades que en la actualidad no estén en operación o no este relacionadas, ya que este servicio esta considerado para todas las unidades que integran el organismo de acuerdo a las necesidades del mismo, durante la vigencia del contrato. (Ver última fila del anexo 12). Por lo que el proveedor deberá de ponerse de acuerdo con el área solicitante, para poder otorgar los servicios en dichas unidades.</p>
64	ANEXO 12 LISTA DE UNIDADES HOSPITALARIAS No. 4 Y 36	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA ACLARE QUE EL HOSPITAL NO. 4 Y 36 CORRESPONDEN AL MISMO YA QUE AMBOS HACEN REFERENCIA AL HOSPITAL DE LA MUJER UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION OBSTETRICA Y NEONATAL CON DOMICILIO EN MANUEL GOMEZ MORIN No. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?</p>	<p>Es correcta su apreciación, por lo que se elimina la 36 por estar duplicada.</p>
65	ANEXO 12 LISTA DE UNIDADES HOSPITALARIAS No. 30 HOSPITAL DE ARANDAS	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA ACLARE QUE ESTE HOSPITAL SE ENCUENTRA POR INAUGURARSE, ASI MISMO NO FUE POSIBLE CONSEGUIR EL ANEXO 13 CONSTANCIA DE VISITA Y RECORRIDO, SOLICITAMOS A LA MANERA MAS ATENTA NOS INDIQUE QUE PROCEDERA PARA ESTA HOSPITAL.</p>	<p>Se aclara que en virtud de que no fue posible hacer el recorrido a ningún participante, se dispensa el que presente constancia de recorrido para este reglón (30 Hospital de Arandas), aclarando que esta unidad debe de considerarse en su propuesta técnica pero se solicita carta compromiso del participante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que se compromete a dar el servicio cuando se inaugure, dentro de los treinta días siguiente, y deberá de integrar la carta a su propuesta técnica.</p>



Servicios de Salud Jalisco
Departamento de Abastecimientos
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE ACLARACION

RESPUESTAS A HOVA HEALTH S.A. P.I. de C.V.

No.	Renglón/ Partida	Pregunta	Respuestas
1	Generales	En los machotes, algunos documentos van dirigidos a La Comisión, otros a Miguel Angel Leyva. ¿Las cartas y documentos que no hay machotes, está bien que se dirijan a "La Comisión"?	Deberá dirigirse a la Comisión.
2	Punto 7.1	Se pide que todos los entregables vayan en sobre o bolsa ¿se acepta que se perforen las hojas de los entregables, que se encarpeten y que cada entregable tenga como carátula un separador con pestaña que lo identifique?	Se acepta la propuesta, en el caso de usar recopiladores con argollas, dado que no altera la esencia del acomodo general. Para la utilización de sobres, no debe perforar las hojas.
3	Punto 7, # d)	Se menciona que la fianza no debe ir foliada. Entendemos que no se solicita presentar fianza en esta etapa del proceso, sólo hasta que se firme el contrato, estamos en lo correcto?	Es correcto, solo el participante adjudicado deberá de presentar fianza, en los términos establecido en el punto 17 de las bases.
4	Punto 7.1 Entregable 7	Se solicitan catálogos, a fin de optimizar el tamaño de las carpetas y facilitar su revisión, ¿se acepta que sólo se adjunte la parte de los catálogos que requieren estar referenciados?	Se acepta que se adjunte la parte de los catálogos de los equipos que se proponga.
5	Punto 7.1 Entregable 17	Respecto a los Edos Financieros 2015, ¿se acepta la presentación de alguno de los 3 últimos previos a la fecha de publicación de las bases? (Abril o Mayo o Junio)	Se acepta la presentación de estados financieros de abril, mayo y junio, en virtud de que son los más cercanos a la fecha de publicación de las bases licitatorias.
6	Punto 7.1 Entregable 19	Se solicita que se escanee toda la Propuesta Técnica, ya foliada. A fin de simplificar este proceso, ¿Se acepta omitir el escaneado y entregar la Carpeta de la Propuesta Técnica solamente en papel?	No se acepta la propuesta, apegarse a bases
7	Punto 8.1 y 8.2	Personal de asuntos jurídicos emitirá la constancia de acreditación a los representantes legales que se identificaron con poder notarial y credencial de elector o pasaporte, luego se procede al proceso de registro. Este proceso de registro será una hora antes del inicio del evento, o sea a las 11:00hs, ¿a qué hora se deben presentar los representantes legales a acreditarse, para estar acreditados a las 11:00? ¿Las 10:30hs sería la hora de acreditación?	El PARTICIPANTE debe presentarse a las 10:30 horas del día 18 de agosto del año en curso y podrá hacer su acreditación hasta antes de las 11.45 horas de ese mismo día.
8	ANEXO 7	El Hospital de Arandas se visitó y aún está en obra --- ¿Se acepta como evidencia de visita, foto de el edificio en construcción, ya que no hay personal de gobierno aún en el hospital?	Se aclara que en virtud de que no fue posible hacer el recorrido a ningún PARTICIPANTE, se dispensa el que presente constancia de recorrido para este reglón (30 Hospital de Arandas), pero se solicita carta compromiso del PARTICIPANTE en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que se compromete a dar el servicio cuando se inaugure, dentro de los treinta días siguiente.
9	ANEXO 7	El Hospital de Arandas se visitó y aún está en obra ---¿Se acepta carta compromiso de instalación del Servicio para cuando esté inaugurado?	Ésta pregunta se contesta con la respuesta de la pregunta anterior




Servicios de Salud Jalisco
Departamento de Abastecimientos
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE ACLARACION

No.	Renglón/ Partida	Pregunta	Respuestas
10	ANEXO 8, #11	Se refiere al Punto 14 como Instrucciones Generales. Las instrucciones generales se encuentran en el punto 16 de las bases ¿es este punto 16 al que hace referencia el anexo 8, #11?	Es correcta su apreciación, se aclara, y se corrige en los siguiente términos: Dice: A cumplir con todo l especificado en el <u>punto 14</u> (Instrucciones Generales)... Debe decir: A cumplir con todo lo especificado en el <u>punto 16</u> (Instrucciones Generales)...
11	ANEXO 12	En la visita se encontró que unidades enlistadas como Primer Contacto eran Comunitario y Viceversa, ¿asumimos que son equivalentes?	Es correcta su apreciación, dichas unidades hospitalarias se han denominado hospitales de primer contacto, comunitarios o híbridos, sin embargo, trata de la misma unidad.
12	ANEXO 12	En la lista aparece el Hospital Psiquiátrico de Larga Estancia (# 35---El Salme Larga Estancia), dado que no tienen Rx ¿Se acepta que se elimine de la lista?	No se acepta, se deberá de considerar dentro de su propuesta.
13	ANEXO 12	El Hospital de la Mujer de Periférico, UEAON, está dos veces en la lista de hospitales, aparece en #4 y #36, ¿se acepta que se elimine el # 36?	Se acepta eliminar el número 36 de la lista, por encontrarse duplicado

Nota aclaratoria de la convocante.

En el punto 2. Eventos del proceso, en la tercer columna, primera tabla de las base, se estableció que las visitas y recorridos a las unidad descritas en el anexo 12 de las bases se llevarían a cabo del 21 de julio al 03 de agosto del 2015, y en la convocatoria que fue publicada el día 21 de julio, se establecieron como fechas para dicho evento del 22 de julio al 04 de agosto del 2015, en tal virtud, para no afectar a ninguno de los participantes, se aclara que las fechas que se tomaran para dicho evento serán del día 21 de julio al 04 de agosto de 2015.

Dr. Abraham Topete Diosdado 
Jefe de Servicios Auxiliares y Diagnostico de Hospital General de Occidente.
Servicios de Salud Jalisco

CONSTE. _____
