

ACTA DE JUNTA ACLARATORIA

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 horas del día 17 Diciembre el año 2013 dos mil trece, se procedió a dar inicio con la junta aclaratoria de la Licitación Pública Nacional No. LA-914010985-N4-2013 para el Procedimiento De Contratación Para La Adquisición De Prueba En Tira Para La Determinación De Hemoglobina Total Y Hematocrito En Sangre Total Capilar O Venosa, Que Incluya Todo Lo Necesario Para Su Realización, Toma De Muestra Y Analizador Portátil De Hemoglobina (Hemoglobinómetro). Para diferentes Unidades del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco. C. Lic. José Luis López Maldonado, Director General de Administración del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco y Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco José Arquímedes Corona Velasco Director de Recursos Material del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, están presentes por los licitantes las empresa, Tecnología Médica Interamericana S.A. de C.V. representada por Mireya Alfonso Aburto, Mexglobal S.A. de C.V., por Gustavo Silva Navarro, Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V., Salvador Sanabria, Presefa S.A. de C.V., Andrés González, DICIPA, S.A. de C.V., Ernesto Álvarez Torres, Sistemas Médicos Menovum, Sistemas Médicos Menovum.

A las 15:00 horas el Lic. José Luis López Maldonado, Director General de Administración y quien preside el evento, decretó un receso hasta en tanto se daban por contestados los cuestionamientos presentados por los proveedores que presentaron preguntas para este evento.

El presente evento se reanudó a las 18:20 horas para dar paso al desarrollo del procedimiento como se detalla a continuación:

ACLARACIONES A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS LICITANTES

1.-PRIMERA

NOMBRE DEL LICITANTE: MEXGLOBAL, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS:
(PRECISAR EL PUNTO DE LA CONVOCATORIA O ESPECIFICAR EL ASPECTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO QUE DEBE ACLARARSE):

Consecutivo o Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
1.	2011	Descripción Técnica de la Prueba: Tira: con reactivos para determinar valor de hemoglobina y cálculo de hematocrito en sangre capilar o venosa.	No se acepta. Apegarse a las especificaciones de las bases, solicitadas por los servicios de salud.



		¿Se acepta Microcubetas con reactivos para determinar valor de hemoglobina y cálculo de hematocrito en sangre capilar o venosa en lugar de tiras?	
2.	2011	Instalación de la unidad solicitante: Descripción: 3 baterías AAA y/o con adaptador de corriente de alimentación eléctrica (Mini USB, 5V dc, 50 mA) y comunicaciones de tipo mini USB: ¿Se acepta ofertar equipo con batería recargable con 100 horas de tiempo de operación	No se acepta. Apegarse a las especificaciones de las bases, solicitadas por los servicios de salud.
3.	2011	Descripción Técnica: en el inciso (4): 3 baterías alcalinas AAA o con una vida media mínima de hasta 2,000 pruebas o má. ¿Se acepta ofertar equipo con batería recargable con 100 horas de tiempo de operación	No se acepta. Apegarse a las especificaciones de las bases, solicitadas por los servicios de salud.
4.	2011	Descripción Técnica: en el inciso (5): Con entrada Mini USB para transferencia de datos. ¿Se acepta ofertar equipo con interfaz RS 232 C a impresora para obtención de datos inmediatamente después de la medición?	No se acepta. Apegarse a las especificaciones de las bases, solicitadas por los servicios de salud.
5.	2011	Descripción Técnica en el inciso (7): Peso no mayor a 200 gramos. ¿Se puede ofertar equipo con peso no mayor a 2000 gramos para garantizar mayor estabilidad y precisión en las medidas?	No se acepta. Apegarse a las especificaciones de las bases, solicitadas por los servicios de salud.
6.	2011	Descripción Técnica en el inciso (8): Tira control para la revisión interna del sistema óptico del sistema. ¿Se puede ofertar equipo con Auto Revisión del sistema óptico del fotómetro al hacer una lectura en blanco?	No se acepta. Apegarse a las especificaciones de las bases, solicitadas por los servicios de salud.
7.	2011	Descripción Técnica en el inciso (9): Método de análisis: Fotometría de Reflectancia y principio de medición Metahemoglobina. P: ¿Se puede ofertar analizador con método de análisis por Fotometría de absorción óptica y principio de medición Azida-metahemoglobina, calibrado por el	No se acepta. Apegarse a las especificaciones de las bases, solicitadas por los servicios de salud.



		método de referencia de Ciannometahemoglobina, conocido como el método de referencia del Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio (CLSI por su sigla en inglés, anteriormente conocido como NCCLS)?	
8.	2011	Descripción Técnica en el inciso (12): Tiempo de medida: de acuerdo a la concentración < 15 seg. ¿Se puede ofertar analizador con tiempo de medida de 10 a 60 segundos de acuerdo a la concentración con CV de la precisión total ≤1.5% y CV de la precisión intraensayo ≤1%?	No se acepta. Apegarse a las especificaciones de las bases, solicitadas por los servicios de salud.

NOMBRE DEL LICITANTE: TECNOLOGÍA MÉDICA INTERAMERICANA, S.A. DE C.V.

2.- SEGUNDA

Consecutivo o Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
9.	PARTIDA 2011. PRUEBA EN TIRA PARA LA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA TOTAL Y HEMATOCRITO EN SANGRE TOTAL, CAPILAR O VENOSA, QUE INCLUYA TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACIÓN, TOMA DE MUESTRA Y ANALIZADOR PORTÁTIL DE HEMOGLOBINA (HEMOGLOBINOMETRO)	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRUEBA PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE HEMOGLOBINA EN SANGRE CAPILAR, VENOSA O ARTERIAL, POR TÉCNICA DE AZIDAMETAHEOGLOBINA, TENIENDO COMO ANTECEDENTES AL MODELO ALTERNATIVO DE SALUD (PROGRAMA OPORTUNIDADES) CON EL QUE ACTUALMENTE CUENTA ESTA SECRETARIA ¿NOS PERMITE OFERTAR LA PRUEBA POR AZIDAMETAHEMOGLOBINA?	No se acepta. Apegarse a las especificaciones de las bases, solicitadas por los servicios de salud.
10.	PARTIDA 2011. PRUEBA EN TIRA PARA LA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA TOTAL Y HEMATOCRITO EN SANGRE TOTAL, CAPILAR O VENOSA, QUE INCLUYA TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACIÓN, TOMA DE	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI LA DETERMINACIÓN DEL HEMATOCRITO DEBE SER CALCULADO?	Es afirmativa su apreciación, es calculado en el equipo analizador.



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO


Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro. C.P. 44100. Guadalajara. Jalisco. México

Página 3 de 12



Tels. (33) 3030-5000
www.jalisco.gob.mx

(Handwritten signatures and initials)

	MUESTRA Y ANALIZADOR PORTÁTIL DE HEMOGLOBINA (HEMOGLOBINOMETRO)		
11.	PARTIDA 2011. PRUEBA EN TIRA PARA LA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA TOTAL Y HEMATOCRITO EN SANGRE TOTAL, CAPILAR O VENOSA, QUE INCLUYA TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACIÓN, TOMA DE MUESTRA Y ANALIZADOR PORTÁTIL DE HEMOGLOBINA (HEMOGLOBINOMETRO)	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MICROCUBETAS, QUE SIRVEN COMO PIPETA Y CUBETA DE REACCIÓN; CON VOLUMEN DE MUESTRA DE 10 µL, PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE HEMOGLOBINA EN SANGRE CAPILAR, VENOSA O ARTERIAL, POR TÉCNICA DE AZIDAMETAHEOGLOBINA, TENIENDO COMO ANTECEDENTES AL MODELO ALTERNATIVO DE SALUD (PROGRAMA OPORTUNIDADES) CON EL QUE ACTUALMENTE CUENTA ESTA SECRETARIA ¿NOS PERMITE OFERTAR LA MICROCUBETA?	No se acepta. Apegarse a las especificaciones de las bases, solicitadas por los servicios de salud.
12.	PARTIDA 2011. PRUEBA EN TIRA PARA LA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA TOTAL Y HEMATOCRITO EN SANGRE TOTAL, CAPILAR O VENOSA, QUE INCLUYA TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACIÓN, TOMA DE MUESTRA Y ANALIZADOR PORTÁTIL DE HEMOGLOBINA (HEMOGLOBINOMETRO)	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PUNCIÓNADOR TIPO PLUMA, POR CADA HEMOGLOBINOMETRO; ASÍ COMO LANCETAS POR CADA PRUEBA Y CONTROLES A TRES NIVELES. ¿SE ACEPTA?	No se acepta. Apegarse a las especificaciones de las bases, solicitadas por los servicios de salud.
13.	PARTIDA 2011. PRUEBA EN TIRA PARA LA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA TOTAL Y HEMATOCRITO EN SANGRE TOTAL, CAPILAR O VENOSA, QUE INCLUYA TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACIÓN, TOMA DE MUESTRA Y ANALIZADOR PORTÁTIL DE HEMOGLOBINA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR HEMOGLOBINOMETRO CON ANTECEDENTES AL MODELO ALTERNATIVO DE SALUD (PROGRAMA OPORTUNIDADES) CON EL QUE ACTUALMENTE CUENTA ESTA SECRETARIA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 1. ANALIZADOR PORTÁTIL PARA DETERMINACION CUANTITATIVA DE HEMOGLOBINA TOTAL EN	No se acepta. Apegarse a las especificaciones de las bases, solicitadas por los servicios de salud.







	(HEMOGLOBINOMETRO	<p>SANGRE CAPILAR, VENOSA O ARTERIAL.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. VOLUMEN DE MUESTRA: 10 uL. 3. RANGO DE MEDICIÓN DE 0-25.6 g/dL. 4. CALIBRADO DE FÁBRICA CONTRA EL MÉTODO DE REFERENCIA INTERNACIONAL (ICSH). 5. MÉTODO: AZIDAMETAHEMOGLOBINA. 6. PESO: 350 GRAMOS CON BATERÍAS INCLUIDAS. 7. DIMENSIONES 85 X 160 X 43 MILÍMETROS (mm). 8. LECTURA A 2 LONGITUDES DE ONDA: 570 Y 880 NANÓMETROS (nm). 9. INTERFACE: VÍA PUERTO USB. 10. MEMORIA: 600 RESULTADOS CON FECHA Y HORA. 11. CERO MANTENIMIENTO. 12. FUENTE DE PODER: CORRIENTE ALTERNA (CA) O 4 BATERÍAS DOBLE AA. 13. RESULTADOS CON CALIDAD DE LABORATORIO DE 15 A 60 SEGUNDOS. 14. CUMPLE CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO 13485 E ISO 9001-2008. 15. AUTO VERIFICACIÓN ELECTRONICA INTERNA AL ENCENDER EL INSTRUMENTO. 16. NO REQUIERE CALIBRACIÓN. 	
14.	<p>PARTIDA 2011. PRUEBA EN TIRA PARA LA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA TOTAL Y HEMATOCRITO EN SANGRE TOTAL, CAPILAR O VENOSA, QUE INCLUYA TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACIÓN, TOMA DE MUESTRA Y ANALIZADOR PORTÁTIL</p>	<p>¿REQUIERE EL HEMOGLOBINOMETRO IMPRESORA?</p>	<p>No se acepta. Apegarse a las especificaciones de las bases, solicitadas por los servicios de salud.</p>



DE	HEMOGLOBINA (HEMOGLOBINOMETRO)	
----	-----------------------------------	--

NOMBRE DEL LICITANTE: DIABETES INTEGRAL, S.A. DE C.V.

3.- TERCERA

Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
15.	Aspecto Técnico Sección VI Anexo Técnico	<p>Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica</p> <p>Copia simple del registro sanitario vigente incluido el proyecto de marbete</p> <p>Es correcto entender que para cubrir dicho requisito bastara con presentar registros sanitarios actualizados ya que la información contenida en el marbete está integrada en el cuerpo del registro, ya que así nos los entrego la autoridad Sanitaria (COFEPRIS).</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	Es correcta su afirmación
16.	Aspecto Técnico Sección VI Anexo Técnico	<p>Solicitamos atentamente a la convocante para no limitar la libre participación de las empresas tal como lo establece el artículo 29 fracción V de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Sector Público y con esto obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y servicio nos permita ofertar Prueba reactivo en microcubetas para la determinación de Hemoglobina Total y hematocrito en sangre total capilar o venosa.</p> <p>¿Se acepta nuestra propuesta?</p>	<p>No se acepta.</p> <p>Apegarse a las especificaciones de las bases, solicitadas por los servicios de salud.</p>
17.	Aspecto Técnico Sección VI Anexo Técnico	<p>Instalación de la unidad solicitante:</p> <p>3 Baterías AAA y/o con AC adaptador de corriente de alimentación eléctrica</p> <p>Solicitamos atentamente a la convocante para no limitar la libre participación de las empresas tal como lo establece el artículo 29 fracción V de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Sector Público y con esto obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y servicio nos permita ofertar fotómetro con batería NiMH Recargable (Hidrido metálico de Níquel). La capacidad de la batería se calcula en base a tener una carga suficiente para 100 horas de funcionamiento en el entendido que daremos cumplimiento a lo solicitado.</p> <p>¿Se acepta nuestra propuesta?</p>	<p>No se acepta.</p> <p>Apegarse a las especificaciones de las bases, solicitadas por los servicios de salud.</p>

NOMBRE DEL LICITANTE: SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V.



[Handwritten signatures and marks]

4.- CUARTA

Consecutivo o Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
1.	Aspecto Técnico Anexo 7A	Solicitamos atentamente a la convocante nos confirme si es correcto entender que para cubrir el requisito del Documento No. 9 Obligatorio para los bienes de origen de Importación se entregara el Anexo 7A de las presentes bases. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su afirmación
2.	Aspecto Técnico Anexo 7A	En caso de ser afirmativa mi solicitud, le solicitamos atentamente a la convocante nos confirme que en el presente proceso licitatorio solo se aceptaran bienes de importación originarios de alguno de los países con los que nuestro país Tiene suscrito cualquiera de los tratados de libre comercio vigentes a la fecha del evento. ¿Es correcta nuestra apreciación?	No es correcta su afirmación, ya que al tratarse de la adquisición de un Servicio Integral el Licitante deberá de Ser una Empresa Nacional y deberá de considerar el presentar Bajo Protesta de Decir verdad, Ser una Empresa Nacional, para dar fiel y cabal cumplimiento a este punto.
3.	Aspecto Técnico Sección VI Anexo Técnico	Prueba para la determinación de Hemoglobina Total y Hematocrito en sangre total capilar o venosa que Incluya todo lo necesario para su realización, la toma de muestra y analizador portátil (Hemoglobinometro). Solicitamos atentamente a la convocante para no limitar la libre participación de las empresas y con el fin de que haya libre competencia ya que la especificación que solicitan encuadra a una marca en específico nos permita ofertar Vial para la determinación de Hemoglobina Total y hematocrito en sangre total capilar o venosa en el entendido que el producto que oferta mi representada cumple con las características solicitadas en las presentes bases y corresponde al cuadro básico de salud en específico a la clave: 370. 081. 0462. 00.01 ¿Se acepta nuestra propuesta?	No se acepta. Apegarse a las especificaciones de las bases, solicitadas por los servicios de salud.
4.	Aspecto Técnico Sección VI Anexo Técnico	Prueba para la determinación de Hemoglobina Total y Hematocrito en sangre total capilar o venosa que Incluya todo lo necesario para su realización, la toma de muestra y analizador portátil (Hemoglobinometro). Solicitamos atentamente a la convocante para no limitar la libre	No se acepta. Apegarse a las especificaciones de las bases, solicitadas por los servicios de salud.



(Handwritten signatures and marks are present in this area)

		participación de las empresas nos permita ofertar fotómetro con un peso de 1.6 kg en el entendido que el producto que oferta mi representada cumple con las características solicitadas además de que no demerita en nada el desempeño ni la calidad del producto . ¿Se acepta nuestra propuesta?	
5.	Aspecto Técnico Sección VI Anexo Técnico	Entendemos que la descripción en la tecnología solicitada en las bases de este proceso son mínimas indispensables y que el hecho de ofertar tecnología superior no será causa de des echamiento de la propuesta, es correcta nuestra apreciación?	No se acepta. Apegarse a las especificaciones de las bases, solicitadas por los servicios de salud.
6.	Aspecto Técnico Sección VI Anexo Técnico	Prueba para la determinación de Hemoglobina Total y Hematocrito en sangre total capilar o venosa que Incluya todo lo necesario para su realización, la toma de muestra y analizador portátil (Hemoglobinometro). Solicitamos atentamente a la convocante nos ratifique que solicitan Fotómetro portátil para determinar hemoglobina y hematocrito en sangre capilar o venosa que cuente con estado de espera (stand-by) automáticamente cuando no se haya usado el instrumento por un determinado tiempo (5 a 8 minutos aproximadamente). Clave de cuadro básico: 533.435.0021.02.01	Se afirma que se está solicitando equipos con descripción a entregar: Fotómetro portátil para determinar hemoglobina y hematocrito en sangre capilar o venosa mediante el empleo de tiras reactivas. Apegarse a las especificaciones de las bases, solicitadas por los servicios de salud.
7.	Aspecto Técnico Sección VI Anexo Técnico	Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica Copia simple del registro sanitario vigente incluido el proyecto de marbete Solicitamos atentamente a la convocante que nos indique que no será causa de des echamiento el no presentar el marbete en el registro debido a que los registro actualizados ya no lo incluyen , es correcta nuestra apreciación ? Favor de aclarar	Es correcta su afirmación, sin que esto determine la descalificación a quien si lo presente.
8.	Aspecto Técnico Sección VI Anexo Técnico	Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica Copia simple del registro sanitario vigente incluido el proyecto de marbete Solicitamos atentamente a la convocante con el fin de brindar seguridad a la convocante el registro sanitario este vigente y sin modificaciones. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Deberá estar vigente.
9.	Aspecto Técnico	2.2.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica Equipo para muestra pre-armada y funcional para su valoración.	Es afirmativo y se entregara el día y la hora que indican las bases para la entrega de



		Solicitamos atentamente a la convocante nos aclare si para este proceso licitatorio se entregaran muestras y si es así nos indique los horarios, el día, lugar y fecha de entrega de la muestra.	propuestas.
		Favor de aclarar	

NOMBRE DEL LICITANTE: HEMOSER, S.A. DE C.V.

5.- QUINTA




Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
10.	SECCION VI ANEXO TECNICO PAG. 80	SOLICITAN EQUIPO PARA MUESTRA PRE-ARMADO Y FUNCIONAL PARA SU VALORACION. ¿FAVOR DE INDICARNOS SI EL EQUIPO SE ENTREGA EN LA PRESENTACION DE PROPUESTAS Y SI SE DEBE EXPLICAR LA OPERACION DEL MISMO, ASI COMO LA FECHA DE DEVOLUCION DE ESTE?	Es afirmativo, será entregada el día y la hora en el que se entreguen las propuestas por parte del licitante. Se deberá presentar la solicitud a la convocante de la devolución de la muestra, 20 días posteriores al fallo.

NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP, SA DE CV

6.- SEXTA

Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
11.	Sección I	Para el caso de la acreditación de la existencia y personalidad jurídica y para el caso de los LICITANTES nacionales que oferten servicios nacionales, éstos deberán ser producidos en México contando por lo menos con un grado de contenido nacional del 50% o el correspondiente a los casos de excepción que establezca la Secretaría de Economía y lo señalado en el "Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se establecen las reglas para la determinación y acreditación del grado de contenido nacional, tratándose de procedimientos de contratación de carácter nacional", publicado en el DOF del 12 de julio de 2004. Debemos de entender que al ser un servicio integral este debe de ser proporcionado por una empresa Mexicana.	Es afirmativa su apreciación, la adquisición de un Servicio Integral el Licitante deberá de Ser una Empresa Nacional y deberá de considerar el presentar Bajo Protesta de Decir verdad, Ser una Empresa Nacional, para dar fiel y cabal cumplimiento a este punto.



12.	Sección VI	Prueba para la determinación de Hemoglobina Total y Hematocrito en sangre total capilar o venosa que Incluya todo lo necesario para su realización, la toma de muestra y analizador portátil. Tira: con reactivos para calcular valor de hemoglobina y cálculo de hematocrito en sangre capilar o venosa. Volumen de muestra: 10 µL Reactivos, Controles y todo lo necesario para la toma de muestra incluido en la prueba Presentación: prueba. Debemos de entender que el Licitante deberá de considerar todo lo necesario para el proceso del volumen de pruebas, incluyendo tubos, algodón y alcohol, etc.	Es afirmativa su apreciación.
13.	Sección II	Favor de Confirmar el plazo de entrega de todo lo necesario para el servicio.	A más tardar 30 días posteriores a la fecha de la resolución de fallo.
14.	SECCION II, INCISO A) DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA	Solicitan: Documento 10 (Obligatorio) Presentar originales de catálogos (del fabricante o empresa propietaria de marca) para todas las partidas. Solicitamos a la convocante nos permita presentar copia fiel a color del original. Se Acepta?	Se acepta la propuesta.
15.	General	Solicitamos a la convocante nos aclare cuál será la vigencia del contrato al cual es atribuible el presente proceso licitatorio?	12 meses.

NOMBRE DEL LICITANTE: DICIPA S.A DE C.V.

7.-SEPTIMA

Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
16.	.-PUNTO ADMINISTRATIVO: DOCUMENTACION COMPLEMENTARIADOCUMENTO 12.- Carta de respaldo del fabricante en papel membretado, bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que respalda la proposición del licitante para la presente licitación	Pregunta: se solicita a la convocante nos permita presentar carta de apoyo por parte de la filial en México o del distribuidor autorizado, ¿se acepta?	Si se acepta. Apegarse a las especificaciones de las bases, solicitadas por los servicios de salud
17.	ASPECTO TECNICO:		No se acepta.

Página 10 de 12



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro. C.P. 44100. Guadalajara, Jalisco, México.

Tels. (33) 3030-5000
www.jalisco.gob.mx

(Handwritten signatures and marks)

	<p>SECCION 6 ANEXO TECNICO Solicitan: Prueba para la determinación de Hemoglobina Total y Hematocrito en sangre total capilar o venosa que Incluya todo lo necesario para su realización, la toma de muestra y analizador portátil, Tira: con reactivos para calcular valor de hemoglobina y cálculo de hematocrito en sangre capilar o venosa. Volumen de muestra: 10 µL Reactivos, Controles y todo lo necesario para la toma de muestra incluido en la prueba Presentación: prueba.</p>	<p>Solicitamos a la convocante permita ofertar Micro cubeta para la determinación de Hemoglobina Total y Hematocrito en sangre total capilar o venosa que Incluya todo lo necesario para su realización, la toma de muestra y analizador portátil. En el entendido que actualmente cuentan con una base de equipos que se apegan al modelo alternativo de salud (programa de oportunidades) con el que actualmente cuenta esta secretaria.</p>	<p>Apegarse a las especificaciones de las bases, solicitadas por los servicios de salud</p>
18.	<p>ASPECTO TECNICO: 3.- Partida 2011: 5310, solicitan la siguiente descripción de equipo:</p>	<p>Solicitamos a la convocante permita ofertar equipos con las siguientes características</p>	<p>No se acepta. Su cuestionamiento está incompleto.</p>
19.	<p>ASPECTO TECNICO: Partida 2011, accesorios. Dispositivo de punción para obtención de sangre capilar por medio de lancetas tipo pluma fuente de plástico contiene: Cuerpo, porta lanceta, sujetador de la lanceta, botón graduable, que permita efectuar la incisión a 5 posiciones diferentes Presentación: caja con 100 lancetas.</p>	<p>Solicitamos a la convocante nos indique el número de disparadores y el número de cajas de lancetas que requiere. ¿Podemos considerar un disparador por equipo y una lanceta por cada prueba solicitada?</p>	<p>El Licitante deberá de considerar todo lo necesario para el proceso del Total de las pruebas adjudicadas...</p>



[Handwritten signatures and initials are present in this area, including a large signature on the left and several initials on the right.]

20.	ASPECTO TECNICO: Partida 2011, instalación de la unidad solicitante: 3 Baterías AAA y/o con AC adaptador de corriente de alimentación eléctrica (Mini USB, 5 V dc, 50 mA) y comunicaciones de tipo mini USB	Solicitamos a la convocante indique si es necesario entregar por cada equipo un juego de baterías y un AC adaptador de corriente de alimentación eléctrica compatible con el instrumento ofertado.	El licitante deberá de considerar la entrega de todo lo necesario para el proceso de las pruebas de acuerdo a lo especificado en bases.
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Siendo las 19:00 (once horas con treinta minutos) del mismo día en que se dio inicio se da por terminada la presente acta, firmando de conformidad los que en ella quisieron intervenir y recibiendo copia de la misma todos los participantes.-----

Por parte de los Servidores Públicos	
Lic. José Luis López Maldonado	Director General de Administración del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco
C. José Arquímedes Corona Velasco	Director de Recursos Materiales
Dr. Rogelio Mendoza Gutiérrez	Jefe del departamento de primer nivel de atención médica
Por Parte De Los Licitantes	
Tecnología Medica Interamericana S.A. de C.V.	Mireya Alfonso Aburto
Mexglobal S.A. de C.V.	Gustavo Silva Navarro
Sanabria Corporativo Medico	Salvador Sanabria
Presefa S.A. de C.V.	Andrés González
Dicipa S.A. de C.V.	Ernesto Alvarez Torres
Sistemas Médicos Menovum	Luis Meléndez

FINAL DEL ACTA-----

Recibi copia de Acta Salvador Sanabria

[Handwritten signatures and scribbles]