



**ACTA DE JUNTA ACLARATORIA**

**LPL-43068001-011-13**

*E*

*[Handwritten signature]*

En Guadalajara Jalisco, siendo las 8:00 (ocho horas) del día 23 de Diciembre de 2013 dos mil trece, en el local que ocupa el auditorio del Organismo Publico Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, sito en calle Dr. Baeza Alzaga 107, C.P. 44100, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, se reunieron para llevar a cabo la **Séptima Sesión Extraordinaria** de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco; se procedió a dar inicio con la junta aclaratoria en punto de las 14 (Catorce horas) del día señalado anteriormente para la Licitación Pública Local No. **LPL-43068001-011-13** para el **Servicio Integral de Banco de Sangre para Unidades del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco**. C. Dr. Luis Daniel Meraz Rosales. Presidente Suplente de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones; C. Lic. José Luis López Maldonado, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco José Arquímedes Corona Velasco Director de Recursos Material del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, para hacer constar los siguientes hechos:

MIEMBROS DE LA COMISIÓN	ACREDITA PERSONALIDAD CON	Firma
<b>DR. LUIS DANIEL MERAZ ROSALES.</b> PRESIDENTE SUPLENTE DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES.	Punto IV de la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del O.P.D Servicios de Salud Jalisco, celebrada el día 16 de agosto de 2013.	
<b>MTRO. JOSÉ LUIS LÓPEZ MALDONADO.</b> SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN.	Punto V de la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del O.P.D Servicios de Salud Jalisco, celebrada el día 29 de noviembre de 2013.	
<b>LIC. PEDRO SALVADOR DELGADO JIMÉNEZ.</b> VOCAL SUPLENTE DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	Oficio No. SEPAF/1088/2013, de fecha 29 de mayo de 2013, y SEPAF/1604/2013, signados por el Mtro. Ricardo Villanueva Lomelí.	
<b>Lic Oscar Alejandro Uribe Calleros.</b> Vocal Suplente del Consejo Estatal Para El Fomento Deportivo (CODE), en Representación del Poder Ejecutivo.	Oficio No. 52/1163/2013, de fecha 17 de Diciembre de 2013, signado por el Lic. André Marx Miranda Campos Director General de CODE Jalisco, que señala lo representara en la 8va Sesión Ordinaria de Servicios de Salud Jalisco.	
<b>LIC. GUILLERMO HIDALGO MARTÍNEZ.</b> VOCAL TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL.	Oficio No. SDIS/319/2013, de Fecha 01 de Agosto de 2013, signado por la Lic. Salvador Rizo Castelo.	
<b>MTRO. JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ TORRES</b> <b>C. JUANA CARRIÓN RUIZ.</b> VOCAL SUPLENTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO.	Oficio No. 4774/DGDE/2013 de fecha 30 de Septiembre de 2013, signado por el Mtro. Juan José Bañuelos Guardado, Contralor del Estado.	


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten mark]*

<p><b>ING. ELÍAS MARTÍN INZUNZA.</b> VOCAL TITULAR DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA.</p>	<p>Escrito S/N de fecha 15 de Agosto de 2013, signado por el Lic. Francisco Beckmann González, Presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara.</p>	
<p><b>LIC. ALFONSO CRUZ LOZANO.</b> REPRESENTANTE VOCAL TITULAR DEL CONSEJO DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE JALISCO.</p>	<p>Oficio numero CCIJ/416/2013 de fecha 26 de Agosto de 2013, signado por el Lic. Juan Alonso Niño Cota, Coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, A.C.</p>	
<p><b>LIC. JOSÉ GUADALUPE PÉREZ MEJÍA.</b> VOCAL SUPLENTE DE LA CONFEDERACIÓN PATRONAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA</p>	<p>Oficio de fecha 16 de Diciembre de 2013, signado por el Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Director General.</p>	
Invitados		Firma
<p><b>LIC. MIGUEL ÁNGEL LEYVA LUNA.</b> TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.</p>		
<p><b>LIC. FERNANDO LETIPICHIA TORRES.</b> TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD.</p>		
<p><b>C. JOSÉ ARQUÍMEDES CORONA VELASCO.</b> DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES</p>		

**Aclaraciones de la convocante**

**ACLARACION 1.-** Se incorpora en la bases de licitación el siguiente anexo 7

**RESUMEN DE PROPUESTAS TÉCNICAS.**

**ACLARACION 2.-** Se incorpora en la bases de licitación el siguiente anexo 3


**PROPUESTA ECONOMICA**

**Se entrega en digital CD los archivos antes descritos.**





*Handwritten signature/initials*



**RESUMEN DE PROPUESTAS TÉCNICAS**

**ANEXO 7**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:			
PARTIDA	NOMBRE COMERCIAL DEL FABRICANTE	PARTIDA	NOMBRE COMERCIAL DEL FABRICANTE
TOTAL DE RENGLONES OFERTADOS			

**GUADALAJARA, JALISCO  
RECIBÍO O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO**



*Handwritten marks/signatures*

*A,*



*Handwritten signature and initials in the top right corner.*

**PROPUESTA ECONOMICA**

**ANEXO 3**

Nombre de Proveedor : >					
R.F.C. >					
Domicilio Fiscal : >					
<b>Servicio Integral de Banco de Sangre para Unidades del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco</b>					
Partida	Descripción	Cantidad Mensual	Costo Total del Servicio	Total	Total con IVA incluido
1	UNIDAD / BOLSA ENTREGADA Y LIBERADA TIPO A CON PRUEBAS DE NAT	1,500	\$ -	\$ -	\$ -
2	UNIDAD / BOLSA ENTREGADA Y LIBERADA TIPO B CON PRUEBAS DE NAT	500	\$ -	\$ -	\$ -
3	UNIDAD / BOLSA ENTREGADA Y LIBERADA TIPO C CON PRUEBAS DE NAT	1,000	\$ -	\$ -	\$ -
4	UNIDAD / BOLSA ENTREGADA Y LIBERADA TIPO D CON PRUEBAS DE NAT	100	\$ -	\$ -	\$ -
5	PROCEDIMIENTOS DE AFERESIS CON PRUEBAS DE NAT Y AFERESIS TERAPEUTICAS SIN PRUEBAS DE NAT.	50	\$ -	\$ -	\$ -
6	PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD EN GEL.	12,500	\$ -	\$ -	\$ -
7	PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD EN TUBO.	1,500	\$ -	\$ -	\$ -
8	PRUEBAS DE GRUPO SANGUINEO ABO Y Rh (PRUEBA DIRECTA E INVERSA) Y Rh EN GEL.	7,000	\$ -	\$ -	\$ -
9	PRUEBAS DE GRUPO SANGUINEO ABO Y Rh (PRUEBA DIRECTA E INVERSA) Y Rh EN TUBO.	4,000	\$ -	\$ -	\$ -
10	PRUEBAS DE FENOTIPOS ERITROCITARIOS DE Rh GEL KIT.	1	\$ -	\$ -	\$ -

*Handwritten signature on the right margin.*



*Handwritten letter 'B' on the right margin.*

*Handwritten letter 'B' on the right margin.*

*Handwritten letter 'A' at the bottom left corner.*

*Handwritten marks and scribbles in the top right corner.*

**LECTURA DE LAS PRECISIONES DE LA CONVOCANTE PARA ACLARACION**  
**A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS LICITANTES**

**1.-PRIMERA**

**NOMBRE DEL LICITANTE:** HEMOSER S.A. de C.V.

**.REPRESENTANTE LEGAL:** MARIO JUAN GRANADOS BARRANCO

**PREGUNTAS:**

**(PRECISAR EL PUNTO DE LA CONVOCATORIA O ESPECIFICAR EL ASPECTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO QUE DEBE ACLARARSE):**

No.	Puntos Específicos	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1.		Solicitamos a la convocante nos aclare a que re refiere licitación publica local, ya que los bienes y reactivos necesarios para el servicio solicitado en su mayoría, son de origen internacional.	En este proceso de licitación no se están comprando reactivos, se está contratando un servicio integral.
2.	Punto 7.- características indispensables de las propuestas técnicas y económicas.	d) El "participante" o su representante legal, deberá firmar en forma autógrafa toda la documentación presentada objeto de esta licitación, en el entendido de que la falta de firma o rubrica en algún documento invalida el mismo, haciéndolo sujeto de descalificación. Solicitamos a la convocante aclarar si se refieren a cartas, anexos, formatos etc, utilizados para la presentación de nuestra propuesta.	Nos referimos a toda la documentación que presentara en la propuesta técnica y económica.
3.	Punto 7.- características indispensables de las propuestas técnicas y económicas.	g) La Propuesta Técnica deberá presentarse de acuerdo al formato del ANEXO 2 contenido en las presentes bases. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL ANEXO 2, SOLO CON LA DESCRIPCION DEL SERVICIO OFERTADO Y EN HOJAS SUBSECUENTES LA DESCRIPCION DE CADA UNA DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN EL ANEXO 1 Y APARTADOS. ESTO PARA UNA MEJOR CONDUCCION DEL EVENTO, SE ACEPTA?	Es afirmativa su apreciación.
4.	Punto 7.- características indispensables de las propuestas técnicas y económicas.	g) La propuesta económica deberá presentarse de acuerdo al formato del Anexo 3 para la Partidas del ANEXO 1, indicando los precios en Moneda Nacional. Una vez presentada la propuesta no se aceptará costo adicional o extra a excepción de causas no	Es afirmativa su apreciación, se le entregara el Anexo 3 en digital así como el Anexo 7 de la Propuesta Técnica

*Handwritten mark on the right margin.*



*Handwritten mark 'D' on the right margin.*

*Handwritten mark 'Q' on the right margin.*

*Handwritten mark 'H' at the bottom left corner.*



*[Handwritten signature]*

		<p>imputables al "PROVEEDOR" las cuales deberá sustentar fehacientemente                  EL ANEXO 3, SOLO CONTIENE UN RENGLON UNICO PARA COTIZAR, DESCRIBIENDO UN SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICIO DE SALUD JALISCO, SIN ESPECIFICAR LAS PARTIDAS A OFERTAR, SIN EMBARGO DE ACUERDO A LO INDICADO POR USTEDES EN EL ANEXO 1, QUE DICE QUE " PARA EL COBRO DE DE LOS CUATRO TIPOS DE BOLSAS"                  POR LO TANTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS OTORGUE EL ANEXO 3 INCLUYENDO LA DESCRIPCION DE CADA UNO DE LAS PARTIDAS REQUERIDAS EN LAS BOLSAS, YA QUE SON DATOS INDISPENSABLES PARA LLEVAR A CABO LA FACTURACION.</p>	
5.	8.1 Documentos que debe contener el sobre de la propuesta técnica.	<p>7. Contratos (original para su cotejo y copia simple) de 2 clientes en el que figure la siguiente información: nombre y/o razón social del cliente, nombre de la persona que recibió los servicios, dirección y teléfonos. Dichos datos podrán ser verificados por la "CONVOCANTE".                  DEBEMOS ENTENDER QUE LOS CONTRATOS SOLICITADOS EN ESTE PUNTO DEBEN SER DE SERVICIOS IGUALES A LOS SOLICITADOS EN LA PRESENTE LICITACION, ES CORRECTO?</p>	Apegarse al contenido de las bases de la presente licitación.
6.	8.1 Documentos que debe contener el sobre de la propuesta técnica.	<p>12. El "PARTICIPANTE" deberá entregar Manual de Operación de entrega recepción (Traslape), tanto de manera impresa, como su respaldo en archivo electrónico.                  FAVOR DE ACLARAR QUE CARACTERISTICAS DEBE TENER EL MANUAL SOLICITADO, SE TRATA DEL CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS, REACTIVOS, INSUMOS, ETC, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO?</p>	Se refiere a los manuales de operación.
7.	8.1 Que debe contener el sobre de la propuesta técnica.	<p>14. Copia del Alta ante el IMSS del personal activo, así como copia de sus correspondientes comprobantes de pago de los últimos dos bimestres, de igual forma deberá anexar carta bajo protesta de decir</p>	Apegarse al contenido de las bases de la presente licitación



A

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



*Handwritten marks and scribbles in the top right corner.*

		<p>verdad de que en caso de resultar adjudicado, contará con el 100% del personal necesario al inicio del servicio objeto de este "PROCESO".</p> <p>EN AL CASO DE MI REPRESENTADA, EL PERSONAL SE ENCUENTRA SUBCONTRATADO A TRAVES DE OUTSOURCING, POR LO CUAL SOLICITAMOS NOS PERMITAN PRESENTAR ALTAS ANTE IMSS A TRAVES DE DICHA EMPRESA, RESPALDANDO CON COPIA DEL CONTRATO DE SERVICIOS, SE ACEPTA?</p>	
<p>8.</p>	<p>8.1 Que debe contener el sobre de la propuesta técnica.</p>	<p>1. Copia simple y original para cotejo de Fichas técnicas relacionadas con el uso, normas de seguridad y certificado de biodegradabilidad de los productos a utilizar. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EN ESTE PUNTO, SERA SUFICIENTE PRESENTAR HOJAS DE SEGURIDAD Y/O MSDS, DE LOS REACTIVOS Y/O INSUMOS QUE APLIQUE? EN CASO DE SER NEGATIVA SU RESPUESTA FAVOR DE INDICARNOS ESPECIFICAMENTE A QUE FICHAS SE REFIERE.</p>	<p><b>Presentar la documentación de los insertos de reactivos a utilizar.</b></p>
<p>9.</p>	<p>16. Garantía para el cumplimiento del contrato.</p>	<p>El "PROVEEDOR" adjudicado deberá constituir una garantía a favor de SERVICIOS DE SALUD JALISCO, tanto para el cumplimiento de su contrato, en tiempo y forma, defectos y vicios ocultos del "SERVICIO", en Moneda Nacional, por el importe del 10% (diez Por ciento) del monto total del contrato a través de fianza conforme al Anexo 8. Ésta garantía deberá presentarla 3 días hábiles posteriores a la fecha del acta de resolución en el "DOMICILIO", de no presentar la garantía no se entregará el contrato. La garantía será con una vigencia de tres años a partir del inicio del contrato y hasta un mes posterior al término del mismo. La fianza deberá de especificar claramente que se expide para garantizar el fiel y exacto cumplimiento según características, especificaciones y obligaciones requeridas y contraídas en las bases del "PROCESO". Por lo tanto la garantía se hará efectiva en caso de incumplimiento del contrato.</p>	<p><b>La vigencia es por un año.</b></p>



*Handwritten mark 'D' at the bottom left.*

*Handwritten marks and scribbles on the right margin.*



*Handwritten initials and marks in the top right corner.*

		CONSIDERANDO QUE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DERIVADO DE LA PRESENTE LICITACION SERA HASTA DICIEMBRE DE 2014 (UN AÑO), SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LOS MOTIVOS PARA SOLICITAR LA FIANZA CON UNA VIGENCIA DE TRES AÑOS	
10.	16. Garantía para el cumplimiento del contrato.	El "PROVEEDOR" adjudicado deberá constituir una garantía a favor de SERVICIOS DE SALUD JALISCO, tanto para el cumplimiento de su contrato, en tiempo y forma, defectos y vicios ocultos del "SERVICIO", en Moneda Nacional, por el importe del 10% (diez Por ciento) del monto total del contrato a través de fianza conforme al Anexo 8. Ésta garantía deberá presentarla 3 días hábiles posteriores a la fecha del acta de resolución en el "DOMICILIO", de no presentar la garantía no se entregará el contrato. La garantía será con una vigencia de tres años a partir del inicio del contrato y hasta un mes posterior al término del mismo. CONSIDERANDO QUE EL TEXTO SEÑALADO SE CONTRADICE YA QUE POR UNA PARTE DICE QUE LA FIANZA DEBERA TENER VIGENCIA DE TRES AÑOS Y POR OTRA DICE QUE SERA VIGENTE HASTA UN MES POSTERIOR AL TERMINO DEL CONTRATO, QUE SERIA ENERO DE 2015. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR LA VIGENCIA DE LA MISMA.	La fianza tendrá una vigencia por un año, hasta el 31 de enero de 2015.
11.	Pregunta	3. VIGENCIA, DIAS, HORARIO Y LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Solicitamos a la convocante aclarar, cuál es el plazo máximo para instalación de equipamiento?	15 días naturales a partir de la adjudicación
12.	3.5 Plantilla de personal completa	Sera responsabilidad del "PROVEEDOR" el que la plantilla de personal siempre este completa para asegurar en todo momento el servicio objeto del "PROCESO". Solicitamos a la convocante aclarar para que procesos se requiere la plantilla de personal, cuantas personas requieren para esta plantilla y con qué perfil se requiere el personal. Favor de aclarar?	La respuesta a su pregunta se encuentra el punto 8.1 inciso 36 y 37.
13.	6. Obligaciones de los "participantes".	El "PARTICIPANTE" deberá poseer la capacidad administrativa, financiera, legal y	La respuesta a su pregunta se encuentra



*Handwritten mark 'A' at the bottom left.*

*Handwritten marks 'B' and 'C' on the right margin.*



*Handwritten initials and marks in the top right corner.*

		técnica, para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas para el "SERVICIO", situación que deberá quedar contenida en la documentación que incluya la Propuesta Técnica. Solicitamos a la convocante aclarar con que documentos de deberá demostrar este punto.	el punto el 8.1 inciso 10 y 11.
14.	Obligaciones de los "participantes".	El "PROVEEDOR" deberá contar con la experiencia, capacidad técnica necesaria, organización, personal profesional certificado y elementos propios debidamente calificados para garantizar los servicios solicitados " ANEXO 1" y en las "UNIDAD" (ES) que se relacionan en dicho anexo, consecuentemente en momento la "CONVOCANTE" o el Gobierno del Estado se consideraran como patrón o intermediario de dicho personal, eximiéndose en consecuencia a la "CONVOCANTE" o el Gobierno del Estado de cualquier responsabilidad laboral, física y de seguridad social y comprometiéndose el "PROVEEDOR" a otorgar las prestaciones mínimas de ley que al respecto pudiera existir en la contratación de sus trabajadores con los que esta prestando el servicio a la "CONVOCANTE", La "CONVOCANTE" se reserva el derecho de solicitar la documentación probatoria. Se solicita a la convocante aclarar con qué documento se demostrará que el personal está certificado y cuenta con la capacidad técnica necesaria para garantizar el servicio, así mismo favor de aclarar que antigüedad deben tener estos documentos. Favor de aclarar.	La respuesta a su pregunta se encuentra el punto 8.1 inciso 16
15.	8. Desarrollo del "proceso"	8.1 DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA PROPUESTA TÉCNICA 22. Carta compromiso en formato libre, membretada y firmada por el representante legal, en caso de resultar adjudicado donde se comprometa a proporcionar un sistema de comunicación móvil y efectivo en un máximo de 15 días a partir de la adjudicación para el personal responsable del abasto para la solución durante contingencias y/o emergencias. Se solicita a la convocante aclarar cuántos sistemas de comunicación se requieren para	Lo necesario para cubrir contingencias y emergencias en el caso que existiera.



*Handwritten mark 'A' at the bottom left.*

*Handwritten marks and signatures on the right margin.*



*E. S.*

		cumplir con este punto.	
16.	8. Desarrollo del "proceso"	<p>8.1 DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA PROPUESTA TÉCNICA</p> <p>30. Carta Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que realizara la inscripción anual a programas externos de Control de Calidad para la detección de agentes Infecciosos transmisibles por transfusión así como para Inmunohematología, que estén avalados por el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea.</p> <p>El CNTS cuenta con sus propios programas de control de calidad externo y no avala terceros, de acuerdo a la Nom 253 podemos entender que debemos inscribirlos al programa de control de Calidad externo para detección de agentes infecciosos e inmunohematología del CNTS y a otro programa de control de calidad externo en serología e Inmunohematología que esté acreditado como proveedores de ensayos de aptitud. Es correcta nuestra apreciación?</p>	Apegarse al contenido de las bases de la presente licitación.
17.	Anexo1 Especificaciones técnicas	<p>Definiciones de Bolsas:</p> <p>TIPO A: Bolsa cuádruple SAG-Manitol Top &amp; Bottom.</p> <p>TIPO B: Bolsa cuádruple SAG-Manitol con filtro desleucocitador incluido para sangre total.</p> <p>Solicitamos a la convocante nos permita ofertar una bolsa con un aditivo equiparable a SAGManitol ya que éste es el nombre comercial de una sola marca y no permite la libre participación. Se acepta?</p> <p>Anexo 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PUESTO DE SANGRADO y DEPÓSITOS TEMPORALES</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pruebas cruzadas en gel.</li> <li>• Rastreo de anticuerpos irregulares en gel.</li> </ul> <p>Con la finalidad de favorecer la libre participación solicitamos a la convocante nos permita ofertar columnas con matriz en esfera de vidrio. Se acepta?</p>	Apegarse al contenido de las bases de la presente licitación.
18.	Apartado 1a y 2a	PUESTOS DE SANGRADO Y DEPÓSITOS TEMPORALES	Se solicita para 12 unidades

*ff*



*A*

*b*  
*o*



*E*

		<p>FRACCIONAMIENTO CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA 12 UNIDADES</p> <p>Dado que con esta centrífuga el usuario se debe esperar a captar 12 bolsas para poder iniciar con su rutina solicitamos a la convocante nos permita ofertar centrifugas refrigeradas para 6 bolsas lo cual favorecer la logística de trabajo diario. Se acepta?</p>	
19.	Apartado 3a pág. 35	<p>Proporcionar auditoria requerida para obtener la certificación en ISO 9001:2008.</p> <p>Se solicita a la convocante nos aclare si para este punto nos darán el nombre de las empresas con las que se requiere la auditoría o el proveedor se hará cargo de proponer a la compañía auditora?</p>	Se le proporcionara al licitante adjudicado.
20.	Apartado d. lineamientos generales para el equipamiento Tipo 6. analizador para biometrías hemáticas analizador de pruebas hematológicas para el Cets y puestos de sangrado	<p>Principio de Medición de: Impedancia Volumétrica para el conteo de células, La cuenta diferencial de leucocitos se reporta en cinco partes #%;(Linfocitos, Monocitos, Basofilos Eosinofilos y Neutrofilos).</p> <p>Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo con la siguiente metodología que supera a la solicitada : Citometría de flujo fluorescente utilizando láser semiconductor</p> <p>Detección por corriente directa por corriente directa utilizando enfoque hidrodinámico Hemoglobina SLS (Lauril Sulfato Sódico) libre de cianuro</p> <p>Se acepta?</p>	Apegarse al contenido de las bases de la presente licitación.
21.	Apartado d. Lineamientos generales para el equipamiento Analizador de pruebas hematológicas para el Cets.	<p>Pantalla LCD a colores y sensible al tacto.</p> <p>Se solicita a la convocante nos permita ofertar un equipo que cuenta con un monitor adicional a colores sin demeritar su funcionalidad y que además supera la tecnología solicitada. Se acepta?</p>	Apegarse al contenido de las bases de la presente licitación.
22.	Apartado d. Lineamientos generales para el equipamiento	<p>ANALIZADOR DE PRUEBAS HEMATOLOGICAS PARA PUESTOS DE SANGRADO</p> <p>Pantalla LCD a colores y sensible al tacto.</p> <p>Se solicita a la convocante nos permita ofertar un equipo que cuenta con pantalla LCD y teclado multifuncional sin demeritar su funcionalidad y que además supera la tecnología solicitada. Se acepta?</p>	Apegarse al contenido de las bases de la presente licitación.
23.	Apartado d. Lineamientos generales para el	<p>TIPO 5: Plataforma Automatizado para las pruebas cualitativas por Amplificación del</p>	Apegarse al contenido de las bases de



*A*

*J*

*P*

*A*

*E*

	equipamiento	<p>Acido Nucleico in vitro para la detección simultanea de los tres virus en un solo tubo del ARN del Virus de la inmunodeficiencia humana Tipo 1 (VIH-1 grupo M, VIH-1 grupo O, tipo VIH-2.), del ARN del virus de la Hepatitis C (HCV) y del ADN del virus de la Hepatitis B (HBV) en muestras de suero y plasma de donantes humanos (NAT). Control de Calidad Externo Incluido sin costo adicional, eNAT.</p> <p>Solicitamos a la convocante nos permita ofertar otra opción de control de calidad ya que el control eNAT sólo lo ofrece una casa comercial y no permite la libre participación. Se acepta?</p>	la presente licitación.
24.	Apartado d lineamientos generales para el equipamiento	<p>Tipo 11: equipo para realización de aféresis plaquetaria / procedimientos especiales. Equipo de aféresis de multicomponente (plaquetas y/o plasma y/o hematíes) el precio incluirá los separadores celulares e insumos necesarios para efectuar cada tipo de procedimiento.</p> <p>Es correcto entender que para este equipo se requiere que también realice recambio plasmático y colección de células madres en la misma plataforma para no encarecer el costo de la misma y tener la facilidad de realizar estos procedimientos en un solo equipo?</p>	Apegarse al contenido de las bases de la presente licitación.

**NOMBRE DEL LICITANTE:** Johnson & Johnson Medical México, S.A de C.V  
**REPRESENTANTE LEGAL:** Gustavo Nicolás García Dueñas

**2.-SEGUNDA**

**PREGUNTAS:**

**(PRECISAR EL PUNTO DE LA CONVOCATORIA O ESPECIFICAR EL ASPECTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO QUE DEBE ACLARARSE):**

No.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1.	<p>Pregunta 1. Anexo 1 Especificaciones técnicas, en la página23 dice: Cantidad de unidades mensuales partida 6, Pruebas de compatibilidad en Gel, hasta 12.500 mensuales. A Fin De Promover La Libre Competencia y En Base A La Ultima</p>	<p>Página 22 y 23. Johnson &amp; Johnson Medical México, S.A de C.V.</p> <p>Se acepta, pero no es limitante a lo solicitado en las presentes bases de esta licitación.</p>



*A*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*



		Modificación De Las Claves Del Cuadro Básico Números 533.342.1484 Y Numero 080.081.5300 Con Fecha Del 12 De Septiembre Del 2013 Se Solicita A La Convocante Nos De Oportunidad De Ofertar Tarjetas de Gel y/o Cassettes Con Esferas De Vidrio para las pruebas de compatibilidad hasta 12500 mensuales.	
2.	Pregunta 2. JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MÉXICO, S.A DE C.V	En el supuesto que la respuesta anterior sea negativa, se solicita a la convocante funde y motive su respuesta	Se le dio respuesta en la pregunta anterior.
3.	Pregunta 3. Página 22 y 23. JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MÉXICO, S.A DE C.V	Pregunta 3. Anexo 1 Especificaciones técnicas, en la página 23 dice: Partida 8 Pruebas de grupo sanguíneo ABO y Rh(prueba directa e inversa)y Rh en Gel. Hasta por 7000 mensuales. A Fin De Promover La Libre Competencia y En Base A La Última Modificación De Las Claves Del Cuadro Básico Números 533.342.1484 Y Numero 080.081.5300 Con Fecha Del 12 De Septiembre Del 2013 Se solicita a la convocante nos de oportunidad de ofertar Tarjetas de Gel y/o Cassettes con esferas de vidrio para las Pruebas de grupo sanguíneo ABO Y Rh (prueba directa e inversa) y Rh hasta por 7000 mensuales.	Se acepta, pero no es limitante a lo solicitado en las presentes bases de esta licitación.
4.	Pregunta 4. JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MÉXICO, S.A DE C.V	En el supuesto que la respuesta anterior sea negativa, se solicita a la convocante funde y motive su respuesta.	Se le dio respuesta en la pregunta anterior
5.	Pregunta 5. Página 22 y 23. JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MÉXICO, S.A DE C.V	Pregunta 5. Anexo 1 Especificaciones técnicas, en la página 23 dice: Partida 10 Pruebas de fenotipos eritrocitarios de Rh GEL KIT, hasta por un kit mensual, A Fin De Promover La Libre Competencia y En Base A La Última Modificación De Las Claves Del Cuadro Básico Números 533.342.1484 Y Numero 080.081.5300 Con Fecha Del 12 De Septiembre Del 2013 Se solicita a la convocante nos de oportunidad de ofertar Tarjetas de Gel y/o Cassettes con esferas de vidrio para las pruebas de fenotipos eritrocitarios de Rh Hasta por 1 kit mensual.	Se acepta, pero no es limitante a lo solicitado en las presentes bases de esta licitación.
6.	Pregunta 6. JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MÉXICO, S.A DE C.V	En el supuesto que la respuesta anterior sea negativa, se solicita a la convocante funde y motive su respuesta.	Se dio respuesta en la pregunta anterior
7.	Pregunta 7. Páginas 23 y 24. JOHNSON &	APARTADO 1 A PUESTO DE SANGRADO PARA LOS PUESTOS DE SANGRADO	Se acepta, pero no es limitante a lo solicitado en las presentes bases de



*E*

	JOHNSON MEDICAL MÉXICO, S.A DE C.V	<p>APARTADO 1A</p> <p>Dice: En los puestos de sangrado se realizarán cuatro pruebas: Biometricas Hematicas Grupos Sanguíneos sistema ABO directa e Inverso y Rh, en tubo. Pruebas cruzadas en Gel, rastreos de Anticuerpos irregulares en gel.</p> <p>A Fin De Promover La Libre Competencia y En Base A La Última Modificación De Las Claves Del Cuadro Básico Números 533.342.1484 Y Numero 080.081.5300 Con Fecha Del 12 De Septiembre Del 2013 Se Solicita A La Convocante Nos De Oportunidad De Ofertar Tarjetas de Gel y/o Cassettes Con Esferas De Vidrio Para Los Siguietes Puestos De Sangrado: H. Regional De De Autlán De Navarro H. Regional De La Barca H. Regional Lagos De Moreno H. Regional De Tepatlitlán H. Regional De Puerto Vallarta H. Regional De Cd. Guzmán H. Regional De Ameca</p>	esta licitación.
8.	Pregunta 8 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MÉXICO, S.A DE C.V	En el supuesto que la respuesta anterior sea negativa, se solicita a la convocante funde y motive su respuesta.	Se dio respuesta en la pregunta anterior
9.	Pregunta 9. Página 24 y 25. JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MÉXICO, S.A DE C.V	<p>Apartado 1 A. en la página 24 dice: Los insumos y materiales a entregar en los PUESTOS DE SANGRADO se describen por áreas y las cantidades abajo descritas se refieren a la totalidad para los siete Puestos de Sangrado. Página 25 dice: Grupo sanguíneo ABO en gel, centrifuga para geles, Geles para grupo sanguíneo, células para grupo sanguíneo inverso, consumibles para grupo sanguíneo en gel. A Fin De Promover La Libre Competencia y En Base A La Última Modificación De Las Claves Del Cuadro Básico Números 533.342.1484 Y Numero 080.081.5300 Con Fecha Del 12 De Septiembre Del 2013 Se Solicita A La Convocante Nos De Oportunidad De Ofertar Tarjetas de Gel y/o Cassettes Con Esferas De Vidrio para el grupo sanguíneo ABO, células para grupo sanguíneo inverso, consumibles para grupo sanguíneo, centrifuga para Cassettes con</p>	Se acepta, pero no es limitante a lo solicitado en las presentes bases de esta licitación.



A

*J*

*D*

*Q*



E 7  
[Handwritten signature]

10.	Pregunta 10. JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MÉXICO, S.A DE C.V	esferas de vidrio, con centrifugación bifásica. En el supuesto que la respuesta anterior sea negativa, se solicita a la convocante funde y motive su respuesta.	Se dio respuesta en la pregunta anterior
11.	Pregunta 11. Páginas 27 y 28 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MÉXICO, S.A DE C.V	APARTADO 2 A. PARA LOS DEPOSITOS TEMPORALES Página 27 dice: Depósitos temporales, once depósitos temporales en total. El equipamiento, material y suministro necesarios se describen en el apartado 2A. en los "depósitos temporales" se realizaran tres pruebas: Grupos sanguíneos sistema ABO directo e inverso y Rh en tubo. Pruebas cruzadas en tubo o gel Rastreo de anticuerpos irregulares en gel A Fin De Promover La Libre Competencia y En Base A La Última Modificación De Las Claves Del Cuadro Básico Números 533.342.1484 Y Numero 080.081.5300 Con Fecha Del 12 De Septiembre Del 2013; se solicita a la convocante oportunidad de ofertar Tarjetas de Gel y/o Cassettes con esferas de vidrio para grupos sanguíneos sistema ABO directo e inverso, Pruebas cruzadas y rastreo de anticuerpos irregulares. Para los siguientes "depósitos temporales" H. Regional de Magdalena H. Regional de Cocula Unidad especializada de atención obstétrica y neonatal Guadalajara Unidad especializada de atención obstétrica y neonatal Zapotlanejo H. Comunitario Sn Juan de los Lagos.	Se acepta, pero no es limitante a lo solicitado en las presentes bases de esta licitación.
12.	Pregunta 12. JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MÉXICO, S.A DE C.V	En el supuesto que la respuesta anterior sea negativa, se solicita a la convocante funde y motive su respuesta.	Se dio respuesta en la pregunta anterior
13.	Pregunta 13. Página 28 y 29 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MÉXICO, S.A DE C.V	En la página 29 dice: Depósitos temporales, Los insumos y materiales a entregar en los depósitos temporales se describen por áreas y las cantidades abajo descritas, se refieren a la totalidad de los once depósitos temporales. Página 29. Pruebas de compatibilidad en gel, equipo manual que incluya incubadora y centrifuga, cinco, tarjetas de Gel para pruebas de compatibilidad consumibles para pruebas de compatibilidad. A Fin De Promover La Libre Competencia y en base A	Se acepta, pero no es limitante a lo solicitado en las presentes bases de esta licitación.



A

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



*[Handwritten signature]*

		<p>La Última Modificación De Las Claves Del Cuadro Básico Números 533.342.1484 Y Numero 080.081.5300 Con Fecha Del 12 De Septiembre Del 2013 Se solicita a la convocante oportunidad de ofertar Tarjetas de Gel y/o Cassettes con esferas de vidrio para las pruebas de compatibilidad y consumibles para pruebas de compatibilidad así como el equipo manual que incluye incubador y centrifuga bifásica. Para los siguientes "Depósitos temporales" H. Regional de Magdalena H. Regional de Cocula Unidad especializada de atención obstétrica y neonatal Guadalajara Unidad especializada de atención obstétrica y neonatal Zapotlanejo H. Comunitario Sn Juan de los Lagos.</p>	
14.	Pregunta 14. JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MÉXICO, S.A DE C.V	En el supuesto que la respuesta anterior sea negativa, se solicita a la convocante funde y motive su respuesta.	<b>Se dio respuesta en la pregunta anterior</b>
15.	Pregunta 15. Página 33 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MÉXICO, S.A DE C.V	<p>APARTADO 3A MATERIAL Y SUMINISTRO DE LABORATORIO SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE Página 33. Dice: Grupo sanguíneo ABO en gel, Centrifugas, para geles, geles para grupo sanguíneo, consumibles para grupo sanguíneo en gel. A Fin De Promover La Libre Competencia y en base A La Última Modificación De Las Claves Del Cuadro Básico Números 533.342.1484 Y Numero 080.081.5300 Con Fecha Del 12 De Septiembre Del 2013 Se solicita a la convocante oportunidad de ofertar Tarjetas de Gel y/o Cassettes con esferas de vidrio para las pruebas de grupo sanguíneo ABO, centrifuga bifásica para los Cassettes con esferas de vidrio y/o tarjetas de gel así como consumibles para grupo sanguíneo en gel y/o esferas de vidrio.</p>	<b>Se acepta, pero no es limitante a lo solicitado en las presentes bases de esta licitación.</b>
16.	Pregunta 16. JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MÉXICO, S.A DE C.V	En el supuesto que la respuesta anterior sea negativa, se solicita a la convocante funde y motive su respuesta.	<b>Se dio respuesta en la pregunta anterior</b>
17.	Pregunta 17. Página 33 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MÉXICO, S.A DE C.V	Página 33. Dice: Pruebas de compatibilidad equipo automatizado uno, tarjetas de gel para pruebas de compatibilidad, Equipo manual que incluya incubadora y centrifuga, uno,	<b>Se acepta, pero no es limitante a lo solicitado en las presentes bases de esta licitación.</b>

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



*E*  
*ST*

		consumibles para pruebas de compatibilidad, A Fin De Promover La Libre Competencia y en base A La Última Modificación De Las Claves Del Cuadro Básico Números 533.342.1484 Y Numero 080.081.5300 Con Fecha Del 12 De Septiembre Del 2013 Se solicita a la convocante oportunidad de ofertar Tarjetas de Gel y/o Cassettes con esferas de vidrio para las pruebas de compatibilidad en equipo automatizado y en equipo manual que incluye incubadora y centrifuga bifásica.	
18.	Pregunta 18. JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MÉXICO, S.A DE C.V	En el supuesto que la respuesta anterior sea negativa, se solicita a la convocante funde y motive su respuesta.	Se dio respuesta en la pregunta anterior
19.	Pregunta 19. JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MÉXICO, S.A DE C.V	A Fin De Promover La Libre Competencia y en base A La Última Modificación De Las Claves Del Cuadro Básico Números 533.342.1484 Y Numero 080.081.5300 Con Fecha Del 12 De Septiembre Del 2013 Se solicita a la convocante oportunidad de ofertar Tarjetas de Gel y/o Cassettes con esferas de vidrio para el grupo sanguíneo en Gel ABO.	Se acepta, pero no es limitante a lo solicitado en las presentes bases de esta licitación.
20.	Pregunta 20. JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MÉXICO, S.A DE C.V	En el supuesto que la respuesta anterior sea negativa, se solicita a la convocante funde y motive su respuesta.	Se dio respuesta en la pregunta anterior
21.	Pregunta 21. Página 34 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MÉXICO, S.A DE C.V	Página 34. Dice: fenotipo del RH. Tarjetas de gel para el fenotipo del RH. Se Solicita a la convocante oportunidad de ofertar Tarjetas de Gel y/o Cassettes con esferas de vidrio para el fenotipo del RH.	Se acepta, pero no es limitante a lo solicitado en las presentes bases de esta licitación.
22.	Pregunta 22. JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MÉXICO, S.A DE C.V	En el supuesto que la respuesta anterior sea negativa, se solicita a la convocante funde y motive su respuesta.	Se dio respuesta en la pregunta anterior
23.	Pregunta 23 Página 42 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MÉXICO, S.A DE C.V	Página 42. Equipo para realización de inmunohematología: dice: Equipo automatizado para la determinación de grupos sanguíneos, fenotipificación, pruebas de coombs, rastreo de Anticuerpos, identificación de anticuerpos y pruebas de compatibilidad en sistema de gel. Equipo que permita realizar de manera automática e integrada los siguientes procesos con accesorios incluidos y consumibles. A Fin De Promover La Libre Competencia y en base A La Última Modificación De Las Claves Del Cuadro Básico Números 533.342.1484 Y Numero 080.081.5300 Con Fecha Del 12 De Septiembre Del 2013 Se solicita a la	Se acepta, pero no es limitante a lo solicitado en las presentes bases de esta licitación.

*ST*



*D*

*A*



*Handwritten signature and initials in the top right corner.*

		convocante oportunidad de ofertar Tarjetas de Gel y/o Cassettes con esferas de vidrio para el equipo automatizado para la determinación de grupos sanguíneos, fenotipificación, pruebas de coombs, rastreo de Anticuerpos, identificación de anticuerpos y pruebas de compatibilidad en sistema de gel y/o esferas de vidrio.	
24.	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MÉXICO, S.A DE C.V	En el supuesto que la respuesta anterior sea negativa, se solicita a la convocante funde y motive su respuesta.	Se dio respuesta en la pregunta anterior

**3.-TERCERA**

**NOMBRE DEL LICITANTE:** INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V.  
**REPRESENTANTE LEGAL:** LETICIA OSCOS ALVAREZ

**PREGUNTAS:**

**(PRECISAR EL PUNTO DE LA CONVOCATORIA O ESPECIFICAR EL ASPECTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO QUE DEBE ACLARARSE):**

**PREGUNTA No 1.-** En el apartado 1 A en el proceso de toma de muestras solicitan agitador para tubos, solicitamos amablemente a la convocante nos especifique la capacidad de estos agitadores.

**RESPUESTA:** Agitador para 15 tubos.

**PREGUNTA No 2.-** En el apartado 1 A en el proceso de fraccionamiento solicitan congelador que conserve la temperatura a -30°C , refrigerador de laboratorio, incubador de plaquetas con agitador y Descongelador de plasmas, solicitamos amablemente a la convocante nos especifique la capacidad de estos equipos.

**RESPUESTA:**

**Congelador de -30°C de 9.7 pies**

**Refrigerador de 5.4 pies**

**Incubador para dos agitadores de plaquetas de 54 unidades.**

**Descongelador de plasma para 12 bolsas**

**PREGUNTA No 3.-** En el apartado 1 A en el proceso de grupos sanguíneos se solicita equipamiento para técnica en gel, pero según las bases en los siete puestos de sangrado la técnica del grupo sanguíneo será en tubo, por lo que no aplica el equipamiento en mención. Solicitamos a la convocante nos confirme lo anterior.

**RESPUESTA:**

**Apegarse a las bases de la presente licitación.**

**PREGUNTA No 4.-** En el apartado 1 A en los procesos que se llevan a cabo en los siete puestos de sangrado no aparecen las pruebas cruzadas, por lo que no hay equipamiento para este proceso, solicitamos a la convocante nos confirme lo anterior.

**RESPUESTA:**

**Apegarse a las bases de la presente licitación.**



*Handwritten letter 'A' at the bottom left.*

*Handwritten signature on the right margin.*

*Handwritten letter 'D' on the right margin.*

*Handwritten letter 'B' on the right margin.*



*E. J. fo*

**PREGUNTA No 5.-** En la **Nota de la pagina 26** de las bases de la presente licitación hace mención de las unidades de medida y cantidades de consumo mensual, solicitamos amablemente a la convocante nos diga la cantidad de material a entregar por bolsa para poder impactarlo en el precio final de la bolsa.

**RESPUESTA:**

**Apegarse a las bases de la presente licitación.**

**PREGUNTA No 6.-** En el **apartado 3 A en el proceso de biometría hemática** solicitan agitador para tubos, solicitamos amablemente a la convocante nos especifique la capacidad de estos agitadores.

**RESPUESTA:**

**Agitador para 15 tubos**

**PREGUNTA No 7.-** En el **apartado 3 A en el proceso de fraccionamiento** solicitan congelador que conserve temperaturas menor -30°C, ultracongelador temperaturas -70°C refrigerador de banco de sangre de 500 refrigerador de laboratorio para reactivos con alarma de control de temperaturas, incubador de plaquetas para dos agitadores, solicitamos amablemente a la convocante nos especifique la capacidad de estos equipos.

**RESPUESTA:**

**Congelador de -30°C de 9.7 pies**

**Ultra congelador de -70°C de 24.1 pies**

**Refrigerador de sangre para 500 unidades**

**Refrigerador para reactivos de 5.4 pies.**

#### 4.-CUARTA

**NOMBRE DEL LICITANTE:** LABORATORIOS LICON, S.A.

**REPRESENTANTE LEGAL:** Q.F.B. DIANA BERENICE GARCIA BADILLO

**PREGUNTAS:**

**(PRECISAR EL PUNTO DE LA CONVOCATORIA O ESPECIFICAR EL ASPECTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO QUE DEBE ACLARARSE):**

1. Solicito atentamente a la convocante favor de aclarar para el punto 8.1 DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TECNICA en el punto 29. si es correcta mi apreciación que debemos entregar carta de apoyo, del proveedor del control externo de la calidad, el cual debe contar con el reconocimiento de su capacidad técnica y confiabilidad por una entidad de acreditación como proveedor de ensayos de aptitud ( EMA ), en las áreas de inmunohematología, serología y biología molecular, para dar cumplimiento a la NOM 253-SSAI-2012 en el punto 15.1.4, adicional del programa solicitado del CNTS.

¿Es correcta mi apreciación?

**RESPUESTA:** ES AFIRMATIVA SU APRECIACION.

2. Solicito atentamente a la convocante si es correcta mi apreciación para dar cumplimiento a la NOM 253-SSA-2012 en el punto 15.9.2 que debemos entregar controles de tercera opinión cuyo valor no excederá de tres veces del punto de corte, el cual es independiente de los controles que incluye el fabricante para los analitos HIV, HCV, HBc, SIFILIS, y chagas, y biología molecular.

¿Es correcta mi apreciación?



*A*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



*E. J.*

**RESPUESTA: ES AFIRMATIVA SU PERSEPCION.**

3. Solicito atentamente a la convocante para el anexo 1, partida 6 si debemos ofertar para la determinación de prueba de compatibilidad, prueba mayor, prueba menor y autocontrol.

¿Se acepta?

**RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.**

4. Solicito atentamente a la convocante si es correcta mi apreciación que debemos ofertar para la determinación de grupo sanguíneo en gel, ( grupo directo e inverso ) el anti A, anti B, anti AB, anti D, cti, A1, O, en una sola tarjeta y en un solo paso.

¿Se acepta?

**RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.**

5. Solicito atentamente a la convocante favor de aclarar si para el apartado 2A debemos entregar en la determinación de prueba de compatibilidad en tubo, las células de complemento de coombs, albumina bovina, suero de coombs poliespecifico IgG-C3d.

¿Se acepta?

**RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.**

6. Solicito atentamente a la convocante favor de aclarar si para el apartado 3A debemos entregar rosa de bengala presentación de 5 ml, el cual incluye control positivo, y negativo.

¿Se acepta?

**RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.**

7. Solicito atentamente a la convocante para el apartado D tipo 7, equipo para la realización de inmunohematología, nos permita ofertar un equipo con las mismas características mencionadas, pero con un tiempo de centrifugación de 9 minutos, sin que esto demerite la calidad del equipo.

¿Se acepta?

**RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.**

8. En el apartado de los documentos que componen la oferta técnica punto 20 solicitan copia simple y original para cotejo de fichas técnicas relacionadas con el uso, normas de seguridad y certificado de biodegradabilidad de los productos a utilizar, solicito atentamente a la convocante nos permita entregar copia simple ya que el fabricante solo envía dichos documentos de manera digital.

¿Se acepta?

**RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.**

9. En el apartado 3A INMUNOHEMATOLOGIA partida pruebas de compatibilidad en tubo solicitan suero de coombs mono especifico IgG C3d solicito atentamente a la convocante me aclare si el que requiere para esta partida es el Coombs poliespecifico IgG C3d ya que la norma solicita que el reactivo de coombs utilizado en pruebas de compatibilidad sea poliespecifico IgG C3d.

¿Se acepta?



*A*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



*EJ*  
*ML*

**RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.**

**4.-CUARTA**

**NOMBRE DEL LICITANTE:** MEDICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.  
**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS URIEL DE LA TORRE LÓPEZ

**PREGUNTAS:**

**(PRECISAR EL PUNTO DE LA CONVOCATORIA O ESPECIFICAR EL ASPECTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO QUE DEBE ACLARARSE):**

1.- PAG. 40 TIPO 6 ANALIZADOR PARA BIOMETRIA HEMATOLOGICA  
UN ANALIZADOR PARA PRUEBAS HEMATOLOGICAS PARA EL CETS MINIMO DE 21 PARAMETROS.

PREGUNTA: SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO DE 18 PARAMETROS, YA QUE CUMPLE CON LOS PARAMETROS DE LA NOM-253-SSA1-2012. ¿SE ACEPTA?

**RESPUESTA: SE ACEPTA PROPUESTA.**

2.- PREGUNTA: SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO DE 18 PARAMETROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

PRINCIPIO DE MEDICIÓN DE: IMPEDANCIA, LA CUENTA DIFERENCIAL DE LEUCOCITOS SE REPORTA EN TRES PARTES #%; (LINFOCITOS, MONOCITOS, BASÓFILOS, EOSINÓFILOS Y NEUTRÓFILOS).CAPACIDAD DE ANÁLISIS:HASTA 60 PRUEBAS/HR, VOLUMEN DE MUESTRA NO MAYOR DE 10 MICROLITROS LO QUE EVITA PRE DILUCIÓN DE MUESTRAS, TUBO DE RECOLECCIÓN CERRADO O ABIERTO.PERFORADOR AUTOMÁTICO DEL TAPÓN DE HULE DEL TUBO DE RECOLECCIÓN DE SANGRE PARA TUBO ABIERTO. ¿SE ACEPTA?

**RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.**

3.- SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON MINIMO DE 18 PARAMETROS YA QUE EL EQUIPO QUE DESCRIBE PERTENECE A UNA MARCA EN ESPECIFICO Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN A LA CONVOCATORIA ¿SE ACEPTA?

**RESPUESTA: SE ACEPTA PROPUESTA.**

4.- PAG. 41 UN ANALIZADOR PARA PRUEBAS HEMATOLOGICAS PARA CADA UNO DE LOS PUESTOS DE SANGRADO

PREGUNTA: SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO DE 18 PARAMETROS, YA QUE CUMPLE CON LOS PARAMETROS DE LA NOM-253-SSA1-2012. ¿SE ACEPTA?

**RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.**

5.- PREGUNTA: SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO DE 18 PARAMETROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

PRINCIPIO DE MEDICIÓN DE: IMPEDANCIA, LA CUENTA DIFERENCIAL DE LEUCOCITOS SE REPORTA EN TRES PARTES #%; (LINFOCITOS, MONOCITOS, BASÓFILOS, EOSINÓFILOS Y



*A*

*[Handwritten marks on the right margin]*



*[Handwritten signature]*

NEUTRÓFILOS).CAPACIDAD DE ANÁLISIS:HASTA 60 PRUEBAS/HR, VOLUMEN DE MUESTRA NO MAYOR DE 10 MICROLITROS LO QUE EVITA PRE DILUCIÓN DE MUESTRAS, TUBO DE RECOLECCIÓN CERRADO O ABIERTO.PERFORADOR AUTOMÁTICO DEL TAPÓN DE HULE DEL TUBO DE RECOLECCIÓN DE SANGRE PARA TUBO ABIERTO. ¿SE ACEPTA?

**RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.**

6.- SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON MINIMO DE 18 PARAMETROS YA QUE EL EQUIPO QUE DESCRIBE PERTENECE A UNA MARCA EN ESPECIFICO Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN A LA CONVOCATORIA ¿SE ACEPTA?

**RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.**

En el punto 8.1 Documentos de la propuesta técnica en el Inciso 7 se pide contrato original y copia simple para cotejo, ¿podemos entregar copia certificada y copia simple para cotejo?

**R: Se Acepta su propuesta**

2.- En el punto 8.1 Documentos de la propuesta técnica en el Inciso 12 pide manual de operación entrega recepción (Traslape), ¿se refiere el manual de operación de los equipos ofertados?

**R: Apegarse a las bases de la presente licitación.**

3.- En el punto 8.1 Documentos de la propuesta técnica en el Inciso 20 Copia simple y original para cotejo de Fichas técnicas relacionadas con el uso, normas de seguridad y certificado de biodegradabilidad de los productos a utilizar. ¿En este punto se refiere a los insertos de los reactivos ofertados?

**R: Es afirmativa su apreciación.**

4.- En el punto 8.1 Documentos de la propuesta técnica en el Inciso 20 Copia simple y original para cotejo de Fichas técnicas relacionadas con el uso, normas de seguridad y certificado de biodegradabilidad de los productos a utilizar. ¿Podemos entregar copia simple ya que el fabricante solo envía copia simple o digital?

**R: Se acepta su propuesta.**

5.- En el punto 8.1 Documentos de la propuesta técnica en el Inciso Habla de un formato DC-2, ¿Nos puede proporcionar dicho formato?

**R: No se precisa inciso al que se refiere.**

6.- En el anexo 1 solicitan Sellador de unidades, Sellador dieléctrico y Sellador estéril, ¿Se refiere al mismo equipo?

**R: Es afirmativa su apreciación.**

7.- En el anexo 1 se está solicitando un equipo para Serología de Quimioluminiscencia con una velocidad de operación de 200 pruebas por hora, ¿Podemos ofertar un equipo con una velocidad de 189 pruebas por hora? Ya que este cumple perfectamente con las demás características solicitadas.

**R: Se acepta, su propuesta pero no es limitativa.**



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



*E f*  
*[Handwritten signature]*

8.- En el apartado 3A INMUNOHEMATOLOGIA partida pruebas de compatibilidad en tubo solicitan suero de coombs mono especifico IgG C3d solicito atentamente a la convocante me aclare si el que requiere para esta partida es el Coombs poliespecifico IgG C3d ya que la norma solicita que el reactivo de coombs utilizado en pruebas de compatibilidad sea poliespecifico IgG C3d.

**R: Se acepta su propuesta, pero no es limitativa.**

9.- En el apartado D lineamientos generales para el equipamiento En el tipo 7 equipo para realización de inmunohematologia solicito a la convocante nos permita ofertar un equipo que cumple con todas las características solicitadas, el cual cumple también con centrifugación automática bifásica pero con un tiempo de centrifugación de 9 minutos.

**R: Se acepta su propuesta, pero no es limitativa.**

10.- En el anexo 1 se está solicitando un equipo para Hematología en Puestos de Sangrado de 19 parámetros, ¿Podemos ofertar un equipo para 18 parámetros? Que cumple con lo solicitado para Bancos de sangre.

**R: Se acepta su propuesta, pero no es limitativa.**

11.- En el anexo 2 Propuesta Técnica un formato para cada partida cotizada, ¿Las partidas a las que se refiere son las 10 relacionadas en las hojas 22 y 23 de las bases?

**R: Es afirmativa su apreciación.**

12.- En el anexo 7 Resumen de la Propuesta Técnica no viene ningún formato, ¿Es libre o se proporcionara algún formato?

**R: Se proporciona en formato digital CD, en este momento.**

13.- En el anexo 3 Solo se está pidiendo cotizar una partida, pero en las páginas 22 y 23 de las bases se especifican 10 partidas, ¿Se tendrá que modificar a 10 partidas o quedara una sola partida?

**R: Se proporcionara en formato digital CD, en este momento.**

Siendo las 17:20 (catorce horas con treinta minutos) del mismo día en que se dio inicio se da por terminada la presente acta, firmando de conformidad los que en ella quisieron intervenir y recibiendo copia de la misma todos los participantes.-----

Por Parte De Los Licitantes	

Fin del Acta.-----



*[Handwritten signature]*

*D*

*[Handwritten mark]*

*A*